护理适用范围与日常操作

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

适用对象

护理包括配戴者个人镜片，以及医疗机构试戴片、试戴区、护理配件和护理流程。

2024 刊 p241 / PDF1

晚间戴镜

先观察镜片完整洁净；洗手擦干；多功能护理液适度揉搓、彻底冲洗；凹面加足量润滑液 / 润眼液后戴镜；清洁配件。

2024 刊 p242 / PDF2

晨起摘镜

洗手擦干；先滴润滑液并观察活动度，黏滞或推不动时再次滴液；确认镜片位置后摘镜，不强行牵拉。

2024 刊 p242–243 / PDF2–3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

清洗、消毒与产品红线

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

摘后处理

摘下后即刻清洗揉搓，按护理产品规定时间消毒；储存首选多功能护理液；双氧水须用配套装置并按要求中和。

2024 刊 p243 、 245 / PDF3 、 5

配件清洁

使用前后多功能护理液清洁消毒，无菌 0.9% 氯化钠溶液冲洗，干燥通风清洁处风干；个人配件更换周期按情况，原文未统一明确。

2024 刊 p243 / PDF3

护理产品红线

双氧水消毒后存放 24 h 或更久，戴前再次消毒；酶片浸泡一般不要超过 2 h ；单支无菌 0.9% 氯化钠溶液 / 注射用水开封即用，当次用完，不二次使用。

2024 刊 p245 / PDF5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

沉淀分级与镜片更换

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

常规深度护理

建议每 1 ～ 2 周深度除蛋白，按实际清洁程度或医生指导调整；油脂多者增加专用清洁。

2024 刊 p243 / PDF3

蛋白沉淀分级

2 级：加强定期规范清洁； 3 级：强效消毒除蛋白，建议每周 1 次； 4 级：不适合配戴，复查眼表并重新验配更换镜片。

2024 刊 p243 / PDF3

镜片更换

正常建议 1 年左右更换，最长使用周期结合镜片和眼健康；明显划痕 / 大量沉淀尽早更换；形变、缺损、裂纹立即更换。

2024 刊 p243 / PDF3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

停戴及复戴管理

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

停戴保存

短期（如 1 周内）湿保存；长期（如 1 周及以上）消毒后晾干、阴凉干燥保存。复戴前足时浸泡消毒、强化清洁 / 除蛋白、彻底冲洗。

2024 刊 p243 / PDF3

不适立即停戴

配戴中若眼红、不适等，立即停止配戴，就近到有资质的医疗机构检查；复查具体间隔原文未明确。

2024 刊 p245 / PDF5

未明确事项

本篇不提供近视验配数值范围、统一个人配件更换周期、所有护理产品浸泡时长、药物治疗方案或正式推荐等级；产品要求须按说明书。

2024 刊 p241 、 243 、 245 / PDF1 、 3 、 5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

机构试戴片：当次与周期

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

试戴片当次护理

多功能护理液揉搓 20 s 以上 → 无菌 0.9% 氯化钠溶液冲洗 → 按产品消毒 → 完全冲洗 → 储存。

2024 刊 p244 / PDF4

试戴片周期管理

所有试戴片每 2 周统一清洁消毒和除蛋白；保存后 7 d 以上未用者，再次使用前加强消毒；污染或掉落后重新清洁消毒。

2024 刊 p244–245 / PDF4–5

记录与机构闭环

试戴片 / 产品固定存放并标明参数、批号、消毒时间、开封及有效期；使用后独立放置、当日消毒，破损及时丢弃。

2024 刊 p244–245 / PDF4–5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

试戴区域、配件与疑义

角膜塑形镜护理 · 2024 专家共识

试戴配件更换

试戴片储存镜盒建议每 2 ～ 3 个月更换；试戴吸棒建议每月更换；套盒用 75% 乙醇擦拭、风干。

2024 刊 p245 / PDF5

试戴区与手卫生

每日早晚紫外灯至少 30 min ，或循环风紫外空气消毒机至少 1 h ；物表 / 地面按原文 500 mg/L 含氯消毒；操作一片后重新手消毒。

2024 刊 p244 / PDF4

原文疑义

环境表面消毒段写“ 75% 乙酸溶液”，而套盒护理段写“ 75% 乙醇溶液”。保留疑义，不擅自更正，也不把前者作为临床操作指令。

2024 刊 p244–245 / PDF4–5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程 | 角膜塑形镜护理

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2024

1 戴镜前检查

眼红 / 不适？是 → 停戴并专业检查；无 → 核对镜片完整和清洁。

2024 刊 p242 、 245

2 镜片可否继续使用？

形变 / 缺损 / 裂纹 → 立即更换；沉淀 4 级 → 不适合戴，复查并换片。

2024 刊 p243

3 日常清洗与消毒

洗手擦干 → 适度揉搓、彻底冲洗 → 按说明书足时消毒；双氧水必须中和。

2024 刊 p242–243 、 245

4 是否需强化护理？

每 1 ～ 2 周； 2 级加强清洁， 3 级每周强效除蛋白；试戴片每 2 周统一处理。

2024 刊 p243–245

5 停戴或复用

长期如 1 周及以上干存；复戴足时消毒。双氧水后≥ 24 h 或试戴片 7 d 以上未用 → 再消毒。

2024 刊 p243–245

6 复戴与闭环

确认洁净完整、护理配件消毒；出现不适即停戴；机构做好参数 / 批号 / 消毒 / 有效期记录。

2024 刊 p243–245

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。