



Passo a passo

(Correção de material ou conservante da amostra)


 1 – Abra a Guia do paciente que deseja realizar a alteração selecionando a canetinha (editar) no lado direito da guia:



Obs.: Para verificar como o exame está inserido clique em amostras:



2- Selecione INCLUIR e inclua o exame com o MATERIAL ou CONSERVANTE correto, com isso o sistema perguntará se deseja confirmar o procedimento pois já tem o exame incluído – CLIQUE EM CONFIRMAR:




- (11) 5090-0040
- ipog@ipog.com.br
- Rua Araguari, 835, 16° andar Moema, São Paulo/SP CEP 04514-041





O Exame correto aparecerá ao lado do exame já incluído, como na imagem abaixo:



Então, salve a guia clicando em SALVAR:



3- Agora para excluir o exame INCORRETO, selecione a aba GUIAS e encontre a guia do paciente com o exame desejado e clique na canetinha (editar) no lado direito da tela:



4- Selecione o exame que deseja cancelar (clicando nele) e após isso clique no X vermelho no canto direito da tela:










5- Aparecerá uma janela para selecionar por qual motivo o exame será cancelado, então selecione o motivo mais apropriado para a questão e clique em CONFIRMAR CANCELAMENTO:

*O MOTIVO é um item OBRIGATÓRIO





■ ipog@ipog.com.br

Rua Araguari, 835, 16° andar Moema, São Paulo/SP CEP 04514-041





6- O Exame cancelado ficará com um X laranja na guia de solicitação:



7- Por fim, na aba GUIAS aparecerá somente o exame correto solicitado:



Pronto, o exame está cancelado, fazendo esse procedimento não é necessário cadastrar novamente o paciente e caso o LOTE já estiver enviado não haverá alteração do número de LOTE.





