

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1	%1号杯,	%1 Sample Pos.		Posición de muestra %1	%1 Pos amostra	%1 pos. d'éch,	
2	%1号杯,	%1 Reagent Pos.		Posición de muestra %1	%1 Pos amostra	%1 pos. d'éch,	
3	%1号盘	Tray No.%1		Bdja %1	Rac No.%1	Plateau N° %1	
4	%1年	1%		1%	1%	%1 An	
5	%1月	%1 Month		%1 mes	%1	%1 Mois	
6	/否	/No		/No	/Não	/Non	
7	/是	/Yes		/Sí	/Sim	/Oui	
8	01月	01Month		Ene.	01	01Mois	
9	02月	02Month		Feb.	02	02Mois	
10	03月	03Month		Mar.	03	03Mois	
11	04月	04Month		Abr.	04	04Mois	
12	05月	05Month		May.	05	05Mois	
13	06月	06Month		Jun.	06	06Mois	
14	07月	07Month		Jul.	07	07Mois	
15	08月	08Month		Ago.	08	08Mois	
16	09月	09Month		Sep.	09	09Mois	
17	0天	0 Day		0 Día	0 Dia	0Jour	
18	10~250 或 空	10~250 Or Empty		10~250 o vacío	10~250 ou Vazio	10~250 ou vide	
19	10月	10Month		Oct.	10	10 mois	
20	11月	11Month		Nov.	11	11Mois	
21	12小时制	12-h system		12 horas	Sistema 12-h	12-h	
22	12月	12Month		Dic.	12	12Mois	
23	1号盘	Tray No.1		Bdja 1	Rac No1	Plt n°1	
24	2号盘	Tray No.2		Bdja 2	Rac No2	Plt n°2	
25	3号盘	Tray No.3		Bdja 3	Rac No3	Plt n°3	
26	4号盘	Tray No.4		Bdja 4	Rac No4	Plt n°4	
27	5号盘	Tray No.5		Bdja 5	Rac No5	Plt n°5	
28	历史值	Hist V	Historical values	Val his	Vlr His	V Hist.	
29	最新值	Ltst V	Latest values	Últ val	Ult Vlr	Dern. V	
30	AB型	T. AB	Type AB	AB	TP AB	Tp AB	
31	AD值	AD V.	AD Value	V.AD	V AD	V. AD	
32	AD值	AD Value		Valor AD	V AD	Valeur AD	
33	AD均值	AD M		AD M	AD Sign	AD M	
34	A型	T. A	Type A	A	TP A	Tp A	
35	B型	T. B	Type B	B	TP B	Tp B	
36	IP地址	IP Address		Dirección IP	End IP	Adresse IP	
37	K因数	K-f value	K-factor value	Factor K	K-f Val	Fac. K	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
38	K因数值	K-factor value		Valor del factor K	K-f Val	Valeur du Facteur K	
39	K因数法	K-factor method		K-factor	K-factor method	Facteur K	
40	L-J图	L-J Curve		Curva L-J	Curva L-J	Courbe L-J	
41	O型	T. O	Type O	O	TP O	Tp O	
42	PC值	PC value		Val. PC	Val. PC	Valeur PC	
43	PC值	PC value		Valor de PC	Val. PC	Valeur PC	
44	PC单元	PC unit		Unidad de PC	Unid PC	Unité de PC	
45	Page setup			Configuración de página	Configurações de pagina	Configuration du page	
46	Polynomial-5P				Polynomial-5P	Polynomial-5P	
47	Portrait			Longitudinal	Retrato	Portrait	
48	Previous page			Página anterior	Página anterior	Page précédente	
49	Print			Imprimir	Imprimir	Impression	
50	Print Preview			Vista previa de impresión	Imprimir previsão	Prévis.	
51	R1空白吸光度	R1 b. ABS	R1 blank absorbance	Abs de B.R1	R1 b. ABS	R1 b. ABS	
52	R1空白吸光度	R1 blank absorbance		Absorbancia de blanco de R1	R1 b. ABS	Absorbance du blanc R1	
53	R1空白吸光度范围	R1 blank absorbance range		Rango de absorbancia del blanco R1	Intervalo de absorbância do branco de R1	Gamme d'absorbance de blanc R1	
54	一个月	One month		Cada mes	Um mês	Un mois	
55	一周	One week		Cada semana	Uma semana	Une semaine	
56	一天	One day		Cada día	Um dia	Un jour	
57	一年	One year		Un año	Um ano	Un an	
58	三	Wed.		Mié.	Qua.	Mer.	
59	三个月	Three months		Cada 3 meses	Três meses	Trois mois	
60	上一个	Previous		Ante.	Previ	Précdnt	
61	上升	Increase		Incrementar	Aumentar	Augmenter	
62	上移	Move Up		Subir	Subir	Dessus	
63	下一个	Next		Post.	Próx	Svt.	
64	下次提示间隔时间	Next Prompt Interval		Intervalo de aviso	Próx Interv	Intrvl d'invite pr.	
65	下次提示间隔时间	Next Prompt Interval		Intva. de aviso	Próx Interv	Intrvl d'invite pr.	
66	下移	Move Down		Bajar	Descer	Dessous	
67	下降	Decrease		Reducir	Diminuir	Diminuer	
68	两点法	2-point	Two-point method	2 puntos	2-pontos	2-points	
69	两点终点法	2-point EP	Two-point endpoint method	2-punto final	2-ponto final	2 points finaux	
70	个	#	Number	Nº	Nr	#	
71	主控单元	Master control unit		Master control	Unid cont mestre	Unité de ctrl pcpl.	
72	主波长	Dom WL	Dominant wavelength	Dom-LO	Dom-CO	LDO dom	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
73	主波长	Dominant wavelength		Longitud de onda dominante	Dom-CO	Longueur d'onde dominante	
74	主波长AD	Dom WL AD	Dominant wavelength AD	AD DomLO	AD DomCO	AD LDO Dom	
75	主波长AD值	Dominant Wavelength AD Value		AD DomLO	AD DomCO	Valeur AD de LDO dominante	
76	主波长吸光度	Dom WL Abs.	Dominant wavelength absorbance	AbsDomLO	AbsDomCO	Abs LDO Dom	
77	主页	Home		Home	Inicio	Accueil	
78	之后的执行相同操作	Perform The Same Operation		Realice la misma operación	Execute a mesma operação	Effectuer la même opé.	
79	二次清洗个数	N of SCT	Number of secondary cleaning times	N lim 2ª	NrLimse	Nb/N Sec	
80	交叉污染	Cross Cont	Cross contamination	Contam cruz	Cont Cruzada	Contmnt crs	
81	交叉污染	Cross Contamination		Contaminación cruzada	Cont Cruzada	Contamination croisée	
82	今天	Today		Hoy	Hoje	Aujd	
83	仪器名称	Device Name		Nom de equipo	Nome disposit	Nom d'appareil	
84	仪器序列号	Device S/N		NS dispositivo	N/S Dispos	N/S d'appareil	
85	仪器连接	Instrument connection		Conexión de instrumentos	Conecção do instrumento	Connexion de l'instrument	
86	传输设置	Transfer Setup		Configuración de transferencia	Config de Transferencia	Paramètres de transmission	
87	位置	Position		Pos.	Pos	Position	
88	位置	Position		posición	Posição	Position	
89	位置:	Pos.:	Position	Pos.:	Pos:	Pos. :	
90	低于危急值下限	Below LL of CV	Below the lower limit of critical value	Inf val crí	AB LM IN VC	< LI de VC	
91	低于参考范围下限	Below LL of RR	Below the lower limit of reference range	Inf rang ref	AB LM IN IN	< LI de PDR	
92	低于线性范围下限	Below LL of LR	Below the lower limit of linear range	Inf rang lin	AB LM IN LN	< LI de PL	
93	低温	Low		Bajo	Baixa	Faible	
94	低温阈值	Low Temperature Threshold		Umbral de temp. baja	Limite de temp baixa	Seuil de T°c basse	
95	住院号	Ad No.		Nº Adm	Nro Adm	N° d'hos	
96	住院号	Admission No.		Nº Adm	Nro Adm	N° d'hospitalisation	
97	余 量:	Allowance:		Remanen.:	Residua:	Restant :	
98	余%1量:	Residual:		Remanen.:	Residua:	Restant :	
99	余量	Residual		Remanen.	Residua	Restant	
100	余量mL	Residual mL		Resi mL	Res ML	Restant mL	
101	余量不足	Resi l	Insufficient residual	Insufi	Res In	Rest l	
102	余量刷新	Refresh		Actuali.	Atualiza	Rafraî.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
103	余量检测	Residual Detection		Det. de reman.	Detecção residual	Détecter restant	
104	余量检测	Residual detection		Detección de remanente	Detecção residual	Détecter restant	
105	余量检测	Resi D	Residual detection	DetReman	Detec Res	Dt rstnt	
106	余量检测	Resi D	Residual detection	Det.Rema	Detec Res	Dt rstnt	
107	余量检测	Residual Detection		Detección de residuo	Detec Res	Dt rstnt	
108	余量检测-选择试剂位	Residual Detection - Select Reagent Position		Det. de reman.-Seleccione la PosRvo	Detec Res-Selec pos reag	Délect. restant-Sél pos.	
109	余量检测-选择项目	Residual Detection - Select Item		Det. de reman.-Selecc. art	Detec Res- Selec item	Délect. restant-Sél Item	
110	余量检测失败!	Residual detection failed!		¡Falló la detección de remanente!	A detecção de resíduos falhou!	La détection résiduelle a échoué!	
111	余量检测完成!	Residual detection completed!		¡Detección de remanente completada!	Detecção de resíduos completada!	Détection résiduelle terminée!	
112	余量:	Residual:		Remanen.:	Residuo:	Restant :	
113	使用时间	Service Life		Vida serv.	Tempo de Uso	Durée d'uti.	
114	例如1,3,5-12	E.g. 1, 3, 5-12		Ej. 1, 3, 5-12	Exem 1,3,5-12	E.g. 1, 3, 5-12	
115	例如: 1,3,4-12	E.g. 1, 3, 5-12		Ej. 1, 3, 4-12	Exem 1,3,4-12	E.g. 1, 3, 5-12	
116	保养	Maintenance		Mantenimiento	Manutenção	Maintenance	
117	保存	Save		Guar.	Salvar	Enrgstr	
118	保存定标液	Save calibrator		Guardar calibrador	Salvar Calibrador	Enregistrer le calibrateur	
119	信息列表	Info List		InfoLista	Lista de Informação	Ls d'info	
120	信息列表	Info List		InfoLista	ListInf	Ls d'info	
121	修改	Modify		Modificar	Modif	Modifier	
122	修改	Modify		Modif.	Modif	Modifier	
123	修改%1	Modify %1		Modificar %1	Modifica %1	Modifier %1	
124	修改后结果	Modified Results		Rdo modificado	Resul Modif	Réslt modifié	
125	修改定标液	Md Cal	Modify Calibrator	ModiCal	ModCal	Mdf cal	
126	修改定标液	Modify Calibrator		Modificar cal	ModCal	Modif. le calibrateur	
127	修改密码	Modify Password		Contrsña	Modificar senha	Modifier le MDP	
128	修改常规项目	Modify Routine Item		Modif. art rut.	ModfItemRotina	Mdf l'ite de rtn	
129	修改用户	Modify User		Modi usr	Modif Us	Mdfr User	
130	修改组合项目	Modify Combined Item		Mod. art. comb.	Mod portfolio	Modifier item comb	
131	修改计算项目	Modify Calculation Item		Modificar artículo de cálculo	Modificar item de calculo	Modifier l'item de calcul	
132	修改质控液	Md QC	Modify QC solution	Modi. CC	Modi QC	Mdfr CQ	
133	修改质控液	Modify QC	Modify QC solution	Modificar CC	Modi QC	Modifier CQ	
134	修改项目	Modify Item		Modificar	Modificar Teste	Modifier l'item	
135	修正截距	Correction intercept		Intercepción de corrección	Correção da interceção	Interception de correction	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
136	修正斜率	Correction slope		Corrección de pendiente	Correção da inclinação	Pente de correction	
137	倍	F	Fold	Múlt	Vez	Fois	
138	值	Value		Valor	Valor	Valeur	
139	停止	Stop		Cesar	Parar	Arrêt	
140	光源灯检测结果	Lamp Detection Result		Resultado de detección de lámpara	Detecção resultado da lâmpada	Résultat de la détection des lampes	
141	光源灯状态	Lamp Status		Estado de la lámpara	Status da lampada	État des lampes	
142	光源过弱	The light source is too weak		La fuente de luz es demasiado débil	Fonte de luz muito fraca	La source de lumière est trop faible	
143	光源过弱，请联系售后工程师。	The light source is too weak. Please contact with after-sales engineer for help.		La fuente de luz es demasiado débil. Póngase en contacto con un ingeniero posventa para obtener ayuda.	Fonte de luz está fraca, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente	La source de lumière est trop faible. Veuillez contacter un ingénieur du service après-vente.	
144	光源过强	The light source is too strong		La fuente de luz es demasiado fuerte	Fonte de luz muito forte	La source de lumière est trop forte	
145	光源过强。请联系售后工程师。	The light source is too strong. Please contact with after-sales engineer for help.		La fuente de luz es demasiado fuerte. Póngase en contacto con un ingeniero posventa para obtener ayuda.	Fonte de luz muito forte. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente	La source de lumière est trop forte. Veuillez contacter l'ingénieur du service après-vente.	
146	光电单元	Photoelectric unit		Unidad fotoeléctrica	Unid Fotoeletrica	Unité photoélectrique	
147	全盘卸载	Full Tray Unloaded		Toda bdja descargada	Disco descarre	Plt plein déchargé	
148	全盘释放	Full Tray Release		Liber. de bdja comp.	Liberação do disco	Libért du plt plein	
149	全盘释放失败！	Full tray release failed!		¡Falló la liberación de la bandeja completa!	falha ao liberar rack!	Échec de la libération complète du plateau !	
150	全自动生化分析仪软件	Chemistry Analyzer Software		Software de análisis químico	Software de análise química	Logiciel d'Analyseur de Biochimie	
151	全选	Sel All	Select all	Todo	Sel Tds	Sél tout	
152	全选	Select All		Todo	Sel Tds	Sél tout	
153	全部	All		Todo	Todos	Tous	
154	全部位置	All Positions		Todas las posiciones	Todas as posições	Toutes les positions	
155	全部都是必填项目！	All required to fill in!		¡Se deben completar todos!	Tudo necessário para preencher!	Tous les items sont obligatoires!	
156	六	Sat.		Sáb.	Sáb.	Sam.	
157	共用试剂位	Shared RP	Shared reagent position	PR comp	Comp Pos	P Partagé	
158	共用试剂位	Shared Reagent Position		Pos de rea compartida	Comp Pos	Position de réactif partagée	
159	共用试剂位	Shared Reagent Position		Posición de reactivo compartida	Comp Pos	P Partagé	
160	关机失败！	Shutdown failure!		¡Fallo de apagado!	Falha ao desligar!	Échec de l'arrêt !	
161	关温控	Close temperature control		Desactivar control de temperatura	Controle temperatura fechado	T°c fer.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
162	关温控.....	Temperature control closing.....		Desactivando control de temperatura	Fechando controle de temperatura...	En cours de fermeture de T° c...	
163	关联医生	Associated Physician		Médico asociado	Médico Associado	Médecin Associé	
164	关联医生	A. Phys.	Associated physician	Médico	Anal ass	Méd asc	
165	关联失败!	Association failure!		¡Falló la asociación!	Falha na associação	Échec de l'association!	
166	关联项目	Associated Items		Art asdo	Asso It	Item asc	
167	关联项目	As. Item	Associated items	Art asdo	Asso It	Item asc	
168	关闭	Close		Cerrar	Fechar	Fermer	
169	关闭温控	Cls Tem. Ctr.	Close temperature control	Desa ctr temp	Contmp F	T°c fer.	
170	关闭温控失败!	Failed to close temperature control!		Error al desactivar control de temperatura	Falha ao fechar controle de temperatura!	Échec de fermeture de T°c...	
171	其他	Others		Otros	Outros	Autres	
172	其他	Others		Otros	Outro	Autres	
173	其它	Other		Otros	Outros	d'autres	
174	其它	Others		Otros	Outro	Autres	
175	内圈	Inner ring		Anillo interior	Anel interno	Anneau intér.	
176	减量	Decrement		Decre.	Diminu	Décrément	
177	减量	DNC	Decrement	Decr	Diminu	Décrément	
178	分析部	Analytical system		Sistema analítico	Sistema analítico	Département d'analyse	
179	切换用户	Switch User		Cambiar usr	Mudar Usuár	Chgr d'user	
180	列表设置	List Setup		Config lista	List Conf	Cfg de lst	
181	列表设置	List Setup		Configuración de lista	List Conf	Config. de la liste	
182	创建RCF进程failed!	Creation of RCF process failed!		¡Falla la creación del proceso RCF!	Falha ao criar processo RCF!	Échec de la création du processus RCF !	
183	创建一个job内核对象failed!	Creation of job kernel object failed!		¡Falla la creación de objeto de núcleo de trabajo!	Falha ao criar um objeto de Kernel de trabalho!	Échec de la création de l'objet noyau du travail !	
184	初始值设置	Initial Value Setup		Cfig. Val Inic.	Conf valor inic	Config. initiale	
185	删除	Delete		Borrar	Apagar	Detele	
186	删除/编辑日志	Delete/Edit Log		Bor./Edit. Reg	Apag/Edit Reg	Del./Édi. jrnl	
187	删除不可恢复, 确认删除?	Deletion cannot be recovered. Confirm to delete?		La eliminación no se puede recuperar. ¿Seguro de borrar?	Exclusão não pode ser recuperada. Confirmar para excluir?	La suppression ne peut pas être récupérée. Supprimer?	
188	删除中.....	Deleting...		Borrando	Apagando...	Supprimer...	
189	删除全部样本	Delete all samples		Eliminar todas Mues.	Ap todas as am	Suppri. tous éch.	
190	删除后不可恢复, 是否继续?	Result is not recoverable after deletion. Continue?		El resultado no se puede recuperar después de la eliminación. ¿Seguir?	O resultado não é recuperável após a exclusão. Continuar?	Le résultat n'est pas récupérable après la suppression. Continuer?	
191	删除失败	Deletion failed		Error al borrar	Falha ao apagar	Échec de la suppressionet	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
192	删除失败。	Deletion failed.		Error al borrar.	Falha em apagar.	Échec de la suppression.	
193	删除失败！	Deletion failed!		¡Error al borrar!	Falha ao apagar	Échec de la suppression !	
194	删除失败！ 请刷新后重试。	Deletion failed! Please refresh and try again.		¡Error al borrar! Por favor, actualice y pruebe de nuevo.	Exclusão falhou! Atualize e tente novamente	Échec de la suppression ! Veuillez Rafraîchir et ré essayer.	
195	删除失败，已终止删除。	Deletion failed, deletion terminated.		Error al borrar	Falha ao apagar, operação encerrada.	Échec de la suppression et le processus a été arrêté	
196	删除定标液	D Cal	Delete Calibrator	BorrCal	ApagCal	Delete	
197	删除定标液失败！	Deletion of calibrators failed!		¡Error al borrar calibradores!	Exclusão dos calibradores falhou!	Échec de la suppression de calibrateur !	
198	删除常规项目失败！	Delete routine item failed!		¡Error al borrar el elemento de rutina!	Falha ao apagar testes da rotina!	Échec de la suppression de l'item de routine !	
199	删除常规项目将删除与之相关的计算项目、组合项目、交叉污染等设置，确定删除？	Deleting routine items will delete the setup of calculation items, combined items and cross-contamination, etc. associated with them. Confirm to delete?		La eliminación de artículos de rutina borrará la configuración de artículos de cálculo, artículos combinados y contaminación cruzada, etc. asociados con ellos. ¿ Confirmar para borrar?	A exclusão de testes de rotina excluir a configuração de testes de calculo, testes combinados e contaminação cruzada, associados a eles. Confirma para excluir?	La suppression d'items de routine causera les suppressions des configurations de l'item de calcul, de l'item combiné et de la contamination croisée, etc. Continuer à supprimer ?	
200	删除成功！	Delete succeeded!		¡Éxito en borrar!	Apagado com sucesso!	Succès de la suppression !	
201	删除所有结果	Delete all results		Borrar todos los rds	Apagar todos resultados	Supprimer tous les résult.	
202	删除手工项目失败！	Failed to delete manual item!		¡No se pudo borrar el artículo manual!	Falha ao excluir o item manual!	Échec de la suppression de l'item manuel !	
203	删除指定样本	Delete the designated sample		Eliminar Mues. designada	Apagar a amostra designada	Supprimer l'éc. Spécifié	
204	删除指定盘样本	Delete samples in the designated tray		Elim. M.enBdjaDesig.	Exc am designada	Suppri. les éch dans le plt spécifié	
205	删除操作记录失败！	Operation record deletion failed!		¡Error al borrar el registro de la operación!	Falha ao apagar registro de operação!	Échec de la suppression de l'enregistrement d'opération!	
206	删除日志失败！	Log deletion failed!		¡Error al borrar el registro!	Falha ao apagar registro?	Échec de la suppression du journal !	
207	删除样本	Delete		Borrar	Apagar	Delete	
208	删除样本	Delete		Borrar	Apagar amostra	Effacer l'éch.	
209	删除样本	Delete Sample		Borrar muestra	Apagar amostra	Delete	
210	删除模板	Delete		Borrar	Apagar	Detele	
211	删除模板	Delete Template		Borrar modelo	Apagar modelo	Delete	
212	删除用户%1失败。	Deletion of User %1 failed.		Error al eliminar el usuario %1.	Falha ao apagar usuário%1.	Échec de la suppression de l'user %1.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
213	删除申请信息后，试剂空白结果也将同步删除，是否继续？	After deleting the application information, the reagent blank results will also be deleted simultaneously. Continue?		Después de borrar la información de la solicitud, los resultados del blanco de reactivo también se borrarán simultáneamente.¿Seguir?	Depois de excluir as informações da aplicação, os resultados do branco do reagente também serão excluídos simultaneamente	Après avoir supprimé les informations d'application, les résultats des réactifs du blanc seront également supprimés simultanément. Continuer ?	
214	删除申请信息后，质控结果也将删除，是否继续？	QC results will also be deleted after the application information is deleted. Continue?		Después de borrar la información de la aplicación, también se borrarán los resultados del control. ¿Quiere continuar?	Depois de excluir o aplicativo, resultados de QC serão excluídos, continuar?	Résultats du CQ seront également supprimés après la suppression des informations d'appli. Continuer?	
215	删除空白数据失败！	Deletion of blank data failed!		¡Error al borrar los datos de blanco!	Falha ao apagar dados de branco!	Échec de la suppression des donnée !	
216	删除组合项目失败！	Failed to delete combined item!		Error al borrar el artículo combinado	Falha ao apagar itens combinados!	Échec de la suppression d'item combiné	
217	删除结果	Delete		Borrar	Apagar	Delete	
218	删除维护项目失败！	Maintenance item deletion failed!		Error al borrar el artículo de mantenimiento.	Falha ao apagar o item de manutenção!	Échec de la suppression de l'item de maintenance!	
219	删除计算项目失败！	Deletion of calculation item failed!		Error al borrar artículos de calculación	Falha ao excluir item de calculo!	Échec de la suppression d'item de calcul	
220	删除试剂失败！	Deletion of reagent failed!		¡La eliminación del reactivo falló!	Falha ao apagar reagente!	Échec de la suppression !	
221	删除试剂定标失败！	Reagent calibration deleting failed!		¡Error al borrar la calibración del reactivo!	Falha ao apagar calibração de reagente	La suppression de l'é talonnage des réactifs a échoué !	
222	删除试剂空白测试失败！	Deletion of reagent blank test failed!		¡Error al borrar la prueba del blanco de reactivo!	Falha na exclusão do branco de reagente!	Échec de la suppression du test des réactifs du blanc !	
223	删除质控品失败！	Delete quality control failed!		¡Error al borrar el control de calidad!	Falha ao apagar QC!	Échec de la suppression du CQ!	
224	删除质控液	D QC	Delete QC solution	Borr. CC	Apaga QC	Delete	
225	删除质控液将同时删除质控结果，并且无法恢复，请打印备份！ 确定删除质控液？	Deleting QC will also delete QC results and cannot be restored. Please print a backup! Are you sure to delete the QC?		Borrar el control de calidad también borrará los resultados del control de calidad y no se podrá restaurar. ¡Imprimir una copia de seguridad por favor! ¿Está seguro de borrar el control de calidad?	Excluir o QC também excluir os resultados do QC não poderá ser restaurado. Imprima um backup!Tem certeza de que deseja excluir o QC?	La suppression du CQ cause la suppression des résultats CQ et il ne pourra pas être restauré. Veuillez imprimer une copie ! Continuer à supprimer le CQ?	
226	删除选中样本	Delete the selected sample		Borrar M. seleccionada	Apagar amostras sel	Supprimer l'éch. sélectionné	
227	删除选中样本	Delete the selected sample		Borrar Mues. seleccionada	Apagar amostra selecionada	Supprimer l'éch. sélectionné	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
228	删除选中项目	Delete selected item		Borrar art. seleccionado	Apagar item selecionado	Supprimer l'item sélec.	
229	删除项目	Delete		Borrar	Apagar	Delete	
230	删除项目	Delete Item		Borrar art	Apagar teste	Delete	
231	删除项目失败	Item deletion failed		Error al borrar el artículo	Falha ao apagar teste	Échec de la suppression d'item !	
232	制冷板单元	Refrigerating plate unit		Placa de refrigeración	Unid disco de refriger	Unité de réfrigération	
233	刷新	Refresh		Actuali.	Atualiza	Rafraî.	
234	刷新成功!	Refresh successful!		¡Actualización exitosa!	Atualizar com sucesso	Succès du rafraîchissement !	
235	前带检查	P. exam	Prozone examination	Exa. P	ProzEx	P. exam	
236	前带检查异常	Abn Prozone Exam	Abnormal prozone exam.	Prozona anorm	Prz anormal	Exa Anrm Prozone	
237	前次结果	The Previous Results		Resultados anteriores	Resultado Anterior	Résultat précédent	
238	剩余可测个数	Remaining test number		Número de prueba restante	Número de testes restantes	Nm de test restant	
239	剩余可测数	Remain Test No.	Remaining measurable values	Pruebas remanentes	Número de testes restantes	Nb de restantes	
240	加样针单元	Sampling probe unit		Sonda de muestra	Unid agulha amost	Unité de sonde d'éch.	
241	动力学法	Kinetic method		Cinético	Mét Cinético	Méth. cinétique	
242	包含项目	Item(s) Included		Artí. incluido	Item(s) Incluido	Item(s) inclus	
243	医生	Physician		Médico	Médico	Médecin	
244	医生名称不能为空。	The physician name cannot be empty.		El nombre del médico no puede estar vacío.	Nome do médico não pode estar vazio	Le nom du médecin ne peut pas être vide.	
245	医生设置	Phy Setup	Physician setup	Config médic	Conf Op	Cfg du méd	
246	医生设置	Physician Setup		Config médico	Conf Op	Config. du médecin	
247	医院名称	Hospital		Hospital	Hospital	Hôpital	
248	医院地址	Address		Dirección	Endereço	Adresse	
249	医院设置	Hosp Setup	Hospital setup	Config hosp	Conf Lab	Cfg de l'hôp	
250	医院设置	Hospital Setup		Config hospital	Conf Lab	Config. de l'hôpital	
251	医院负责人	Director		Director	Diretor	Directeur	
252	半年	Half a year		Cada medio año	Meio ano	Semestre	
253	单位	Unit		Unidad	Unid	Unité	
254	单位	Unit		Uds	Unid	Unité	
255	单元	Unit		Unidad	Unidade	Unité	
256	单元状态	Unit Status		Edo. de unidad	Status Unid	État d'unité	
257	单向	One-way		Unidirec	Uma via	Unidirec	
258	危急值报警	CV Alarm	Critical value alarm	Val crít	Alar VC	Alr - VC	
259	危急值范围	Range/CV	Range of critical value	Val Crít	InVICrt	Gamme/VC	
260	危急值范围	R/CV	Range of critical value	Val crít	InVICrt	Gamme/VC	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
261	危急值范围	Critical value range		Rango de valor crítico	InVICrt	Gamme/VC	
262	危急值范围下限不能大于上限!	The lower limit of the critical value range shall not be greater than the upper limit!		¡El límite inferior del rango de valores críticos no debe ser mayor que el límite superior!	Limite inferior do intervalo de valor critico não deve ser maior que o limite superior!	La limite inférieure de la plage de valeurs critiques ne doit pas être supérieure à la limite supérieure !	
263	卸载失败!	Unloading failed!		¡La descarga falló!	Falha no descarregamento!	Échec du déchargement !	
264	卸载成功!	Unloading successful!		¡Descarga exitosa!	Sucesso no descarregamento!	Succès du déchargement !	
265	历史结果	Historical Results		Rdo histórico	Histórico Resul	Réslts historq	
266	原因分析	Cause Analysis		Análisis de causa	Analise de causa	Analyse de cause	
267	原始AD值	Original AD Value		Valor de AD original	Original AD Valor	Valeur originale AD	
268	原始AD值	O. AD V.	Original AD Value	ValO AD	Va OrA/D	V.AD org	
269	原始主波长吸光度	Ori Dom WL Abs.	Original dominant wavelength absorbance	Abs Dom-LO Ori	AbsDom-CO Ori	Abs og LDO Dom	
270	原始值	Original Value		Valor original	Valor original	Vlr original	
271	原始曲线主波长	DWL/OC	Dominant wavelength of original curve	DomLOdeCvO	DomCO Orig	LDO dom og	
272	原始曲线次波长	SWL/OC	Sub-wavelength of original curve	SubLOdeCvO	SubCO Orig	LDO-sub og	
273	原始次波长吸光度	Ori Sub-WL Abs.	Original sub-wavelength absorbance	Abs Sub-LO Ori	AbsSub-CO Ori	Abs og LDO-Sub	
274	原浓度修改后，稀释后浓度也将改变! 确定修改?	After changing the original concentration, the diluted concentration will also change! Confirm to modify?		Después de cambiar la concentración original, ¡la concentración diluida también cambiará! ¿Confirmar para modificar?	Após alterar a concentração original a concentração diluida também mudara!Confirmar para modificar?	Après la modification de la concentration d'origine, la concentration diluée change également ! Continuer ?	
275	参数	Parameter		Parám.	Parametro	Paramètre	
276	参数不对!	Parameter incorrect!		¡Parámetro incorrecto!	Parametro incorreto!	Paramètre incorrect!	
277	参数名	Parameter		Parám.	Parâmetros	Paramètre	
278	参数有效期	VP of Cal Para	Parameter shelf life	VÚ para.	Per Val	DDV des para.	
279	参数有效期	Parameter shelf life		Período válido de parámetro	Per Val	DDV des para.	
280	参数有效期单位	Parameter validity period unit		Unidad de período válido de parámetro	Unidade do periodo do parametro de validade	Unité de période de validité du paramètre	
281	参数设置错误，请检查盘号是否选择错误!	The parameters are set incorrectly. Please check whether the tray number is selected incorrectly!		Los parámetros están configurados incorrectamente. ¡Compruebe si el número de bandeja está seleccionado incorrectamente!	Parametros configurados incorretamente.Verifique se o numero do disco esta selecionado corretamente	Les paramètres sont incorrects. Veuillez vérifier si le numéro de plateau est mal sélectionné !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
282	参考范围	RR	Reference range	Rang ref	Inter Ref	Plg de réf	
283	参考范围	RR	Reference range	Rgo ref	Inter Ref	Plg de réf.	
284	参考范围	Reference range		Rango de referencia	Int Ref	Plage de référence	
285	参考范围/危急值范围	Reference Range/Critical Value Range		Rgo de ref./Rgo de val crít	Interv Ref/Range Vlr Crit	Plg de réf/Plg de valeurs critiques	
286	参考范围下限不能大于上限!	The lower limit of the reference range shall not be greater than the upper limit!		¡El límite inferior del rango de referencia no debe ser mayor que el límite superior!	Limite inferior do intervalo de referencia não deve ser maior que o limite superior!	La limite inférieure de la plage de référence ne doit pas être supérieure à la limite supérieure!	
287	双列打印	Double-row printing		Imprimir en DBL Col.	Imp Linha dupla	Impr. (deux rangs)	
288	双向	Two-way		Bidirec	Duas Via	Bidirec	
289	反应盘	Reaction tray		Bdja Reacc	Disco Reaç	Plt de réact	
290	反应盘	Reaction Tray		Bdja Reacc	Disco Reaç	Plt de réact	
291	反应原始AD	Reaction Original AD		AD Original de Reacción	Reação original AD	Réaction Originale AD	
292	反应度	Reactivity		Reactivid.	Reatividade	Réactivité	
293	反应度	Reactivity		Rdad.	Reativ	Réactivité	
294	反应度	Reactivity		Rtvdad	Reativ	Réact	
295	反应度:	REACT:	Reactivity	Reactividad:	Reativ:	Réact :	
296	反应度范围	React. range	Reactivity range	Rgo. rdad	Range Reat	Gam. de réa.	
297	反应度范围	Reactivity range		Rango de reactividad	Range Reat	Gamme de réactivité	
298	反应方向	R. Direc	Reaction direction	Dir. R.	R.direc	Direc.	
299	反应方向	Reaction direction		Dirección de reacción	R.direc	Direction de la réaction	
300	反应时间	React T	Reaction time	Tmpo rxn	TemReac	Tps/réa	
301	反应时间不能为空!	Reaction time cannot be empty!		¡El tiempo de reacción no puede estar vacío!	Tempo de reação não pode estar vazio!	Le temps de réaction ne peut pas être vide !	
302	反应时间范围	Reaction time range		Rango de tiempo de reacción	Intervalo do tempo de reação	Plage de temps de réaction	
303	反应曲线	RT Curve	Reaction curve	Curva R	CurvaRea	Cb de rf	
304	反应曲线	Reaction Curve		Curva R	CurvaRea	Cb de rf	
305	反应曲线校正阈值	Reaction curve correction threshold value		Val umb de crcc. de curva R	Valor lmt cor curvaReaç	Val seuil de corret. de Crb de réa.	
306	反应杯	Cuvette		Cubeta	Cuvet	Cuvette	
307	反应杯:	Cuv.:	Cuvette	Cub.:	Cuvet:	Cuv. :	
308	反应杯-当日项目	Cuvette - Item On The Same Day		Cubeta-art de hoy	Cuv-Item no mesmo dia	Cuvette - Item du jour	
309	反应杯二次清洗个数不能为空。	The number of secondary cleaning for cuvette cannot be empty.		El número de cubeta para limpieza secundaria no puede estar vacío.	O nro de limpeza secundaria das cuvettes não pode estar vazio	Le nombre de nettoyage secondaire de la cuvette ne peut pas être vide.	
310	反应杯位	Cuvette Position		Posición de cub.	Posição Cuvette	Pos. de cuvée	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
311	反应杯位:	Cuvette Position:		Cub.:	Posição de cuvette:	Cuv. :	
312	反应杯号	Cuvette Number		Nº de cubeta	Numero de cuvette	Nº de cuvette	
313	反应杯强化清洗	Intensified cleaning for cuvette		Limpieza intensificada para cubeta	Limpeza intensificada de cuvettes	Nettoyage intensifié de la cuvette	
314	反应杯检测结果	Cuvette Detection Result		Rdo. de detección cub.	Detec resul de cuvette	Rés. du test de cuv.	
315	反应杯污染	Cuv Cont	Contaminated reaction cup	Cub Cont	Cuv cnt	Cnt/cuv	
316	反应杯脏杯及光源灯检测	Detect for dirty cuvette and lamp		Detectar cubeta y lámpara sucias	Detectar cuvettes e lampadas sujas	Test de la saleté de cuvette et détection de la lampe	
317	反应液总体积（包括样本量+试剂量）必须在90ul ~ 400ul。	Total volume of reaction solution (including sample volume + reagent volume) must be within 90uL~400uL.		El volumen total de la solución de reacción (incluido el volumen de la muestra + el volumen del reactivo) debe estar entre 90 ul~400 ul.	O volume total da solução de reação (incluindo o volume da amostra + o volume do reagente) deve estar entre 90uL ~400uL	Le volume total de la solution réactionnelle (le volume d'échantillon + le volume de réactif) doit être compris entre 90 µL et 400 µL.	
318	反应盘单元	Reaction tray unit		Bandeja de reacción	Unid disco de reac	U de plt de réaction	
319	反应盘曲线	Reaction Tray Curve		Curva de bandeja de R	Curva disco de reação	Courbe du plt.	
320	反应盘温度	Reaction Tray Temperature		ºC de bandeja de reacción	Temp do disco de reação	TºC du plateau	
321	反应盘温度曲线	Reaction Tray Temperature Curve		Curva de temp de Bja R	Curvatemps disco reação	Courbe de TºC du plt.	
322	反应盘目标温度	TT/Reac Tray	Target temperature of reaction tray	Temp bdjaRc	Tp Disc Rea	T cbl du plt	
323	反应盘目标温度不能为空。	The target temperature of reaction tray cannot be empty.		La temperatura objetivo de la bandeja de reacción no puede estar vacía.	O alvo da temperatura do disco de reação não pode estar vazio	La température cible du plateau de réaction ne peut pas être vide.	
324	反应终点	R. E P	Reaction end point	PF R	FiRe	PFR	
325	反应起点	R. S P	Reaction start point	PI R	InRe	PDR	
326	反应起点+反应终点	R. S P + R. E P	Reaction start point + Reaction end point	PI R + PF R	Ponto Inicial da reação + ponto final da reação	PDR + PDR	
327	发送中.....	Sending...		Enviando...	Enviando...	Envoi en cours...	
328	发送全部结果	Send all results		Enviar todos los rdos	Envia todos res	Envoyez tous les réslt	
329	发送选中结果	Send selected results		Enviar rdos optados	Env res sel	Envoyer les réslt sél.	
330	取消	Cancel		Cancelar	Cancelar	Annuler	
331	只能申请当天日期的样本编号！	You can only apply for the sample number on the same day!		¡Solo puede solicitar el número de muestra del mismo día!	Você só pode inscrever para o número da amostra no mesmo dia	Vous ne pouvez demander le numéro de l'éch. que le même jour!	
332	只能运行单个EXC200软件	Can only run single EXC200 software.		Solo se puede ejecutar solo un software de EXC200.	Somente possível rodar um software EXC200	Ne peut exécuter qu'un seul logiciel EXC200.	
333	右侧样本项目列表	Right-side Sample Item List		Lista der de art. M.	Lista de amostra direita	Lst d'éch à drt	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
334	右侧测试列表	Right-side Test List		Lista der de pba	Lista amos direi	Lst de test à drt	
335	同一项目的同一试剂类型不能装载于同一位置。	The same reagent type for the same item cannot be loaded in the same position.		No se puede cargar el mismo tipo de reactivo para el mismo artículo en la misma posición.	O mesmo tipo de reagente para o mesmo item não pode ser carregado na mesma posição	Le même type de réactif pour le même item ne peut pas être chargé dans la même position.	
336	同批换瓶定标	V CNG Cal/sb	Vial change calibration in the same batch	Cal Cam vial	AltCalMF	C du Cd/ml	
337	否	No		No	Não	Non	
338	含有手工项目	Including manual items		Incluyendo artículos manuales	Contém itens manuais	Y compris les items manuels	
339	含有未设置重测位置的样本，无法重测！	Samples with unset retest positions cannot be retested!		Hay muestras que no configura las posiciones de probar nuevamente. No se pueden volver a probar	Amostras com posições de reexec não definidas não podem ser reexecutadas!	La position du retest de l'échantillon n'est pas définie, il ne permet pas de retester cette éch.	
340	启动周期测试流程失败！	Start periodic test process failed!		¡Error al iniciar el proceso de prueba periódica!	Falha no inicio do teste periodico!	Échec du processus de démarrage du test périodique !	
341	启用反应曲线校正功能	Enable reaction curve correction		Abrir crccc. de curva R	Habil correç curva resp	Activer corret. de Crb de réa.	
342	吸光度	Abs.	Absorbance	Abs	Absorbânc	Absorbance	
343	吸光度数据	Abs. Data	Absorbance data	Datos de absorbancia	Dados de absorbância	Données d'absorbance	
344	周	Week		Semana	Semana	Semaine	
345	周期维护	Perd. Maint.	Periodic maintenance	Mant. periódico	Manut. Period.	Maint. pério.	
346	售后负责人	ASR Person	After-sales responsible person	Ingeniero	RespAteCli	SAV	
347	四	Thu.		Jue.	Qui.	Jeu.	
348	在线状态	On-line status		Estado en línea	Status Online	État en ligne	
349	均值	Mean		Medio	Sign	M	
350	均值	M		Medio	Def Méd	M	
351	基础设置	Basic Setup		Configuración básica	Conf Basica	Config. de base	
352	增/减量(%)	Inc/Dnc(%)	Increment/decrement (%)	Inc/Dec(%)	Aum/Dim	Inc/Dec(%)	
353	增/减量最大值为100000。	Maximum Increment/Decrement is 100000.		El incremento / decremento máximo es 100000.	Maximo Aumentar/Diminuir é 100000	L'incrément / décrement maximal est de 100,000.	
354	增量	Increment		Incre.	Aument	Incrément	
355	增量	INC	Increment	Incr	Aument	Incrément	
356	处理方法	Processing Method		Método de procesamiento	Método de Processamento	Méthode de traitement	
357	处理方法	Processing Method		Método de procesamiento	Processando método	Méthode de traitement	
358	备份	Backup		Copia	Bakp	Copie	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
359	备份名称	Backup Name		Nombre de copia	Nome Backup	Nom de copie	
360	备份周期	Bakp Cyc	Backup cycle	Cic. C.	Cic Bkp	Cycle	
361	备份大小	Backup Size		Tamaño de copia	Tamanho Backup	Taille de copie	
362	备份失败!	Backup failed!		¡Error en la copia de seguridad!	Falha no Backup!	Échec de l'enregistrement !	
363	备份完成。	Backup is complete.		La copia de seguridad está completa.	Backup completado!	Succès de l'enregistrement.	
364	备份日期	Backup Date		Fecha de copia	Data Backup	Date de copie	
365	备份限数	Bakp Lmt	Backup limit	Lím. C.	Bkp Lmt	Limite	
366	备注	Note		Nota	Nota	Note	
367	复位失败	Failed to reset!		¡No se puede restablecer!	Falha na reinicialização!	Échec de réinitialisation !	
368	复位失败: 仪器非空闲或处于离线模式!	Failed to reset: Instrument is not idle or in offline mode!		Error al restablecer: el instrumento no está inactivo o fuera de línea.	Falha na reinicialização: Equipamento não esta ocioso ou no modo offline!	Échec de réinitialisation: l'analyseur est en mode actif ou en mode hors ligne!	
369	外圈	Outer ring		Anillo exterior	Anel externo	Anneau extér.	
370	外置去离子水箱	Extrn. Purif. Water Tank		Cubo extrn agua purif	Tanque ext água desi	Réservoir désionisé ex	
371	多规则质控	Multi-rule QC		CC de varias reglas	Multi Regra QC	Multi-règles CQ	
372	天	Day		Día	Dia	Jour	
373	失败	Failed		Error	Falha	Échec	
374	女	Female		Femenino	Mulher	Femme	
375	如仪器运作异常, 请点击/退出/终止本维护流程。	If the instrument operation is abnormal. Please click /Exit/ to terminate this maintenance process.		Si el funcionamiento del instrumento es anormal. Haga clic en /Salir/ para finalizar este proceso de mantenimiento.	Em caso de funcionamento anormal, clique em /Sair/ para terminar o processo de manutenção	Si le fonctionnement de l'instrument est anormal. Veuillez cliquer sur /Quitter/ pour mettre fin à ce processus de maintenance.	
376	如仪器运作异常, 请点击/退出/终止检测。	If the instrument operation is abnormal, please click /Exit/ to terminate test.		Si el funcionamiento del instrumento es anormal, haga clic en /Salir/ para finalizar la prueba.	Se operação do equipamento estiver anormal clique /Sair/ para terminar testes	Si la marche de l'analyseur est anormal, veuillez cliquer sur /Quitter/ pour mettre fin au test.	
377	存在未保存的手工条码, 是否保存?	Manual barcode not saved. Save it?		El código de barras manual no se guardó. ¿Guardarlo?	Código de barras manual não salvo. Salvar?	Code-barres manuel non enregistré. Enregistrer ?	
378	存在未完成的测试, 禁止卸载试剂!	There is an incomplete test and unloading of reagents is prohibited!		Tiene una prueba incompleta y está prohibida la descarga de reactivos.	O teste está incompleto e o descarregamento de reagentes é proibido!	Il y a un test incomplet et il ne permet pas de décharger le réactif !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
379	存在相同浓度的定标申请, 修改浓度失败!	There is a calibration application for the same concentration, failed to modify the concentration!		Existe solicitud de la misma concentración de calibración, no se puede modificar la concentración!	Existe uma aplicação de calibração com a mesma concentração e a modificação da concentração falhou!	Échec de la modification de la concentration, car il existe une application des calibration de même concentration !	
380	存在选中测试中的定标申请, 已跳过删除!	There is a calibration application in the selected test. Deletion is skipped!		Hay solicitud de calibración en las pruebas seleccionadas. Se omite la eliminación.	Há uma aplicação de calibração no teste selecionado. A exclusão foi ignorada!	Il y a une application de calibrage dans le test sélectionné. La suppression est ignorée !	
381	存在选中测试中的试剂空白, 已跳过删除!	There is a reagent blank in the selected test and deletion is skipped!		Hay un blanco de reactivo en las pruebas seleccionadas y se omite la eliminación.	Há um branco do reagente no teste selecionado e a exclusão é ignorada!	Il y a un blanc du réactif dans le test sélectionné et la suppression est ignorée!	
382	安装时间	Inst. Time	Installation time	Día insta.	Horainstal	Tps d'inst	
383	完成	Completed		Completado	Completo	Cmplt	
384	完成	Completed		Completa.	Completo	Cmplt	
385	定性判断	Q Judgment	Qualitative judgment	Juici cual	Jul Qual	Jugemt Q	
386	定性判断的阈值需依次填写!	The threshold for qualitative judgment shall be filled in sequentially!		¡El límite para el juicio cualitativo se completará secuencialmente!	O limite para julgamento qualitativo deve ser preenchido sequencialmente!	Le seuil du jugement qualitatif doit être rempli successivement !	
387	定性判断的阈值需依次增加!	The threshold for qualitative judgment needs to be increased in turn!		¡El límite para el juicio cualitativo debe aumentarse a su vez!	O limite para o julgamento qualitativo precisa ser aumentado por sua vez!	Le seuil du jugement qualitatif doit être relevé successivement !	
388	定性判断的阈值需大于0!	The threshold for qualitative judgment needs to be greater than 0!		¡El límite para el juicio cualitativo debe ser mayor que 0!	O limite para julgamento qualitativo deve ser maior que 0!	Le seuil de jugement qualitatif doit être supérieur à 0 !	
389	定性判断输入错误!	Qualitative judgment input error!		¡Error de entrada de juicio cualitativo!	Erro de Entrada de julgamento qualitativo!	Erreur d'entrée de jugement qualitatif !	
390	定性标记	Q Mark	Qualitative mark	Marca cual	Mar Qual	Marque Q	
391	定性标记个数与定性判断个数不匹配, 请重新填写!	The number of qualitative marks does not match the number of qualitative judgments. Please fill in again!		El número de marcas cualitativas no coincide con el número de juicios cualitativos. Por favor, complete de nuevo.	O numero de notas qualitativas não corresponde ao numero de julgamentos qualitativos. Preencha novamente!	Le nombre de marques qualitatives ne correspond pas au nombre de jugements qualitatifs. Veuillez remplir à nouveau !	
392	定性标记重复, 请重新输入!	Repeated qualitative mark. Re-enter!		Marca cualitativa repetida. ¡Volver a entrar en!	Marca qualitativa repetida. Entre novamente!	Marque qualitative répétée. Re-entrez!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
393	定性标记需依次填写！	Qualitative marks need to be filled in sequentially!		¡Las marcas cualitativas deben completarse secuencialmente!	Marcas qualitativas devem ser preenchidas sequencialmente!	Les marques qualitatives doivent être remplies successivement !	
394	定性表示	Q Expression	Qualitative expression	Expre cual	Rep Qual	Expression Q	
395	定标	Calibration		Calibración	Calibração	Calibration	
396	定标信息	Cal. Info	Calibration information	CalInfo	InfoCal	Info/cal	
397	定标信息	Calibration Information		Información de cali.	InfoCal	Info de Calibration	
398	定标公式	Calibration Formula		Fórmula de calibración	Form Calib	Formule de calibration	
399	定标参数	Cal P	Calibration Parameter	Pará cal	ParamCal	Paramè.	
400	定标参数	Calibration Parameter		Parám. de cal	ParamCal	Paramètre de calibration	
401	定标参数	Calibration Parameter		parám de cal	ParamCal	Paramè.	
402	定标参数已超过有效期	Calibration Parameter Expired		Parámetro de calibración caducado	Parametros de calibração excederam o periodo de validade	Paramètre de calibration expiré	
403	定标参数已超过有效期%1天, 请选择是否延期使用?	Calibration parameter has expired %1 days. Please choose whether to continue.		El parámetro de calibración ha caducado %1 días. Elija si desea continuar el uso.	O parâmetro de calibração expirou %1 dias.Escolha se deseja continuar	Le paramètre de calibration a expiré %1 jours. Continuer à utiliser ?	
404	定标参数已超过有效期%1天, 请选择是否延期使用?	Calibration parameter has expired %1 day. Please choose whether to continue.		El parámetro de calibración ha caducado %1 días. Elija si desea continuar el uso.	O parâmetro de calibração expirou %1 dias.Escolha se deseja continuar	Le paramètre de calibration a expiré %1 jours. Continuer à utiliser ?	
405	定标参数延期	Delay Of Calibration Parameters		Retraso de los parám. de cal	Atrso par calib	Retard des para de cal	
406	定标参数有效期	VP of Cal Para	Validity period of calibration parameters	PV parám Cal	VldPerParCal	PDV de Par Cal	
407	定标参数有效期	VP of Cal Para	Validity period of calibration parameters	PV de Para Cal	VldPerParCal	PDV de Par Cal	
408	定标参数有效期, 时间单位不能为空!	Validity period of calibration parameters. Time unit cannot be empty!		Período de validez de los parámetros de calibración. ¡La unidad de tiempo no puede estar vacía!	Periodo de validade dos parâmetros de calibração.A unidade de tempo não pode estar vazia!	Période de validité des paramètres de calibration. L'unité de temps ne peut pas être vide !	
409	定标参数有效期, 时间单位不能为空!	Validity period of calibration parameters. Time unit cannot be empty!		El período de validez de los parámetros de calibración, la unidad de tiempo no puede estar vacía.	Periodo de validade dos parâmetros de calibração.A unidade de tempo não pode estar vazia!	Période de validité des paramètres de calibration. L'unité de temps ne peut pas être vide !	
410	定标失败的结果不存在定标曲线。	Calibration curve does not exist as a result of calibration failure.		La curva de calibración no existe como resultado de una falla de calibración.	A curva de calibração não existe com resultado da falha de calibração	La courbe de calibration n'existe pas en raison d'un défaut de calibration.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
411	定标失败的结果不能设为默认!	The result of calibration failure cannot be set as default!		¡El resultado de la falla de calibración no se puede configurar como predeterminado!	O resultado da falha de calibração não pode ser definido como padrão!	Le résultat de la calibration avorté ne peut pas être défini par défaut !	
412	定标数据不单调, 保存参数失败!	Calibration data is not monotonic. Saving of parameters failed!		Los datos de calibración no son monótonos. ¡Error al guardar los parámetros!	Dados de calibração não é monotónico.Falha no salvamento de parâmetros!	Les données de calibration ne sont pas monotones. Échec de l'enregistrement des paramètres !	
413	定标数据不单调, 空白校正失败!	Calibration data is not monotonic. Blank correction failed!		Los datos de calibración no son monótonos. Error de corrección del blanco.	Os dados de calibração não são monotónicos.A correção do branco falhou!	Les données de calibrage ne sont pas monotones. La correction du blanc !	
414	定标数据不单调, 重新计算失败!	Calibration data is not monotonic. Recalculation failed!		Los datos de calibración no son monótonos. ¡Error de recálculo!	Dados de calibração não é monotónico.A correção do cálculo falhou!	Les données de calibration ne sont pas monotones. Échec du recalcul !	
415	定标日期	C. Date	Calibration date	F Cal.	Dat Ca	C/Date	
416	定标时间	Calibration Time		Tiempo	Tmp Cal	Temps de cal.	
417	定标时间	Cal Time	Calibration time	Tmpo cal	Tmp Cal	Tps de C	
418	定标时间:	Cal Time:	Calibration time	Hora de calibración:	Tempo Calib:	Temps de cal. :	
419	定标时间:	Cal Time:	Calibration time	TmpoCal.:	Tmp Cal:	Temps de cal. :	
420	定标曲线	C. Curve	Calibration curve	Curva C.	CurvaCal	Crb CAL	
421	定标曲线	Calibration Curve		Curva C.	CurvaCal	Courbe de calibration	
422	定标曲线	Calibration Curve		Curva de cal	CurvaCal	Crb CAL	
423	定标曲线不单调, 保存参数失败!	Calibration curve is not monotonic. Saving of parameters failed!		La curva de calibración no es monótona. ¡Error al guardar los parámetros!	A curva de calibração não é monotónica. Falha ao salvar os parâmetros!	La courbe de calibration n'est pas monotone. Échec de l'enregistrement des paramètres !	
424	定标曲线不单调, 无法保存!	Calibration curve is not monotonic. Unable to save!		La curva de calibración no es monótona. ¡No se puede guardar!	Curva de calibração não é monotónica.Impossível salvar!	La courbe de calibration n'est pas monotone. Échec de l'enregistrement !	
425	定标曲线不单调, 空白校正失败!	Calibration curve is not monotonic. Blank correction failed!		La curva de calibración no es monótona. Error de corrección del blanco.	A curva de calibração não é monotónica.A correção do branco falhou!	La courbe de calibration n'est pas monotone. Échec de la correction du blanc !	
426	定标曲线不单调, 重新计算失败!	Calibration curve is not monotonic. Recalculation failed!		La curva de calibración no es monótona. ¡Error de recálculo!	A curva de calibração não é monotónica.A correção do cálculo falhou!	La courbe de calibration n'est pas monotone. Échec du recalcul !	
427	定标曲线不收敛, 保存参数失败!	Calibration curve does not converge. Saving of parameters failed!		La curva de calibración no converge. ¡Error al guardar los parámetros!	A curva de calibração não converge.Falha ao salvar os parâmetros!	La courbe de calibration ne converge pas. Échec de l'enregistrement des paramètres !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
428	定标曲线不收敛，空白校正失败！	Calibration curve does not converge. Blank correction failed!		La curva de calibración no converge. Error de corrección del blanco.	A curva de calibração não converge.A correção do branco falhou!	La courbe de calibration ne converge pas. Échec de la correction du blanc !	
429	定标曲线不收敛，重新计算失败！	Calibration curve does not converge. Recalculation failed!		La curva de calibración no converge. ¡Error de recálculo!	A curva de calibração não converge.O recalculo falhou	La courbe de calibration ne converge pas. Échec du recalcul !	
430	定标曲线决定系数	RSQ	Coefficient of determination of calibration curve	R² CvCal	CoeDetCur	CDC	
431	定标曲线标准差	SD of C. Curve	SD of calibration curve	SD de CvCal	Desv CuCal	SD de courbe	
432	定标有效时间	C. Val. Period	Calibration validity period	PeríValiC	PerValCal	Pério vld	
433	定标有效时间	Calibration validity period		PeríValiC	PerValCal	Pério vld	
434	定标检测信息	Calibration Test Info		Info de Pba Cal	Info Ca Test	Info du test de cal	
435	定标检测信息修改未保存，是否离开？	Calibration test info modification is not saved. Leave?		La modificación de la información de la prueba de calibración no se guarda. ¿Salir?	A modificação das informações do teste de calibração não é salva.Sair?	La modification des infos relatives aux tests de calibration non enregistrée. Quitter ?	
436	定标液	Calibrator		Calibrador	Calibrador	Calibrateur	
437	定标液	Calibrator		Cali.	Calibrador	Calibrateur	
438	定标液	Calibrator		Cali	Calibrador	Calibrateur	
439	定标液%1已申请定标测试，删除后测试将作废！是否删除？	Calibration test has been applied for calibrator %1 and will be invalid if deleted! Delete or not?		Se ha solicitado la prueba de calibración para el calibrador %1 y no será válida si se elimina. ¿Borrar?	O teste de calibração foi aplicado para o calibrador e será invalido se excluido! Excluir ou não?	Calibrateur %1 a été appliqué pour le test de calibration, le test sera annulé après suppression ! Supprimer ou pas ?	
440	定标液%1已申请项目%2的定标测试，删除浓度后测试将作废！是否继续？	Calibration test of item %2 has been applied for calibrator %1 and will be invalid after concentration is deleted! Continue?		La prueba de calibración del artículo %2 se ha solicitado para el calibrador %1 y no será válida después de borrar la concentración. ¿Seguir?	O teste de calibração do item foi aplicado ao calibrador e será invalido após a exclusão da concentração! Continuar?	Calibrateur %1 a été appliqué pour le test de calibration d'item %2, le test sera annulé après suppression de la concentration ! Continuer ?	
441	定标液%1已申请项目%2的定标测试，取消项目关联后测试将作废！是否继续？	Calibration test of item %2 has been applied for calibrator %1 and will be invalid after item association is canceled! Continue?		El calibrador %1 ha solicitado la prueba de calibración del artículo %2 y no será válida una vez que se cancele la asociación del artículo. ¿Seguir?	O teste de calibração do item %2 foi aplicado ao calibrador %1 e sera invalido após o cancelamento da associação do item ! Continuar?	Le test de calibration d'item %2 a été appliqué par le calibrateur %1 et il sera invalide après l'annulation de l'association de l'item ! Continuer?	
442	定标液%1已过期，继续使用？	Calibrator %1 expired. Continue to use?		El calibrador %1 expiró. ¿Continuar usando?	Calibrador %1 vencido. Continuar a usar?	Calibrateur %1 expiré. Continuer à utiliser ?	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
443	定标液信息	Calibrator Information		Información del calibrador	Informação do calibrador	Info du calibrateur	
444	定标液名称	Calibrator		Cal.	Calibrador	Calibrateur	
445	定标液名称不能为空！	Calibrator name cannot be empty!		¡El nombre del calibrador no puede estar vacío!	O nome do calibrador não pode estar vazio!	Le nom du calibrateur ne peut pas être vide!	
446	定标液已申请测试或正在测试，不能删除杯号信息！	The calibrator has been applied for a test or is calibrating, and the sample position information cannot be deleted!		El calibrador se ha solicitado para una prueba o se está calibrando y la información de posición de la muestra no se puede borrar.	O calibrador foi aplicado para um teste ou esta sendo calibrado e as informações da posição de amostra não podem ser excluídas!	Le calibrateur a été appliqué pour un test ou il est en cours de calibration, et les informations sur la position de l'échantillon ne peuvent pas être supprimées !	
447	定标液数据	Calibrator Data		Datos del calibrador	Dados Calib	Données du calibrateur	
448	定标液数目不符合要求，无法选择%1！	The number of calibrators does not meet the requirements and %1 cannot be selected!		¡La cantidad de calibradores no cumple los requisitos y no se puede seleccionar %1!	O número de calibradores não atende aos requisitos e %1 não pode ser selecionado	Le nombre de calibrateurs ne répond pas aux exigences et %1 ne peut pas être sélectionné !	
449	定标液正在测试中，无法修改定标液信息！	The calibrator information cannot be modified while calibrating!		¡La información del calibrador no se puede modificar durante la prueba del calibrador!	Informações do calibrador não pode ser modificado enquanto estiver em calibração!	Calibration en cours, il ne faut pas modifier les informations du calibrateur!	
450	定标液：	Calibrator:		Calibrador:	Calibrador:	Calibrateur :	
451	定标液：	Calibrator:		Cali.:	Calibrador:	Calibrateur :	
452	定标灵敏度	C. Sensitivity	Calibration sensitivity	Sensib.Cal	Sens Calib	Sensblt. de Cal	
453	定标状态	Calibration Status		Edo Cal	Status de calibração	État de calibration	
454	定标状态	Cal Stat	Calibration status	Edo Cal	StatCal	Éta de C	
455	定标申请	Cal App	Calibration application	Soli cal	Aplic Cal	Alpct/Cal	
456	定标申请	Cal App	Calibration application	Soli cal	Aplic Cal	Applct de cal	
457	定标申请列表	Calibration Application List		Lista de solicitud de calibración	Lista de aplic calib.	Liste d'appclt de cal	
458	定标稀释设置	Calibration Dilution Setup		Config. de dilu. de cal	Conf Dilu Cali	Config. de dilut. de cal	
459	定标系数差别限	D. I. of C. co	Difference limit of calibration coefficient	L.D. de Co.Cal	LmtDIFCAL	LDD du CDC	
460	定标系数差别限	D. I. of C. co	Difference limit of calibration coefficient	L. D. de co. Cal	LmtDIFCAL	LDD du CDC	
461	定标结果	Cal R	Calibration results	Rdo cal	Cal res	Rs de cal	
462	定标结果	Calibration Results		Resultados de la calibración	Calib Result	Résultat de calibration	
463	定标结果	Cal Result	Calibration results	Rdo Cal	Cal res	Cal du reslt	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
464	定标结果延期失败!	Delay of calibration results failed!		¡El retraso de los resultados de la calibración falla!	Atraso de calibração falha nos resultados!	Échec du retard des résultats de calibration !	
465	定标结果设为默认失败。	Failed to set the calibration result as default.		No se pudo establecer el resultado de la calibración como predeterminado.	Falha ao definir o resultado da calibração como padrão	Échec de la config. du résultat de calibration par défaut.	
466	定标规则	Calibration Rule		Regla	Reg Cal	Règle de cal	
467	定标规则	Cal Rule	Calibration rule	Regl cal	Reg Cal	Rgl de C	
468	定标规则	Calibration rule		Regla de Cal.	Reg Cal	Règle de cal	
469	定标规则为%1时, 至少需要%2个定标液!	When the calibration rule is %1, at least %2 calibrators are required!		Cuando la regla de calibración es %1, se requieren al menos %2 calibradores.	Quando a regra de calibração é %1,pelo menos %2 calibradores são necessários!	Lorsque la règle de calibration est %1, au moins le calibrateurs %2 est requis !	
470	定标规则为%1时, 至少需要%2个定标液!	When the calibration rule is %1, at least %2 calibrator are required!		Cuando la regla de calibración es %1, se requiere al menos %2 calibrador.	Quando a regra de calibração é %1,pelo menos %2 calibrador é necessário!	Lorsque la règle de calibration est %1, au moins le calibrateur %2 est requis !	
471	定标规则为Exponential-5P时, 至少需要5个定标液!	When the calibration rule is Exponential-5P, at least 5 calibrators are required!		Cuando la regla de calibración es Exponential-5P, se requiere al menos 5 calibrador.	Quando a regra de calibração é Exponential-5p,são necessários pelo menos 5 calibradores!	Lorsque la règle de calibration est Exponential-5P, au moins 5 calibrateurs sont nécessaires!	
472	定标规则为K因数法时, 只需要1个定标液!	When the calibration rule is the K-factor method, only 1 calibrator is required!		Cuando la regla de calibración es el método del factor K, solo se requiere 1 calibrador.	Quando a regra de calibração é o método do fator K, apenas 1 calibrador é necessário!	Lorsque la règle de calibration est la méthode du Facteur K, un seul calibrateur est nécessaire !	
473	定标规则为K因数法时, K因数不能为空!	When the calibration rule is K-factor method, K-factor value cannot be empty!		Cuando la regla de calibración es el método del factor K, ¡el valor del factor K no puede estar vacío!	Quando o metodo de calibração é K-fator, o valor de K-fator não pode estar vazio!	Lorsque la règle de calibration est la méthode du facteur K, la valeur du facteur K ne peut pas être vide !	
474	定标规则为Logit-4P时, 至少需要4个定标液!	When the calibration rule is Logit-4P, at least 4 calibrators are required!		Cuando la regla de calibración es Logit-4P, se requiere al menos 4 calibrador.	Quando a regra de calibração é logit-4p,são necessários pelo menos 4 calibradores!	Lorsque la règle de calibration est Logit-4P, au moins 4 calibrateurs sont nécessaires!	
475	定标规则为Logit-5P时, 至少需要5个定标液!	When the calibration rule is Logit-5P, at least 5 calibrators are required!		Cuando la regla de calibración es Logit-5P, se requiere al menos 5 calibrador.	Quando a regra de calibração é logit-5p pelo menos 5 calibradores são necessários!	Lorsque la règle de calibration est Logit-5P, au moins 5 calibrateurs sont nécessaires!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
476	定标规则为Polynomial-5P时, 至少需要5个定标液!	When the calibration rule is Polynomial-5P, at least 5 calibrators are required!		Quando la regla de calibración es Polynomial-5P, se requiere al menos 5 calibrador.	Quando a regra de calibração é Polynomial-5p, pelo menos 5 calibradores são necessários!	Lorsque la règle de calibration est Polynomial-5P, au moins 5 calibrateurs sont nécessaires!	
477	定标规则为Spline时, 至少需要2个定标液!	When the calibration rule is Spline, at least 2 calibrators are required!		Quando la regla de calibración es Spline, se requiere al menos 2 calibrador.	Quando a regra de calibração é spline, pelo menos 2 calibradores são necessários!	Lorsque la règle de calibration est Spline, au moins 2 calibrateurs sont nécessaires!	
478	定标规则为线性定时, 至少需要1个定标液!	When the calibration rule is linear, at least 1 calibrator is required!		la regla de calibración es lineal, se requiere al menos 1 calibrador.	Quando a regra de calibração é linear pelo menos 1 calibrador é necessário!	Lorsque la règle de calibration est linéaire, au moins 1 calibrateur est nécessaire!	
479	定标设置	Cal Setting	Calibration setup	Config	Conf Cali	Cnfg/Cal	
480	定标设置	Cal Setting	Calibration setup	Configuración de calibración	Conf Cali	Cnfg/Cal	
481	定标试剂不满足批号要求, 定标结果设为默认失败。	Calibration reagent does not meet the batch number requirements, and failed to set the calibration result as default.		El reactivo de calibración no cumple con los requisitos del número de lote y no pudo establecer el resultado de la calibración como predeterminado.	O reagente de calibração não atende aos requisitos de número de lote e falhou ao definir o resultado da calibração como padrão	Le réactif pour calibration ne répond pas aux exigences relatives au numéro de lot, échec de la config. du résultat de calibration par défaut.	
482	定标试剂不满足瓶号要求, 定标结果设为默认失败。	Calibration reagent does not meet the vial number requirements, and failed to set the calibration result as default.		El reactivo de calibración no cumple con los requisitos del número de viales y no pudo establecer el resultado de la calibración como predeterminado.	O reagente de calibração não atende aos requisitos de número de frasco e não conseguiu definir o resultado da calibração como padrão	Le réactif pour calibration ne répond pas aux exigences relatives au numéro de flacon, échec de la config. du résultat de calibration par défaut.	
483	定标过期的结果不能设为默认!	The result of calibration expiration cannot be set as default!		¡El resultado de la caducidad de la calibración no se puede configurar como predeterminado!	O resultado da expiração da calibração não pode ser definido como padrão!	Le résultat expiré de la calibration ne peut pas être défini par défaut !	
484	定标重复性	C. Repeat	Calibration repeatability	Rep de cal	Rep Calib	Répé de C	
485	定标重复性	Calibration Repeatability		Repetibilidad de calibración	Rep Cal	Répétabilité de calibration	
486	定标重复次数	Cal Rep	Calibration repeatability	Reps Cal	No Rep Cali	Répét de cal	
487	定标重复次数	Calibration repetitions		Repeticiones de calibración	Rep Cal	Répét de cal	
488	实时发送完成样本的测试结果	Send the TR of C sample in real time	Send the test result of completed sample in real time	Envíe resultado de prueba M. completa en TR	Envie resultados de amostra concluido en tiempo real	Envoyez résultat d'éch. terminé ETR	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
489	实时发送未完成样本的测试结果	Send the TR of IC sam in real time	Send the test result of incompleted sample in real time	Envíe rdo. de pba M. incompl. en TR	Envie res amos incomp em tempo real	Envoyez résultat d'éch. incmplt ETR	
490	实时获取申请信息	Get application info in real time		Obtener info de solicitud en TR	Obtenha inf do app em tempo real	Obtenez des infos d'applct. ETR	
491	实测结果	Meas R	Measured results	Rdo med.	Res Test	Rés meas	
492	审 核 者	Reviewer		Inspectr	Revisor	Réviseur	
493	审核者	Reviewer		Inspector	Revisor	Réviseur	
494	密码	Password		Contraseña	Senha	Mot de passe	
495	密码	Password		Contrsña	Senha	Mot de passe	
496	密码不能为空!	The password cannot be empty!		¡La contraseña no puede estar vacía!	A senha não pode estar vazia!	Le mot de passe ne peut pas être vide!	
497	密码和确认密码不一致, 请重新输入!	The password is not consistent with the confirmation password, please re-enter!		La contraseña no coincide con la contraseña de confirmación. Vuelva a ingresar.	A senha não combina com a confirmação da senha,entre novamente!	Le mot de passe et la confirmation du mot de passe sont incohérents, veuillez les saisir à nouveau!	
498	密码错误!	Password error!		¡Error de contraseña!	Senha errada	Erreur de mot de passe!	
499	对于两点法或动力学法, 项目%1的反应起点应小于反应终点。	For two-point or kinetic methods, the reaction start point of item %1 should be earlier than the reaction end point.		Para los métodos cinéticos o de dos puntos, el punto de inicio de la reacción del artículo %1 debe ser anterior al punto final de la reacción.	Para métodos de dois pontos ou cinético o ponto inicial do teste %1 deve ser anterior ao ponto final da reação	Pour les méthodes des deux points ou cinétiques, le point de départ de l'item %1 doit être antérieur au point final de la réaction.	
500	对于两点法或动力学法, 项目%1的空白起点应小于空白终点。	For two-point or kinetic methods, the blank start point of item %1 should be earlier than the blank end point.		Para los métodos cinéticos o de dos puntos, el punto inicial en blanco del artículo %1 debe ser anterior al punto final en blanco.	Para métodos de dois pontos ou cinético o ponto inicial do teste %1 deve ser anterior ao ponto final da branco.	Pour les méthodes des deux points ou cinétiques, le point de départ de l'item %1 doit être antérieur au point final du fond.	
501	导入	Import		Importar	Imp	Import	
502	导入	Import		Impor	Imp	Import	
503	导入中.....	Importing...		Importando...	Importando...	Importer...	
504	导入失败列表	Import List Failure		Error de lista de importación	Importar lista de falhas	Liste des importation avortés	
505	导入完成, 部分项目导入失败, 点击确定查看失败列表!	Import is completed. Some items failed to be imported. Click OK to view the list of failures!		Se completa la importación. Algunos artículos no se pudieron importar. Haga clic en OK para ver la lista de fallas.	Importação concluída. Alguns itens não foram importados.Clique em OK oara ver a lista de falhas!	Succès d'importation. Certains items n'ont pas pu être importés. Cliquez sur OK pour afficher la liste des échecs!	
506	导入文件	Import file		Importar archivo	Importar arquivo	Importer le fichier	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
507	导入文件成功!	File import succeeded!		¡La importación del archivo se realizó correctamente!	Sucesso ao importar arquivos!	Succès d'importation du fichier !	
508	导入项目	Import items		Importar artículos	Importar testes	Importer l'item	
509	导出	Export		Export.	Export	Exporter	
510	导出	Export		Expor.	Export	Exporter	
511	导出中.....	Exporting...		Exportando...	Exportando...	Exporter...	
512	导出反应杯日志	Export cuvette log		Exportar registro de cubetas	Exportar registro de cuvette	Exporter le journal de cuvette	
513	导出操作记录	Export operation records		Exportar registros de operaciones	Exportar Registro de operação	Exportation d'enreg. de'opération	
514	导出数据	Export Data		Exportar dato	Exportar dados	Exporter des données	
515	导出文件	Export		Exportar	Export.	Export.	
516	导出文件失败!	Export failed!		Error al exportar	Falha ao exportar	Échec de l'exportation!	
517	导出文件成功。	Export file successful!		Éxito de exportar archivo	Sucesso na exportação do arquivo!	Succès d'exportation du fichier !	
518	导出文件成功!	Export successful!		Éxito de exportar	Exportado com sucesso	Exporter avec succès!	
519	导出日志	Export Log		Export.	Exp Log	Export	
520	导出日志	Export log		Exportar registro	Exp Log	Exporter le journal	
521	导出项目	Export item		Exportar artículo	Exportar teste	Exporter l'item	
522	小时	Hour		Hora	Hora	Heure	
523	尿液	Urine		Orina	Urina	Urine	
524	属性	Atrbt		Atrb	Atrib	Att.	
525	属性	Attribute		Atrb	Atrib	Att.	
526	属性	Attri.		Atrb	Atrib	Att.	
527	岁	Year		Año	Ano	Année	
528	工作液吸光度	W. sol. ABS	Working solution absorbance	Abs de S.T.	Ab.flu.trab	W. sol. ABS	
529	工作液吸光度	Working solution absorbance		Absorbancia de la solución de trabajo	Ab.flu.trab	Absorbance de la solution de travail	
530	工作液吸光度范围	Working solution absorbance range		Rango de absorbancia de la solución de trabajo	Intervalo de absorbância da solução de trabalho	Plage d'absorption de la solution de travail	
531	工程师	Engineer		Ingeniero	Engenheiro	Ingénieur	
532	工程师导入项目不可删除!	Item imported by engineer cannot be deleted!		¡El artículo importado por el ingeniero no se puede borrar!	O teste importado pelo engenheiro não pode ser excluído!	L'item importé par l'ingénieur ne peut pas être supprimé!	
533	工程师登陆	Engineer Login		Ingeniero Iniciar sesión	Senha Engenharia	Connexion d'ingénieur	
534	工程师账户或者密码错误!	Engineer account or password error!		¡Error de cuenta o contraseña del ingeniero!	Conta ou senha de engenharia errada	Erreur de compte d'ingénieur ou erreur de mot de passe!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
535	工程维护	Egnr Maint.	Engineering maintenance	Mant. Ing.	Man Eng	Mtnc tech	
536	左侧样本列表	Left-side Sample List		Lista izq de M	Lista amos esquer	Lst d'éch à gche	
537	已使用次数	Used Times		Veces usadas	Qtd de uso	Temps utilisés	
538	已占用	Occupied		Ocupado	Ocupado	Occupé	
539	已存在相同判断条件！	The same judgment condition already exists!		¡La misma condición de juicio ya existe!	A mesma condição de julgamento já existe!	La même condition de jugement existe déjà!	
540	已存在相同名称与批号的定标液！	Calibrators with the same name and batch number already exist!		¡Ya existen calibradores con el mismo nombre y número de lote!	Já existem calibradores com mesmo nome e numero de lote!	Des calibrateurs avec le mê me nom et le même numéro de lot existent déjà!	
541	已存在相同名称与批号的定标液，保存失败！	Calibrators with the same name and batch number already exist. Save failed!		Ya existen calibradores con el mismo nombre y número de lote. ¡Error al guardar!	Já existem calibradores com o mesmo nome e numero de lote.Falha ao salvar!	Des calibrateurs avec le mê me nom et le même numéro de lot existent déjà. Échec de l'enregistrement!	
542	已存在相同名称与批号的质控液！	QC with the same name and batch number already exists!		¡Ya existe CC con el mismo nombre y número de lote!	Já existe QC com o mesmo nome e número de lote!	Le CQ avec le même nom et le même numéro de lot existe déjà!	
543	已存在相同批号和瓶号的试剂。	Reagents of the same batch and vial number already exist.		Ya existen reactivos del mismo lote y número de vial.	Já existem reagentes do mesmo lote e número de frasco	Des réactifs du même lot et du même N° de flacon existent déjà.	
544	已存在相同批号和瓶号的试剂！	A reagent with the same batch number and bottle number already exists!		¡Ya existe un reactivo con el mismo número de lote y número de vial!	Já existe um reagente com o mesmo número de lote e frasco!	Des réactifs du même lot et du même N° de flacon existent déjà.	
545	已存在相同条码的试剂！	The reagent with the same barcode already exists!		¡Ya existe el reactivo con el mismo código de barras!	Reagente e código de barras existente	Le réactif avec le même code-barres existe déjà!	
546	已完成	Completed		Complet	Complet	Complet	
547	已申请	Applied		Solicitud	Aplicado	Appliqué	
548	已申请项目	Item Applied		Artículo solicitado	Item aplicado	Item appliqué	
549	已退出导入流程，点击确定查看失败列表！	The import process has been exited. Click OK to view the list of failures!		Se ha salido del proceso de importación. Haga clic en OK para ver la lista de fallas.	O processo de importação foi encerrado. Clique em ok para vera alista de falhas!	Le processus d'importation est terminé. Cliquez sur OK pour afficher la liste des échecs!	
550	已选择项目	Item Selected		Artículo seleccionado	Item selecionado	Item sélectionné	
551	已释放	Released		Librado	Liberar	Libéré	
552	常规	RT	Routine	Ruti	Roti	Routine	
553	常规	Routine		Rutina	Roti	Routine	
554	常规	RT	Routine	Rutina	Rotina	RT	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
555	常规清洗反应杯	Routine cuvette cleaning		Limpieza de cubeta de rutina	Limpeza de rotina de cuvette	Nettoyage de routine de la cuvette	
556	常规项目	Routine Items		Art. rutina	Rotina Item	Item de routine	
557	常规项目	Routine Item		Art. rutina	Rotina Item	Item de rtn	
558	常规项目	Routine Item		Art. rutina	Rotina	Item de routine	
559	常规项目打印顺序未保存, 是否切换?	Routine item print sequence not saved. Switch?		No se guardó la secuencia de impresión del artículo de rutina. ¿Cambiar?	A sequencia de impressão do item de rotina não foi salva	La séquence d'impression d'item de routine non enregistrée. Continuer ?	
560	常规项目新增失败!	Addition of routine item failed!		¡Error al agregar el artículo de rutina!	A adição do teste de rotina falhou!	Échec de l'ajout de l'item de routine !	
561	常规项目新增失败, 自动退出导入流程。	Routine item addition failed and the import process is automatically exited.		La adición de artículos de rutina falló y el proceso de importación se sale automáticamente.	A adição do teste de rotina falhou e o processo de importação foi encerrado automaticamente	Échec de l'ajout d'éléments de routine et le processus d'importation est auto. arrêt é.	
562	年	Year		Año	Ano	Année	
563	年月日	YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	AAAA-MM-DD	Année-M-J	
564	年龄	Age		Edad	Idade	Âge	
565	年龄	Age		Rgo de edad	Idade	Âge	
566	年龄下限不能大于上限!	The lower age limit cannot be greater than the upper age limit!		¡El límite de edad inferior no puede ser mayor que el límite de edad superior!	Limite de idade inferior não deve ser maior que o superior!	La limite d'âge inférieure ne peut pas être supérieure à la limite d'âge supérieure!	
567	年龄范围	Age Range		Rgo de edad	Faixa etar	Plg. d'âge	
568	床号	Bed No.		Cama	Nro Acom	N° de lit	
569	床号	Bed No.		Cama	Nro Acom	N°de lit	
570	序号	S/N	Serial No.	NS	S/N	S/N°	
571	底物耗尽	Substrate Depl	Substrate depletion	Agotam sustrato	Depl subst	Épsmt du substrat	
572	底物耗尽限	S. dep limit	Substrate depletion limit	Lím.Agt.Sus	Lim.dep.sub	S. dep lim.	
573	底物耗尽限	Substrate depletion limit		Límite de agotamiento del sustrato	Lim.dep.sub	Limite d'épuisement du substrat	
574	底部	Bottom		Fondo	Botão	Bas	
575	废液	Waste liquid		Líquido residual	Esgoto Liquido	Déchets liquides	
576	废液桶	Waste Bucket		Cubo de residuos	Tanque de residuos	Seau à déchets	
577	延期	Delayed		Demorado	Atrasado	Retarder	
578	延期	Delayed		Demor.	Atrasado	Retarder	
579	延期时间	Delay Time		Retraso	Tmp Atr	Tps du rtd	
580	开始	Start		Iniciar	Iniciar	Démarrer	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
581	开始时间不能大于结束时间!	Start time cannot be later than the end time!		¡La hora de inicio no puede ser posterior a la hora de finalización!	Tempo inicial não pode ser depois do tempo final!	Le temps de début ne peut être postérieure au temps de fin !	
582	开始时间不能大于结束时间!	Start time cannot be later than the end time!		¡La hora de inicio no puede superar a la hora de finalización!	Tempo inicial não pode ser depois do tempo final!	Le temps de début ne peut être postérieure au temps de fin !	
583	开始测试	Start A Test		Iniciar prueba	Iniciar teste	Lancer un test	
584	开始测试中.....	Starting test...		Iniciando prueba...	Iniciando teste	En cours de test...	
585	开机自动连接	Auto-C Af ST	Auto connection after startup	Auto-C al I.	ConAutConex	Connex-Auto	
586	开温控	Open temperature control		Activar control de temperatura	Controle Temperatura aberto	T°c ouv.	
587	开温控.....	Temperature control opening.....		Activando control de temperatura	Abrindo controle de temperatura...	En cours d'ouvert de T°c...	
588	开瓶日期	O-vial D	Open-vial date	F VialA	Data AB	D d'ovrt	
589	开瓶日期:	O-vial D:	Open-vial date	F VialA.:	Data AB:	D d'ovrt :	
590	开瓶有效期	O-vial SL	Open-vial shelf life	VÚVialA	Val AB	DDC A-O	
591	开瓶有效期	O-vial SL	Open-vial shelf life	VÚVialA.	Val AB	DDC A-O	
592	开瓶有效期:	O-vial SL:	Open-vial shelf life	VÚ VialA.:	Val AB:	DDC A-O :	
593	开瓶有效期不能为空!	The open-vial shelf life cannot be empty!		¡La vida útil del vial abierto no puede estar vacía!	O prazo de validade do frasco aberto não pode estar vazio!	La durée de conservation après l'ouverture ne peut pas être vide!	
594	开瓶有效期超限	O-v SL exc Lmt	Open-vial shelf life exceeded limit	VÚVialA.ExcLím	Exc val ab Fra	DDC A-O exp	
595	异常	Abnormal		Error	Anorm	Anormal	
596	异常	Abnormal		Error	Anormal	Anormal	
597	异常杯位	Abnormal Cuvette		Cubeta anormal	Cuvette anormal	Cuvette anormale	
598	强化清洗失败: 仪器非空闲或处于离线模式!	Intensified cleaning failed: Instrument is not idle or in offline mode!		Error de limpieza intensificada: el instrumento no está inactivo o fuera de línea.	Limpeza aprimorada falhou: Instrumento não está ocioso ou no modo offline	Échec d'intensification du nettoyage : L'analyseur est en mode actif ou en mode hors ligne !	
599	强化清洗杯	Reinforced Cleaning Cuvette		Cubeta de limpieza reforzada	Limpeza aprimorada da cuvette	Cuvette de nettoyage renforcée	
600	强化清洗次数	Intensified Cleaning Times		Veces de limpieza intensificada	Tempo de limpeza aprimorado	Nombre de nettoyage intensifié	
601	强化清洗次数	ICT	Intensified cleaning times	Inten.	limAP	Nb/Nl	
602	强化清洗液	Probe Detergent		Deterg. Sonda	Agulha deter	Détergent	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
603	强化清洗液余量不足以完成全盘清洗, 请加满强化清洗液, 并刷新状态	Probe detergent is not enough to do the whole cleaning. Please add detergent and refresh.		El detergente de sonda no es suficiente para hacer toda la limpieza. Agregue detergente y refresque.	Detergente da sonda insuficiente, Adicione e tente novamente	Quantité insuffisante de liquide de nettoyage intensif, remplissez le liquide et essayez à nouveau.	
604	强化清洗液余量报警限	Alm Lmt of Prb Dtg Allow		Lím rem dtg son	Lim alm sol	Alr de détergt rstn	
605	强化清洗液余量:	Probe detergent residual:		Remanente de detergente de sonda:	Residuo da agulha de detergente:	Quantité restante de détergent	
606	强化清洗液余量: %1ml	Probe detergent residual: %1mL		el remanente de detergente de sonda:%1ml	Residuo da agulha de detergente:%1mL	Restant de détergent: %1mL	
607	强化清洗针	Reinforced Cleaning Probe		Sonda de limpieza reforzada	Limpeza aprimorada da agulha	Sonde de nettoyage renforcé e	
608	当前仪器光源未稳定, 还需等待%1分钟, 是否直接进行测试?	The light source is not stable. Please wait for %1 min. Conduct the test directly?		La fuente de luz no es estable. Espere %1 min. ¿Realizar la prueba directamente?	A fonte de luz não esta estavel.Aguarde %1 min. Realizar o teste diretamente?	La source de lumière n'est pas stable. Veuillez patienter pendant %1 min. Effectuer le test directement ?	
609	当前仪器反应盘温度未达到目标温度, 是否直接进行测试?	The temperature of reaction tray does not reach the target value. Conduct the test directly?		La temperatura de la bandeja de reacción no alcanza el valor objetivo. ¿Realizar la prueba directamente?	A temperatura da bandeja de reação não atinge o valor alvo. Realizar o teste diretamente?	La température du plateau de réaction n'atteint pas la valeur cible. Effectuer le test directement ?	
610	当前位置已装载试剂	Current Position Has Been Occupied		La posición actual se ha ocupada	Posição atual ocupada	Cette position a été occupé	
611	当前信息未保存, 确定离开?	Current information is not saved. Are you sure to leave?		La información actual no se guardó. ¿Seguro de salir?	As informações atuais não foram salvas.Certo que quer sair?	Les informations actuelles non enregistrées. Quitter ?	
612	当前信息未保存, 确认离开?	Current message not saved. Leave?		Mensaje actual no guardado. ¿Salir?	A mensagem atual não foi salva.Quer sair?	Message actuel non enregistré. Quitter ?	
613	当前反应杯号	Current Cuvette Number		Nº de cubeta actual	Nro Cuv Atual	Nº de cuvette actuel	
614	当前已是最后一个项目。	This is currently the last item.		Este es actualmente el último artículo.	Este é atualmente o ultimo item	C'est actuellement le dernier item.	
615	当前已是第一个项目。	This is currently the first item.		Este es actualmente el primer artículo.	Este é atualmente o primeiro item	C'est actuellement le premier item.	
616	当前条件没有可导出的日志。	The current condition has no logs to export.		La condición actual no tiene registros para exportar.	Não há logs para exportar nessas condições	Il n'y a pas de journaux exportables dans la condition actuelle.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
617	当前样本包含待测的双试剂项目或稀释测试，高速模式下不允许更新！	The current sample contains the Dual-reagent item to be tested or dilution test. Update not allowed in high-speed mode!		La muestra actual contiene el artículo de reactivo doble para probarse o prueba de dilución. ¡Actualización no permitida en modo de alta velocidad!	A amostra atual contém o item de reagente duplo a ser testado ou o teste de diluição.Atualização não permitida no modo de alta velocidade!	L'échantillon actuel contient l'élément à double réactif à tester ou le test de dilution. Mise à jour non autorisée en mode haute vitesse!	
618	当前样本包含待测的双试剂项目或稀释测试，高速模式下不允许重测！	The current sample contains the Dual-reagent item to be tested or dilution test. Retest is not allowed in high-speed mode!		La muestra actual contiene el artículo de reactivo doble para probarse o prueba de dilución. ¡No se permite volver a probar en el modo de alta velocidad!	A amostra atual contém o item de reagente duplo ou teste de diluição a ser testado e o reteste não é permitido no modo de alta velocidade.	L'échantillon actuel est pour l'item à double réactifs à tester ou le test de dilution. Il ne permet pas de la retester en mode haute vitesse !	
619	当前没有可发送样本结果！	No result to be sent!		¡No hay resultados para enviar!	Sem resultados a ser enviados!	Aucun résultat à envoyer!	
620	当前没有可打印的信息！	No printable information at present!		¡No hay información imprimible en este momento!	Nenhuma informação para impressão no momento!	Aucune information imprimable pour le moment !	
621	当前没有待测试样本！	There are currently no samples to be tested!		¡Actualmente no hay muestras para probar!	Atualmente não há amostras para serem testadas!	Il n'y a actuellement aucun échantillon à tester !	
622	当前测试：%1号样本盘、%2号试剂盘请等待当前盘测试结束后，再开始其他盘的测试！	Current Test: %1 sample tray, %2 Reagent tray. Please wait until the end of the current tray test before starting the test of other trays!		Prueba actual: %1 bandeja de muestras, %2 bandeja de reactivos. Espere hasta el final de la prueba de bandeja actual antes de comenzar la prueba de otras bandejas.	Teste atual: %1 disco de amostra, %2 disco de reagente. Aguarde até o final do teste do disco atual antes de iniciar o teste de outros discos!	Test actuel : %1 plateau d'échantillon, %2 plateau de réactif. Veuillez attendre la fin du test du plateau actuel avant d'effectuer le test des autres plateaux !	
623	当前用户不能导入项目。	The current user cannot import the item.		El usuario actual no puede importar el artículo.	O usuário atual não pode importar o teste	L'utilisateur actuel ne peut pas importer l'item.	
624	当前用户不能导出项目。	The current user cannot export the item.		El usuario actual no puede exportar el artículo.	O usuário atual não pode exportar o teste	L'utilisateur actuel ne peut pas exporter l'item.	
625	当前盘无可卸载试剂！	No reagents to unload in the current tray!		¡No tiene reactivos para descargar en la bandeja actual!	Nenhum reagente para descarregar no disco atual!	Aucun réactif à décharger dans le bac actuel!	
626	当前结果	C. Resu.	Current results	Rdo act.	Res Atua	Rés actl	
627	当前结果	Current Results		Rdo actual	Result Atual	Réslts actuels	
628	当前结果	Current Results		Resultado actual	Result Atual	Réslts actuels	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
629	当前项目的多规则质控有修改，确定离开？	The multi-rule QC of the current item has been modified. Leave?		Se ha modificado el CC de múltiples reglas del artículo actual. ¿Seguro de salir?	o QC de regras multiplas do item atual foi modificado.Sair?	Le Multi-règles CQ de l'item actuel a été modifié. Quitter?	
630	当前项目的联合质控规则有修改，确定离开？	The joint QC rules of the current item have been modified. Leave?		Se han modificado las reglas de CC conjunto del artículo actual. ¿Seguro de salir?	As regras conjuntas de QC do item atual foram modificadas.Sair?	Le Conjoint CQ de l'item actuel ont été modifié. Quitter?	
631	当天全部样本	All samples on the same day		Todas mues de hoy	Toda am mesmo dia	Tous les éch du jour	
632	当天所有样本	All samples on the same day		Todas las muestras del mismo día	Todas as amostras no mesmo dia	Tous les éch. du jour	
633	当天最新样本	Latest sample on the same day		Última muestra del mismo día	Ult am no mesmo dia	Dernier éch du jour	
634	当天最新样本	Latest sample on the same day		Última mues de hoy	Ult am no mesmo dia	Dernier éch du jour	
635	当日项目	Day Item		Art Día	Item dia	Ite du jr	
636	当日项目	Item On The Same Day		Art de hoy	Item dia	Ite du jr	
637	待期	Normal		Normal	Normal	Normal	
638	待测	Pending test		Pba. Pend.	Teste Pend	À tester	
639	忽略	Ignore		Ignor.	Ignora	Ignore	
640	忽略已打印样本	Ignore printed samples		Ignora M. impresa	Ignorar amost impr	Ignorer les éch. impr.	
641	急诊	STAT		STAT	STAT	URG	
642	急诊样本	STAT		STAT	STAT	URG	
643	性别	Gender		Sexo	Genero	Sexe	
644	成功	Success.	Successful	Éxito	Sucess	Succès	
645	截距 (b)	Intercept (b)		Interc.(b)	Intrcpt(b)	Intercpt. (b)	
646	所属科室	Department		Dept.	Departamen	Département	
647	所有结果	All Results		Todo rdo.	Tod Resul	Tous rés.	
648	手动备份	Manual Backup		Copia manual	Backup Manual	Enrgstrmt manuelle	
649	手动条码	Manual barcode		Código de barras manual	Código de barras manual	Code manuel	
650	手工稀释倍数	M-dilut F	Manual dilution factor	F dilu-m	Dil Fat	F de DI M	
651	手工项目	Manual Items		Art. manual	Item Manual	Item manuel	
652	手工项目	Manual Item		Art manual	Item Manual	Item manuel	
653	手工项目打印顺序未保存，是否切换？	Manual item print sequence not saved. Switch?		Secuencia de impresión de artículo manual no guardada. ¿Cambiar?	A sequencia de impressão do item manual não foi salva	La séquence d'impression d'item manuel non enregistré e. Continuer ?	
654	手工项目排序	Sequence		Secuencia	Sequencia	Séquence	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
655	手工项目新增成功, 特定参考范围保存失败!	Manual items added successfully and saving of specific reference range failed!		Los artículos manuales se agregaron correctamente, pero ¡no se pudo guardar el rango de referencia específico!	Itens manuais adicionados com sucesso e falha ao salvar o intervalo de referencia específico!	Succès de l'ajout d'item manuel et échec de l'enregistrement d'une plage de référence spécifique !	
656	手工项目结果	Manual Item Results		Rdo de art. manual	Res Manual Item	Rés d'item manuel	
657	打印	Print		Imprimir	Imprim	Imprimer	
658	打印/LIS	Print/LIS		Imp/LIS	Imp/Lis	Imp/LIS	
659	打印全部结果	Print all results		Imprimir todos los resultados	Imprimir todos resultados	Imprmr tous les réslt	
660	打印全部结果	Print all results		Imprimir todos los rdos	Imp todos Res	Imprmr tous les réslt	
661	打印机	Printer		Impresora	Impressora	Imprimante	
662	打印设置	Print Setup		Conf. impri	Conf Imp	Cfg de l'imp	
663	打印设置	Print Setup		Config impri	Conf Imp	Cfg de l'imp	
664	打印选中样本结果	Print the results of selected sample		Imprimir rdos de la muestra seleccionada	Impr os result seleccionados de amostra	Imprimer les réslt de l'éch. sélec.	
665	打印选中结果	Print selected results		Imprimir rdo optado	Imp Res Sel	Imprmr les réslt sél.	
666	打印选中项目结果	Print the results of selected item		Imprimir rdos del artículo seleccionado	Imprimir os resul dos itens seleccionados	Imprimer les résultats de l'item sélect.	
667	打印选项	Print options		Opciones de impresión	Imprimir opções	Options d'impression	
668	打印顺序	Sequence		Sec	Sequenc	Séquence	
669	打印顺序	Sequence		Orden	Sequenc	Séquence	
670	打印预览	Preview		Previsto	Previsão	Prévis.	
671	打开文件失败!	Open file failed!		¡Error al abrir el archivo!	Falha ao abrir arquivo!	Échec de l'ouverture le fichier !	
672	打开文件失败, 查看所选文件是否已打开?	Failed to open the file! Check if the selected file is open?		Error al abrir el archivo! Favor de checar si el archivo seleccionado ya está abierto.	Falha ao abrir arquivo!Check se o arquivo selecionado esta aberto?	Impossible d'ouvrir le fichier ! Vérifiez si le fichier sélectionné est ouvert?	
673	打开温控	Opn Tem. Ctr.	Open temperature control	Ac ctr temp.	Contmp A	T°c ouv.	
674	打开温控失败!	Failed to open temperature control!		Error al activar control de temperatura	Falha na abertura do controle de temperatura!	Échec d'ouvert de T°c	
675	执行	Execution		Ejecutar	Execução	Exécut.	
676	执行反应杯强化清洗流程失败!	Intensified cleaning for cuvette failed!		¡Error de limpieza intensificada de la cubeta!	Falha na limpeza aprimorada de cuvette!	Échec d'intensification du nettoyage de la cuvette !	
677	执行指令失败!	Execution for the command failed!		¡Error de la ejecución del comando!	Falha ao executar o comando!	Échec d'exécution de l'instruction !	
678	执行提示	Execute Prompt		Aviso ejecutar	Executar Prom	Exéc. Instruc.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
679	执行液路排气泡失败！	Excluding bubble procedure failed!		¡El procedimiento de exclusión de burbujas falló!	Falha ao excluir procedimento de bolha!	Échec d'enlèvement de bulles de circuit des fluides!	
680	执行液路排空流程失败！	Fluidic component emptying failed!		¡Falló el vaciado del componente fluido!	Falha no esvaziamento do sistema fluido!	Échec de la vidange du circuit de fluides !	
681	执行液路灌注失败！	Priming procedure failed!		¡El procedimiento de cebado falló!	O procedimento de preparação falhou!	Échec d'injection hydraulique!	
682	执行维护项目失败！	Maintenance failed!		¡Falla el mantenimiento!	Falha na manutenção!	Échec de la maintenance !	
683	扫描失败！	Scanning failed!		¡Falló el escaneo!	Falha ao ler!	Échec du balayage !	
684	批%1号：	Batch No.:		Lote:	Nro Lote:	N°/lot :	
685	批号	BAT.	Batch No.	Lote	Nro Lote	N°/lot	
686	批号	Batch No.		Lote	Nro Lote	N°/lot	
687	批号：	BAT.:	Batch No.	Lote:	Lote:	N°/lot :	
688	批量	Batch		Lote	Lote	Lot	
689	批量个数	Batch #	Number of batches	Lote Nº	Nro Lote	N°de lot	
690	批量申请	Batch Application		Solic. de lote	Lote em uso	Applct par lot	
691	批量申请个数大于可用样本位， 多余样本将取消申请，是否继续？	If the number of batch applications is greater than the number of available sample positions, the application will be canceled for the surplus samples. Continue?		Si el número de solicitud por lotes es mayor que el número de posiciones de muestra disponibles, se cancelará la solicitud de las muestras sobrantes. ¿Seguir?	Se o número de aplicações em lote for maior que o número de posições de amostra disponíveis a aplicação será cancelada para as amostras excedentes	Si le nombre d'applications par lots est supérieur au nombre de positions d'éch. disponibles, l'application sera annulée pour les échantillons excédentaires. Continuer?	
692	批量申请只能申请当天日期的样本编号！	Batch application can only apply for the sample number of the same day!		¡La solicitud por lotes solo puede solicitar el número de muestra del mismo día!	O numero do lote em uso só pode ser aplicado para o numero de amostra do mesmo dia!	L'application par lots ne peut s'appliquer que pour le numéro d'échantillon du même jour!	
693	批量申请完成，已成功申请%1个样本！	Batch Application Completed, Successfully Submitted %1 Samples!		Solicitud por lotes completada, %1 muestras solicitadas correctamente.	Aplicação em lote concluída, %1 amostras enviadas com sucesso!	Application par lots terminée, succès de l'applct de %1 échantillon !	
694	批量申请完成，已成功申请%1个样本！	Batch Application Completed, Successfully Submitted %1 Sample!		Solicitud por lotes completada, %1 muestras solicitadas correctamente.	Aplicação em lote concluída, %1 amostras enviadas com sucesso!	Application par lots terminée, succès de l'applct de %1 échantillon !	
695	找不到对应的测试，修改结果失败！	No corresponding test found, the modification of results failed!		No se encontró la prueba correspondiente, ¡la modificación de resultados falló!	Nenhum teste correspondente encontrado; a modificação dos resultados falhou!	Ne trouver pas le test correspondant, échec de la modification des résultats !	
696	报告类型	Report Type		Tipo de informe	Tipo Rel	Type de rapport	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
697	报警声音	AS	Alarm sound	Sonido	Al som	Son	
698	报警设置	Alarm Setup		Config de alarma	Conf alarm	Config. d'alarme	
699	报警设置	Alarm Setup		Configuración de alarma	Conf alarm	Config. d'alarme	
700	报警音量	AS vol	Alarm sound volume	Vol.	Vol Al	Volume	
701	指令执行失败!	Failed to execute the command!		Error al ejecutar el comando.	Falha para executar o comando!	Échec de l'exécution de la instruction!	
702	指定位置	Designated Position		Posición designada	Posição Design	Poste spécifié	
703	指定样本	Designated Sample		Muestra designada	Amostra Design	Éch spécifié	
704	指定样本位	Specify Sample Pos.		Indiciar muestra	Defina pos amos	Position spécifié	
705	指定样本位不能为空!	The specified sample position cannot be empty!		Posición de muestra no puede ser nulo	Posição de amostra especificada não pode estar vazia!	La position de l'échantillon spécifié ne peut pas être vide !	
706	指定状态	Designated Status		Estado designado	Status Desig	État spécifié	
707	指定项目	Designated Item		Artículo designado	Item Designado	Item spécifié	
708	换批定标	BAT CNG CAL	Vial change calibration	Cal Cam Lot	AltLoteCal	Cal du Cdf	
709	排序	Sequence		Secuencia	Sequenc	Séquence	
710	排序	Sequence		Orden	Sequenc	Séquence	
711	控制软件版本号:	V. of Control Software:	Version number of control software:	V. of Ctrl SW:	Nr vers soft ctr:	N° de VDL de ctrl.	
712	提示	Prompt		Nota	Prom	Invite	
713	提示	PMT		Nota	Prompt	Invite	
714	搅拌杆	Stirring Rod		Varilla agit	Mixer	Agitateur	
715	搅拌杆单元	Stirring rod unit		Varilla de agitación	Unid do mixer	Unité d'agitateur	
716	搅拌杆强化清洗	Stirring rod intensified cleaning		Varilla agitadora limpieza intensificada	Limpeza aprimorada do mixer	Nettoyage intensif de l'agitateur	
717	搅拌杆测试前普通清洗次数不能为空。	The common cleaning times of stirring rod cannot be empty before the test.		Las veces de limpieza normal de la varilla de agitación antes de la prueba no se pueden vaciar.	O nro da limpeza comum do mixer não pode estar vazio antes do teste	Le nombre de nettoyage quotidien de l'agitateur ne peut pas être vide avant le test.	
718	搅拌杆测试后强化清洗次数不能为空。	The intensified cleaning times of stirring rod cannot be empty after the test.		Las veces de limpieza intensificados de la varilla de agitación después de la prueba no se pueden vaciar.	O nro da limpeza aprimorada não pode estar vazio depois do teste	Le nombre de nettoyage intensifié de l'agitateur ne peut pas être vide après le test.	
719	搅拌杆测试后普通清洗次数不能为空。	The common cleaning times of stirring rod cannot be empty after the test.		Las veces de limpieza normal de la varilla de agitación después de la prueba no se pueden vaciar.	O nro da limpeza comum do mixer não pode estar vazio depois do teste	Le nombre de nettoyage quotidien de l'agitateur ne peut pas être vide après le test.	
720	撞针	Cl.	Probe collide	Cqe	Col	SEC	
721	操作	Operation		Operación	Operação	Opération	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
722	操作员	Operator		Operador	Operador	Opérateur	
723	操作失败!	Operation failed!		Error de operación	Falha de operação!	Échec de l'opération!	
724	操作失败: 仪器非空闲或处于离线模式!	Operation failed: Instrument is not idle or in offline mode!		Error de operación: el instrumento está inactivo o fuera de línea.	Falha na operação: instrumento não esta ocioso ou desligado!	Échec d'opération: l'analyseur est mode actif ou en mode hors ligne!	
725	操作失败: 液路异常!	Operation failed: Fluidic component is abnormal!		Error de operación: ¡El componente fluido es anormal.	Falha na operação: Componente fluidico esta anormal!	Échec d'opération: circuit de fluides anormal!	
726	操作描述	Operation Description		Descripción de la operación	Descrição de operação	Description de l'opération	
727	操作数据库失败!	Database operation failed!		¡Error en la operación de la base de datos!	Falha na operação do banco de dados!	Échec de l'opération de base de données !	
728	操作日志	Operation Log		Reg de oper.	Registro Oper	Journal d'opé	
729	操作时间	Operation Time		Tmpo Oper	Tempo Oper	Temps de l'opération	
730	操作时间	Operation Time		Tmpo Oper	Hora	Temps	
731	操作类型	Oper. Type	Operation type	Tpo Oper	Tipo oper	Type d'opé	
732	操作类型	Operation Type		Tpo Oper	Tipo oper	Type d'opé	
733	操作组	Operation Group		Grupo opera	Grupo Oper	Grp d'opértn	
734	操作者	Operator		Operador	Operador	Opérateur	
735	操作记录	Operation Record		Reg. de operación	Registro de Oper	Registre d'opération	
736	操作软件版本号:	V. of Op. Software:	Version number of operating software:	V. of Op. SW:	Nr vers soft op:	N° de VDL d'expl.	
737	操作部	Operating system		Sistema operativo	Sistema operacional	Département des opérations	
738	擦拭完成后, 点击/继续/进入下一步。请远离试剂样本针运动区域, 仪器进行冲洗流程。	Click /Continue/ to proceed to the next step after wiping. The instrument enters flushing process, please stay away from the movement area of reagent-sample probe.		Haga clic en / Seguir / para continuar con el siguiente paso después de limpiar. El instrumento entra en el proceso de lavado, manténgase alejado del área de movimiento de la sonda de muestra de reactivo.	Clique em /Continue/ para prosseguir para a próxima etapa após a limpeza o instrumento entra no processo de limpeza fique longe da area de movimento da agulha de amostra de reagente	Cliquez sur /Continue/ pour passer à l'étape suivante après l'essuyage. L'instrument entre dans le processus de rinçage, veuillez rester à l'écart de la zone de mouvement de la sonde.	
739	故障	Fault		Error	Falha	Faute	
740	故障代号	Fau. Code	Fault code	Cód de E	Cód Falh	Code	
741	故障代码	Fau. Code	Fault code	Cód. Er.	Codigo	Code	
742	故障单元	Fau. Unit	Fault unit	Uni de E	Uni Falh	Unité	
743	故障单元	Fault Unit		Unidad de error	Uni Falh	Unité	
744	故障单元	Fau. Unit	Fault unit	Ud. de Er	Unidade	Unité	
745	故障原因	Fault Cause		Causa de error	Causa da Falha	Cause d'erreur	
746	故障处理	Trouble Shooting		Resolu. de err.	Sol problemas	Dépannage	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
747	故障恢复	Fau. Rec.	Fault recovery	Rcup. Er	Rec Falh	Récupé.	
748	故障恢复	Fault Recovery		Recuperación de error	Rec Falh	故障恢复	
749	故障恢复失败!	Fault recovery failed!		¡Error de recuperación de fallas!	falha na recuperação!	Échec de Réc. de fau. !	
750	故障恢复成功!	Fault recovery succeeded!		¡Éxito de recuperación de fallas!	Sucesso na recuperação da falha!	Succès de Réc. de fau. !	
751	故障描述	Fault Description		Descripción de error	Descrição da falha	Description d'erreur	
752	故障日志	Fault Log		Reg. de fallas	Falha Reg	Jrnl de mntnc	
753	故障来源	Fau. Sour.	Fault source	Fue de E	Fon Falh	Source	
754	故障来源	Fau. Sour.	Fault source	Fue. Er.	Fonte	Source	
755	故障级别	Fau. Level	Fault level	Niv de E	Niv Falh	Nv.	
756	故障级别	Fau. Level	Fault level	Nivel Er	Nivel	Nv.	
757	散热风扇除尘	Fan Dedusting		Ventilador desempolvado	Limpeza da poeira do ventilador	Dépoussiérage en éventail	
758	数据	Data		Dato	Dados	Donnée	
759	数据备份	Data Backup		Copia de datos	Dados de backup	Copie des don.	
760	数据字典	DT Dictionary	Data dictionary	Dicc datos	DT Dicio	Dict. de don	
761	数据字典	Data Dictionary		Dicc datos	DT Dicio	Dict. de don	
762	数据库	Database		Base de datos	Banco de dados	Base de données	
763	数据库保存失败!	Database saving failed!		¡Error al guardar la base de datos!	Falha ao salvar database!	Échec de l'enregistrement de DDB !	
764	数据库异常, 删除失败!	Database exception, deletion failed!		¡Excepción de la base de datos, la eliminación falló!	Banco de dados anormal, exclusão falhou!	DDB anormal et échec de la suppression !	
765	数据库操作失败!	Database operation failed!		¡Error en la operación de la base de datos!	Falha na operação de banco de dados!	Échec de l'opération de base de données !	
766	数据库操作失败, 保存多规则质控设置失败!	Database operation failed. Saving of multi-rule QC setup failed!		Error en la operación de la base de datos. ¡Error al guardar la configuración de CC de múltiples reglas!	Falha na operação do banco de dados.Falha ao salvar a configuração do QC de regras multiplas!	Échec de l'opération de base de données. Échec de l'enregistrement de la configuration du Multi-règles CQ !	
767	数据库操作失败, 保存定标液失败!	Database operation failed. Saving of calibrators failed!		Error en la operación de la base de datos. ¡Error al guardar calibradores!	Falha na operação do banco de dados.Falha ao salvar calibradores!	Échec de l'opération de base de données. Échec de l'enregistrement de calibrateur !	
768	数据库操作失败, 保存联合质控设置失败!	Database operation failed. Saving of joint QC setup failed!		Error en la operación de la base de datos. ¡Error al guardar la configuración de CC conjunto!	Falha na operação do banco de dados. Falha ao salvar a configuração do QC Conjunto!	Échec de l'opération de base de données. Échec de l'enregistrement de la configuration du Conjoint CQ !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
769	数据库操作失败，删除定标液失败！	Database operation failed. Deletion of calibrators failed!		Error en la operación de la base de datos. ¡Error al borrar calibradores!	Falha na operação do banco de dados.Falha na exclusão dos calibradores!	Échec du fonctionnement de la base de données. Échec de la suppression de calibrateur !	
770	数据库操作失败，删除常规项目失败！	Database operation failed. Delete routine item failed!		Error en la operación de la base de datos. ¡Error al borrar el elemento de rutina!	Falha na operação de banco de dados.Falha ao apagar os testes da rotina!	Échec de l'opération de base de données. Échec de la suppression de l'item de routine !	
771	数据库操作失败，新增定标液失败！	Database operation failed. Addition of new calibrator failed!		¡Error en la operación de la base de datos! ¡Error al agregar calibrador nuevo!	Falha na operação do banco de dados. Falha na adição do novo calibrador!	Échec de l'opération de base de données. Échec de l'ajout d'un nouveau calibrateur !	
772	数据库版本号：	Database Version Number:		Versión de base de datos:	No Versão Banco de Dados:	N° de version de BDD:	
773	数据格式错误，请检查后重新导入！	Data format error. Please check and re-import!		Error de formato de datos. Compruebe y vuelva a importar.	Erro no formato de dados. Verifique e importe novamente	Erreur de format de données. Veuillez vérifier et ré importer!	
774	数据计算	Data calculation		Cálculo de datos	Calculo dados	Calcul des données	
775	数据还原	Data Recovery		Datos Recuper	Rest Dados	Récupérer BDD	
776	整机防尘网清洗	Dustproof net cleaning		Limpieza de redes a prueba de polvo	Máquina de limpeza a prova de poeira	Nettoyage des filets anti-poussière	
777	文件类型错误，请重新选择其它的文件！	File type error. Please re-select another file!		Error de tipo de archivo. ¡Vuelva a seleccionar otro archivo!	Erro no tipo de arquivo. Selecione outro tipo de arquivo	Erreur de type de fichier. Veuillez resélectionner un autre fichier!	
778	斜率 (K)	Slope (K)		Pend.(K)	Slope(k)	Pente (K)	
779	断开自动重连	Dis-C AT Recon	Disconnect auto reconnection	Auto reconex	Desc/Conect	Reconne-Auto	
780	新增	Add		Añadir	Adicion	Ajouter	
781	新增%1	Add %1		Agregar %1	Adicionar %1	Ajouter %1	
782	新增医生信息失败。	Failed to add physician information.		No se pudo agregar información médica.	Falha ao adicionar informações do medico	Échec d'ajouter les infos de médecin.	
783	新增定标测试失败！	Failed to apply a new calibration		No se pudo aplicar una nueva calibración	Falha ao aplicar nova calibração	Échec d'ajouter un nouvelle calibration	
784	新增定标液	Ad Cal	Add Calibrator	AgreCal	AdiciCal	Ajt cal	
785	新增定标液	Add Calibrator		Agregar cal	AdiciCal	Ajouter calibrateur	
786	新增定标液失败！	Addition of calibrator failed!		¡Error al agregar calibrador nuevo!	A adição do calibrador falhou!	L'ajout du calibrateur a échoué!	
787	新增常规项目	Add Routine Item		Agregar art rut.	AdclItemRotina	Ajt l'ite de rtn	
788	新增手工项目失败！	Failed to add manual item!		¡No se pudo agregar el artículo manual!	Falha ao adicionar item manual!	Échec de l'ajout d'item manuel !	
789	新增未保存，是否保存？	Addition is not saved. Save?		La suma no se guarda. ¿Seguro de guardar?	Adição não foi salva.Salvar?	L'ajout n'est pas enregistré. Enregistrer?	
790	新增模板	Add		Añadir	Adicion	Ajouter	
791	新增模板	Add Template		Añadir modelo	Adicionar modelo	Ajouter	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
792	新增模板失败！	Addition of template failed!		¡Falla la adición de la plantilla!	Adição do modelo falhou!	Échec de l'ajout du modèle !	
793	新增用户	Add User		Añdr usr	Adic Us	Nv User	
794	新增用户失败！	Failed to add user!		¡No se pudo agregar el usuario!	Falha ao adicionar usuário!	Échec de l'ajout de l'user!	
795	新增用户管理员失败！	Failed to add new user administrator!		No se pudo agregar un nuevo administrador de usuario.	Falha ao adicionar novo administrador de usuário!	Échec de l'ajout d'un nouvel administrateur d'utilisateur!	
796	新增科室信息失败。	Failed to add department information.		No se pudo agregar la información del departamento.	Falha ao adicionar informações do departamento	Échec d'ajouter les infos de d épt.	
797	新增组合项目	Add Combined Item		Agregar art comb.	Novo Item portf	Ajouter item comb.	
798	新增组合项目失败！	Failed to add combined item!		¡No se pudo agregar el artículo combinado!	Falha ao adicionar teste combinado!	Échec de l'augmentation d'item combiné	
799	新增计算项目	Add Calculation Item		Agregar artículo de cálculo	Adicionar item de calculo	Ajouter l'item de calcul	
800	新增计算项目失败！	Failed to add calculation item!		¡No se pudo agregar el artículo de cálculo!	Falha ao adicionar item de calculo!	Échec d'ajouter l'item de calcul !	
801	新增试剂空白测试失败！	Added reagent blank test failed!		¡La prueba de blanco de reactivo agregado falló!	Falha ao adicionar branco de reagente ao teste!	Échec d'ajouter le test de blanc du réactif	
802	新增质控测试失败！	Added QC test failed!		¡La adición de la prueba de CC falla!	Falha ao adicionar QC!	Échec de l'ajout du Test CQ !	
803	新增质控液	Ad QC	Add QC solution	Agre. CC	Adici QC	Ajtr CQ	
804	新增质控液	Add QC	Add QC solution	Añadir CC	Adici QC	Ajouter CQ	
805	新增质控液失败！	Addition of QC failed!		¡Falló la adición de CC!	Falha ao adicionar QC!	Échec de l'ajout de QC !	
806	新增项目	Add Item		Añadir	Ad Teste	Nv. Item	
807	新增项目失败！	Add item failed!		Error al añadir nuevo artículo.	Falha no adicionamento de teste!	Échec de l'ajout d'item!	
808	新建列						
809	新建行						
810	无位置样本	Sam Wt P	No position sample	M.sinPos	SEM Pos.	Éch. S P	
811	无位置样本	Sample Without Position		Muestra sin posición	SEM posição	Éch. sans pos.	
812	无位置样本	Sam Wt P	No position sample	M sinPos	SEM Pos.	Éch. S P	
813	无法启动测试！	Unable to start test!		¡No se puede iniciar la prueba!	Impossível iniciar teste!	Impossible de démarrer le test !	
814	无计算区间	No Calc Int	No calculation interval	No int cál	Sem IN CAL	N int de cal	
815	日	Sun.		Dom.	Dom.	Dim.	
816	日 期	Date:		Fecha:	Data	Date:	
817	日常维护	Daily Maint.	Daily maintenance	Mant. día.	Man Dia	Mntnc qtd	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
818	日常维护流程创建失败！	Failed to creat daily maintenance process!		Error al crear el proceso de mantenimiento diario!	Falha ao criar o processo de manutenção!	Échec de la création du processus de maintenance quotidienne!	
819	日常维护流程创建失败：仪器非空闲或处于离线模式！	Failed to creat daily maintenance process: Instrument is not idle or in offline mode!		Error al crear el proceso de mantenimiento diario: el instrumento está inactivo o fuera de línea.	Falha ao criar o processo de manutenção diaria: instrumento não esta ocioso ou desligado	Échec de la création du processus de maintenance quotidienne: l'analyseur est en mode actif ou en mode hors ligne!	
820	日志	Log		Registro	Log	Journal	
821	日志备注	Log Note		Nota de registro	Registro de notas	Note de jrnl	
822	日志管理	Log Management		Gest. de reg.	Geren Reg	GE de jrnl	
823	日月年	DD-MM-YYYY		DD-MM-YYYY	DD-MM-AAAA	Jour-M-A	
824	日期	Date		Fecha	Data	Date	
825	日期显示格式	Date Display Format		Formato de fecha	Form Exib data	Format de date	
826	时间	Time		Tiempo	Tempo	Temps	
827	时间	Time		Tiempo	Hora	Temps	
828	时间：	Time:		Hora:	Tempo:	Temps :	
829	时间下限不能大于上限！	The lower limit of time shall not be greater than the upper limit!		¡El límite inferior de tiempo no debe ser mayor que el límite superior!	O limite inferior de tempo não deve ser maior que o limite superior!	La limite inférieure de temps ne doit pas être supérieure à la limite supérieure!	
830	时间与日期	Time & Date		Tiempo&Fecha	Data & Hora	Temps & Date	
831	时间显示格式	Time Display Format		Formato de hora	Form Exib hora	Format de temps	
832	时间设置失败！	Time setup failed!		Error de config de tiempo	Falha na configuração de Hora	Échec de la configuration du temps !	
833	是	Yes		Sí	Sim	Oui	
834	是否保存备注？	Save note?		¿Guardar nota?	Salvar nota?	Enregistrer la note?	
835	是否删除选中的医生数据？	Delete the selected physician data?		¿Borrar el dato del médico seleccionado?	Apagar os dados do Oper selecionado?	Supprimer les données du médecin sélectionné ?	
836	是否删除选中的科室数据？	Delete the selected department data?		¿Borrar los datos del departamento seleccionado?	Apagar dados do departamento selecionado?	Supprimer les données du département sélectionné ?	
837	是否删除选中的质控数据？	Whether to delete the selected QC data?		¿Borrar los datos de CC seleccionados?	Quer excluir os dados de QC seleccionados?	Supprimer les données du CQ sélectionné ?	
838	是否取消修改？	Cancel modification?		¿Cancelar modificación?	Cancelar modificação?	Annuler la modification ?	
839	是否取消？	Cancel?		¿Seguro de cancelar?	Cancelar?	Annuler ?	
840	是否恢复原始测试结果？	Restore the original test results?		¿Restaurar los resultados originales de la prueba?	Restaurar resultados originais dos testes?	Restaurer les résultats du test d'origine?	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
841	是否样本空白	Sample blank or not		Blanco de muestra o no	Amostra em branco ou não	Blanc d'éch ou non	
842	是否确认删除?	Delete?		¿Seguro de borrar?	Apagar?	Delete?	
843	是否试剂空白	Reagent blank or not		Blanco de reactivo o no	Branco de reagente ou não	Blanc du réactif ou non	
844	是否进入脱机模式?	Enter off-line mode?		¿Entrar en modo fuera de lí nea?	Entrar modo off-line?	Entrez en mode hors ligne ?	
845	显示删除值	Display D V	Display deleted value	MosValEli.	MostraVIEx	Vlr suppr.	
846	显示原始曲线	Dis OC	Display original curve	Mos. CvO	Ex CvOr	Crb org	
847	显示拟合曲线	Fit C	Show fitting curve	CvAjusta	Aju Curv	C d'ajst	
848	显示排序	Display Seq.		Sec visual	ClasExib	S de mtr	
849	显示编辑结果标识	Display edited result mark		Mostrar marca de rdo editado	Exi Res Editado	Afficher la marque de résIt modifiée	
850	显示编辑结果标识	Display Edited Result Mark		Mostrar marca de resultado editado	Exi Res Editado	Afficher la marque de résIt modifiée	
851	显示顺序	Sequence		Sec	Sequenc	Séquence	
852	显示顺序未保存, 是否切 换?	Display sequence not saved. Switch?		Secuencia de visualización no guardada. ¿Cambiar?	Sequencia de exibição não salva. Mudar?	La séquence de montre non enregistrée. Continuer ?	
853	普通清洗次数	Common Cleaning Times		Veces de limpieza normal	Tempos normais de limpeza	Nombre de nettoyage quotidien	
854	普通清洗次数	CCT	Common cleaning times	Norm.	TpLim	Nb/NQ	
855	暂停	Pause		Pausa	Pausa	Pause	
856	暂停测试时, 需等待已加R1 的测试完成加样和加试剂, 暂停过程中不能进行其他操 作! 确定暂停?	When the test is suspended, wait for the test added with R1 to complete addition of sample and reagent. No other operation can be performed during suspension! Confirm Suspension?		Cuando se suspende la prueba, espere a que la prueba agregada R1 complete la adición de la muestra y el reactivo. ¡No se puede realizar ninguna otra operación durante la pausa! ¿Confirmar pausar?	Quando o teste for suspenso, espere que o teste adicionado com R1 conclua a adição da amostra e do reagente. Nenhuma outra operação pode ser realizada durante a suspensão! Confirmar suspensão?	Lorsque le test est suspendu, il est nécessaire d'attendre le test avec R1 ajouté pour terminer l'ajout de l'é chantillon et du réactif, et aucune autre opération ne peut être effectuée pendant la pause ! Suspendre ?	
857	更多	More		Más	Mais	Plus	
858	更换	Replace		Reempla.	Subst	Rempl.	
859	更换光源灯	Replace the lamp		Reemplazar lámpara	Substitua a lampada	Remplacer la lampe	
860	更换制冷片	Replace refrigeration plates		Reemplazar placas de refrigeración	Substitua o tambor de refrigeração	Remplacer les plaques de ré frigération	
861	更换前使用次数	Usd times Bf Replmt.		Vez usd a. de reempl	Nro uso antes subs	Nb d'uti. av. remplt	
862	更换反应杯	Replace the cuvette		Reemplazar cubeta	Subst Cuvette	Rempl. cuvette	
863	更换反应杯	Replace Cuvette		Reemplazar cub.	Subst Cuvette	Rempl. cuvette	
864	更换反应杯失败!	Failed to replace cuvette!		¡No se pudo reemplazar la cubeta!	Falha ao subst cuvette!	Échec du remplacement de la cuvette !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
865	更换搅拌杆	Replace stirring rod		Reemplazar varilla de agitaci3n	Substitua a agulha do mixer	Remplacer l'agitateur	
866	更换时间	Replacement Time		Tiempo de reemplazo	Tempo substitui33o	Temps de remplt.	
867	更换注射器	Replace syringe		Reemplazar jeringa	Substitua a seringa	Remplacer la seringue	
868	更换自动清洗连接套管	Replace connection sleeve of the automatic cleaning probe		Reemplace el manguito de conexi3n de la sonda de limpieza	Substitua a luva de conex3o da sonda de limpeza automatica	Remplacer le manchon de raccordement de la sonde de nettoyage auto.	
869	更换蠕动泵泵头	Replace the peristaltic pump head		Reemplazar el cabezal de la bomba perist3ltica	Substitua a cabe3a da bomba peristaltica	Remplacer la t3te de la pompe p3ristaltique	
870	更换试剂样本针	Replace reagent-sample probe		Reemplazar sonda de muestra y reactivo	Substitua a agulha de Reag-amos	Remplacer la sonde d'3chantillonnage	
871	更换进水过滤器	Replace water inlet filter		Reemplazar el filtro de entrada de agua	Substitua o filtro de entrada de agua	Remplacer le filtre d'entr3e d'eau	
872	更换风扇	Replace fan		Reemplazar ventilador	Substitua o ventilador	Remplacer le ventilateur	
873	更改系统时间后，系统将重启，确定修改？	After changing the system time, the system will reboot. Confirm to modify?		Despu3s de cambiar la hora del sistema, el sistema se reiniciar3. 3Seguro de modificar?	Ap3s alterar a hora o sistema vai reiniciar.Confirma a altera33o?	Apr3s avoir modifi3 l'heure du syst3me, le syst3me red3marre. Continuer?	
874	更改系统语言后，系统将重启，确定修改？	After the system language is changed, the system will reboot. Confirm to modify?		Una vez que se cambia idioma del sistema, el sistema se reiniciar3. 3Seguro de cambiar idioma?	Ap3s alterar linguagem o sistema vai reiniciar.Confirma a altera33o?	Apr3s avoir chang3 la langue du syst3me, l'analyseur red3marre. Continuer?	
875	更新交叉污染列表失败！	Updating of cross-contamination list failed!		¡Error al actualizar lista de contaminaci3n cruzada!	Falha na atualiza33o da lista de contamina33o cruzada!	3chec de la mise 3 jour de Liste des Contaminations crois3es!	
876	更新医生信息失败。	Failed to update physician information.		No se pudo actualizar la informaci3n del m3dico.	Falha ao atualizar informa333es do m3dico	3chec de m-3-j les infos de m3decin.	
877	更新样本中.....	Sample updating...		Actualizando muestras...	Atualizando amostra...	Mise 3 jour de l'3ch...	
878	更新科室信息失败。	Failed to update department information.		No se pudo actualizar la informaci3n del departamento.	Falha ao atualizar informa333es do departamento	3chec de m-3-j les infos de d3pt.	
879	替换	Replace		Reempla.	Substit	Rempl.	
880	最多选择9个定标液！	9 calibrators at most are allowed to select!		¡Se permite seleccionar 9 calibradores como m3ximo!	Pode solicitar at3 9 calibradores!	9 calibrateurs au maximum sont autoris3s 3 s3lectionner!	
881	最大限数为99	Max: 99	Maximum limit:99	M3x:99	No Maximo:99	Max: 99	
882	最近一次更换时间	Last Replacement Time		Hora del 3ltimo reemplazo	Hora da ult Subst	Rempl. dern.	
883	最近一次维护时间	Last Maintenance Time		3lt. tmpo de mant.	Hora ultima manu	Maintenance dern.	
884	月	Month		Mes	M3s	Mois	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
885	月日年	MM-DD-YYYY		MM-DD-YYYY	MM-DD-AAAA	Mois-J-A	
886	有效天数	Valid Days		DíasVáli.	Dias Val	Jours vlds	
887	有效天数:	Valid Days:		DíasVáli.:	Dias Val:	Jours vlds :	
888	有效期	Shelf Life		Vida útil	validade	Durée de v	
889	有效期:	Shelf Life:		VidaÚtil:	validade:	Durée :	
890	有效试剂	Valid R.	Valid reagents	R válido	Val Rgt	Réa vld	
891	未完成	Not C	Not completed	Pend	Não Compl.	Inach	
892	未完成	Not C	Not completed	Pend	Ñ Cp	Inach	
893	未定标	Not Cal.	Not calibrated	No cal	Não ca	Non cal.	
894	未设置定标液浓度	Calibrator concentration is not set.		La concentración del calibrador no está configurada.	A concentração do calibrador não está definida	La concentration du calibrateur n'est pas définie.	
895	未选中任何位置!	No position selected!		¡Ninguna posición seleccionada!	Sem posição selecionada!	Aucune position sélectionné e!	
896	未选择杯位!	Cuvette position not selected!		¡Posición de la cubeta no seleccionada!	Posição de cuvette não selecionada!	Position de la cuvette non sé lectionnée!	
897	未选择项目。	No item selected.		Ningún artículo seleccionado.	Nenhum item selecionado.	Aucun item sélectionné.	
898	本批测试已完成!	This batch of tests has been completed!		¡Este lote de pruebas se ha completado!	Este lote de teste foi concluído!	Les tests de cette série sont terminés !	
899	本次结果	The Current Results		Resultados de prueba	Resultados correntes	Résultat actuel	
900	本次维护完成。 点击/退出/退出维护状态。	The maintenance has been completed. Click /Exit/ to exit maintenance status.		Se ha completado el mantenimiento. Haga clic en /Salir/ para salir del estado de mantenimiento.	Manutenção completada. Clique /Sair/ para deixar o status de manutenção	Cette maintenance a été effectuée. Cliquez sur /Quitter/ pour quitter l'état de maintenance.	
901	本次维护完成。点击<退出> 退出维护状态。	The maintenance has been completed. Click /Exit/ to exit maintenance status.		Se ha completado el mantenimiento. Haga clic en /Salir/ para salir del estado de mantenimiento.	Manutenção foi completada. Clique /Sair/ para sair do status de manutenção	Cette maintenance a été effectuée. Cliquez sur /Quitter/ pour quitter l'état de maintenance.	
902	本次维护已完成。 点击/退出/, 退出维护状态。	The maintenance has been completed. Click /Exit/ to exit.		Se ha completado el mantenimiento. Haga clic en /Salir/ para salir.	Manutenção concluída. Clique em /Sair/	La maintenance est terminée. Cliquez sur /Quitter/ pour quitter.	
903	机械复位	Mechanical reset		Reinicio mecánico	Reinicialização mecanica	Réinitialisation mécanique	
904	权限	Authority		Autorización	Autoridade	Autorité	
905	权限修改未保存, 是否关闭?	Authority modifications not saved. Close?		No se guardaron las modificaciones de autorización. ¿Cerrar?	Modificações na autoridade não salvas.Fechar?	Modifications d'autorité non enregistrées. Quitter ?	
906	权限设置	Authority Setup		Config autor	Conf Autorid	Cfg. d'Autorité	
907	权限设置失败!	Authority setup failed!		¡Falló la configuración de la autorización!	Falha nas configurações de autoridade!	Échec de la configuration de l'autorité.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
908	权限设置成功。	Authority setup succeeded.		Configuración de la autorización correctamente	configuração de autoridade bem-sucedida.	Succès de la configuration de l'autorité.	
909	条码单元	Barcode unit		Código de barras	Unid Cod Barras	Unité de code-barres	
910	条码解析	B. Analy	Barcode analysis	AnálCódB	Ana BCD	Analyse	
911	条码解析失败！	Barcode analysis failed!		¡Error en el análisis del código de barras!	Falha ao analisar código de barras	Échec de l'analyse du code-barres !	
912	条码设置	Barcode Setup		Conf. cód	Conf CodB	Cfg de code	
913	条码设置	Barcode Setup		Configuración de código de barras	Conf CodB	Config. du code	
914	来源	Source		Fuente	Fonte	Source	
915	杯位	Cuv.	Cuvette Position	Cub.	CUV.	Cuv.	
916	杯位	Cuvette Position		Posición de cubeta	CUV.	Position de la cuvette	
917	杯位状态	Cuvette Status		Edo. de cub.	Cuvette Statu	État de Cuv	
918	杯号	Cuvette Position		Posición de cubeta	Pos Cuv	P de cuv.	
919	杯号	Cuv. Pos.		Cub Nº	Pos Cuv	P de cuv.	
920	杯号	Cuv. Pos.		Nº Cub	Pos Cuv	Cuv.	
921	杯号未选择！	Reagent position not selected!		¡Posición de reactivo no seleccionada!	Posição de reagente não selecionada!	Position du réactif non sélectionnée!	
922	杯号输入错误！	Sample position entered incorrectly!		No es correcto el No. de la posición de muestra.	Posição de amostra inserida incorretamente!	Position de l'échantillon saisie incorrectement !	
923	杯号输入错误！	Reagent position entered incorrectly!		¡Posición de reactivo introducida incorrectamente!	Entrada da posição de reagente incorreta!	Position du réactif entrée incorrectement!	
924	杯号输入错误！	Sample position entered incorrectly!		No es correcto el Nº de la posición de muestra.	Posição de amostra inserida incorretamente!	Position de l'échantillon saisie incorrectement !	
925	杯号输入错误！	Reagent position entered incorrectly!		No es correcto el Nº de la posición de reactivo.	Posição de reagente inserida incorretamente!	Position du réactif saisie incorrectement !	
926	查看AD值	View AD Value		Ver valor de AD	Ver V AD	Voir la valeur AD	
927	查看AD值	View AD V.	View AD Value	Ver V.AD	Ver V AD	Val. AD	
928	查看原始值	View Original Value		Revisar valor original	Ver valor original	Afficher la valeur org	
929	查询	Query		Buscar	Consult	Reche.	
930	查询	Review		Buscar	Consult	Reche.	
931	查询	Search		Buscar	Consult	Reche.	
932	查询-选择项目	Select Item		Select art	Selec item	Sél Item	
933	查询-选择项目	Select Item		Seleccionar artículo	Selec item	Sél Item	
934	查询光源灯检测结果	Query Lamp Det. Result	Query lamp detection result	Cons. det. lámp.	Con Res test lam	Rés. du test de lam.	
935	查询反应杯检测结果	Query Cuv. Det. Result	Query cuvette detection result	Cons. det. cub.	Con Res test cuv	Rés. du test de cuv.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
936	查询起始日期不能大于结束日期。	The query start date cannot be later than the end date.		La fecha de inicio de la consulta no puede ser posterior a la fecha de finalización.	Data de inicio da consulta não pode ser posterior a data do término	La date de début de la requête ne peut être postérieure à la date de fin.	
937	查询起始日期不能大于结束日期！	The query start date cannot be later than the end date!		¡La fecha de inicio de la consulta no puede ser posterior a la fecha de finalización!	A data de inicio da consulta não pode ser posterior a data de fim da consulta!	La date de début de la recherche ne peut pas être postérieure à la date de fin !	
938	查询起始时间不能大于终止时间。	The query start time cannot be later than the end time.		La hora de inicio de la consulta no puede ser posterior a la hora de finalización.	A hora de inicio da pesquisa não pode ser depois da hora final	L'heure de début de la recherche ne peut être postérieure à l'heure de fin.	
939	查询起始时间不能晚于终止时间。	The query start time cannot be later than the end time.		La hora de inicio de la consulta no puede ser posterior a la hora de finalización.	A hora de inicio da pesquisa não pode ser depois da hora final	L'heure de début de la recherche ne peut être postérieure à l'heure de fin.	
940	查询起始时间不能晚于结束时间。	The query start time cannot be later than the end time.		La hora de inicio de la consulta no puede ser posterior a la hora de finalización.	Hora de inicio de consulta não pode ser superior a hora de término	L'heure de début de la recherche ne peut être postérieure à l'heure de fin.	
941	标准差	SD		SD	Def DP	SD	
942	标记	Mark		Mar.	Marc	Mark	
943	标识	Mark		Mar.	Marc	Mark	
944	标识	Mark		Marca	Marc	Mark	
945	校正	Correction		Correcc.	Correção	Correct.	
946	校正值	Correction Value		Valor correcc.	Valor corrig	Vlr de correct.	
947	校正曲线主波长	Cal Cv Dom WL		Cal Dom-LO Cv	Filt Dom	Cal de LDO dom	
948	校正曲线次波长	Cal Cv Sub-WL		Cal Sub-LO Cv	Filt sec	Cal de LDO-sub	
949	校正曲线设置	Cal Cv St		Cur Cal	C c cal	Courbe	
950	校正曲线设置	Cal Curve Setting		Cur Cal	Configuração da curva de calibração	Config. de Courbe de Cal.	
951	校正曲线设置保存失败！	Saving of calibration curve setting failed!		Error al guardar la configuración de la curva de calibración.	Falha ao salvar a configuração da curva de calibração!	Échec de l'enregistrement de la Config. de Courbe de Cal !	
952	校正曲线设置保存成功！	Calibration curve settings saved successfully!		¡Los ajustes de la curva de calibración se guardaron correctamente!	Configurações da curva de calibração salvas com sucesso!	Succès de l'enregistrement de la Config. de Courbe de Cal !	
953	校正系数	Correction Factor		Factor de corre.	Correção Fator	Fac de correct.	
954	校正系数	CF	Correction factor	Fac Corr	Cor Fat	F.de Crt	
955	校正系数	Corr F	Correction factor	Fac Corr	Cor Fat	F.de Crt	
956	样本盘	Sample tray		Bdja Mues	Disco Amos	Plt d'éch.	
957	样本盘	Sample Tray		Muestra	Disco Amos	Plt d'éch.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
958	样本	Sample		Muestra	Amostra	échantillon	
959	样本	Sample		Muestra	Amos	Échantillon	
960	样本	SAM	Sample	Mues	Amos	Éch.	
961	样本/试剂盘单元	Reagent-sample tray unit		Bdja de Rvo-M	Unid do disco Reag/amos	Unité de plateau d'éch-réactif	
962	样本位不能为空!	The sample position cannot be empty!		¡La posición de la muestra no puede estar vacía!	A posição da amostra não pode estar vazia!	La position de l'éch. ne peut pas être vide!	
963	样本位已全部占用，释放位置后才能申请新的测试!	All the sample positions have been occupied, and a new test can be applied only after releasing of positions!		Todas las posiciones de muestra han sido ocupadas y una nueva prueba puede solicitarse solo después de liberar posiciones.	Todas as posições de amostra foram ocupadas e um novo teste pode ser aplicado somente após a liberação das posições!	Toutes les positions de l'éch. ont été occupées et un nouveau test ne peut être appliqué qu'après la libération des positions!	
964	样本位置	SAM P	Sample position	M. Pos.	Pos	Pos.	
965	样本位置	SAM P	Sample position	Pos M	Pos	Position	
966	样本位选择	Sample Position Selection		Selección de posición de muestra	Seleção posição de amostra	Sél de position du réa	
967	样本信息	Sample Information		Información de muestra	Informações de Amostra	Info d'échantillon	
968	样本列表	Sample List		Lista de muestra	Lista amostra	Liste d'éch.	
969	样本列表	Sample List		Lista de muestra	Lista de Amostra	Liste d'éch.	
970	样本删除后，申请信息和测试结果都将删除，且不可恢复，是否继续?	After the sample is deleted, both the application information and the test result will be deleted and not recoverable. Continue?		Después de borrar la muestra, tanto la información de la solicitud como el resultado de la prueba se borrarán y no se podrán recuperar. ¿Seguir?	Depois que a amostra for excluída, as informações do aplicativo e o resultado do teste serão excluídos e não poderão ser recuperados. Continuar?	Une fois la suppression d'échantillon, les informations d'application et le résultat du test seront également supprimés et ne pourront pas être récupérés. Continuer?	
971	样本原量	Original S V	Original sample size	Vol ori M	Tam Or Am	Éch original	
972	样本原量输入范围为2~50ul。	The input range of original sample volume is 2~50uL.		El rango de volumen de muestra original es 2 ~ 50 ul.	A concentração do volume de amostra é de 2~50uL	La plage d'entrée du volume d'échantillon original est de 2~50uL.	
973	样本备注	Sample Note		Nota de M.	Notas Amostra	Note d'éch	
974	样本备注	Sample Note		Nota	Notas Amostra	Note d'éch	
975	样本备注信息重复或存在空白数据，请重新输入!	Repeated sample note or blank data exists. Please re-enter!		Existe una nota de muestra repetida o datos en blanco. ¡Favor de volver a ingresar!	Dados de amostra estão duplicados ou há dados em branco, digite novamente!	Les informations de note d'éch. répétées ou les données vides. Veuillez entrer à nouveau!	
976	样本属性	Attribute		Atributo	Atrib	Attribut	
977	样本属性	Sample Attribute		Atributo	Atrib	Attribut	
978	样本扫描	SAM SCNG	Sample scanning	Escan M.	Lendo Am	Balayage	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
979	样本扫描	Sample Scanning		Escaneo de muestra	Lendo Am	Balayage	
980	样本批量申请	Sample batch application		Solicitud por lotes de muestra	Aplicação de lote de amostra	Application d'éch par lots	
981	样本有效期	Sam SL	Sample shelf life	Vida mues	Val amos	DDV d'éch	
982	样本有效期不能为空。	The sample shelf life cannot be empty.		La vida útil de la muestra no puede estar vacía.	A vida util da amostra não pode estar vazia	La durée de conservation de l'échantillon ne peut pas être vide.	
983	样本条码	Sample barcode		Código de barras de muestra	Codigo de barras de amostra	échantillon de code-barres	
984	样本条码	SAM BC	Sample barcode	CódB M	CDB AM	CodeCode d'é	
985	样本条码	Sample Barcode		Código de barras	CDB AM	Code d'é	
986	样本条码：	Sample Barcode:		CódB M:	CDB AM:	Code d'é :	
987	样本条码不能为空。	Sample barcode cannot be empty.		El código de barras de muestra no puede estar vacío o.	Código de barras de amostra não pode estar vazio	Le code-barres d'échantillon ne peut pas être vide.	
988	样本条码扫描	Sample Barcode Scanning		Escaneo de código de barras de muestra	Lendo código de barras de amostra	Balayage du code des réactifs	
989	样本正在测试，%1杯位释放失败！	Under testing, %1 sample position release failed!		En prueba, error en la liberación de la posición %1 de muestra.	Em teste,%1 liberação de posição de amostra falhou!	Test en cours, échec de la libération de la position de l'échantillon %1!	
990	样本正在测试，全盘释放失败！	Under testing,full tray release failed!		¡En prueba, falló la liberación de la bandeja completa!	em teste, falha ao liberar rack	Test en cours, échec de la libération complète du plateau !	
991	样本正在测试，禁止删除！	The sample is being tested and shall not be deleted!		La muestra se está probando y no puede borrarse.	A amostra esta em teste e não deve ser apagada!	Test d'éch en cours, il ne permet pas de le supprimer.	
992	样本正在测试，禁止删除！	The sample is being tested and shall not be deleted!		La muestra se está probando y no debe borrarse.	A amostra esta em teste e não deve ser apagada!	Test d'éch en cours, il ne permet pas de le supprimer.	
993	样本状态	Sample Status		Estado	Status	Éta d'éc	
994	样本状态	S. Stat	Sample Status	Estado	Status	Éta d'éc	
995	样本申请	Sample App.	Sample application	Solicit. de M.	App amostra	Applct d'éch.	
996	样本申请	Sample Application		Solicitud de muestra	App amostra	Applct d'éch.	
997	样本盘号	Sam T#	Sample tray number	Nº M.	Dis Am	Nº/Éch	
998	样本盘条码	Sample Tray Barcode		Código de barras de la bandeja de muestra	Código de barras disco de amostra	Code du plateau	
999	样本空白	SAM B	Sample blank	M. BI	BrAmo	Blc d'éch	
1000	样本空白	Sample Blank		BI de M	BrAmo	Blc d'éch	
1001	样本空白-原始AD值	Sample Blank - Original AD Value		Blanco de M. - Valor AD orig.	Amos de val AD orig em branco	Éch. du blanc-Valeur org. AD	
1002	样本空白-反应曲线	Sample Blank - Reaction Curve		BI M.-Curva de reacción	Curva rea Branco Amostra	Éc du blanc-Courbe de réaction	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1003	样本空白反应度：	SBR:	Sample blank reactivity:	Rdad BI M:	Reat BrAmo:	REB :	
1004	样本类型	SAM TYP	Sample type	Tpo de M	Tipo A	Tp d'éch	
1005	样本类型	SAM T	Sample type	M. Tpo.	Tipo	Tp d'éch	
1006	样本类型	S T	Sample type	T M	Tipo A	Tp d'éch	
1007	样本类型	Sample type		tipo de muestra	Tipo	Tp d'éch	
1008	样本类型	SAM T	Sample type	Tpo. M	Tipo A	Tp d'éch	
1009	样本类型	Sample Type		Tpo Mues	Tipo A	Tp d'éch	
1010	样本类型不符	Sample type does not match.		El tipo de muestra no coincide.	O tipo de amostra não corresponde	Le type d'échantillon ne correspond pas.	
1011	样本类型不符	Sample type does not match		Tipo de muestra no coincide	O tipo de amostra não corresponde	Le type d'échantillon ne correspond pas.	
1012	样本类型为血清或血浆时,才能申请血清指数	Serum index can only be submitted when the sample type is Serum or Plasma.		El índice de suero solo se puede solicitar cuando el tipo de muestra es Suero o Plasma.	O indice sérico só pode ser submetido quando o tipo de amostra for soro ou plasma	L'indice sérique ne peut être soumis que lorsque le type d'échantillon est Sérum ou Plasma.	
1013	样本组合	SAM Comb	Sample combination	M Comb	Comb.am	Éch Comb	
1014	样本结果	Sample Result		Resultado de la muestra	Resultado da amostra	Résultat d'éch.	
1015	样本结果（单列）	Sample Results (single-row)		Rdo de muestra (Columna sola)	Result amostra (linha simples)	Résultat d'échantillon (unique)	
1016	样本结果（双列）	Sample Results (double-row)		Rdo de muestra (doble columna)	Result amostra (linha dupla)	Résultat d'échantillon (double)	
1017	样本编号	SAM N	Sample No.	M. N°	NrAmo	N° d'éch	
1018	样本编号	Sample No.		M. N°	NrAmo	N° d'éch	
1019	样本编号不能为空。	Sample number cannot be empty.		El número de muestra no puede estar vacío.	Numero de amostra não pode estar vazio	Le numéro d'échantillon ne peut pas être vide.	
1020	样本编号不能为空！	The sample number cannot be empty!		¡El número de muestra no puede estar vacío!	O numero da amostra não pode estar vazio!	Le numéro de l'éch. ne peut pas être vide!	
1021	样本编号与样本条码冲突,请检查并重新输入！	Sample number conflicts with sample barcode. Check and re-enter!		El número de muestra entra en conflicto con el código de barras de muestra. ¡Revisa y vuelve a ingresar!	O numero da amostra esta em conflito com o código de barras da amostra. Verifique e entre novamente!	Le numéro de l'échantillon est en conflit avec le code-barres de l'échantillon. Vérifiez et entrez à nouveau!	
1022	样本编号显示日期	Sample number display date		Fecha visua n° de mues	DT Exc nro amost	Afficher dt du N° d'éch	
1023	样本编号格式有误！	Sample number format error!		¡Error de formato de número de muestra!	Erro no formato do numero da amostra!	Erreur de format de numéro d'éch !	
1024	样本编号格式范围有误！	Sample number format range error!		¡Error de rango de formato de número de muestra!	Erro no formato do intervalo do numero de amostra	Erreur de plage de format de numéro d'éch.!	
1025	样本编号格式错误！	Format of sample number error!		¡Error de formato de número de muestra!	Erro no formato do numero da amostra!	Erreur de format de numéro d'échantillon !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1026	样本编号范围格式有误!	Sample number range format error!		¡Error de formato de rango de números de muestra!	Erro de formato de intervalo de numero de amostra!	Erreur de format de plage de numéro d'échantillon !	
1027	样本编号:	Sample No.:		M. Nº:	NrAmo:	N° d'éch :	
1028	样本选择	Sample Selection		Seleccionar muestra	Seleção Amostra	Sélection de l'échantillon	
1029	样本量	S Vol	Sample volume	Vol M.	Vol A	V/éch	
1030	样本量	Sample volume		Volumen de la muestra	Vol A	V/éch	
1031	样本量不能为空!	Sample volume cannot be empty!		¡El volumen de la muestra no puede estar vacío!	Volume de amostra não pode estar vazio!	Le volume d'échantillon ne peut pas être vide !	
1032	样本量输入范围为2 ~ 50ul。	The input range of sample volume is 2~50uL.		El rango de entrada del volumen de muestra es de 2~50 ul.	O volume de entrada de amostra é 2~50uL	La plage d'entrée du volume de l'échantillon est de 2~50uL.	
1033	样本针测试前强化清洗次数不能为空。	The intensified cleaning times of sample probe cannot be empty before the test.		Las veces de limpieza intensificados de la sonda de muestra antes de la prueba no se pueden vaciar.	O nro de limpeza aprimorada da sonda de amostra não pode estar vazio antes do teste.	Le nombre de nettoyage intensifié de la sonde d'échantillonnage ne peut pas être vide avant le test.	
1034	样本针测试前普通清洗次数不能为空。	The common cleaning times of sample probe cannot be empty before the test.		Las veces de limpieza normal de la sonda de muestra antes de la prueba no puede estar vacío.	O nro de limpeza comuns da sonda de amostra não podem estar vazios antes do teste	Le nombre de nettoyage quotidien de la sonde d'échantillonnage ne peut pas être vide avant le test.	
1035	样本针测试后强化清洗次数不能为空。	The intensified cleaning times of sample probe cannot be empty after the test.		Las veces de limpieza intensificados de la sonda de muestra después de la prueba no se pueden vaciar.	O nro da limpeza aprimorada não pode estar vazio depois do teste.	Le nombre de nettoyage intensifié de la sonde d'échantillonnage ne peut pas être vide après le test.	
1036	样本针测试后普通清洗次数不能为空。	The common cleaning times of sample probe cannot be empty after the test.		Las veces de limpieza normal de la sonda de muestra después de la prueba no se pueden vaciar.	O nro de limpeza comum da sonda de amostra não pode estar vazio depois do teste.	Le nombre de nettoyage quotidien de la sonde d'échantillonnage ne peut pas être vide après le test.	
1037	检 验 者	Exa Phys		Examindr	Med Exa	Méd Exam	
1038	检查外部水管连接	Check external water pipes connection		Compruebe la conexión de las tuberías de agua externas	Verifique a conexão do tubo de agua externo	Vérifier le raccordement des conduites d'eau externes	
1039	检查并清洁试剂样本针与搅拌杆外壁	Check and clean reagent-sample probe and stirring rod (outer wall)		Compruebe y limpie la sonda de muestra de reactivo y la varilla de agitación (Pared exterior)	Verifique e limpe a sonda de reag/amos e o mixer(externa)	Vérifier et nettoyer la sonde d'éch. et l'agitateur (paroi extérieure)	
1040	检查强化清洗液余量	Check the probe detergent residual		Compruebe el remanente de detergente de sonda	Verifique o residual do detergente da agulha	Vérifier la quantité restante de détergent	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1041	检查强化清洗液余量失败!	Failed to check the probe detergent residual!		No se puede comprobar el remanente de detergente de sonda.	Falha ao checar o restante de detergente!	Échec de vérification de la quantité restante de détergent !	
1042	检查强化清洗液余量失败: 仪器非空闲或处于离线模式!	Failed to check the probe detergent residual: Instrument is not idle or in offline mode!		No se puede verificar el remanente de detergente de sonda: ¡El instrumento no está inactivo o fuera de línea!	Falha ao checar o restante de detergente: Equipamento não está ocioso ou offline!	Échec de vérification de la quantité restante de détergent: L'analyseur est en mode actif ou en mode hors ligne !	
1043	检查强化清洗液余量失败: 液路异常!	Failed to check the probe detergent residual: Fluid pathway exception!		No se puede comprobar el remanente de detergente de sonda: ¡Error de sistema de fluido!	Falha ao checar o restante de detergente:Excesso de fluido	Échec de vérification de la quantité restante de détergent: circuit de fluides anormal !	
1044	检查注射器有无泄漏、气泡	Check whether there is leak or bubbles in the syringe		Compruebe si hay fugas o burbujas en la jeringa.	Verifique se há vazamento ou bolhas de ar na seringa	Vérifier s'il y a une fuite ou des bulles dans la seringue	
1045	检查浓缩清洗液余量	Check the remaining amount of concentrated detergent		Verifique la cantidad restante de detergente concentrado	Verifique a quantidade restante de solução de limpeza concentrada	Vérifier la quantité restante de détergent concentré	
1046	检查清洗池出水是否正常 (验证针外壁清洗是否正常)	Check whether the water outlet of the cleaning basin is normal (verify whether the probe outer wall cleaning is normal)		Compruebe si la salida de agua del lavabo de limpieza es normal (verifique si la limpieza de la pared exterior de la sonda es normal)	Verifique se a saída de água na torre de lavagem está normal.(verifique se a limpeza externa da agulha está normal)	Vérifiez si la sortie d'eau du bassin de nettoyage est normale (vérifiez si le nettoyage de la paroi extérieure de sonde est normal)	
1047	检查试剂样本针出水是否正常 (验证针内壁是否堵塞)	Check whether the water outlet of the reagent-sample probe is normal (verify whether the probe inner wall is blocked)		Compruebe si la salida de agua de la sonda de muestra de reactivo es normal (verifique si la pared interior de la sonda está bloqueada)	Verifique se a saída de água da agulha reag/amos está normal.(verifique se está entupida)	Vérifiez si la sortie d'eau de la sonde d'éch. est normale (vérifiez si la paroi interne de sonde est bloquée)	
1048	检测信息	T Info	Test info	InfoPba	Info Tes	Info/Tst	
1049	检测信息	Test Info		InfoPba	Info Tes	Info/Tst	
1050	检测线性限	D. lin. lim.	Detection linearity limit	Lím.lin. D	D.lmt.lin.	D. lin. lim.	
1051	检测线性限	Detection linearity limit		Límite de linealidad de detección	D.lmt.lin.	Limite de linéarité de détection	
1052	检测结果无线性	No Linearity of TR	No linearity of test result	Rdo no lineal	Sem Ln res test	Non liné. du rés	
1053	检测项目	Test Item		Art Pba	Item	Tst item	
1054	检验医师	Examination Physician		Examinador	Examinador	Méd. Exam.	
1055	检验医师	Exa Phys	Examination physician	Examindr	Med Exa	Méd. Exam.	
1056	检验报告单	report		Informe	Relatório	rapport	
1057	检验日期	Inspection Date		Día de prueba	DT exam	Date d'inspection	
1058	检验日期	INSP D	Inspection date	Día pba	DT exam	D d'insp	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1059	检验者	Examination Physician		Examinador	Med Exa	Médecin Examineur	
1060	检验者	Examination Physician		Examinador	Exame Médico	Médecin Examineur	
1061	模块名称	Module Name		Nombre del módulo	Nome do Módulo	Nom du module	
1062	模板名称	Template Name		Nombre de plantilla	Nome do Modelo	Nom du modèle	
1063	模板数量已达到上限!	The maximum number of templates has been reached!		¡Se alcanzó el número máximo de plantillas!	Numero maximo de modelos atingido!	Le nombre de modèles a atteint la limite supérieure!	
1064	模板预览	Preview		Previsto	Previa	Prévis.	
1065	模板预览	Template Preview		Vista previa	Previa	Prévis.	
1066	次	T	Times	V.	TP	F	
1067	次波长	Sub-WL	Sub-wavelength	Sub-LO	Sub-CO	Sub-LDO	
1068	次波长	Sub-wavelength		Sub-longitud de onda	Sub-CO	Sous-longueur d'onde	
1069	次波长AD	Sub-WL AD	Sub-wavelength AD	AD SubLO	AD SubCO	AD LDO-Sub	
1070	次波长AD值	Sub-wavelength AD Value		AD SubLO	AD SubCO	Valeur AD de LDO-Sub	
1071	次波长吸光度	Sub-WL Abs.	Sub-wavelength absorbance	AbsSubLO	AbsSubCO	Abs LDO-Sub	
1072	正在余量检测...	Residual detecting...		Detectando el remanente	Detecção residual	Détecter restant...	
1073	正在保存...	Saving...		Guardando...	Salvando...	Enregistrer...	
1074	正在保存远程控制设置.....	Saving remote control setup ...		Está guardando la configuración del control remoto	Salvando configurações de controle remoto!	Enregistrer la configuration t élécommandé...	
1075	正在停止反应杯强化清洗.....	Stop cuvette intensified cleaning now.....		Deteniendo la limpieza intensificada de cubetas...	Pare a limpeza aprimorada de cuvette agora...	En cours d'arrête du nettoyage intensif de la cuvette...	
1076	正在停止反应杯（脏）检测流程.....	Stop dirty cuvette detecting now.....		Dejando de detectar cubeta sucia	Cuvette suja parar detecção agora...	En cours d'arrêter le test de la saleté de cuvette...	
1077	正在停止检查强化清洗液余量.....	Stop checking the probe detergent residual now.....		Dejando de revisar el remanente de detergente de sonda ahora	Parando de verificar a quantidade restante do detergente agora...	En cours de arrête de vérification de la quantité restante de détergent...	
1078	正在停止脏杯检测.....	Stop dirty cuvette detecting now.....		Dejando de detectar cubeta sucia	Parando detecção de cuvette suja...	En cour d'arrêter le test de la saleté de cuvette...	
1079	正在关机，请稍候!	Shutdown now. Please wait!		Apagando ahora. ¡Por favor espere!	Desligando.Aguarde!	En cours d'arrêt du systèm, veuillez patienter !	
1080	正在删除....	Deleting....		Borrando	Apagando...	En cours de la suppression ...	
1081	正在删除.....	Deleting...		Borrando	Apagando...	Supprimer...	
1082	正在刷新.....	Refreshing.....		Actualización	Atualizando...	Rafaïchir...	
1083	正在卸载.....	Uninstalling.....		Descargando...	Desinstalando...	Désinstallation	
1084	正在备份....	Backup now...		Copiando ahora.....	Executando Backup...	En cours d'enregistrement...	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1085	正在恢复...	Recovering...		Recuperando	Recuperando...	Récupération...	
1086	正在执行停止测试, 请稍候!	Stop the test now. Please wait!		Detén la prueba ahora. ¡Por favor espere!	Parada do teste agora.Aguarde!	En cours d'arrêt du test. Veuillez patienter !	
1087	正在执行关机流程, 剩余时间:	Shutdown procedure.Time remaining:		Procedimiento de apagado. Tiempo restante:	Procedimento de Limpeza. Tempo restante:	En cours d'arrêt. Temps restant:	
1088	正在执行关机流程, 请稍候!	Shutdown procedure. Please wait!		Procedimiento de apagado. ¡Por favor espere!	Procedimento de desligamento. Aguarde!	Procédure d'arrêt. Veuillez patienter !	
1089	正在执行暂停测试, 请稍候!	Suspend the test now. Please wait!		Pausa la prueba ahora. ¡Por favor espere!	Suspenda o teste agora.Aguarde!	En cours de pause du test, veuillez patienter !	
1090	正在执行紧急关机.....	Emergency shutdown now...		Haciendo apagado de emergencia ahora...	Saída de emergência..	En cours d'arrêt d'urgence...	
1091	正在排液路气泡, 请稍候!	Excluding bubble,Please wait!		Excluyendo la burbuja, espere hasta el próximo mensaje.	Excluindo bolha, aguarde até o próximo prompt!	En cours d'enlèvement de bulles de circuit des fluides, veuillez patienter!	
1092	正在机械复位.....	Mechanical resetting.....		Reiniciando mecánico...	Resetando mecanica...	En cours de réinitialisation m écanique....	
1093	正在液路排空, 请稍候!	Fluidic component emptying in progress. Please wait!		Vaciado de componente fluido en curso. ¡Favor de esperar!	Esvaziamento do sistema fluidico em andamento Aguarde!	Vidange du circuit de fluides. Veuillez patienter !	
1094	正在液路灌注, 请稍候!	Priming, Please wait!		Cebado, espere hasta el próximo mensaje.	Preparando, por favor, espere até o próximo prompt!	En cours d'injection hydraulique, veuillez patienter!	
1095	正在清洗反应杯	Cleaning of cuvette in progress		Limpiando cubeta	Limpeza de cuvette em progresso	En cours de nettoyage de la cuvette	
1096	正在系统复位.....	System resetting.....		Reiniciando sistema...	Resetando sistema...	En cours de réinitialisation du système...	
1097	正在试剂扫描, 不能切换盘号!	Reagent scanning is in progress and the tray number cannot be switched!		El escaneo de reactivos está en curso y el número de bandeja no se puede cambiar.	A leitura dos reagentes está em andamento e o número do disco não pode ser alterado!	Balayage en cours, il ne permet pas d'effectuer le remplacement du plateau.	
1098	正在返回, 请稍候!	Returning now. Please wait!		Volviendo ahora. ¡Por favor espere!	Retornando.Aguarde!	En cours de retour, veuillez patienter !	
1099	正在进行中.....	In progress.....		En progreso.....	Em progresso...	En cours.....	
1100	正在进行刷新强化清洗液	Refreshing of probe detergent in progress		Refrescando detergente de sonda	Atualização do detergente da sonda em andamento	Liquide de nettoyage amélior é et rafraîchissant	
1101	正在进行反应杯强化清洗	Intensified cleaning of cuvette in progress		Procesando limpieza intensificada en cubetas	Limpeza aprimorada de cuvette em andamento	En cours de nettoyage intensifié de cuvette	
1102	正在进行常规清洗反应杯	Routine cleaning of cuvette in progress		Procesando limpieza rutina de cubetas	Limpeza de rotina de cuvette em andamento	En cours de nettoyage de routine de cuvette	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1103	正在进行打印.....	Printing...		Imprimiendo	Imprimindo...	En cours d'impression...	
1104	正在进行打印预览.....	Print preview in progress...		Vista previa de impresión en curso...	Visualização de impressão em andamento...	En cours de prévision avant impression	
1105	正在进行搅拌杆强化清洗	Intensified cleaning of stirring rod in progress		Procesando limpieza intensificada con varilla agitadora	Limpeza aprimorada do mixer em andamento	En cours de nettoyage intensifié d'agitateur	
1106	正在进行样本条码扫描	Sample barcode scanning in progress		Escaneado código de muestra	Leitura do código de barras de amostra em andamento	En cours de scannage du code-barres d'éch.	
1107	正在进行残杯检测	Residue testing in progress		Detectando cubeta rota	Teste de resíduos em andamento	En cours de test du résidu de cuvette	
1108	正在进行测试	Testing in progress		En proceso de prueba	Testando em progresso	En cours de test...	
1109	正在进行测试S注射器排气泡	Test on bubble discharge from S syringe in progress		Descargando burbuja de jeringa S	Função de descarte de bolhas da seringa	En cours de test de l'aération de Seringue S	
1110	正在进行液路排空	Fluid pathway evacuation in progress		Vaciando vía fluida	Descarga do caminho fluidico em andamento	En cours de vidange de circuit des fluides	
1111	正在进行碱液排空	Alkali liquor evacuation in progress		Vaciando líquido alcalino	Descarga de liquido alcalino em andamento	En cours de vidange de la liqueur alcaline	
1112	正在进行脏杯检测	Dirty cuvette test in progress		Detectando cubeta sucia	Teste de cuvettes em andamento	En cours du test de la saleté de cuvette	
1113	正在进行试剂条码扫描	Reagent barcode scanning in progress		Escaneado código de reactivo	Leitura do código de barras de reagente em andamento	En cours de scannage du code-barres de réactif	
1114	正在进行试剂样本针强化清洗	Reagent-sample probe intensified cleaning in process		Haciendo limpieza intensificada en sonda de muestra y reactivo	Limpeza intensificada da agulha de reagente/amostra em processo	En cours de nettoyage intensifié de sonde d'échantillonnage	
1115	正在退出.....	Exiting now.....		Saliendo ahora...	Saindo...	En cours de sortie...	
1116	正在退出，请稍候！	Exiting now. Please wait!		Saliendo ahora. ¡Por favor espere!	Saindo.Aguarde!	En cours de sortie, veuillez patienter !	
1117	正在释放.....	Releasing.....		Liberando...	Liberando...	Libérer...	
1118	正常	Normal		Normal	Normal	Normal	
1119	正常试剂	Normal Reagent		ReactivoNormal	Normal Rgt	Réactif normal	
1120	此操作中清洗头会持续排水，请确认清洗头已经置于容器中。	In the following procedure, the cleaning probe will continue to spray water, please make sure the cleaning probe has been placed in the container.		En el siguiente procedimiento, la punta de la estación de lavado continuará rociando agua; asegúrese de que las puntas de la estación de lavado se hayan colocado en el recipiente.	No procedimento a seguir, a ponta da estação de lavagem continuará a borrifar água, certifique-se de que as pontas da estação de lavagem tenham sido colocadas no recipiente.	Dans la procédure suivante, la pointe de la station de lavage continuera à pulvériser de l'eau, veuillez vous assurer que les pointes de la station de lavage ont été placées dans le récipient.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1121	此质控品正在测试，无法删除！	This quality control is being tested and cannot be deleted!		Este control de calidad se está probando y no se puede borrar.	Este controle de qualidade está sendo testado e não pode ser excluído!	Test CQ en cours et il ne permet pas le supprimer !	
1122	每周	Weekly		Cada semana	Semanal	Hebdomadaire	
1123	每日	Daily		Cada día	Diário	Quotidien	
1124	每月	Monthly		Cada mes	Mensal	Mensuel	
1125	每组样本量和稀释液量不允许重复！	The sample volume and diluent volume of each group are not allowed to be repeated!		¡No se permite repetir el volumen de muestra y el volumen de diluyente de cada grupo!	O volume de amostra e diluente de cada grupo não pode ser repetido!	Le volume d'échantillon et le volume de diluant de chaque groupe ne doivent pas être répétés !	
1126	水	Water		Agua	Agua	L'eau	
1127	水空白	Water Blank		Blanco de agua	Branco da agua	Eau du blanc	
1128	水空白AD值	Water Blank AD Value		V. AD del blanco de agua	Valor branco AD	Valeur AD de l'eau vierge	
1129	水空白原始AD	Water Blank Original AD		AD Orig. de Blanco de Agua	Agua em branco AD Orig	AD original d'eau du blanc	
1130	永不过期	N. Expi.	Never expired	N. exp.	Nunc E	N'ex jms	
1131	汇总CV%	CV%		CV%	CV%	CV%	
1132	汇总CV(%)：	Summary of CV%:		Resumen de CV%:	CV resumo(%):	Résumé du CV% :	
1133	汇总N	N		N	Res N	N	
1134	汇总均值	M		Medio	Méd Agr	M	
1135	汇总均值：	Summary of M:		Resumen de M:	Média agregada:	Résumé de M :	
1136	汇总标准差	SD		SD	DP	SD	
1137	汇总标准差：	Summary of SD:		Resumen de SD:	Resumo desvio padrão:	Résumé de SD :	
1138	污染列表	Contamination List		Lista de contaminación	Lista de contaminação	Liste des contaminations	
1139	污染源项目	Cont S Item	Contamination source item	FuenteCont	FonteCont	S de cont.	
1140	没有待发送的定标结果！	There are no calibration results to be sent!		¡No hay resultados de calibración para enviar!	Não há resultados de calibração a serem enviados!	Il n'y a pas de résultat de calibration à envoyer !	
1141	没有待发送的质控结果！	No QC results to be sent!		¡No hay resultados de CC para enviar!	Sem resultados de QC para serem enviados!	Il n'y a aucun résultat de CQ à envoyer!	
1142	没有待发送结果！	No results to be sent!		¡No hay resultados para enviar!	Sem resultados a serem enviados!	Aucun résultat à envoyer!	
1143	没有待打印的定标结果！	No calibration results to be printed!		¡No hay resultados de calibración para imprimir!	Nenhum resultado de calibração a ser impresso!	Il n'y a pas les résultats de calibration à imprimer !	
1144	没有待打印的结果！	No results to be printed!		¡No hay resultados para imprimir!	Sem resultados a serem impressos!	Aucun résultat à imprimer !	
1145	没有待打印的质控结果！	No QC results to be printed!		¡No hay resultados de CC para imprimir!	Sem dados de QC para serem impressos!	Il n'y a pas de résultats de CQ à imprimer!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1146	没有待打印结果！	There are no results to be printed!		¡No hay resultados para imprimir!	Não há resultados a serem impressos!	Il n'y a pas de résultats à imprimer !	
1147	没有选择项目！	No item selected!		¡Ningún artículo seleccionado!	Nenhum item selecionado!	Aucun item sélectionné!	
1148	波长	Wavelength		Long. onda	onda	LDO	
1149	波长	WL	wavelength	LO	onda	LDO	
1150	注射器排气泡失败！	Syringe failed to discharge bubbles!		Error al descargar burbuja	Falha na seringa ao descartar bolhas!	Échec d'aération de la seringue !	
1151	注射器排气泡失败：仪器非空闲或处于离线模式！	Syringe failed to discharge bubbles: Instrument is not idle or in offline mode!		La jeringa no puede descargar burbujas: el instrumento no está inactivo o fuera de línea	Falha na seringa ao liberar bolhas: Instrumento não está ocioso ou modo offline!	Échec d'aération de la seringue : L'analyseur est en mode actif ou en mode hors ligne !	
1152	注射器排气泡失败：液路异常！	Syringe failed to discharge bubbles: Fluidic component abnormal!		La jeringa no puede descargar burbujas: i Componente fluido anormal!	Seringa falhou ao descartar bolhas:Componente fluidico anormal	Échec d'aération de la seringue: Circuit des fluides anormal !	
1153	注意：	Attention:		Atención:	Atenção:	Attention:	
1154	流量不合适时，请点击/退出/，对清洗池进行清洗后再执行该维护流程。	If the flow rate is abnormal, click /Exit/ and clean the cleaning basin before performing the maintenance process.		Si el caudal es anormal, haga clic en / Salir / y limpie el lavabo de limpieza antes de realizar el proceso de mantenimiento.	Se a taxa de fluxo estiver anormal, clique em /Sair/ e limpe a torre de limpeza antes de realizar o processo de manutenção	Si le débit est anormal, cliquez sur /Quitter/ et nettoyez le bassin de nettoyage avant d'effectuer le processus de maintenance.	
1155	测光点	PMPT	Photometry point	PFMT	PTFT	PDPM	
1156	测光点	Photometry Point		PFMT	PTFT	Point de photométrie	
1157	测定值	Measured Value		Valor medido	Valor Med	Valeur de mesure	
1158	测定方法	Test M	Test method	Método	MetTest	Méthode	
1159	测定方法	Test method		Método de prueba	MetTest	Méthode du test	
1160	测试中	Testing		Probando	Testando	Tester...	
1161	测试中	Testing		Proban.	Testando	Tester...	
1162	测试信息	Test Information		Información de prueba	Informação de teste	Info du test	
1163	测试列表	Test List		Lista de prueba	Lista de testes	Liste des tests	
1164	测试前	Pre-T	Pre-test	Pre-pba	Pre-test	Pré-test	
1165	测试剩余时间：	R. T. T.:	Remaining test time:	TmpoR:	TP TES:	T de T T :	
1166	测试后	Pt-T	Post-test	Pos-pba	Pos-test	Aprs tst	
1167	测试排序	Test Seq.		Sec prue	SeqTeste	S de ts	
1168	测试方式	Test Mode		ModoPba	Modo Teste	Mode de test	
1169	测试方式	Test mode		Modo de prueba	Modo Teste	Mode de test	
1170	测试方式对应参数	Corresponding parameters of test mode		Parámetros correspondientes del modo de prueba	Parametros correspondentes do modo de teste	Para. Correspndt. du mode du test	
1171	测试日期	Test Date		Fec pba	Data tes	Date	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1172	测试日期：	Test Date:		Fec pba:	Data tes:	Date du test	
1173	测试时间	Test Time		Tiempo de prueba	Tempo Test	Temps du test	
1174	测试时间	Test Time		Tmpo de pba	Tempo de teste	Temps du test	
1175	测试时间	Test Time		Tmpo pba	Tempo Test	Tps du tst	
1176	测试时间：	Test Time:		Tmpo pba:	Tempo:	Tps du tst :	
1177	测试时间：	Test Time:		Fec pba:	Data tes	Tps du tst	
1178	测试时间：	Test Time:		Tmpo de pba:	Tempo teste:	Tps du tst:	
1179	测试结果	Test Results		Rdo de prueba	Result Teste	Réslt du test	
1180	测试设置	T. Setup	Test Setup	Prueba	ConfTes	Cf/Test	
1181	测试设置	Test Setup		Prueba	ConfTes	Cf/Test	
1182	测试顺序	Sequence		Sec	Sequenc	Séquence	
1183	测试顺序未保存，是否切换？	Test sequence not saved. Switch?		Secuencia de prueba no guardada. ¿Cambiar?	Sequencia de teste não salva. Mudar?	La séquence de test non enregistrée. Continuer ?	
1184	浓度	Co.	Concentration	Concentr.	Conc	Concntr	
1185	浓度	Concentration		Conce.	Conc	Concentration	
1186	浓度	Co.	Concentration	Concen.	Conc	Concntr	
1187	浓度：	Co.:	Concentration	Conce.:	Concentração:	Concntr :	
1188	浓缩清洗液	Concentrated detergent		Detergente concentrado	Detergente Concentrado	Détergent concentré	
1189	浓缩清洗液桶	Concentrated Dtg Bucket		Cubo Dtg concentrado	Frasco deter concent	Seau de Dtg concentré	
1190	消耗	Consumable		Consumible	Consumiveis	Consommable	
1191	液路单元	Liquid circulation unit		Unidad de circulación de líquido	Un circ de liquid	Unité de circuit liquide	
1192	液路单元	Liquid circulation unit		Circulación de líquido	Un circ de liquid	U de circuit de flui.	
1193	液路异常！	Fluidic component abnormal!		¡Componente fluido anormal!	Componente Fluidico anormal!	Circuit des fluides anormal !	
1194	液路排气泡	Exclude Bubble		Excluir burbuja	Excluir bolha	Enlever la bulle	
1195	液路排气泡完成，请将C011管路止血夹关闭，并重新装回左侧门。	The bubble excluding procedure is completed, please close the clip on the C011 pipeline, and assemble the left panel back to the equipment.		Se completa el procedimiento de exclusión de burbujas, cierre el clip de la tubería C011 y vuelva a montar el panel izquierdo en el equipo.	O procedimento de exclusão da bolha está concluído, feche o clipe na tubulação C011 e monte o painel esquerdo de volta ao equipamento.	L'enlèvement de bulles de circuit des fluides est terminé, veuillez fermer le clip sur le pipeline C011 et remonter le panneau gauche sur l'équipement.	
1196	液路排空	Fluidic component emptying		Vaciar de componentes fluidos	CompFluiVazio	Vider cir de flui	
1197	液路排空	Fluidic Compn. Empt.	Fluidic component emptying	Vaciar fluido	CompFluiVazio	Vider cir de flui	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1198	液路排空流程完成, 请检查液路是否成功排空。	Fluidic component emptying has already completed. Check whether the fluidic component is emptied successfully.		El vaciado del componente fluido ya se ha completado. Compruebe si el componente fluido se vacía correctamente.	O esvaziamento do sistema fluidico foi concluido.Verifique se o sistema fluidico foi esvaziado com sucesso	La vidange du circuit de fluides est déjà terminée. Vérifiez si la vidange du circuit de fluides est réussie.	
1199	液路灌注	Hydraulics Prime		Vertido hidráulu	Hydraulics prime	Injctn Hydrauliq	
1200	液路灌注完成, 请将自动清洗针的清洗头装回。	Priming is completed, please assemble the wash station back to the equipment.		Se completó el cebado, vuelva a montar la estación de lavado en el equipo.	A preparação está concluída, monte a estação de lavagem de volta ao equipamento.	L'injection hydraulique est terminée, veuillez remonter la station de lavage sur l'équipement.	
1201	液路状态异常, 无法启动测试!	Fluid pathway abnormal. It is impossible to start the test!		Vía de fluido anormal. ¡Es imposible comenzar la prueba!	Sistema fluidico anormal.Impossível começar um novo teste!	Circuit de fluides anormale. Il est impossible de démarrer le test !	
1202	液路状态异常, 无法开始新的测试!	Fluid pathway abnormal. It is impossible to start a new test!		Vía de fluido anormal. ¡Es imposible comenzar una nueva prueba!	Sistema fluidico anormal.Impossível começar um novo teste!	Circuit de fluides anormale. Il est impossible d'effectuer un nouveau test !	
1203	混合空白吸光度	Mixed Blank Abs.	Mixed blank absorbance	Abs de BI mixto	Ab BraMis	Abs du blc mixte	
1204	混合空白吸光度上限不能为空!	The upper limit of mixed blank absorbance cannot be empty!		¡El límite superior de absorbancia del blanco mixto no puede estar vacío!	O limite superior da absorbância do branco misturado não pode estar vazio!	La limite supérieure de l'absorbance du blanc mixte ne peut pas être vide !	
1205	混合空白吸光度下限不能为空!	The lower limit of mixed blank absorbance cannot be empty!		¡El límite inferior de absorbancia del blanco mixto no puede estar vacío!	O limite inferior da absorbância do branco misturado não pode estar vazio!	La limite inférieure de l'absorbance du blanc mixte ne peut pas être vide !	
1206	混合空白吸光度下限不能大于上限!	The lower limit of the mixed blank absorbance range shall not be higher than the upper limit!		El límite inferior del rango de absorbancia del blanco mixto no debe ser superior al límite superior.	O limite inferior do intervalo de absorbância do branco misto não deve ser superior ao limite superior!	La limite inférieure de l'intervalle d'absorbance du blanc mixte ne doit pas être supérieure à la limite supérieure !	
1207	混合空白吸光度输入格式错误!	Mixed blank absorbance format entered error!		¡Error introducido en el formato de absorbancia del blanco mixto!	Erro no formato de absorbância do branco misto!	Erreur de saisie du format d'absorbance du blanc mixte !	
1208	添加试剂失败!	Reagent addition failed!		¡Falló la adición de reactivo!	Falha ao adicionar reagente	Échec de l'ajout de réactif !	
1209	清洁分析部面板	Clean the analyzer panel		Limpiar el panel del analizador	Limpe o painel de análise	Nettoyer le panneau d'analyse	
1210	清洁条码扫描窗口	Clean the reagent sample barcode scanning window		Limpiar la ventana de lectura del código de barras	Limpe a janela de leitura do código de barras	Nettoyer la fenêtre de lecture du code à barres de l'éch.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1211	清洁试剂/样本盘仓	Clean the reagent-sample storehouse		Limpiar bandeja de muestra y reactivo	Limpe o compartimento do recipiente de reag/amost	Nettoyer le compartiment d'échantillons	
1212	清洁试剂样本针和搅拌杆清洗池	Clean cleaning basins of reagent-sample probe and stirring rod		Limpiar los depósitos de limpieza de la sonda de muestra de reactivo y la varilla de agitación	Limpe as torre de limpeza de reag/amos e o mixer	Nettoyer les bassins de nettoyage de la sonde d'éch. et l'agitateur	
1213	清洗	Clean		Limpiar	Limpar	Nettoyer	
1214	清洗完成后，点击/继续/进入下一步。请远离针运动区域。	After cleaning, click /Continue/ to proceed to the next step. Please stay away from the movement area of the probe.		Haga clic en / Seguir / para continuar con el siguiente paso después de lavar. Manténgase alejado del área de movimiento de la sonda.	Após a limpeza, clique em /Continue/ para prosseguir para a próxima etapa.Fique longe da área de movimento da agulha	Après le nettoyage, cliquez sur /Continue/ pour passer à l'étape suivante. Veuillez rester à l'écart de la zone de mouvement de la sonde.	
1215	清洗次数	Cleaning Times		Veces de limpieza	Tempos de Limpeza	Fqce. de nettoyage	
1216	清洗次数设置	Cleaning Times Setup		Configuración de veces de limpieza	CT Configu	Nombre de nettoyage	
1217	清洗次数设置	CT Setup	Cleaning times setup	Limpiar	CT Configu	Fré/nty	
1218	清洗池进入待清洁状态，请远离针运动区域。	The cleaning basin is ready for cleaning. Please stay away from the movement area of the probe.		El lavabo de limpieza está listo para limpiar. Manténgase alejado del área de movimiento de la sonda.	A torre de lavagem esta pronta para limpeza. Fique longe da area de movimento da agulha	Le bassin de nettoyage est prêt pour se nettoyer. Veuillez rester à l'écart de la zone de mouvement de la sonde.	
1219	清洗液	Cleaning Solution		Detergente	Sol Lim	Solut. de nettoyy.	
1220	清洗液	Cle Sol.	Cleaning Solution	Deterge.	Sol Lim	Nettoya.	
1221	清洗液 (#20试剂位)	Cleaning Solution (#20 Reagent Position)		Deterg. (Pos. Rvo #20)	Sol limp (#20reag pos)	Nettoyage (N° 20 Pos. de réa.)	
1222	清洗自动清洗针（内壁）	Clean automatic cleaning probe (inner wall)		Limpiar la sonda de limpieza (interior)	Limpeza automatica da agulha(interna)	Nettoyer auto. la sonde de nettoyage (paroi interne)	
1223	清洗设置	Cleaning Setup		Config de limpieza	Conf Limpeza	Config. du nettoyage	
1224	清洗设置	Cleaning Setup		Configuración de limpieza	Conf Limpeza	Config. du nettoyage	
1225	清洗试剂样本针（内壁）	Clean reagent-sample probe (inner wall)		Limpiar la sonda de muestra y reactivo (interior)	Solução de limpeza agulha reag-amos(interna)	Nettoyer la sonde d'éch. (paroi interne)	
1226	清空	Empty		Vacia	Vazio	Vide	
1227	清空列表	Clear List		Vaciar	LimLista	Effacer	
1228	清空列表失败！	Failed to empty the list!		¡Error al vaciar la lista!	Falha ao esvaziar a lista!	Échec de la vidange de la liste !	
1229	清空日志失败！	Failed to empty log!		¡No se pudo vaciar el registro!	Falha ao esvaziar o registro!	Échec de la vidange du journal !	
1230	清除	Clear		Borrar	Limpar	Effacer	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1231	温度/°C	Temperature/°C		Temperatura/°C	Temperatura/C	T°c	
1232	温度°C	Temperature/°C		Temperatura/°C	Temp/C	T°c	
1233	温度值不能为空!	Temperature value cannot be empty!		¡El valor de temperatura no puede estar vacío!	Valor de temperatura não pode estar vazio!	La valeur de T°c ne peut pas être vide !	
1234	温度曲线	Temperature Curve		Curva de temp.	Curva Temp	Courbe de T°c	
1235	温度曲线	Temp. Curve	Temperature curve	Curva de temp.	Curva Temp	Courbe de T°c	
1236	温度计	Thermometer		Termómetro	Termometro	Thermomètre	
1237	温控单元	Temperature control unit		Control de temperatura	Unid Cont Temp	Unité de ctrl de T°c	
1238	溶血 (H)	Hemolysis (H)		Hemólisis(H)	Hemolise(H)	Hémolyse(H)	
1239	溶血 (H)	Hemolysis (H)		Hemólis(H)	Hemolise(H)	Hémolyse(H)	
1240	灯泡报警限	Bulb Alarm Limit		Límite de bomb	Lim alarm lamp	Alarme d'ampoule	
1241	灯泡报警限不能为空。	The bulb alarm limit cannot be empty.		El límite de alarma de la bombilla no puede estar vacío o.	O limite do alarme da lampada não pode estar vazio	La limite d'alarme de l'ampoule ne peut pas être vide.	
1242	版本	Version		Versión	Versão	Version	
1243	版本不匹配，还原失败!	Version mismatch,restore failed!		La versión no coincide, la restauración falló.	Incompatibilidade de versão. Falha na restauração!	Incompatibilité de version, échec de la restauration!	
1244	特定参考范围保存失败!	Saving of specific reference range failed!		¡Error al guardar el rango de referencia específico!	Falha ao salvar o intervalo de referencia especificado!	Échec de l'enregistrement d'une plage de référence spécifique !	
1245	状态	Status		Estado	Status	État	
1246	状态列表	State List		Lista de edo.	Lista state	Lst d'état	
1247	状态刷新	Refresh		Actuali.	Atualizar	Rafraîchir	
1248	状态刷新	Status Refresh		Actualización	Atualizar	Rafraîchir	
1249	状态刷新	Refresh		Actualizar	Atualizar	Rafraîchir	
1250	状态刷新—选择样本位	Status Refresh - Select Sample Position		Actualiza. de edo-selec. Pos. M.	Atu status-Sel Po Amostra	Rafraî. l'état-Sél pos.	
1251	状态刷新—选择试剂位	Status Refresh - Select Reagent Position		Actualiz. de edo-selec. Pos. Rvo	Atu Status-Sel Po Reagente	Rafraî. l'état-Sél réa.	
1252	状态:	Status:		Estado:	Status:	État :	
1253	瓶 号:	Vial No.:		Vial Nº.:	Nro Frasco:	N°/flcn :	
1254	瓶号	Vial No.		V Nº	NrFr	N°/flcn	
1255	瓶号	Via#	Vial No.	Vial Nº.	NrFr	N°/flcn	
1256	瓶号	Vial No.		Vial Nº	NrFr	N°/flcn	
1257	瓶号:	Via#:	Vial No.	Vial Nº.:	Nro Frasco:	N°/flcn :	
1258	瓶号和批号不能与上一瓶一样。	The vial number and batch number cannot be the same as the previous vial.		El número de vial y el número de lote no pueden ser mismos que los del vial anterior.	Os números de frasco e lote não podem ser iguais aos anteriores	N° de flacon et N°de lot ne peuvent pas être identiques à ceux du flacon précédent.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1259	生化报告单	Biochemical Report		Informe bioquímico	Relatório Bioquimica	Rprt de biochimie	
1260	生命周期	Life Perd.		PeríVida	VidaUti	DDV	
1261	用户	User		Usuario	Usuário	Utilisateur	
1262	用户%1已存在!	User %1 already exists!		¡El usuario %1 ya existe!	Usuário %1 já existe!	L'user %1 existe déjà!	
1263	用户名	User name		Usuario	Nome Us	Nom d'user	
1264	用户名	User Name		Usuario	Nome Usú	Nom d'user	
1265	用户名不能为空。	The user name cannot be empty.		El nombre de usuario no puede estar vacío.	O nome de usuário não pode estar vazio	Le nom d'user ne peut pas être vide.	
1266	用户名和密码都不能为空。	Neither the user name nor the password can be empty.		Ni el nombre de usuario ni la contraseña pueden estar vacíos.	Usuário ou senha não podem estar vazios	Ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe ne peuvent être vides.	
1267	用户名或密码不能为空!	The user name or password cannot be empty!		¡Usuario o contraseña no puede ser nulo!	ID Usuár. ou senha não pode estar vazia!	Le nom d'user ou le mot de passe ne peut pas être vide!	
1268	用户名或密码错误!	User Name or Password Error!		¡Error de usuario o contraseña!	Erro na senha ou id usuário!	Erreur de nom d'user ou de mot de passe!	
1269	用户管理	User MGT		Config usar	ADM Usú	Gestn d'user	
1270	用户管理	User MGT		Config usar	ADM Usú	Gestion	
1271	用户管理员	User Admin		Admin de usuarios	Usuário Administrador	Administration des utilisateurs	
1272	用户管理员: %1密码修改失败!	User administrator: %1 password change failed!		Administrador de usuario: ¡Error en el cambio de contraseña de %1!	Administrador do usuário:%1 alteração de senha falhou	Administrateur d'utilisateur : %1 Échec du changement de mot de passe!	
1273	用户设置	U. Setup	User Setup	Usuario	ConfUsu	Cf/Uti	
1274	用户设置	User Setup		Usuario	ConfUsu	Cf/Uti	
1275	申请	Applied		Solicitud	Aplicar	Appliqué	
1276	申请	Apply	Application	Solicit.	Aplicar	Applct	
1277	申请	Applied		Solic.	Aplicar	Appliqué	
1278	申请个数	N of App	Number of applications	No. de aplicación	Nro aplic	Nb d'application	
1279	申请中...	Under Application Now...		En aplicación ahora ...	Aplicando...	En cours de demande...	
1280	申请中.....	Under application now...		En aplicación ahora...	Aplicando...	Appliquer...	
1281	申请中.....	Applying...		Solicitando...	Aplicando...	Appliquer...	
1282	申请列表	App List	Application List	ListaSol	ListaApp	Ls d'apl	
1283	申请列表	Application List		Lista de solicit.	Lista de Aplicação	Liste d'applct	
1284	申请列表	Application List		Lista de solicitud	ListaApp	Ls d'apl	
1285	申请失败, 没有可用杯位!	Application failed, and there is no sample position available!		La solicitud falló y no hay posición de muestra disponible.	O aplicativo falhou e não há posição de amostra disponível	Échec de l'application et aucune position d'éch n'est disponible!	
1286	申请定标测试	Application for calibration test		Solicitud de prueba de calibración	Aplicação para teste de calibração	Demande du test de calibration	
1287	申请日期	D. of App	Date of application	F solicit.	Dados AP	Dt d'apl	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1288	申请日期	Date of application		F solíc.	Dados AP	Dt d'apl	
1289	申请时间	App T	Application time	TmpoSol.	HoraAPP	Tp d'apl	
1290	申请时间	Application Time		Tiempo de solicitud	HoraAPP	Temps d'application	
1291	申请样本失败!	Sample application failed!		¡La solicitud de muestra falló!	Falha na aplicação da amostra!	Échec de l'application d'éch.!	
1292	男	Male		Masculino	Homen	Masculin	
1293	病人ID	Patient ID		ID	ID PAC	ID du patient	
1294	病人ID	PT ID	Patient ID	ID	ID PAC	ID du pt	
1295	病人信息	Patient Info		InfoPac.	Inform Paciente	Info du patient	
1296	病人信息	PT Info	Patient info	InfoPac.	Info Pac	Info du pt	
1297	病人信息未保存, 是否离开?	The patient information is not saved. Leave now?		La información del paciente no se guarda. ¿Salir ahora?	As informações do paciente não foi salva.Deseja sair?	L'information du patient non enregistrée. Quitter ?	
1298	病人姓名	Patient Name		Nombre	NomePac	Nom du patient	
1299	病人姓名	PT NM	Patient name	Nombre	NomePac	Nm du pt	
1300	登陆	Login		Ingresar	ID Usuário	S'idntfr	
1301	监测参数	Monitoring Parameters		Parám. de monitoreo	ParaMon	Para. de surveil.	
1302	监测参数	M. Para	Monitoring parameters	ParámMon	ParaMon	Para.	
1303	盘号	T.N.	Tray No.	Nº B	R.N	Nº/P	
1304	盘号	Tray No.		Nº B	R.N	N ° de plateau	
1305	盘号	Tray No.		Nº de bandeja	R.N	Nº/P	
1306	盘号选择	Selection Of Tray Number		Seleccionar No. de bandeja	Seleção do numero da rack	Sélection du numéro de plateau	
1307	确定	OK		OK	OK	OK	
1308	确定保存当前定标参数?	Save the current calibration parameters?		¿Guardar los parámetros de calibración actuales?	Salvar os parâmetros de calibração corrente?	Enregistrer les paramètres de calibration actuels ?	
1309	确定关机?	Shutdown?		¿Apagar?	Desligar?	Arrêter ?	
1310	确定删除所选结果?	Confirm to delete the selected results?		¿Seguro de borrar los resultados seleccionados?	apagar os resultados seleccionados?	Supprimer les résultats sélectionnés ?	
1311	确定删除日志?	Confirm to delete the log?		¿Confirmar para borrar el registro?	Confirmar exclusão dos registros?	Supprimer la note ?	
1312	确定删除用户%1?	Delete User %1?		¿Eliminar el usuario %1?	Apagar Usuário %1?	Supprimer l'user %1?	
1313	确定删除试剂空白结果?	Delete the reagent blank result?		¿Borrar el resultado del blanco de reactivo?	Excluir o resultado de branco de reagente?	Supprimer le résultat de blanc du réactif ?	
1314	确定删除选中稀释浓度信息?	Delete the selected dilution concentration information?		¿Borrar la información de concentración de dilución seleccionada?	Excluir as informações de concentração de diluição selecionada?	Supprimer les informations de la concentration de dilution sélectionnée ?	
1315	确定删除选中项目?	Delete the selected item?		¿Eliminar el artículo seleccionado?	Apagar o teste selecionado?	Supprimer l'item sélectionné?	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1316	确定打印反应曲线?	Print the reaction curve?		¿Imprimir la curva de reacción?	Imprimir curva de reação?	Imprimer la courbe de réaction ?	
1317	确定打印定标曲线?	Print the calibration curve?		¿Imprimir la curva de calibración?	Imprimir a curva de calibração?	Imprimer la courbe de calibration ?	
1318	确定打印质控图?	Print the QC curve?		¿Imprimir la curva de control de calidad?	Imprimir curva de QC?	Imprimer la courbe du CQ ?	
1319	确定紧急关机?	Confirm Emergency Shutdown?		¿Confirmar apagado de emergencia?	Confirmar desligamento de emergência?	Arrêt d'urgence ?	
1320	确定释放位置?	Release position?		¿Confirma la posición de liberación?	Liberar posição?	Libération de la position ?	
1321	确认	OK		OK	Ok	OK	
1322	确认保存?	Save?		¿Confirmar para Guardar?	Salvar?	Enregistrer ?	
1323	确认修改默认模板?	Confirm to modify default template?		¿Confirmar para modificar la plantilla predeterminada?	Confirma para modificar o modelo padrão?	Modifier le modèle par défaut?	
1324	确认修改?	Modify?		¿Seguro de modificar?	Modificar?	Modifier?	
1325	确认停止测试?	Are you sure to stop test?		¿Asegura de detener la prueba?	Certo de interromper o teste?	Arrêter le test ?	
1326	确认关闭?	Close?		¿Seguro de cerrar?	Fechar?	Quitter ?	
1327	确认删除勾选的故障日志?	Confirm to delete the checked fault log?		¿Seguro de borrar el registro de errores seleccionados?	Confirme a exclusão do registro de falha verificado?	Supprimer le journal des erreurs coché ?	
1328	确认删除勾选的日志?	Confirm to delete the checked log?		¿Seguro de borrar el registro marcado?	Confirme para excluir o registro verificado!	Supprimer le journal coché?	
1329	确认删除勾选的维护日志?	Confirm to delete the checked maintenance log?		¿Seguro de borrar el registro de mantenimiento verificado?	Confirma para excluir o registro de manutenção verificado?	Supprimer le journal de maintenance coché?	
1330	确认删除定标液?	Confirm to delete calibrator?		¿Confirmar para borrar calibrador?	Confirmar para apagar o calibrador?	Supprimer le calibrateur ?	
1331	确认删除当前选中日志?	Confirm to delete the currently selected log?		¿Seguro de borrar el registro seleccionado actualmente?	Certo de apagar o log selecionado?	Supprimer le journal actuellement sélectionné ?	
1332	确认删除所选维护项目?	Delete the selected maintenance item?		¿Borrar el artículo de mantenimiento seleccionado?	Excluir o item de manutenção selecionado?	Supprimer l'item de maintenance sélectionné ?	
1333	确认删除此模板?	Confirm to delete this template?		¿Confirma eliminar esta plantilla?	Confirma a exclusão do modelo?	Supprimer ce modèle?	
1334	确认删除选中参考范围和危急值范围?	Confirm to delete the selected reference range and critical value range?		Confirmar para eliminar el rango de referencia seleccionado y el rango de valor crítico.	Confirma para excluir a faixa de referencia selecionada e a faixa de valor critico?	Supprimer la plage de référence et la plage de valeurs critiques sélectionnées?	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1335	确认删除选中定标申请?	Delete the selected calibration application?		¿Eliminar la solicitud de calibración seleccionada?	Excluir o aplicativo de calibração selecionado?	Supprimer l'application de calibrage sélectionnée ?	
1336	确认删除选中手工项目?	Delete the selected manual item?		¿Borrar el artículo manual seleccionado?	Excluir o item manual selecionado?	Supprimer l'item manuel sélectionné ?	
1337	确认删除选中污染列表?	Confirm to delete the selected contamination list?		¿Seguro de borrar la lista de contaminación seleccionada?	Confirme para excluir a lista de contaminação selecionada!	Supprimez la liste de contamination sélectionnée?	
1338	确认删除选中的操作记录?	Delete the selected operation record?		¿Borrar el registro de operación seleccionado?	Apagar o registro de operação o selecionado?	Supprimer l'enregistrement d'opération sélectionné?	
1339	确认删除选中的日志?	Delete the selected log?		¿Borrar el registro seleccionado?	Apagar o registro selecionado?	Supprimer le journal sélectionné ?	
1340	确认删除选中的用户管理员?	Delete the selected user administrator?		¿Borrar el administrador de usuarios seleccionado?	Excluir o administrador do usuário selecionado?	Supprimer l'administrateur d'utilisateur sélectionné?	
1341	确认删除选中组合项目?	Delete the selected combined item?		¿Borrar el artículo combinado seleccionado?	Certo que deseja apagar itens combinados?	Supprimez l'item combiné sélectionné ?	
1342	确认删除选中计算项目?	Delete the selected calculation items?		¿Borrar los artículos de cálculo seleccionados?	Certo que deseja apagar itens de calculo?	Supprimez l'item de calcul sélectionné ?	
1343	确认删除选中试剂?	Delete the selected reagent?		¿Borrar el reactivo seleccionado?	Apagar reagente selecionado?	Supprimer le réactif sélectionné?	
1344	确认卸载试剂?	Confirm unloading of reagents?		¿Confirmar descarga de reactivos?	Confirmar descarregamento de reagentes?	Décharger des réactifs?	
1345	确认密码	C. Pass.	Confirm Password	Conf ctñ	ConSenha	Confirmt	
1346	确认将样本的杯号从[%1]移动到[%2]吗?	Move the sample from [%1] to [%2]?		¿Mover la muestra de [%1] a [%2]?	Mover a amostra %1 para %2?	Déplacer l'échantillon de [%1] à [%2]?	
1347	确认将样本的杯号移动到[%1]吗?	Are you sure to move the cup number of the sample to [%1]?		¿Está seguro de mover el número de copa de la muestra a [%1]?	Certo que deseja mover para [%1]?	Êtes-vous sûr de déplacer le numéro de cuvette de l'échantillon à [%1]?	
1348	确认新增?	Add?		¿Seguro de agregar?	Adicionar?	Ajouter ?	
1349	确认新增?	Add?		¿Confirmar para agregar?	Adicionar?	Ajouter ?	
1350	确认更新当前样本信息?	Update the current sample information?		¿Actualizar la información de la muestra actual?	Atualizar as informações da amostra atual?	Mettre à jour les informations de l'éch. actuel?	
1351	确认清空当前反应杯的日志?	Empty the current cuvette log?		¿Vaciar el registro de cubetas actual?	Esvaziar o registro da cuvette atual?	Vider le journal actuel de la cuvette ?	
1352	确认设为默认定标结果?	Set it as the default calibration result?		¿Establecerlo como resultado de calibración predeterminado?	Definir como o resultado da calibração padrão?	La confirmation est définie comme le résultat de calibration par défaut ?	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1353	科室	Department		Dept.	Departamen	Département	
1354	科室名称不能为空。	The department name cannot be empty.		El nombre del departamento no puede estar vacío.	Nome do departamento não pode estar vazio	Le nom du dépt. ne peut pas être vide.	
1355	科室名称已存在。	Department name already exists.		El nombre del departamento ya existe.	Nome do departamento já existente	Le nom du dépt existe déjà.	
1356	科室设置	Dept Setup		Config dpto	Conf Dep	Cfg de dépt	
1357	科室设置	Dept Setup		Config dept	Conf Dep	Config. du service	
1358	科室负责人	Head of Department		Jefe de departamento	Chefe depart	Chef de dépt.	
1359	移动失败！	Movement failed!		¡Movimiento fallido!	Falha ao mover!	Échec du mouvement !	
1360	移至	Move To		Mover a	Mover	Bouger	
1361	稀释	DIL	Dilution	Dilu	Dilu	Dilution	
1362	稀释	Dilution		Dilución	Dilu	Dilution	
1363	稀释	DIL	Dilution	Diluc.	Dilu	Dilution	
1364	稀释后浓度	Conc Af Dilu	Concentration after dilution	Cct. dd dil.	C dps dil	Cnctr ap dil	
1365	稀释后浓度不允许重复！	The diluted concentration is not allowed to be repeated!		¡No se permite repetir la concentración diluida!	A concentração de diluição não pode ser repetida!	La concentration diluée ne doit pas être répétée !	
1366	稀释后浓度必须大于0！	The diluted concentration must be than greater 0!		¡La concentración diluida debe ser superior a 0!	A concentração de diluição deve ser maior que 0!	La concentration diluée doit être supérieure à 0 !	
1367	稀释因子	Dilution F	Dilution factor	Fac Dilu.	Fat Dil	F.Diluant	
1368	稀释定标	Dil Cal	Dilution calibration	Dil Cal	Dil Ca	Dilut.	
1369	稀释样本量	Diluted S V	Diluted sample size	Vol M.Dil	Dil VolAm	Éch dilué	
1370	稀释样本量输入范围为2~50ul。	The input range of diluted sample volume is 2~50uL.		El rango de volumen de muestra diluida es 2 ~ 50 ul.	O volume de amostra diluida deve estar entre 2~50uL	La plage d'entrée du volume d'échantillon dilué est de 2~50uL.	
1371	稀释液	Diluent		Diluyente	Diluyente	Diluant	
1372	稀释液 (#40试剂位)	Diluent (#40 Reagent Position)		Diluy. (Pos. Rvo #40)	Diluent (#40reag pos)	Diluant (N° 40 Pos. de réa.)	
1373	稀释液量	Diluent vol	Diluent volume	Vol dilu.	Vol Dilue	Diluant	
1374	稀释液量输入范围为40~400ul。	The diluent volume input range is 40~400uL.		El rango de volumen de diluyente es 40 ~ 400uL.	O volume de diluyente é de 4-~400uL	La plage d'entrée du volume de diluant est de 40~400uL.	
1375	稀释设置	D. Setup	Dilution setup	Cfig.dil	ConfDil	Dilution	
1376	程序异常，将返回登录界面！	Program exception. Return to the login interface!		Excepción del programa. ¡Regrese a la interfaz de inicio de sesión!	Exceção do programa. Retorne a interface de login!	Exception de programme. Retour à l'interface de connexion !	
1377	空位	VAC	Vacancy	Vac.	Vago	Vcnt	
1378	空白反应度	Blank Reactivity		RdadRvoBI	Reat Bran	Réact du blanc	
1379	空白反应度	Blank Reactivity		RdadRvoBI	Reat Bran	Réact du blanc	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1380	空白反应度上限不能为空!	The upper limit of blank reactivity cannot be empty!		¡El límite superior de reactividad del blanco no puede estar vacío!	O limite superior da reatividade do branco não pode estar vazio!	La limite supérieure de la réactivité du blanc ne peut pas être vide !	
1381	空白反应度下限不能为空!	The lower limit of blank reactivity cannot be empty!		¡El límite inferior de reactividad del blanco no puede estar vacío!	O limite inferior da reatividade do branco não pode estar vazio!	La limite inférieure de la réactivité du blanc ne peut pas être vide !	
1382	空白反应度下限不能大于上限!	The lower limit of blank reactivity range shall not be higher than the upper limit!		¡El límite inferior del rango de reactividad del blanco no debe ser superior al límite superior!	O limite inferior da faixa de reatividade do branco não deve ser superior ao limite superior!	La limite inférieure de la plage de réactivité du blanc ne doit pas être supérieure à la limite supérieure !	
1383	空白反应度输入格式错误!	Blank reactivity format entered error!		¡Error introducido en el formato de reactividad del blanco!	Erro inserido no formato de reatividade em branco!	Erreur de saisie du format de réactivité du blanc !	
1384	空白时间	Bl. Time	Blank time	Tmpo Bl.	Bl.Temp	Tps BL	
1385	空白时间范围	Blank time range		Rango de tiempo de blanco	Intervalo do tempo de branco	Plage de temps du blanc	
1386	空白校正	Blank Correction		Correcc. en blanco	Correção de branco	Correction du blanc	
1387	空白校正	Blank C	Blank Correction	CorrecBl	Cor Bra	C du blc	
1388	空白校正	Blank Correction		Corrección de blanco	Correção de branco	C du blc	
1389	空白校正失败!	Blank correction failed!		Error de corrección del blanco.	Falha na correção do branco!	Échec de la correction du blanc	
1390	空白测试时间	Blank Test Time		TmpoPbaB	TempBran	Tps du test blc	
1391	空白申请	Blank App	Blank application	Soli blan	Aplic Bra	Alpct/Blc	
1392	空白申请	Blank App	Blank application	Soli blan	Aplic Bra	Applct du blanc	
1393	空白终点	B. E P	Blank end point	PF Bl	BrFi	PFB	
1394	空白结果	Blank R	Blank result	Rdo blan	Res Bran	Rs du blc	
1395	空白结果	Blank Result		Resultado en blanco	Resultado Branco	Résultat du blanc	
1396	空白结果	Blank Result		Rdo de blanco	Res Bran	Réslt du blanc	
1397	空白起点	B. S P	Blank start point	PI Bl	BrIn	PDB	
1398	空白起点+空白终点	B. S P + B. E P	Blank start point + Blank end point	PI Bl + PF Bl	Ponto inicial do branco + ponto final do branco	PDB + PFB	
1399	空闲	Idle		Ocioso	Ocio	Libre	
1400	空闲	Idle		Ocio	Ociosa	Libre	
1401	立即释放	I. R.	Immediately release	Libe inm	Lib Im	Lbr im.	
1402	立即释放	Immediately Release		Liberar inmediatamente	Lib Im	Lbr im.	
1403	端口号	Port No.		Nº Puer.	Nr Porta	Nº de port	
1404	端口号	Port No.		No. Puerto	Nr Porta	Nº de port	
1405	端口号不能为空!	The Port No. cannot be empty!		¡El número de puerto no puede estar vacío!	Numero da porta não pode estar vazio!	Le numéro de port ne peut pas être vide !	
1406	第	No.		Nº	Nro	Nº	
1407	第一试剂量	R1 Vol	1st reagent volume	Vol R1	R1 Vol	Volume R1	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1408	第一试剂量	R1 volume	1st reagent volume	Volumen de R1	R1 Vol	Volume R1	
1409	第一试剂量输入范围为90 ~ 350ul。	The input range of R1 volume is 90~350uL.		El rango de entrada del volumen de R1 es de 90 ~ 350 ul.	O volume de entrada do reagente 1 é de 90~350uL	La plage d'entrée du volume de R1 est de 90~350uL.	
1410	第二试剂量	R2 Vol	2nd reagent volume	Vol R2	R2 Vol	Volume R2	
1411	第二试剂量	R2 volume	2nd reagent volume	Volumen de R2	VolR2	Volume R2	
1412	第二试剂量输入范围为10 ~ 250ul。	The input range of R2 volume is 10~250uL.		El rango de entrada del volumen de R2 es de 10 ~ 250 ul.	O volume de entrada do reagente 2 é de 10~250ul	La plage d'entrée du volume R2 est de 10~250uL.	
1413	等待	Wait		Esperar	Espere	Attendez	
1414	等待光源稳定	Wait fo SLS	Wait for stable light source	Espere luz	Agd est Lamp	Attendre SLS	
1415	等待温控稳定	Wait fo STC	Wait for stable temperature control	Esper temp	Agd est tp	Attendre CTS	
1416	管理员	Administrator		Administrador	Administrador	Administrateur	
1417	类型	Rea T	Type	Tipo	Tipo	Type	
1418	类型	Type		Tipo	Tipo	Type	
1419	类型：水	Type: Water		Tipo: Agua	Tipo:Agua	Type: l'eau	
1420	系统	System		Sistema	Sistema	Système	
1421	系统在测试中，不允许关机！	System is in test and do not shut down!		El sistema está en prueba y no se apague.	Sistema esta em teste não desligue!	Le système en test, il ne faut pas arrêter !	
1422	系统复位	System reset		Reinicio de sistema	Reinicialização do sistema	Réinitialisation du système	
1423	系统正在进行反应杯脏杯检测，大约用时25 min，请稍候。如仪器运作异常，请点击/退出/终止本维护流程。	Under dirty cuvette detection, which will take about 25min. Please wait! If the instrument operation is abnormal, please click /Exit/ to terminate this maintenance process.		Detectando cubeta sucia, que tardará unos 25 minutos. Favor de esperar Si el funcionamiento del instrumento es anormal, haga clic en /Salir/ para finalizar este proceso de mantenimiento.	Sistema está verificando cuvette suja. Demora cerca de 25 min. Finalize se o instrumento funcionar de forma anormal.Cique em /Sair/ finalizar este processo de manutenção	L'analyseur fait le test de la saleté de cuvette, ce qui prendra environ 25min. Veuillez patienter !Si le fonctionnement de l'analyseur est anormal, veuillez cliquer sur /Quitter/ pour mettre fin à ce processus de maintenance	
1424	系统设置	S. Setup	System Setup	Sistema	ConfSis	Cf/Sys	
1425	系统设置	System Setup		Config sistema	ConfSis	Cf/Sys	
1426	系统运行状态	System operation status		Edo de funcionamiento del sis.	Status Sistema Operacional	État d'opé du système	
1427	系统预设模板不允许修改！	System preset template does not allow modification!		¡La plantilla predeterminada del sistema no permite modificaciones!	O modelo predefinido do sistema não permite modificação!	Il ne permet pas de modifier le modèle de préréglage du système !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1428	系统预设模板不允许删除！	System preset template does not allow deletion!		¡No se permite eliminar la plantilla predeterminada del sistema!	O modelo predefinido não permite exclusão!	Il ne permet pas de supprimer le modèle de préé glage du système !	
1429	级别	Level		Nivel	Nivel	Nv.	
1430	纯水	Pure water		Agua pura	Agua pura	L'eau pure	
1431	纸张类型	Paper Type		Tipo papel	Tipo Papel	Tp de papr	
1432	线性定标	Linear		Linear	Linear	Linéaire	
1433	线性范围	Linear range		Rgo. lineal	Range Lin	Gamme linéaire	
1434	线性范围	Linear range		Rango lineal	Range Lin	Gamme linéaire	
1435	组合项目	Combined Item		Art combina.	Combin Item	Item combiné	
1436	组合项目	Combined Item		Art comb	Combin Item	Item combiné	
1437	组合项目	Combined Item		Art combinado	Combin Item	Item combiné	
1438	组合项目至少包含1个项目。	The combined item contain at least 1 item.		El artículo combinado debe contener al menos 1 artículo.	Item combinado contém pelo menos 1 item	L'item combiné contient au moins un item.	
1439	终止编号	E. Nmbr	End number	Nº final	Nro Fin	N°Fin	
1440	终止编号格式有误！	End number format error!		¡Error de formato de número final!	Erro no formato do numero final!	Erreur de format de numéro de fin!	
1441	终点法	Endpoint method		Punto final	Mét Pontofinal	Point final	
1442	结 果	Result:		Resultado:	Result	Résultat:	
1443	结果	Result		Rdo.	Result	Résultat	
1444	结果	Result		Resultado	Result	Résultat	
1445	结果列表	Result List		Lista de rdo.	Lista result	Lst de résul.	
1446	结果单位	Result Unit		Unidad de rdo	Unid Result	Unité de réslt	
1447	结果单位	R Unit	Result unit	Unidad	UnidRes	Unité	
1448	结果单位	Result unit		Unidad de resultado	UnidRes	Unité de réslt	
1449	结果单位信息重复或存在空白数据，请重新输入！	Repeated result unit information or blank data exits. Please re-enter!		Información de unidad de resultado repetida o existe dato blanco. ¡Favor de volver a ingresar!	A informação da unidade de resultado está duplicada ou h á dados em branco, insira novamente!	Les informations d'unité de r é sultat répétées ou les donn é es vides. Veuillez entrer à nouveau!	
1450	结果显示区	Result display area		Área de visualización de resultados	Area de exibição de resultados	Zone d'affichage des résultats	
1451	结果标记	Result Mark		Marca de resultado	Res Marca	Marque de réslt	
1452	结果精度	R ACC		Presic.	ACC Res	Précision	
1453	结果精度	Result accuracy		Precisión del resultado	ACC Res	Précision des résultats	
1454	结果编辑	Result Editing		Edición de Rdo	Editar Result	Edition des réslt	
1455	结果：	Result:		Rdo:	Result:	Résultat :	
1456	结论	Conclusion		Conclusión	Conclusão	Conclusion	
1457	继续	Continue		Seguir	Continue	Continue	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1458	维护	Maintenance		Mantenimiento	Manutenção	Maintenance	
1459	维护	Maintenance		Mant.	Manutenção	Maintenance	
1460	维护	Maintenance		Manten.	Manutenção	Maintenance	
1461	维护列表	Maintenance List		Lista de mant	Lista manut	Liste de mtnc	
1462	维护周期	Mant Perd.	Maintenance period	PeríMant	PerManu	Période	
1463	维护日志	Maintenance Log		Reg. de mant.	Registro Manu	Journal d'err	
1464	维护日志	Maintenance Log		Registro de mantenimiento	Registro Manu	Journal de maintenance	
1465	维护项目	Maint Ite	Maintenance item	Art Mant	ItemMan	Mntnc.	
1466	维护项目	Maintenance Item		Mantenimiento de artículo	Item Manutenção	Item de maintenance	
1467	维护项目名称与已有维护项目重复！	Maintenance item name is a duplicate of an existing maintenance item!		El artículo de mantenimiento no puede repetir con el artículo de mantenimiento actual.	Nome no teste de manutenção já existente!	Le nom d'item de maintenance fait double emploi avec celui d'un item de maintenance existant!	
1468	维护项目延期失败！	Delay of maintenance item failed!		¡Error del retraso del artículo de mantenimiento!	Extensão do item de manutenção falhou!	Échec du retard de l'item de maintenance!	
1469	编号%1已被申请，请重新输入！	Number %1 has been submitted. Please re-enter!		Se ha solicitado el número %1. ¡Vuelve a ingresar!	O numero %1 foi enviado.Insira novamente!	Le numéro %1 a été soumis. Veuillez entrer à nouveau!	
1470	编辑	Edit		Editar	Editar	Éditer	
1471	编辑模板	Edit		Editar	Editar	Éditer	
1472	编辑模板	Edit Template		Editar modelo	Editar	Éditer	
1473	网络异常，请检查ip和端口是否正确！	Network exception. Please check whether IP and ports are correct!		La red es anormal, verifique si la ip y el puerto son correctos.	Exceção de rede. Verifique se o IP e as portas estão corretos!	Inconnexion de réseau. Veuillez vérifier si l'adresse IP et les ports sont corrects!	
1474	耗材状态	Consumable Stat		Edo de consum.	Status suprim	État de consom.	
1475	联合判断时，质控液 (X) 和质控液 (Y) 必须同时输入！	In case of joint evaluation, QC (X) and QC (Y) must be entered simultaneously!		¡En caso de evaluación del conjunto, QC (X) y QC (Y) deben ingresarse simultáneamente!	No caso de avaliação conjunta QC(X) e QC(Y) devem ser inseridos simultaneamente!	En cas d'évaluation conjointe, le CQ (X) et le CQ (Y) doivent être saisis simultanément!	
1476	联合质控	Joint QC		CC conjunto	Conjunto QC	Conjoint CQ	
1477	联系电话	Contact		Contacto	Contato	Contact	
1478	脂血 (L)	Lipemia (L)		Lipemia(L)	Lipemia(L)	Lipémie(L)	
1479	脏	Dirty		Sucio	Sujo	Sale	
1480	脏杯检测	Dirty Cuv. Det.	Dirty cuvette detection	D. cub Suci.	Det cuv Suja	Test de cuv.	
1481	脏杯检测失败！	Dirty cuvette detect failed!		¡Error de detección de cubeta sucia!	Falha na detecção de cuvette suja!	Échec du test de la saleté de cuvette !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1482	脏杯检测失败：仪器非空闲或处于离线模式！	Dirty cuvette detect failed: Instrument is not idle or in offline mode!		Error de detección de cubeta sucia: ¡El instrumento está inactivo o fuera de línea!	Falha na detecção de cuvette suja: Instrumento não esta ocioso ou no modo offline!	Échec du test de la saleté de cuvette: l'analyseur est mode actif ou en mode hors ligne!	
1483	脏杯检测完成！	Dirty cuvette detection completed!		Detección de cubeta completa	Cuvette suja detecção completada!	Le test de la saleté de cuvette s'est terminé !	
1484	脏杯检测已停止！	Dirty cuvette detection stopped!		Detección de cubeta terminada	Cuvette suja parada na detecção!	Le test de la saleté de cuvette s'est arrêtée !	
1485	脑脊液	CSF	Cerebrospinal fluid	LCR	Liquo	LCR	
1486	自动备份	Auto Backup		Respaldo automático	Backup automático	Enregistrement auto.	
1487	自动弹出虚拟键盘	Virtual keyboard		Teclado virtual	Teclado virtual	Clavier virtuel	
1488	自动打印	Auto Print		Auto-impresión	Auto Impr	Impression auto.	
1489	自动稀释倍数	A-dilut F	Auto dilution factor	F dilu-a	Au Fator	F de DI A	
1490	自动稀释倍数必须在2~200倍之间！	The automatic dilution factor must be within 2~200 fold!		¡El factor de dilución automático debe estar entre 2 y 200 veces!	O fator de diluição automática deve estar entre 2~200 vezes!	Le facteur de dilution automatique doit être compris entre 2 et 200 fois!	
1491	自动获取采样时间和送检时间	Auto Acq of Sam T and Sub T	Auto acquisition of sampling time and submission time	AutoAdq tmpo mues y envío	Aq aut tp amos e envio	Ob auto T d'éch&d'inspct	
1492	自动血清指数	Auto Serum Index		Auto-Índice suero	Indice Soro AUT	Indice sérique auto.	
1493	自动重测设置	Auto Retest Setup		Config auto rep	Conf Reexec aut	Config. du retest auto.	
1494	自动重测设置	Auto Retest Setup		Config de auto repetición	Conf Reexec aut	Config. du retest auto.	
1495	若不正常，请点击/退出/，联系工程师对针内壁进行清洗后再执行该维护流程。	If the flow rate is abnormal, click /Exit/ and contact with engineer to clean the probe inner wall before performing the maintenance process.		Si el caudal es anormal, haga clic en / Salir / y póngase en contacto con el ingeniero para limpiar la pared interior de la sonda antes de realizar el proceso de mantenimiento.	Se a taxa de fluxo estiver anormal, clique em /Sair/ e entre em contato com o engenheiro para limpar a parede interna da sonda antes de realizar o processo de manutenção.	Si le débit est anormal, cliquez sur /Quitter/ et contactez l'ingénieur pour nettoyer la paroi intérieure de la sonde avant d'effectuer le processus de maintenance.	
1496	获取上级目录失败！	Failed to get superior directory!		¡No se pudo obtener el directorio superior!	Falha ao obter diretório superior!	Échec de l'acquisition du répertoire supérieur!	
1497	获取反应曲线数据失败！	Failed to obtain reaction curve data!		¡No se pudieron obtener los datos de la curva de reacción!	Falha ao obter dados da curva de reação	Échec d'obtention des données des courbes de réaction !	
1498	获取反应曲线数据失败！	Failed to obtain the reaction curve data!		¡No se pudieron obtener los datos de la curva de reacción!	Falha ao obter dados da curva de reação!	Échec d'obtention des données des courbes de réaction !	
1499	获取进程关机特权失败！	Failed to acquire process shutdown privilege!		¡No se pudo adquirir el privilegio de apagado del proceso!	Falha ao obter o privilégio de desligamento do processo!	Échec de l'acquisition du privilège d'arrêt du processus!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1500	获取进程标志失败！	Failed to acquire process flag!		¡No se pudo adquirir el indicador de proceso!	Falha ao obter o sinalizador do processo!	Échec de l'acquisition de l'indicateur de processus!	
1501	血型	Blood Type		Tipo de sangre	Tipo San	Groupe sanguin	
1502	血型	BLD T	Blood type	Tipo san	Tipo San	Grp sgn	
1503	血浆	Plasma		Plasma	Plasm	Plasma	
1504	血清	Serum		Suero	Soro	Sérum	
1505	血清指数	Serum index		Índice de suero	Indic Sérico	SI	
1506	血清指数	Serum Index		Índice de suero	Indic Sérico	Indice sérique	
1507	血清指数	Serum Index		Índice suero	Indic Sérico	Indice sériq	
1508	血清指数项目、计算项目和手工项目无法重算！	Serum index items, calculation items and manual items cannot be recalculated!		Los artículos del índice de suero, los artículos de cálculo y los artículos manuales no se pueden volver a calcular.	Itens de Índice sérico, Itens de cálculo e itens manuais não podem ser recalculados!	Échec du recalcul de l'items de l'indice sérique, l'item de calcul et l'item manuel !	
1509	表达式不正确！	Expression error!		¡Error de expresión!	Erro na expressão!	Erreur d'expression !	
1510	被污染项目	Cont Item	Contaminated items	Contados	Contados	Contaminé	
1511	装机区域	Installation Area		Área instala.	Area de Instal	Zone d'instlt	
1512	装载日期	Load Date	Loading date:	F carga	Car dado	D de chrg	
1513	装载日期：	Load Date:	Loading date:	F carga:	Car dado:	D de chrg :	
1514	覆盖	Replace		Reempl.	Subst	Rplcer	
1515	覆盖	Replace		Reemp.	Subst	Rplcer	
1516	覆盖	Replace		Reempl	Subst	Rplcer	
1517	规格为20mL的试剂只能装载在21~39号试剂位！	The reagent with specification of 20 mL can only be loaded in the reagent positions 21~39!		¡El reactivo con especificación de 20 mL solo se puede cargar en las posiciones de reactivo 21~39!	O reagente com especificação de 20mL só pode ser carregado nas posições de 21~39	Le réactif avec une spécification de 20 ml ne peut être chargé que dans les positions de réactif 21 ~ 39!	
1518	规格为35mL的试剂只能装载在1~19号试剂位！	The reagent with specification of 35 mL can only be loaded in the reagent positions 1~19!		¡El reactivo con especificación de 35 mL solo se puede cargar en las posiciones de reactivo 1~19!	O reagente com especificação de 35mL só pode ser carregado nas posições de 1~19	Le réactif avec une spécification de 35 ml ne peut être chargé que dans les positions de réactif 1 ~ 19!	
1519	解锁	Unlock		Desbl.	Destra	Ouvrir	
1520	解锁屏幕	Unlock Screen		Desbloquear pantalla	Destruar tela	Débloquer l'écran	
1521	警告	Warning		Alerta	Alerta	Alerte	
1522	计算公式	Calc Form	Calculation formula	Fórmula	FormCalc	Formule	
1523	计算参数	Calculation Parameters		Parámetros de cálculo	Parâmetro de cálculo	Paramètres de calcul	
1524	计算参数	Calc P	Calculation parameter	Pará cál	Par Calc	P.de Cal	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1525	计算错误出现除0现象, 保存参数失败!	Calculation error- Zero division occurred. Saving of parameters failed!		Error de cálculo: se produjo una división cero. ¡Error al guardar los parámetros!	Erro de calculo-Ocorreu divisão zero.Falha ao salvar os parâmetros!	Erreur de calcul - Une division par zéro. Échec de l'enregistrement des paramètres !	
1526	计算错误出现除0现象, 空白校正失败!	Calculation error- Zero division occurred. Blank correction failed!		Error de cálculo: se produjo una división cero. Error de corrección del blanco.	Erro de calculo-Ocorreu divisão zero.A correção do branco falhou!	Erreur de calcul -Une division par zéro et échec de la correction du blanc !	
1527	计算错误出现除0现象, 重新计算失败!	Calculation error- Zero division occurred. Recalculation failed!		Error de cálculo: se produjo una división cero. ¡Error de recálculo!	Erro de calculo-Ocorreu divisão zero.A correção do calculo falhou!	Erreur de calcul - Une division par zéro. Échec du recalcul !	
1528	计算项目	Calculation Item		Artículo de cálculo	Calc Item	Item de calcul	
1529	计算项目	Calc Item	Calculation item	Art de cál	Calc Item	Item de cal	
1530	计算项目	Calculation Item		Art de calculación	Calc Item	Item de calcul	
1531	计算项目或手工项目不能重测!	Calculated items or manual items cannot be retested!		¡Los artículos calculados o los artículos manuales no se pueden volver a probar!	Teste calculados ou testes manuais não podem ser testados novamente!	L'item calculé ou l'item manuel ne peuvent pas être retestés!	
1532	计算项目或手工项目没有反应曲线。	There is no reaction curve for calculated items or manual items.		No existe una curva de reacción para los artículos calculados o los artículos manuales.	Não há curva de reação para testes calculados ou testes manuais	Il n'y a pas de courbe de réaction pour l'item calculé ou l'item manuel.	
1533	计算项目没有反应曲线!	There is no reaction curve in the calculated items!		¡No hay curva de reacción en los elementos calculados!	Não há curva de reação para os testes calculados ou testes manuais	Il n'y a pas de courbe de réaction dans l'items du calcul !	
1534	设为默认	Set as D	Set as default	EstbPred	Def Pad	Défn pdt	
1535	设为默认	Set as Default		Establecer por defecto	Def Pad	Défn pdt	
1536	设定均值	Set M		Esta. M	Def Méd	Défnr M	
1537	设定标准差	Set SD		Est.SD	Def DP	Dfnr SD	
1538	设定标准差:	Set SD:		Establecer SD:	Def desvio padrão:	Définir SD :	
1539	设定范围	Setup Range		Rgo de configur.	Faixa de Conf	Gamme de config.	
1540	设定靶值:	Set M:		Establecer M:	Def Vlr alvo:	Définir M :	
1541	设置	Setup		Config.	Configu	Config.	
1542	设置	Setup		Configuración	Configu	Config.	
1543	设置参考范围/危急值范围	Set Reference Range/Critical Value Range		Establecer rango de referencia / rango de valor crítico	Definir intervalo de referencia/intervalo de valor crítico	Définir la plage de référence/la plage de valeurs critiques	
1544	设置失败!	Setup failed!		¡Error de configuración!	Falha na configuração!	Échec de configuration !	
1545	设置当前路径失败!	Failed to set current path!		¡No se pudo establecer la ruta actual!	Falha ao definir o caminho atual!	Échec de la configuration du path actuel !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1546	设置有效试剂失败！	Failed to set valid reagent!		¡La configuración del reactivo válido falló!	Falha ao definir reagente válido!	Échec de la configuration du réactif valide !	
1547	设置有效试剂成功！	Set valid reagent successful!		¡Establecer reactivo válido exitoso!	Def reagente válido com sucesso!	Succès de la configuration du réactif valide !	
1548	设置的最低温度不能大于或等于最高温度。	The set minimum temperature cannot be later than or equal to maximum temperature.		La temperatura mínima establecida no puede ser posterior o igual a la temperatura máxima.	Valor minimo de temperatura não pode ser maior ou igual ao valor máximo.	La T°c minimale fixée ne peut pas être supérieure ou égale à la T°c maximale.	
1549	设置自动备份失败！	Failed to set up auto backup!		No se puede configurar la copia de seguridad automática.	Falha ao configurar backup automático!	Échec de la mise en place de l'enregistrement auto.!	
1550	设置自动备份成功。	Setup of auto backup succeeded.		La configuración de la copia de seguridad automática se realizó correctamente.	Backup automático definido com sucesso	Succès de la mise en place de l'enregistrement auto.!	
1551	设置默认	Set as D	Set as default	Predete.	Def Pad	Par déf.	
1552	设置默认	Set as Default		Predete.	Def Pad	Défn pdt	
1553	诊断参考	Diagnostic Reference		Ref. de diag.	Refer Diagnos	Référence de diagnostic	
1554	诊断参考	DIAG R	Diagnostic reference	Ref diag	Ref Diag	R de dgt	
1555	诊断参考	Diagnostic Reference		Ref diag	Referencia diagnostica	Référence de diagnostic	
1556	诊断参考信息重复或存在空白数据，请重新输入！	Repeated diagnostic reference information or blank data exists. Please re-enter!		Existe información de referencia de diagnóstico repetida o datos en blanco. ¡Favor de volver a ingresar!	Informações de referencia do diagnostico estão duplicadas ou há dados em branco, digite novamente!	Les informations de réf. de diag. répétées ou les données vides. Veuillez entrer à nouveau!	
1557	试剂盘	Reagent tray		Bdja Rvo	Disco Reag	Plt de réa.	
1558	试剂盘	Reagent Tray		Reactivo	Disco Reag	Plt du rctif	
1559	试剂	Reagent		Reactivo	Reagente	Réactif	
1560	试剂“%1-%2”在#%3试剂位已经装载！	Reagent “%1-%2” has been loaded in #%3 reagent position!		¡Reactivo %1-%2 ya ha cargado en la posición de reactivo #%3!	O reagente %1-%2 foi carregado na posição de reagente #%3!	Le réactif « %1-%2 » a été chargé en position n° %3 de réactif !	
1561	试剂不足	Insft Rea	Insufficient reagent	Insufici	Reag In	Réa insft	
1562	试剂位[%1]的条码保存失败！	Reagent position [%1] barcode saving failed!		Error al guardar el código de barras de la posición del reactivo [%1]!	Falha ao salvar o código de barras da posição de reagente[%1]	Échec de l'enregistrement du code-barres de la position du réactif [%1] !	
1563	试剂位置	Reagent Position		Pos RVO	Rgt Pos	Pos.	
1564	试剂位置	Rea P	Reagent position	Pos Rvo	Rgt Pos:	Pos.	
1565	试剂位置：	Rea P:	Reagent position	Pos Rvo:	Pos Reag:	Pos. du réa. :	
1566	试剂位置不能为空！	Reagent position cannot be empty!		¡La posición del reactivo no puede estar vacía!	Posição de reagente não pode estar vazia!	La position du réactif ne peut pas être vide!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1567	试剂位选择	Reagent position selection		Selección de la posición del reactivo	Seleção da posição de reagente	Sélection de la position du réactif	
1568	试剂余量报警限	Rea Resi Alm LMT		Lím resi rea	Lim alm reag	Alr de réa. rstn	
1569	试剂信息	Rea Info	Reagent info	Info Rvo	Info Rgt	Info	
1570	试剂信息	Reagent Info		Info Rvo	Info Rgt	Info du réactif	
1571	试剂列表	Reagent List		Lista de rvo.	Lista reagent	Lst de réacif	
1572	试剂卸载	Rea UNLD	Reagent unloading	DescaRvo	Desc Rgt	Déchrgmt	
1573	试剂卸载	Reagent Unloading		Descarga de Rvo	Desc Rgt	Déchrgmt du réa	
1574	试剂卸载	Reagent Unloading		Descarga de reactivo	Desc Rgt	Déchrgmt	
1575	试剂卸载-选择试剂位	Reagent Unloading - Select Reagent Position		Descarga de rvo-seleccione Pos.Rvo	Desc Reag-Selec Pos Rgt	Déchrgmt du réa-Sél. pos.	
1576	试剂卸载-选择项目	Reagent Unloading - Select Item		Desca. de rvo-selecc. art.	Desc Reag-Selec Item	Déchrgmt du réa-Sél. Item	
1577	试剂可测数	Number of measurable reagents		PbaRema	Nro Rgt	Restant	
1578	试剂可测数：	# of m. R:	Number of measurable reagents	PbaRema:	Nro Rgt:	Réa mesrbl :	
1579	试剂名称	Reagent Name		Nom de RVO	Nome Reag	Nom du réa	
1580	试剂名称：	R. Name:	Reagent name	Nom de RVO:	Nome Reag:	Nom du réa.:	
1581	试剂名称： 稀释液	R. Name: Diluent	Reagent name: Diluent	Nom de RVO: Diluyente	Nome Reagente: Diluente	Nom du réa : Diluant	
1582	试剂名称： 清洗液	R. Name: Cleaning Solution	Reagent name: Cleaning solution	Nom de RVO: Detergente	Nome de reagente: Solução de limpeza	Nom du réa : Solut. de nettoy.	
1583	试剂已超过开瓶有效期%1天，请选择是否继续使用？	The reagent has exceeded the open-vial shelf life by %1 days. Please select whether to continue using the reagent.		El reactivo ha excedido la vida útil de vial abierto en %1 días. Seleccione si desea continuar usando el reactivo.	O reagente excedeu o prazo de validade do frasco aberto em %1 dias.Seleccione se deseja continuar usando o reagente	Le réactif a dépassé la durée de conservation ouverte de %1 jours. Continuer à utiliser le réactif ?	
1584	试剂已超过开瓶有效期%1天，请选择是否继续使用？	The reagent has exceeded the open-vial shelf life by %1 day. Please select whether to continue using the reagent.		El reactivo ha excedido la vida útil de vial abierto en %1 días. Seleccione si desea continuar usando el reactivo.	O reagente excedeu o prazo de validade do frasco aberto em %1 dias.Seleccione se deseja continuar usando o reagente	Le réactif a dépassé la durée de conservation ouverte de %1 jours. Continuer à utiliser le réactif ?	
1585	试剂开瓶有效期	Rea O-V SL	Reagent open-vial shelf life	VÚVialARv.	DtValRgt	DDC A-O	
1586	试剂开瓶有效期	Reagent open-vial shelf life		Vida útil del reactivo en vial abierto	DtValRgt	Durée de conservation après l'ouverture	
1587	试剂扫描	Rea SCNG	Reagent scanning	EscanRvo	Rgt SCNG	Balayage	
1588	试剂扫描	Reagent Scanning		Escaneo de reactivo	Rgt SCNG	Balayage	
1589	试剂换瓶	Replace Reagent		Reemplazar reactivo	Substituir Reagentes	Rmplt le réactif	
1590	试剂换瓶	Rep. Rea.	Replace reagent	ReempRvo	SubstRgt	Rmpl réa	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1591	试剂换瓶成功!	Reagent replacement successful!		¡Reemplazo de reactivos exitoso!	Sucesso ao substituir reagente!	Succès du remplacement des réactifs !	
1592	试剂有效天数	VD of Rea	Valid days of reagent	DValiRV	Val Reag	Jr valide	
1593	试剂有效期	SL of Rea	Shelf life of reagent	VÚ Rvo	Val Rgt	Durée	
1594	试剂有效期:	SL of Rea:	Shelf life of reagent	VÚ Rvo:	Val Rgt:	Durée :	
1595	试剂有效期报警	Rea SL Alarm	Reagent shelf life alarm	Vida útil	Uti Reag	DDV du réa	
1596	试剂条码	Reagent barcode		Código de barras de reactivo	Codigo de barras de reagente	Code-barres du réactif	
1597	试剂条码	REA BC	Reagent barcode	CódBRvo	CDB Rgt	Code	
1598	试剂条码与当前试剂不符, 无法进行试剂换瓶操作!	Reagent barcode does not match the current reagent, reagent replacement cannot be performed!		El código de barras del reactivo no coincide con el reactivo actual, ino se puede realizar el reemplazo del reactivo!	O código de barras do reagente não corresponde ao reagente atual, a substituição do reagente não pode ser realizada!	Le code-barres du réactif ne correspond pas au réactif actuel, échec du remplacement du réactif!	
1599	试剂条码扫描	Reagent barcode scanning		Escaneo de códigos de barras de reactivos	Lendo código de barras de reagente	Balayage du code des réactifs	
1600	试剂条码:	REA BC:	Reagent barcode	CódBRvo:	CDB Rgt:	Code :	
1601	试剂样本盘单元	Reagent sample tray unit		Bdja de Rvo-M	Unid disco de reag	Unité de plt d'éch.	
1602	试剂样本盘曲线	Reagent-Sample Tray Curve		Curva de bandeja M.RVO	Curva disco Reag/Amos	Crb. De plt. d'éch	
1603	试剂样本盘温度1	Reagent-Sample Tray Temperature 1		Temp.1 de bandeja de M.R.	Temp do disco Reag/Amost1	T°c 1 du plateau d'éch.	
1604	试剂样本盘温度2	Reagent-Sample Tray Temperature 2		Temp.2 de bandeja de M.R.	Temp do disco Reag/Amost2	T°c 2 du plateau d'éch.	
1605	试剂样本盘温度曲线1	Reagent-Sample Tray Temperature Curve 1		Curva 1 de temperatura de la bandeja de muestra de reactivo	Curvatem disco Reag/Amos1	Crb. 1 de T°c du plt. d'éch	
1606	试剂样本盘温度曲线2	Reagent-Sample Tray Temperature Curve 2		Curva 2 de temperatura de la bandeja de muestra de reactivo	Curvatem disco Reag/Amos2	Crb. 2 de T°c du plt. d'éch	
1607	试剂样本针与搅拌杆进入外壁待清洁状态, 请远离针运动区域。	Reagent-sample probe and stirring rod will be cleaned. Please stay away from the movement area of the probe.		Se limpiarán la sonda de muestra de reactivo y la varilla de agitación. Manté ngase alejado del área de movimiento de la sonda.	A agulha de amostra de reagente e o mixer serão limpas.Fique longe da área de movimento da agulha	La sonde d'échantillonnage et l'agitateur seront nettoyées. Veuillez rester à l'écart de la zone de mouvement de la sonde.	
1608	试剂样本针单元	Reagent-sample probe unit		Sonda de Rvo-M	Unid agulha Reag/amos	Unité de la sonde d'éch.	
1609	试剂样本针强化清洗	Reagent-sample probe intensified cleaning		Limpieza intensificada de la sonda de muestra y reactivo	Limpeza aprimorada de agulha reag/amos	Nettoyage intensif de la sonde d'éch.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1610	试剂污染	Rea Cont	Reagent contamination	R Cont	Cnt rgt	Cnt/réa	
1611	试剂盘20号位强化清洗液过期，请重新装载。	Probe detergent at position 20 of the reagent tray has expired. Please reload.		El detergente de sonda en la posición 20 de la bandeja de reactivos ha expirado. Vuelva a cargar.	Detergente da agulha na posição 20 do disco de reagente expirou.Recarregue	Le détergent à la position 20 du plateau de réactifs est expiré. Veuillez le changer.	
1612	试剂盘号	Rea T#	Reagent tray number	NºRvo	Dis Re	N°/Réa	
1613	试剂盘条码	Reagent tray barcode		Código de barras de la bandeja de reactivos	Código de barras do disco de reagente	Code-barres du plateau de réactifs	
1614	试剂空白	Reagent Blank		Rvo en blanco	Branco Reag	Blanc du réactif	
1615	试剂空白	Rea B	Reagent blank	Rvo Bl	Br Rgt	Réa B	
1616	试剂空白	Reagent Blank		Reactivo en blanco	Br Rgt	Blanc du réactif	
1617	试剂空白-原始AD值	Reagent Blank - Original AD Value		Blanco de RVO - Valor AD orig.	Branco Reag- Valor original AD	Réa. du blanc-Valeur org. AD	
1618	试剂空白反应度	Reagent Blank Reactivity		RdadRvoBl	Reat Bran Rgt	R R du blc	
1619	试剂空白反应度：	R BL React:	Reagent blank reactivity	RdadRvoBl:	Reat Branco Reag:	R R du blc :	
1620	试剂空白申请	Reagent blank application		Solicitud de blanco de reactivo	Aplicação do branco de reagente	Applct de blanc du réactif	
1621	试剂空白申请列表	Reagent Blank Application List		Lista de soli en blanco RVO	List Aplic Bran	Liste d'application de blanc du réactif	
1622	试剂类型	Reagent Type		Tipo	Tipo Rgt	Type	
1623	试剂类型	Reagent type		Tipo de reactivo	Tipo Rgt	Type	
1624	试剂类型	Rea T	Reagent type	Tipo	Tipo Rgt	Type	
1625	试剂类型不能为空！	Reagent type cannot be empty!		¡El tipo del reactivo no puede estar vacía!	Tipo do reagente não pode estar vazio!	Le type de réactif ne peut pas être vide!	
1626	试剂装载	Rea Load	Reagent loading	CargaRvo	Rgt Car	Chargmt.	
1627	试剂装载	Reagent Loading		Carga de Rvo	Rgt Car	Chargmt. du réa	
1628	试剂装载	Rea LD	Reagent loading	CargaRvo	Rgt Car	Chargmt.	
1629	试剂装载	Reagent Loading		Carga de reactivo	Rgt Car	Chargmt.	
1630	试剂装载-选择试剂位	Reagent Loading - Select Reagent Position		Carga de Rvo-seleccione la Pos. Rvo	Car Reag-Sel pos reagente	Chrgmt. du réa-Sél pos.	
1631	试剂规格	Rea Sp	Reagent specification	Esp Rvo	Esp Rgt	Spécif.	
1632	试剂规格	Rea Sp	Reagent specification	EspeRvo	Esp Rgt	Spécif.	
1633	试剂规格不能为空！	Reagent specification cannot be empty!		¡La especificación del reactivo no puede estar vacía!	Especificação de reagente não pode estar vazia!	La spécification du réactif ne peut pas être vide!	
1634	试剂规格：	Rea Sp:	Reagent specification	EspeRvo:	Esp Rgt:	Spécif. :	
1635	试剂过期	Rea Exp	Reagent expired	Expirado	Reag Venc	Réa exp.	
1636	试剂量	Rea V	Reagent volume	Vol R	Vol R	V/réa	
1637	试听	Audit		Audio	Aud	Audtn	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1638	该样本条码已使用！	The sample barcode has been used!		¡Se ha utilizado el código de barras de muestra!	Código de barras de amostra usado!	Cette code d'éch a été utilisé !	
1639	该样本正在测试，修改结果失败！	The sample is being tested and the modification of results failed!		La muestra se está probando y la modificación de los resultados falló.	A amostra está sendo testada e a modificação dos resultados falhou!	Test d'éch en cours, échec de la modification des résultats !	
1640	该结果使用的定标参数不可用。	The calibration parameters used for this result are not available.		Los parámetros de calibración utilizados para este resultado no están disponibles.	Os parâmetros de calibração usados para este resultado não estão disponíveis	Les paramètres de calibration utilisés pour ce résultat ne sont pas disponibles.	
1641	该项目不存在，修改结果失败！	The item does not exist, the modification of results failed!		El artículo no existe, la modificación de resultados falló!	O item não existe; a modificação dos resultados falhou!	L'item n'existe pas; échec de la modification des résultats !	
1642	该项目已申请测试或正在测试，无法删除！	The item has been applied for test or is being tested and cannot be deleted!		El artículo se ha solicitado para la prueba o se está probando y no se puede borrar.	O teste foi aplicado para teste ou está sendo testado e não pode ser excluído!	L'item a été appliqué pour le test ou est en cours de test et il ne permet pas de le supprimer !	
1643	详细信息	Details		Detalles	Detalhes	Détails	
1644	语言	Language		Lengua	Linguagem	Langue	
1645	请为每个污染项目选择至少一种污染类型！	Please select at least one contamination type for each contaminated item!		¡Favor de seleccionar un tipo de contaminación para cada contaminado!	Selecione um contaminante para cada teste contaminado!	Veuillez sélectionner au moins un type de contamination pour chaque item contaminé!	
1646	请使用干净的纱布蘸取酒精，用其擦拭试剂样本针与搅拌杆的外壁，直至干净光洁。	Please use clean gauze to dip in alcohol and wipe the outer wall of reagent-sample probe and stirring rod.		Utilice una gasa limpia para mojar en alcohol y limpie la pared exterior de la sonda de muestra de reactivo y la varilla de agitación.	Use gaze limpa para mergulhar em álcool e limpe a parede externa da agulha de amostra de reagente e o mixer	Veuillez utiliser une gaze propre pour tremper dans de l'alcool et essuyer la paroi extérieure de la sonde d'éch. et de l'agitateur.	
1647	请使用棉签蘸取清洁剂，擦拭每个清洗池。	Dip detergent with swab to clean each cleaning basin.		Sumerja el detergente con un hisopo para limpiar cada lavabo de limpieza.	Use um cotonete embebido em detergente para limpar cada tanque de limpeza	Trempez le détergent avec un coton-tige pour nettoyer chaque bassin de nettoyage.	
1648	请先选择定标液或试剂空白！	Please firstly select calibrator or reagent blank!		Primero seleccione calibrador o blanco de reactivo.	Em primeiro lugar, selecione o calibrador ou o reagente em branco!	Veuillez d'abord sélectionner le calibrateur ou le blanc du réactif !	
1649	请先选择报告类型与模板尺寸！	Please firstly select the report type and the template size!		Primero seleccione el tipo de informe y el tamaño de la plantilla.	Em primeiro lugar selecione o tipo de relatório e o tamanho do modelo!	Veuillez d'abord sélectionner le type de rapport et la taille du modèle!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1650	请在仪器左侧检查注射器内是否有气泡	Check whether there are air bubbles inside the syringe on the left side of the instrument.		Favor de checar si hay burbujas de aire dentro de la jeringa en el lado izquierdo del instrumento.	Verifique se existe bolhas de ar na seringa do lado esquerdo do equipamento	Vérifiez s'il y a des bulles d'air à l'intérieur de la seringue sur le côté gauche de l'analyseur.	
1651	请在仪器左侧检查注射器是否有漏液	Check whether the syringe leaks on the left side of the instrument.		Favor de checar si la jeringa tiene fugas en el lado izquierdo del instrumento.	Verifique vazamento na seringa do lado esquerdo do instrumento	Vérifiez si la seringue fuit sur le côté gauche de l'analyseur.	
1652	请在分析部断电的情况下执行以下操作：	Conduct the following operation after the analyzer is switched off.		Realice la siguiente operación después de que el analizador esté apagado:	Realize a seguinte operação depois que o analisador for desligado:	Effectuez l'opération suivante après avoir éteint l'analyseur.	
1653	请填写完整！	Please completely fill in!		Favor de llenar completo	Por favor complete!	Veuillez remplir complètement le formulaire !	
1654	请填写定标参数有效期。	Please fill in the calibration parameter validity period.		Complete el período de validez del parámetro de calibración.	Preencha o periodo de validade do parâmetro de calibração	Veuillez entrer la période de validité des paramètres de calibration.	
1655	请填写校正曲线阈值！	Please fill in the calibration curve threshold value!		Complete el valor umbral de la curva de calibración.	Preencha o valor limite da curva de calibração!	Veuillez indiquer la valeur seuil de la Courbe de Cal !	
1656	请检查清洗池出水情况是否正常（参考图示）：	Check whether the water outgoing of the cleaning basin is normal (as shown figure):		Compruebe si el agua que sale del lavabo de limpieza es normal (como se muestra en la figura):	Verifique se a saída de agua da torre de limpeza é normal (como mostrado na figura):	Vérifiez si l'eau sortant du bassin de nettoyage est normale (comme le montre l'image):	
1657	请检查采样针的出水情况是否正常（参考图示）：	Check whether the water outgoing of reagent-sample probe is normal (as shown figure):		Compruebe si la salida de agua de la sonda de muestra de reactivo es normal (como se muestra en la figura):	Verifique se a saída de água da agulha de amostra de reagente é normal (como mostrado na figura):	Vérifiez si l'eau sortant de la sonde d'échantillonnage de r éactif est normale (comme le montre l'image):	
1658	请正确填写校正系数！	Incorrect correction factor!		Factor de corrección incorrecto.	Fator de correção incorreto!	Facteur de correction incorrect!	
1659	请确认C011管路上止血夹已经打开！	Please confirm the clip on the C011 pipeline has been opened!		Confirme que se ha abierto el clip de la tubería C011.	Confirme se o clipe no pipeline C011 foi aberto!	Veuillez confirmer que le clip sur le pipeline C011 a été ouvert!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1660	请确认已取出外置纯净水桶、浓缩清洗液桶中的液位传感器与导管，并取下清洗头。	Confirm that the level sensors and pipes are taken out from the external pure water bucket and concentrated detergent bucket. And disassemble the wash station.		Confirme que los sensores de nivel y las tuberías se hayan extraído del cubo de agua pura externo y del cubo de detergente concentrado. Y retire el cabezal de limpieza de la sonda automática.	Confirme que as sondas foram retiradas do tanque de água desionizada e do tanque de detergente concentrado e remova a cabeça de limpeza da agulha automatica	Confirmez que les capteurs de niveau et les tuyaux sont retirés du seau externe d'eau pure et du seau de détergent concentré. Et retirez la tête la sonde de nettoyage auto.	
1661	请等待...	Please waiting...		Espere...	Aguardando...	Veillez patienter...	
1662	请联系售后工程师	Please contact after-sales engineer.		Favor de contactar el ingeniero de postventa	Entre em contato com o serviço de Engenharia	Veillez contacter l'ingénieur après-vente.	
1663	请至少选择一个项目！	Please select at least one item!		¡Seleccione al menos un artículo!	Selecione pelo menos um item!	Veillez sélectionner au moins un item !	
1664	请观察注射器内气泡是否被排出，如已排空，点击/退出/，如未排空，点击/继续/重复进行该流程。	Observe whether air bubbles inside the syringe is discharged. If it has been emptied, click /Exit/. If it has not been emptied, click /Continue/ to repeat the process.		Favor de checar si se descargan burbujas de aire dentro de la jeringa. Si se ha vaciado, haga clic en /Salir/. Si no se ha vaciado, haga clic en /Seguir/ para repetir el proceso.	Observe se as bolhas de ar no interior da seringa foram expelidas.Em caso afirmativo clique em /Sair/,caso contrario clique em /Continue/ para repetir o processo	Observez si des bulles d'air à l'intérieur de la seringue sont déchargées. Si elle a été vidée e, cliquez sur /Quitter/. Si elle n'a pas été vidée, cliquez sur /Continue/ pour répéter le processus.	
1665	请设置重测位置！	Please set the retest position!		¡Configure la posición de nueva prueba!	Defina a posição de reexecução!	Veillez définir la position du retest !	
1666	请输入下次提示间隔时间！	Please enter next prompt interval!		Introduzca el intervalo del siguiente aviso.	Insira o próximo intervalo de prompt!	Entrez l'intervalle d'invite prochaine !	
1667	请输入下次提醒间隔时间！	Enter the next prompt interval!		¡Ingresa el intervalo del siguiente aviso!	Insira o próximo intervalo de prompt	Entrez l'intervalle d'invite prochaine !	
1668	请输入参考范围或危急值范围！	Please enter the reference range or critical value range!		Introduzca el rango de referencia o el rango de valores críticos.	Entre com o intervalo de referencia ou de valor critico	Veillez entrer la plage de référence ou la plage de valeurs critiques !	
1669	请输入增/减量百分比！	Please enter the increment/decrement percentage!		Introduzca el porcentaje de incremento/decremento.	Insira a porcentagem de aum/dim	Veillez saisir le pourcentage d'incrément / de décrément !	
1670	请输入大于0的数！	Please enter a value greater than 0!		Favor de introducir un valor mayor que 0	Entre valor maior que 0!	Veillez entrer une valeur supérieure à 0 !	
1671	请输入密码。	Please enter password.		Introduzca la contraseña	Entre com a senha	Veillez saisir le mot de passe	
1672	请输入年龄单位！	Please enter age unit!		Introduzca la unidad de edad.	Insira a unidade de idade!	Veillez entrer l'unité d'âge!	
1673	请输入延期时间！	Please enter delay time!		Introduzca el tiempo de retraso.	Entre com o tempo de extensão	Veillez entrer le temps du retard!	
1674	请输入批量个数！	Please enter the number of batches!		¡Ingresa el número de lotes!	Entre com o numero do lote!	Veillez saisir le nombre de lots!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1675	请输入样本条码。	Enter the sample barcode.		Ingrese el código de barras de muestra.	Digite o código de barras de amostra	Saisissez la code d'éch.	
1676	请输入样本编号或者样本条码。	Enter the sample number or sample barcode.		Ingrese el número de muestra o el código de barras de la muestra.	Entre o numero de amostra ou código de barras de amostra	Entrez le numéro de l'éch. ou le code-barres de l'éch.	
1677	请输入用户名	Please enter user name		Introduzca nombre de usuario	Entre com o nome	Veuillez saisir le nom d'utilisateur	
1678	请输入确认密码	Please enter confirmation password		Introduzca la contraseña a confirmar	Entre com a confirmação da senha	Veuillez confirmer le mot de passe	
1679	请输入稀释样本量！	Please enter the diluted sample volume!		Introduzca el volumen de muestra diluido.	Entre a diluição do volume de amostra!	Veuillez saisir le volume d'échantillon dilué !	
1680	请输入稀释液量！	Enter the diluent volume!		Introduzca el volumen de diluyente.	Entre com o volume de diluente!	Entrez le volume de diluant !	
1681	请输入终止编号！	Please enter the end number!		¡Ingrese el número final!	Entre com o numero final!	Veuillez entrer le numéro de fin!	
1682	请输入自动稀释倍数！	Please enter the automatic dilution factor!		Introduzca el factor de dilución automático.	Entre com o fator automatico de diluição!	Veuillez saisir le facteur de dilution automatique !	
1683	请输入至少一个判断条件！	Please enter at least one judgment condition!		Ingrese al menos una condición de juicio.	Insira pelo menos uma condição de julgamento!	Veuillez saisir au moins une condition de jugement !	
1684	请输入起始编号！	Please enter the start number!		¡Ingrese el número inicial!	Entre com o numero inicial!	Veuillez entrer le numéro de départ!	
1685	请选择医生。	Select a physician.		Seleccionar médico	Selecione um Oper	Choisissez un médecin.	
1686	请选择定标液！	Please select calibrator!		¡Selecione calibrador!	Selecione calibrador!	Veuillez sélectionner le calibrateur !	
1687	请选择定标液！	Please select calibrator!		¡Por favor seleccione calibrador!	Selecione calibrador!	Veuillez sélectionner le calibrateur!	
1688	请选择查看反应曲线的质控数据。	Please select to view the QC data of reaction curve.		Selecione para ver los datos de CC de la curva de reacción.	Selecione para visualizar os dados de QC da curva de reação	Veuillez sélectionner pour afficher les données du QC de la courbe de réaction.	
1689	请选择样本杯。	Please select a sample position.		Selecione una posición de muestra.	Selecione Posição de amostra	Veuillez sélectionner une position d'éch.	
1690	请选择模板。	Please select a template.		Selecione una plantilla.	Selecione um modelo	Veuillez sélectionner un modèle.	
1691	请选择测试。	Please select a test.		Selecione una prueba.	Selecione um teste	Veuillez sélectionner un test.	
1692	请选择科室。	Please select a department.		Selecione un departamento.	Selecione um departamento	Veuillez sélectionner un département.	
1693	请选择至少一个重测项目！	Please select at least one retest item!		¡Selecione al menos un artículo para volver a probar!	Selecione pelo menos um teste novamente!	Veuillez sélectionner au moins un item du retest!	
1694	请选择至少一个项目！	Please select at least one item!		¡Selecione al menos un artículo!	Selecione ao menos um item!	Veuillez sélectionner au moins un item!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1695	请选择要删除的故障日志。	Select the fault log to be deleted.		Selecione el registro de error para borrar.	Selecione o registro de falha para ser apagado	Sélectionnez le journal d'erreurs à supprimer.	
1696	请选择要删除的日志。	Please select a log to be deleted.		Selecione un registro para borrarlo.	Selecione um log para apagar	Veuillez sélectionner un journal à supprimer.	
1697	请选择要删除的样本！	Select the sample to be deleted!		¡Selecione la muestra para borrar!	Selecione amostra a ser apagada!	Sélectionnez l'éch. à supprimer!	
1698	请选择要删除的维护日志。	Select the maintenance log to be deleted.		Selecione el registro de mantenimiento que desee borrar.	Selecione o registro de manutenção para ser apagado	Sélectionnez le journal de maintenance à supprimer.	
1699	请选择要删除的项目！	Select the item to be deleted!		Selecione artículos para eliminar.	Selecione o item a ser apagado	Sélectionnez l'item à supprimer!	
1700	请选择要发送的定标结果！	Please select the calibration results to be sent!		¡Selecione los resultados de la calibración para enviar!	Selecione os resultados da calibração a serem enviados!	Veuillez sélectionner le résultat de calibration à envoyer !	
1701	请选择要发送的样本结果！	Select the sample result to be sent!		¡Selecione los resultados de muestra para enviar!	Selecione o resultado da amostra a ser enviado!	Sélectionnez le résultat de l'échantillon à envoyer!	
1702	请选择要发送的质控结果！	Please select the QC results to be sent!		Selecione los resultados de CC para enviar.	Selecione os resultados do QC a serem enviados!	Veuillez sélectionner le résultat du CQ à envoyer!	
1703	请选择要发送的项目结果！	Select the item results to be sent!		¡Selecione los resultados de artículo para enviar!	Selecione o resultado do teste a ser enviado!	Sélectionnez les résultats des articles à envoyer!	
1704	请选择要打印的定标结果！	Please select the calibration results to be printed!		¡Selecione los resultados de la calibración para imprimir!	Selecione os resultados da calibração a serem impressos!	Veuillez sélectionner les résultats de calibration à imprimer !	
1705	请选择要打印的质控结果！	Please select the QC results to be printed!		Selecione los resultados de CC para imprimir.	Selecione os resultados do QC a serem impressos!	Veuillez sélectionner le résultat du CQ à imprimer!	
1706	请选择要校正的试剂空白。	Please select a reagent blank to be corrected.		Selecione un blanco de reactivo para corregirlo.	Selecione o branco de reagente a ser corrigido	Veuillez sélectionner un blanc de réactif à corriger.	
1707	请选择质控液。	Please select a QC.	Please select a QC solution.	Selecione una CC	Selecione QC	Veuillez sélectionner un type du CQ.	
1708	请选择质控液！	Select QC!	Select QC solution!	¡Selecione control!	Selecione QC	Sélectionnez QC !	
1709	请选择质控结果！	Please select QC result!		Selecione el resultado de control de calidad.	Selecione o resultado de QC!	Veuillez sélectionner le résultat du CQ à envoyer!	
1710	请选择除空白项目以外的项目！	Please select items other than blank items!		Selecione artículos que no sean artículos de blanco.	Selecione outros itens além dos itens em branco!	Veuillez sélectionner les items autres que l'item vide !	
1711	请选择需要删除的字典！	Please select the dictionary to be deleted!		Favor de seleccionar el diccionario para borrar	Selecione o dicionário a ser excluído!	Veuillez sélectionner le dictionnaire à supprimer !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1712	请选择需要删除的操作记录!	Select the operation record to be deleted!		Seleccione el registro de operación que desee borrar.	Selecione o registro de operação para ser apagado!	Sélectionnez l'enregistrement d'opération à supprimer!	
1713	请选择需要删除的项目。	Please select the item to be deleted.		Seleccione el elemento que desea borrar.	Selecione o item a ser apagado	Veuillez sélectionner l'item à supprimer.	
1714	请选择需要删除的项目!	Select the item to be deleted!		Seleccione artículos para eliminar.	Selecione o item a ser apagado!	Sélectionnez l'item à supprimer !	
1715	请选择需要打印的结果!	Please select the results to be printed!		Seleccione los resultados para imprimir.	Selecione os resultados a serem impressos!	Veuillez sélectionner les résultats à imprimer !	
1716	请选择项目!	Please select an item!		¡Seleccione un artículo!	Selecione um item	Veuillez sélectionner un item!	
1717	读取中.....	Reading...		Leyendo...	Lendo...	Télécharger...	
1718	读取反应曲线数据	Read the reaction curve data		Leer los datos de la curva de reacción	Leia os dados da curva de reação	Télécharger les données de la courbe de réaction	
1719	读取间隔	Read Interval		Intervalo de leo	Intervalo de Leitura	Intervalle de lecture	
1720	调试	Debugging		Depuración	Depurando	Débogage	
1721	负责人	Director		Director	Diretor	Directeur	
1722	账号	Account		Cuenta	Conta	Compte	
1723	账号列表	Account List		Lista de cuentas	Lista de contas	Liste des comptes	
1724	账号管理	Account Mngmt.	Account management	Gest. de cta.	Geren contas	GE de compte	
1725	账号认证失败!	Account authentication failed!		Error de autenticación de cuenta	Falha na autenticação da conta	Échec de l'authentification du compte!	
1726	质控	QC		Control	QC	CQ	
1727	质控品1	Quality Control 1		CC 1	QC 1	Ctrl de qualité 1	
1728	质控品2	Quality Control 2		CC 2	QC 2	Ctrl de qualité 2	
1729	质控品3	Quality Control 3		CC 3	QC 3	Ctrl de qualité 3	
1730	质控品不能为空!	Quality control can not be empty!		¡El control de calidad no puede estar vacío!	O controle de qualidade não pode ficar vazio!	CQ ne peut pas être vide!	
1731	质控品名称:	QC:		CC:	QC:	CQ :	
1732	质控品批号:	Batch No.:		Lote:	No Lote:	N°/lot :	
1733	质控报告单	QC Report		Informe de CC	Relatório QC	Rapport CQ	
1734	质控数据	QC Data		Dato de CC	Dados QC	Données CQ	
1735	质控日期	QC Date		Día CC	Dt QC	Dt/CQ	
1736	质控汇总	QC Summary		Resumen de CC	Resumo QC	Résumé CQ	
1737	质控测试中, 删除失败!	Deletion failed during QC testing!		No se pudo borrar durante la prueba de control	Falha na exclusão dos testes do QC!	Échec de la suppression lors du Test CQ!	
1738	质控液	QC		Control	QC	CQ	
1739	质控液	QC		CC	QC	CQ	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1740	质控液(X)	QC (X)	QC solution (X)	CC(X)	QC (X)	CQ (X)	
1741	质控液(X)	QC (X)	QC solution (X)	CC (X)	QC (X)	CQ (X)	
1742	质控液(Y)	QC (Y)	QC solution (Y)	CC(Y)	QC (Y)	CQ (Y)	
1743	质控液%1已申请项目%2的质控测试，删除浓度后测试将作废！是否继续？	QC %1 has applied for item %2. The test will be invalid after deleting the concentration! Continue?		CC %1 ha solicitado la prueba del artículo %2. ¡La prueba no será válida después de borrar la concentración! ¿Seguir?	A solução de controle de qualidade %1 foi aplicada para o teste de controle de qualidade do item %2, o teste será inválido após a exclusão da concentração! Quer continuar?	CQ %1 a été appliqué pour le Test CQ de l'item %2, le test sera invalide après suppression de la concentration! Continuer?	
1744	质控液%1已申请项目%2的质控测试，取消项目关联后，测试将作废！是否继续？	QC %1 has applied for item %2. The test will be invalid after canceling the item association!Continue?		CC %1 ha solicitado la prueba del artículo %2. La prueba no será válida después de cancelar la asociación del artículo. ¿Continuar?	QC %1 se inscreveu para o item %2. O teste será invalidado após o cancelamento da associação do item! Continuar?	CQ %1 a été appliqué pour l'item %2. Le test sera invalide après l'annulation de l'association de l'item ! Continuer?	
1745	质控液%1已过期，继续使用？	QC %1 expired. Continue to use it?		CC%1 caducó. ¿Continuar usarlo?	QC %1 vencido.Continuar a usar?	CQ %1 a expiré. Continuer à l'utiliser?	
1746	质控液1	QC 1	QC solution 1	CC 1	QC 1	CQ 1	
1747	质控液2	QC 2	QC solution 2	CC 2	QC 2	CQ 2	
1748	质控液3	QC 3	QC solution 3	CC 3	QC 3	CQ 3	
1749	质控液[%1]已申请测试或正在测试,修改信息失败。	QC [%1] has been applied or is under test. Failed to modify information.		Se ha solicitado prueba de CC [%1] o se está probando. No se pudo modificar la información.	QC [%1]foi aplicado ou está em teste. Falha ao modificar as informações	CQ [%1] a été appliqué ou est en cours de test. Échec de la modification des informations.	
1750	质控液[%1]已申请测试或正在测试,修改信息失败。	QC [%1] has been applied or is under test. Failed to modify information.		Se ha solicitado prueba de CC [%1] o se está probando. No se pudo modificar la información.	QC[%1] foi aplicado ou está em teste. Falha ao modificar informações.	CQ [%1] a été appliqué ou test en cours. Échec de la modification des informations.	
1751	质控液不能为空。	The QC should not be empty.		El Control de Calidad no debe estar vacío.	O QC não deve estar vazio	Le CQ ne doit pas être vide.	
1752	质控液位置不能为空！	The QC position cannot be empty!		¡La posición de CC no puede estar vacía!	A posição de QC não pode estar vazia!	La position du CQ ne peut pas être vide!	
1753	质控液信息	QC Information		Información de control de calidad	Informação do QC	Info du CQ	
1754	质控液名称	QC	QC solution	Control	QC	CQ	
1755	质控液名称不能为空！	The QC cannot be empty!		¡El nombre de CC no puede estar vacío!	QC não pode estar vazio!	Le CQ ne peut pas être vide!	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1756	质控液均值和标准差必须同时输入。	The M and SD of QC must be entered simultaneously.		La M y SD del control de calidad deben ingresarse simultáneamente.	O valor médio e o desvio padrão da solução de controle de qualidade devem ser inseridos ao mesmo tempo	M et SD de QC doivent être saisis simultanément.	
1757	质控液：	QC:	QC solution:	CC:	QC:	CQ :	
1758	质控申请	QC App	QC Application	Soli de CC	Aplic QC	Applct du CQ	
1759	质控申请	QC Application		Solicitud de CC	Aplic QC	Applct du CQ	
1760	质控申请列表	QC Application List		Lista de solicitud de CC	Lista de Aplic QC	Liste de l'applocation CQ	
1761	质控组合	QC Comb	Quality control combination	CC Comb	Comb.QC	CQ Comb	
1762	质控规则	Quality Control Rules		Reglas de CC	Regra QC	Règle CQ	
1763	质控规则	QC Rules	Quality control rules	Regla CC	Regra QC	Règle CQ	
1764	质控设置	QC Setting		Confi de CC	Conf QC	Config. du CQ	
1765	质控设置	QC Setting		Configuración de Control de Calidad	Conf QC	Config. du CQ	
1766	起始编号	S. Nmbr	Start number	Nº inic.	Nro Inic	N°Départ	
1767	起始编号不能大于终止编号！	The start number cannot be greater than the end number!		¡El número inicial no puede ser mayor que el número final!	O numero inicial não pode ser maior que o numero final	Le numéro de début ne peut pas être supérieur au numéro de fin!	
1768	起始编号格式有误！	Start number format error!		¡Error de formato de número inicial!	Erro no formato do numero inicial!	Erreur de format de numéro de départ!	
1769	起止日期	St & Ed Dt	Start and end dates	F de I&T	DT IN FI	Date	
1770	超出危急值上限	Beyond UL of CV	Beyond the upper limit of critical value	Fuera val crí	AC LM SP IN VC	Plus de LS de VC	
1771	超出参考范围上限	Beyond UL of RR	Beyond the upper limit of reference range	Fuera rang ref	AC LM SP IN REF	Plus de LS de PDR	
1772	超出最大浓度校准反应度	Beyond the max. conc calibration react	Beyond the max. concentration calibration reactivity	Fuera máx con cal	Ac reat cal max	> LS de VC	
1773	超出最大浓度校准品仍计算结果	R are cal fo cali exc m. conc.	Results are still calculated for calibrators exceeding the max. concentration.	Calcu cali q exc máx con	Res cal cal exc conc max	Cal rés ms conc dép max	
1774	超出线性范围上限	Beyond UL of LR	Beyond the upper limit of linear range	Fuera rang lineal	AC LM SP IN LN	Plus de LS de PL	
1775	超级管理员	Super		Súper admin	Super	Super	
1776	越界	Beyond The Limit		Límite superado	Fora do Limite	Au-delà de la limite	
1777	路径	Path		Ruta	Caminho	Path	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1778	路径无效，不能选择软件安装目录！	The path is invalid, and the software installation directory cannot be selected!		La ruta no es válida y no se puede seleccionar el directorio de instalación del software.	O caminho é inválido e o diretório de instalação do software não pode ser selecionado!	Path invalide et le répertoire d'installation du logiciel ne peut pas être sélectionné!	
1779	跳过	Skip		Omitir	Pular	Passer	
1780	软件升级	S. Upgra.	Software Upgrade	Actl.SW	Atulsof	M-à-j	
1781	软件升级需要关闭当前应用软件，确认关闭应用软件，现在升级吗？	Software upgrade requires current application software to be closed. Confirm to close the application software. Upgrade now?		La actualización del software requiere que se cierre el software de la aplicación actual. Confirme para cerrar el software de la aplicación. ¿Actualizar ahora?	Atualização do software requer que o aplicativo esteja fechado.Confirme para fechar o software.Atualizar agora?	La m-à-j des logiciels nécessite la fermeture des logiciels d'application actuels. Fermez le logiciel d'application. Mettre à jour maintenant ?	
1782	软件即将退出！	Software is about to quit.		El software va a salirse	Software será encerrado	Le logiciel est sur le point de s'arrêter!	
1783	软件即将退出！	Software is about to quit!		¡El software está a punto de salir!	Software será encerrado	Le logiciel est sur le point de s'arrêter!	
1784	软件发布版本	Software release version		Liberación de software	Versão de lançamento do software	Version de sortie du logiciel	
1785	软件名称	Software Name		Nombre del software	Nome do Software	Nom du logiciel	
1786	软件型号	Software Model		Modelo de software	Modelo de Software	Modèle logiciel	
1787	软件完整版本	Software full version		Versión completa del software	Versão completa do software	Version complète du logiciel	
1788	软件版本	Software Version		Versión de software	Versão do software	Version du logiciel	
1789	软件版本信息	Software version information		Información sobre la versión del software	Informação da versão do software	Informations sur la version du logiciel	
1790	输入样本不存在！	The input sample does not exist!		¡La muestra de entrada no existe!	A amostra de entrada não existe!	L'échantillon d'entrée n'existe pas!	
1791	输入样本不存在，无法重测！	The input sample does not exist and cannot be retested!		La muestra de entrada no existe y no se puede volver a probar.	A amostra de entrada não existe e não pode ser testada novamente!	L'échantillon d'entrée n'existe pas, il ne permet pas de la retester !	
1792	过期	Expired		Expirado	Vencid	Expiré	
1793	过期	Expired		Expir.	Vencid	Expiré	
1794	运行升级安装包失败。	Failed to run upgrade installation package.		No se puede ejecutar el paquete de instalación de actualización.	Falha ao carregar o pacote de atualização	Échec de marche du paquet d'installation de m-à-j.	
1795	返回	Back		Volver	Retorno	Retour	
1796	还原	Recover		Restau.	Recuper	Récupé.	
1797	还原	Recover		Restau.	Recupera	Récupé.	
1798	进入高速模式	High speed mode		Modo de alta vel.	Modo alta veloc	Mode haute vitesse	
1799	远程控制设置	Remote Control Setup		Configuraciones de control remoto	Configuração controle remoto	Configuration télécommandé	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1800	远程控制设置保存失败!	Saving of remote control setup failed!		¡Error al guardar la configuración del control remoto!	Falha ao salvar a configuração o do controle remoto!	Échec de l'enregistrement de configuration télécommandé !	
1801	远程控制设置保存成功!	Remote control setup saved successfully!		¡La configuración del control remoto se ha guardado correctamente!	Sucesso ao salvar configuraçãoes de controle remoto!	Succès de l'enregistrement de configuration télécommandé !	
1802	远程设置	Remote		Remoto	Remoto	À dist.	
1803	连接打印机中.....	Connecting printer...		Conectando impresora...	Conectando Impressora	Connexion de l'imprimante...	
1804	连接打印机超时, 打印失败!	Printer connection timeout. Printing failed!		Tiempo límite acabado, error de imprimir.	Tempo de impressão esgotou. Falha na impressão!	La connexion à l'imprimante a expiré et l'impression a é choué!	
1805	追加	Add		Aña.	Adic	Ajt.	
1806	追加	Add		Añdr	Adc	Ajt.	
1807	追加测试失败!	Additional tests failed!		¡Pruebas adicionales fallaron!	Falha no teste adicional!	Échec du supplément des tests !	
1808	退出	Exit		Salir	Sair	Quitter	
1809	退格	Backspace		Retroceder	Backspace	BKSP	
1810	送检医生	Submitter		Entregador	Respons	Livreur	
1811	送检医生	Submitter		Entregdr	Respons	Livreur	
1812	送检日期	Submission Date		Día de entrega	DT Insp	Date de livraison	
1813	送检日期	Sub D	Submission Date	DíaEntre	DT Insp	D de lvr	
1814	送检科室	Inspection Department		Dept. de inspección	DP Insp	Département d'inspection	
1815	送检科室	Dep.		Dep.	DP Insp	Dépt.	
1816	送检科室	Inspection Department		Dep.	Departamento de inspeção	Départmt d'inspection	
1817	送检者	Submitter		Entregdr	Respons	Livreur	
1818	选中样本	Selected Sample		Mues selec	Amos Sel	Éch sélectionné	
1819	选中项目	Selected Item		Art selec	Teste selec	Item sél.	
1820	选择	Select		Sele	Sel	Sél	
1821	选择	SEL	Select	Sele	Sel	Sél	
1822	选择位置	SEL Pos.	Select position	Sele pos	Sel Pos	Sél pos.	
1823	选择升级安装包	Select upgrade installation package.		Selecione el paquete de instalación de actualización.	Selecione pacote de atualização	Sélectionnez le paquet d'installation de m-à-j	
1824	选择定标液	Sel Cal	Select calibration solution	Sele Cal	Sel Cal	Sél. Cal	
1825	选择定标液	Select Calibrator		Seleccionar calibrador	Sel Cal	Sél calibrateur	
1826	选择定标液位置	Select Calibrator Position		Selec posición del cal	Selec pos Calib	Sélectionner la pos. du calibreur	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1827	选择定标液位置	Select calibrator position		Seleccione la posición del calibrador	Selec pos Calib	Sélectionner la pos. du calibreur	
1828	选择杯位	Sel. Cuv.	Select Cuvette Position	Selec Cub	Sel Cuv	Sel. Cuv.	
1829	选择杯位	Select Cuvette Position		Seleccione la posición de la cubeta	Sel Cuv	Sél la pos. de la cuvette	
1830	选择样本位置	Select Sample Position		Seleccionar posición de muestra	Selecione Posição de amostra	Sél de pos. du réa	
1831	选择用户名	Select User Name		Seleccionar Usuario	Selecione Usuário	Sélectionnez le nom d'user	
1832	选择的列表显示宽度大于列表总宽度，不能保存！	The display width of selected list is wider than the total width of list and cannot be saved!		El ancho de visualización de la lista seleccionada es más ancho que el ancho total de la lista, no se puede guardar.	A largura de exibição da lista selecionada é maior do que a largura total da lista e não pode ser salva!	La largeur d'affichage de la liste sélectionnée est plus grande que la largeur totale de la liste et ne peut pas être enregistrée !	
1833	选择的列表显示宽度大于列表总宽度，不能保存！	The display width of selected list is greater than the total width of list and cannot be saved!		El ancho de visualización de la lista seleccionada es mayor que el ancho total de la lista y no se puede guardar.	A largura de exibição da lista selecionada é maior do que a largura total da lista e não pode ser salva!	La largeur d'affichage de la liste sélectionnée est plus grande que la largeur totale de la liste et ne peut pas être enregistrée !	
1834	选择的样本列表显示宽度大于样本列表总宽度，不能保存！	The display width of selected sample list is wider than the total width of sample list and cannot be saved!		El ancho de visualización de la lista de muestras seleccionada es más ancho que el ancho total de la lista de muestras y no se puede guardar.	A largura de exibição de amostras selecionada é maior do que a largura total da lista de amostras e não pode ser salva!	La largeur d'affichage de la liste d'éch sélectionnée est plus grande que la largeur totale de la liste et ne peut pas être enregistrée !	
1835	选择的测试列表显示宽度大于测试列表总宽度，不能保存！	The display width of selected test list is wider than the total test list width and cannot be saved!		El ancho de visualización de la lista de pruebas seleccionada es más ancho que el ancho total de la lista de pruebas y no se puede guardar.	A largura de exibição da lista selecionada é maior do que a largura total da lista e não pode ser salva!	La largeur d'affichage de la liste de test sélectionnée est plus grande que la largeur totale de la liste et ne peut pas être enregistrée !	
1836	选择的试剂盘没有可用试剂！	No reagent is available on the selected reagent tray!		¡No hay reactivo disponible en la bandeja de reactivos seleccionada!	Nenhum reagente esta disponivel no disco de reagente selecionado!	Aucun réactif n'est disponible sur le plateau de réactifs sélectionné !	
1837	选择联合质控时，质控液(X)和质控液(Y)不能为空！	When joint QC is selected, the QC (X) and QC (Y) cannot be empty!		Cuando se selecciona el control de calidad conjunto, el control de calidad (X) y el control de calidad (Y) no pueden estar vacíos.	Ao selecionar o controle de qualidade combinado, a solução de controle de qualidade (X) e a solução de controle de qualidade (Y) não podem estar vazias!	Lorsque le Conjoint CQ est sélectionné, le CQ (X) et le CQ (Y) ne peuvent pas être vides!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1838	选择范围	Selection range		Rango de selección	Seleção da faixa	Gamme de sélection	
1839	选择装机地址	Select Installation Address.		Selecione dirección de instalación.	Selecione Endereço de Instalação	Sélectionnez l'adresse d'installation.	
1840	选择质控液	Select QC		Selecc CC	Selec QC	Sél CQ	
1841	选择质控液位置	Select QC Position		Seleccionar la posición del Control de Calidad	Selec Pos QC	Sél. la pos. du CQ	
1842	选择质控液位置	Select QC position		Selecc pos de CC	Selec Pos QC	Sél. la pos. du CQ	
1843	选择路径	Select Path		Seleccionar ruta	Selecione Via	Sélectionner le path	
1844	选择重测位置	Select Retest Position		Selecione la PosPbarN	Selec pos reexecução	Sél de pos. du retest	
1845	选择重测位置	Select Retest Position		Selecione la posición de probar nuevamente	Selec pos reexecução	Sél de pos. du retest	
1846	选择重测项目	Select Retest Item		Selec art a repetir	Sel Reex test	Sél l'item du retest	
1847	选择项目	SEL Item		Sele art	Sel It	Sél Item	
1848	选择项目	Select Item		Seleccionar artículo	Selec Item	Sél Item	
1849	选择项目不能为空！	Selected item cannot be empty!		¡El artículo seleccionado no puede estar vacío!	Seleção de teste não pode estar vazio!	L'item sélectionné ne peut pas être vide!	
1850	选项	Option		Opción	Opção	Option	
1851	通信超时不能为空！	Communication timeout cannot be empty!		¡El tiempo de espera de comunicación no puede estar vacío!	O tempo limite de comunicação não pode estar vazio!	Le délai de communication ne peut pas être vide !	
1852	通讯方式	Com. M	Com. Mode	Modo com.	Mét Comum	Mod de com	
1853	通讯设置	Com. Setup		Config. de Com.	Conf Comunic	Config. de com.	
1854	通讯超时	Com. TO	Com. Timeout	Com TE	TemLimCo	Délai	
1855	部分刷新失败！	Partial refresh failed!		¡La actualización parcial falló!	Falha na atualização parcial	Échec du rafraîchissement partiel !	
1856	部分故障日志删除失败！	Partial deletion failed!		Error de borrar.	Exclusão parcial falhou!	Échec de la suppression partiel du journal d'erreur!	
1857	部分日志删除失败！	Partial log deletion failed!		Error de eliminación parcial del registro.	Exclusão parcial do registro falhou!	Échec de l'effacement partiel du journal!	
1858	部分管理员账户删除失败！	Partial administrator account deletion failed!		Error al borrar la cuenta de administrador.	Falha na exclusão parcial da conta do administrador	Échec de la suppression partielle du compte administrateur!	
1859	部分维护日志删除失败！	Partial maintenance log deletion failed!		Error al borrar el registro de mantenimiento parcial.	A exclusão parcial do registro de manutenção falhou!	Échec de la suppression partiel du journal de maintenance!	
1860	配置	Configuration		Config.	Configuração	Configuration	
1861	采样日期	SAM D	Submission date	Muestreo	DT AMTR	D d'éch.	
1862	采样日期与采样时间需同时填写！	The Sampling date and Sampling time must be filled in simultaneously!		¡La fecha de muestreo y la hora de muestreo deben completarse simultáneamente!	A data e hora da amostra devem ser preenchidos simultaneamente!	La date d'échantillonnage et l'heure d'échantillonnage doivent être renseignées simultanément!	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1863	采样日期时间	Sampling DateTime		Tiempo de muestreo	Data Hora Amostra	Date d'éch.	
1864	采样时间	SAM T	Sampling time	Tmpo M.	Hora Amo	T d'éch.	
1865	采样针	Sample Probe		Sonda mues	Ag Amostra	Sonde d'éch	
1866	释放位置	Release Position		Liberar pos.	Lib Pos	Libération de pos.	
1867	释放位置	R. Pos.	Release position	Libe pos	Lib Pos	Lbr de p	
1868	释放位置	Release Position		Liberar posición	Lib Pos	Lbr de p	
1869	释放位置-选择样本位置	Release Position - Select Sample Position		Pos. de libera.: selec. posición M	Pos de Liber-Sel pos amostra	Libért de pos.-Sél pos.	
1870	重启系统失败!	Restart system failed!		¡Error al reiniciar el sistema!	Falha no reinicio do sistema!	Échec du redémarrage du système !	
1871	重复次数	Reps	Number of repetitions	Reps	Nro Rep	Répétition	
1872	重复次数	Number of repetitions		Veces de repetición	NoRep	Répét.	
1873	重新计算	Recal	Recalculate	Recalcu.	Recal	Recalcul	
1874	重新计算	Recalculate		Recalcular	Recal	Recalcul	
1875	重新计算	Recalculation		Recalculación	Recal	Recalcul	
1876	重新计算失败!	Recalculation failed!		¡Error de recálculo!	Falha em recalcular!	Échec du recalcul !	
1877	重新计算定标曲线?	Recalculate the calibration curve?		¿Volver a calcular la curva de calibración?	Recalcular curva de calibraçã o?	Recalculer la courbe de calibration ?	
1878	重测	Retest		Repetir	Reexec	Retester	
1879	重测位置	Re-T Pos.	Retest position	Pos Rep	Reex Pos	Sél pos.	
1880	重测位置	Retest Position		Pos Rep	Reexecutar Posição	Retester la pos.	
1881	重测失败!	Retest failed!		¡Falló volver a probar!	Falha ao reexec!	Échec du retest !	
1882	重测成功!	Retest successful!		¡Vuelva a probar con éxito!	Sucesso ao Reexec!	Succès du retest !	
1883	重测样本位置不能为空!	Retest sample position cannot be empty!		¡La posición de volver a probar puede estar vacía!	Posição de reexecução da amostra não pode estar vazia!	La position de l'échantillon de retest ne peut pas être vide!	
1884	重测结果	Result Retest		Rdo repet	Reex Res	Rts du rés	
1885	重测项目	Re-T Item	Retest item	ArtRptir	Reex It	I de rts	
1886	重算	Recal		Recalcu.	Recal	Recalcul	
1887	重算	Recalculate		Recalcular	Recal	Recalcul	
1888	重算失败!	Recalculation failed!		¡Error de recálculo!	Falha ao recalcular	Échec du recalcul !	
1889	重算成功!	Recalculation successful!		¡Recálculo exitoso!	Sucesso ao recalcular	Succès du recalcul !	
1890	重算结果	R. Resu.	Recalculated results	RdRecalc	Rec Resu	Rs récal	
1891	重连间隔时间	Re-C Int		Itv rec.	IntRecon	Intrvl.	
1892	重连间隔时间不能为空!	The reconnection interval cannot not be empty!		¡El intervalo de reconexión no puede estar vacío!	O intervalo de reconexão não pode estar vazio!	L'intervalle de reconnexion ne peut pas être vide !	
1893	锁定	Lock		Bloq.	Trav	Fixer	
1894	错误	Error		Error	Erro	Erreur	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1895	阳性	P(+)		Positivo	Positivo	Positif	
1896	阴性	N(-)		Negativo	Negativo	Négatif	
1897	隐藏原始曲线	Hide OC	Hide original curve	Ocu CvO	Oc Curva	Cac org	
1898	隐藏拟合曲线	H Fit C	Hide fitting curve	Ocu Caju	Oc aju	Car ajst	
1899	音乐文件(*.mp3 *.wav)	Music file (*.mp3*.wav)		Archivo de música (*.mp3 *.wav)	Arquivo music(*.mp3.wav)	Fichier de musique (*.mp3 *.wav)	
1900	顶部	Top		Superior	Topo	Haut	
1901	项 目:	Item:		Art.:	Item:	Item :	
1902	项目	Item		Art.	Item	Item	
1903	项目%1: L<M<N<P不成立。	Item %1: L < M < N < P is False.		artículo %1: L <M <N <P es falso.	Teste %1: L<M<N<P é falso	Item %1 : L < M < N < P est faux.	
1904	项目%1:R1R2装载在不同试剂盘	Item %1: R1R2 are loaded in different reagent trays		Artículo %1: R1 R2 se cargan en diferentes bandejas de reactivos	Teste %1:R1R2 estão carregados em disco de reagente diferente	Item %1: R1R2 chargé dans différents plateaux de ré actifs	
1905	项目%1:R1R2装载在不同试剂盘	Item %1: R1R2 are loaded in different reagent trays.		Artículo %1: R1R2 cargado en diferentes bandejas de reactivos	Teste %1:R1R2 estão carregados em disco de reagente diferente	Item %1: R1R2 chargé dans différents plateaux de ré actifs	
1906	项目%1:未关联同批试剂	Item %1: Not associated with reagents from the same batch		Artículo %1: no asociado con reactivos del mismo lote	Teste %1:não associado com reagente do mesmo lote	L'item %1: n'est associé pas aux réactifs du même lot.	
1907	项目%1:未关联当前质控品	Item %1: Not associated with current QC.		Artículo %1: no asociado con el CC actual.	Teste %1: Não associado ao QC atual	L'item %1: n'est pas associé au CQ actuel.	
1908	项目%1:未关联试剂	Item %1: Not associated with reagent		Artículo %1: no asociado con reactivos	Teste %1:não associado com reagente	L'item %1: n'est associé pas aux réactifs.	
1909	项目%1:未关联试剂1	Item %1: Not associated with reagent 1		Artículo %1: no asociado con reactivo 1.	Teste %1:não associado com reagente 1	L'item %1: n'est pas associé au R1.	
1910	项目%1:未关联试剂2	Item %1: Not associated with reagent 2		Artículo %1: no asociado con reactivo 2.	Teste %1:não associado com reagente 2	L'item %1: n'est pas associé au R2.	
1911	项目%1:未关联试剂或未定标	Item %1: Not associated with reagent or not calibrated.		Artículo %1: no asociado con reactivos o no está calibrado.	Teste %1: não associado com reagente ou não calibrado	L'item %1: non associé au ré actif ou non calibré.	
1912	项目%1:未关联质控液%2	Item %1: Not associated with QC %2		Artículo %1: no asociado con el CC %2.	Teste %1: Solução de controle de qualidade não associada a %2	L'item %1: n'est pas associé au CQ %2.	
1913	项目%1:未设置均值和标准差	Item %1: M and SD are not set.		Artículo %1: M y SD no están configurados.	Teste %1: Média e desvio padrão não estão definidos	L'item %1: M et SD ne sont pas définis.	
1914	项目%1:样本类型不符	Item %1: Sample type mismatch		Artículo %1: el tipo de muestra no coincide.	Teste %1:O tipo de amostra não corresponde	Item %1: Type d'échantillon ne correspond pas.	
1915	项目%1:没有可用默认定标参数	Item %1: No default calibration parameter available		Artículo %1: ningún parámetro de calibración predeterminado disponible	Teste %1:Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible.	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1916	项目%1:没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数批号不匹配	Item %1: No default calibration parameter available or the default reagent does not match the batch number of the calibration parameter.		Artículo %1: no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de lote del parámetro de calibración.	Teste %1: Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do lote do parâmetro de calibração	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de lot du paramètre de calibration.	
1917	项目%1:没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数瓶号不匹配	Item %1: No default calibration parameter available or the default reagent does not match the vial number of the calibration parameter.		Artículo %1: no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de vial del parámetro de calibración.	Teste %1: Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do frasco do parâmetro de calibração	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de flacon du paramètre de calibration.	
1918	项目%1:试剂1状态异常	Item %1: Reagent 1 in abnormal state		Artículo %1: Reactivo 1 en estado anormal	Teste %1:Estado anormal de R1	L'item %1: R1 dans un état anormal	
1919	项目%1:试剂2状态异常	Item %1: Reagent 2 in abnormal state		Artículo %1: Reactivo 2 en estado anormal	Teste %1:Estado anormal de R2	L'item %1: R2 dans un état anormal	
1920	项目%1:高速模式不能申请双试剂项目	Item %1: Dual-reagent item cannot be submitted in high-speed mode.		Artículo %1: No se puede solicitar artículos de reactivo doble en modo de alta velocidad	Teste %1:reagente duplo não pode ser enviado no modo de alta velocidade	L'item %1: à double réactifs ne peut pas être faite en mode haute vitesse !	
1921	项目%1R1R2装载在不同试剂盘，重测失败！	Item %1 R1R2 are loaded in different reagent trays, retest failed!		El reactivo 2 del artículo %1 se está cargado en diferentes bandejas de reactivo, ¡la nueva prueba falló!	Os testes %1 R1R2 estão carregados em racks de reagentes diferentes, reexecução falhou!	Item %1: R1R2 chargé dans différents plateaux de réactifs, échec du retest !	
1922	项目%1剩余可测数不足以完成所有测试！是否继续？	Item %1 remaining measurable is not enough to complete all tests! Continue?		¡El artículo %1 que permanece medible no es suficiente para completar todas las pruebas! ¿Seguir?	O item %1 mensuravel restante não é suficiente para concluir todos os testes!Continuar?	L'item %1 restant mesurable ne suffit pas pour effectuer tous les tests ! Continuer ?	
1923	项目%1参数错误：K因数法时，K因数值不能为空。	Item %1 parameter error: In case of using K-factor method, K Values cannot be empty.		Artículo %1 error de parámetro: en caso de utilizar el método del factor K, los valores K no pueden estar vacíos.	Erro de parâmetro do teste %1: no caso de usar método do fator K, os valores K não podem estar vazios	Erreur de paramètre d'item %1: en cas d'utilisation de la méthode du facteur K, le facteur K ne peut pas être vide.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1924	项目%1参数错误：单试剂终点法才能勾选样本空白。	Item %1 parameter error: Sample blank can only be checked when using the single-reagent end point method.		Error de parámetro del artículo %1: el blanco de muestra solo se puede comprobar cuando se utiliza el método de punto final de reactivo único.	Erro de parâmetro do teste %1:o branco da amostra só pode ser verificado ao usar o método do ponto final de reagente único	Erreur de paramètre d'item %1: le blanc d'échantillon ne peut être vérifié que lors de l'utilisation de la méthode de point final à réactif unique.	
1925	项目%1参数错误：定标规则无法识别。	Item %1 parameter error: Calibration rule cannot be identified.		Artículo %1 error de parámetro: no se puede identificar la regla de calibración.	Erro de parâmetro do teste %1: regra de calibração não pode ser identificada	Erreur de paramètre d'item %1: la règle de calibration ne peut pas être identifiée.	
1926	项目%1参数错误：定标重复次数范围为1~5。	Item %1 parameter error: The range of calibration repetitions is 1~5.		Artículo %1 error de parámetro: el rango de repeticiones de calibración es 1~5.	Erro de parâmetro do teste %1: O intervalo de repetições de calibração é 1~5	Erreur de paramètre d'item %1: la plage de répétitions de calibration est comprise entre 1 et 5.	
1927	项目%1参数错误：稀释倍数必须在2~200之间。	Item %1 parameter error: Dilution factor must be within 2~200.		Error de parámetro del artículo %1: el factor de dilución debe estar entre 2 ~ 200.	Erro de parâmetro do teste %1:o fator de diluição deve estar entre 2 e 200	Erreur de paramètre de l'item %1 : Le facteur de dilution doit être compris entre 2 et 200.	
1928	项目%1参数错误：请正确填写增/减量百分比。	Item %1 parameter error: Please fill in the increment/decrement percentage correctly.		Artículo %1 error de parámetro: Por favor, complete el porcentaje de incremento / decremento correctamente.	Erro de parâmetro do teste %1: Preencha a porcentagem de incremento/decremento corretamente	Erreur de paramètre d'item %1: veuillez entrer correctement le pourcentage d'incrémentation / diminution.	
1929	项目%1参考范围的下限不能大于上限。	The lower limit of reference range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de referencia para el artículo %1 no debe ser mayor que el límite superior.	O limite inferior do intervalo de referencia para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior.	La limite supérieure de la plage de référence d'item %1 doit être supérieure à la limite inférieure.	
1930	项目%1反应时间的上限不能为空。	The upper limit for item %1 reaction time cannot be empty.		El límite superior para el tiempo de reacción del artículo %1 no puede estar vacío.	O limite superior para o teste %1 tempo de reação não pode estar vazio!	La limite supérieure du temps de réaction de l'item %1 ne peut pas être vide.	
1931	项目%1反应时间的下限不能为空。	The lower limit for item %1 reaction time cannot be empty.		El límite inferior para el tiempo de reacción del artículo %1 no puede estar vacío.	O limite inferior para o teste %1 tempo de reação não pode estar vazio!	La limite inférieure pour le temps de réaction de l'item %1 ne peut pas être vide.	
1932	项目%1在当前盘无可卸载试剂！	Item %1 has no reagents to unload in the current tray!		¡El artículo %1 no tiene reactivos para descargar en la bandeja actual!	O item %1 não tem reagentes para descarregar no disco atual!	L'item %1 n'a aucun réactif à décharger dans le plateau actuel!	
1933	项目%1存在未完成的测试，禁止卸载试剂！	Item %1 has an incomplete test and unloading of reagents is prohibited!		El artículo %1 tiene una prueba incompleta y está prohibida la descarga de reactivos.	O item %1 tem um teste incompleto e o descarregamento de reagentes é proibido!	L'item %1 a un test incomplet et il ne permet pas de décharger le réactif !	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1934	项目%1未装载同批试剂，重测失败！	Item %1 is not loaded with reagent of the same batch, retest failed!		El artículo %1 no está cargado con reactivo del mismo lote, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 não esta carregado com reagente do mesmo lote,falha na reexecução	L'item %1 n'est pas chargé avec le même lot de réactifs, échec du retest !	
1935	项目%1未装载试剂1，重测失败！	Item %1 is not loaded with reagent 1, retest failed!		El artículo %1 no está cargado con reactivo 1, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 não está carregado com reagente 1, falha na reexecução!	L'item %1 n'est pas chargé avec le réactif 1, échec du retest !	
1936	项目%1未装载试剂2，重测失败！	Item %1 is not loaded with reagent 2, retest failed!		El artículo %1 no está cargado con reactivo 2, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 não está carregado com reagente 2, falha na reexecução!	L'item %1 n'est pas chargé avec le réactif 2, échec du retest !	
1937	项目%1未装载试剂或未定标，重测失败！	Item %1 is not loaded with reagent or not calibrated, retest failed!		El artículo %1 no está cargado con reactivo o no está calibrado, ¡la nueva prueba falló!	O teste %1 não esta carregado com reagente ou não está calibrado, falha na reexecução	L'item %1 n'est pas chargé de réactifs ou n'est pas calibré, échec du retest !	
1938	项目%1未装载试剂，重测失败！	Item %1 is not loaded with reagent, retest failed!		El artículo %1 no está cargado con reactivo, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 não esta carregado com reagente,falha na reexecução!	L'item %1 n'est pas chargé de réactifs, échec du retest !	
1939	项目%1没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数批号不匹配，重测失败！	Item %1 No default calibration parameter available or the default reagent does not match the batch number of the calibration parameter, retest failed!		El artículo %1 no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de lote del parámetro de calibración. ¡La nueva prueba falló!	Teste %1 Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do lote do parâmetro de calibração, falha na reexecução!	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de lot du paramètre de calibration, échec du retest !	
1940	项目%1没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数瓶号不匹配，重测失败！	Item %1 No default calibration parameter available or the default reagent does not match the vial number of the calibration parameter. Retest failed!		El artículo %1 no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de vial del parámetro de calibración. ¡La nueva prueba falló!	Teste %1 Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do frasco do parâmetro de calibração, falha na reexecução!	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de flacon du paramètre de calibration, échec du retest !	
1941	项目%1没有可用默认定标参数，重测失败！	Item %1 No default calibration parameter available, retest failed!		El artículo %1 no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible. ¡La nueva prueba falló!	Teste %1 Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível, falha na reexecução!	L'item %1: Pas de paramètre de calibration par défaut disponible, échec du retest !	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1942	项目%1的L的范围应为11到反应区间终点。	The range of L for item %1 shall be 11 to reaction interval end point.		El rango de L para el artículo %1 debe ser 11 hasta el punto final del intervalo de reacción.	A faixa de L para o teste %1 deve ser 11 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de L d'item %1 est comprise entre 11 et le point final de l'intervalle de réaction.	
1943	项目%1的L的范围应为23到反应区间终点。	The range of L for item %1 shall be 23 to reaction interval end point.		El rango de L para el artículo %1 debe ser de 23 al punto final del intervalo de reacción.	A faixa de L para o teste %1 deve ser 23 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de L d'item %1 doit être comprise entre 23 et le point final de l'intervalle de réaction.	
1944	项目%1的M的范围应为11到反应区间终点。	The range of M for item %1 shall be 11 to reaction interval end point.		El rango de M para el artículo %1 será de 11 hasta el punto final del intervalo de reacción.	A faixa de M para o teste %1 deve ser 11 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de valeurs de M d'item %1 est comprise entre 11 et la fin de l'intervalle de réaction.	
1945	项目%1的M的范围应为23到反应区间终点。	The range of M for item %1 shall be 23 to reaction interval end point.		El rango de M para el ítem %1 será de 23 al punto final del intervalo de reacción.	A faixa de M para o teste %1 deve ser 23 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de M d'itemt %1 doit être comprise entre 23 et le point final de l'intervalle de réaction.	
1946	项目%1的N的范围应为11到反应区间终点。	The range of N for item %1 shall be 11 to reaction interval end point.		El rango de N para el artículo %1 será de 11 hasta el punto final del intervalo de reacción.	A faixa de N para o teste %1 deve ser 11 até o ponto final do intervalo de reação	La valeur de Nd'item %1 doit être comprise entre 11 et la fin de l'intervalle de réaction.	
1947	项目%1的N的范围应为23到反应区间终点。	The range of N for item %1 shall be 23 to reaction interval end point.		El rango de N para el artículo %1 será de 23 al punto final del intervalo de reacción.	A faixa de N para o teste %1 deve ser 23 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de N d'item %1 doit être comprise entre 23 et le point final de l'intervalle de réaction.	
1948	项目%1的P的范围应为11到反应区间终点。	The range of P for item %1 shall be 11 to reaction interval end point.		El rango de P para el artículo %1 será de 11 hasta el punto final del intervalo de reacción.	A faixa de P para o teste %1 deve ser 11 até o ponto final do intervalo de reação	La valeur de P d'item %1 doit être comprise entre 11 et la fin de l'intervalle de réaction.	
1949	项目%1的P的范围应为23到反应区间终点。	The range of P for item %1 shall be 23 to reaction interval end point.		El rango de P para el artículo %1 debe ser 23 hasta el punto final del intervalo de reacción.	A faixa de P para o teste %1 deve ser 23 até o ponto final do intervalo de reação	La plage de P d'item %1 doit être comprise entre 23 et le point final de l'intervalle de réaction.	
1950	项目%1的R1空白吸光度范围下限不能大于上限。	The lower limit of R1 blank absorbance range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de absorbancia del blanco R1 para el artículo %1 no debe ser mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de absorbância do branco R1 para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage d'absorbance du blanc R1 d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1951	项目%1的主波长和次波长不允许相同！	The dominant wavelength and sub-wavelength of item %1 are not allowed to be the same!		¡No se permite que la longitud de onda dominante y la sublongitud de onda del artículo %1 sean iguales!	Os comprimentos de onda primario e secundario do teste %1 não podem ser os mesmos	La longueur d'onde dominante et la sous-longueur d'onde de L'item %1 ne doivent pas être les mêmes !	

序号	中文	英语	英语 (全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1952	项目%1的危急值范围下限不能大于上限。	The lower limit of critical value range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de valores críticos para el artículo %1 no debe ser mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de valor critico para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage de valeurs critiques d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1953	项目%1的反应度范围下限不能大于上限。	The lower limit of reactivity range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de reactividad para el ítem %1 no será mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de reatividade para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage de réactivité d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1954	项目%1的反应终点的范围应为%2到%3。	The range of reaction end point for item %1 shall be %2-%3.		El rango del punto final de la reacción para el artículo %1 será %2-%3.	O ponto final de resposta para o teste %1 deve variar de %2 a %3	La plage du point final de la réaction de l'item %1 doit être %2-%3.	
1955	项目%1的反应起点不能大于反应终点。	The reaction start point of item %1 cannot be later than the reaction end point.		El punto de inicio de la reacción del artículo %1 no puede ser posterior al punto final de la reacción.	O ponto inicial da reação do teste %1 não pode ser maior que o ponto final da reação	Le point de départ de la réaction d'item %1 ne peut être postérieur au point final .	
1956	项目%1的反应起点的范围应为%2到%3。	The range of reaction start point for item %1 shall be %2-%3.		El rango del punto de inicio de la reacción para el elemento %1 será %2-%3.	O ponto de partida da resposta para o teste %1 deve variar de %2 a %3	La plage du point de départ de la réaction de l'item %1 doit être %2-%3.	
1957	项目%1的工作液吸光度范围下限不能大于上限。	The lower limit of working solution absorbance range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de absorbancia de la solución de trabajo para el artículo %1 no debe ser mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de absorbância da solução de trabalho para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage d'absorbance de la solution de travail d'itemt %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1958	项目%1的底物耗尽限要大于0。	The substrate depletion limit for item %1 shall be greater than 0.		El límite de agotamiento del sustrato para el artículo %1 será mayor que 0.	O limite de esgotamento do substrato para o teste %1 deve ser maior que 0	La limite d'épuisement du substrat d'item %1 doit être supérieure à 0.	
1959	项目%1的混合空白吸光度范围下限不能大于上限。	The lower limit of the mixed blank absorbance range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de absorbancia del blanco mixto para el artículo %1 no debe ser mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de absorbância do branco misto para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage d'absorbance du blanc mélangé d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1960	项目%1的空白反应度范围下限不能大于上限。	The lower limit of blank reactivity range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango de reactividad del blanco para el artículo %1 no deberá ser mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa de reatividade do branco para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage de réactivité du blanc d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1961	项目%1的空白时间范围应为： 反应启动前%2到%3 反应启动后%4到%5。	The blank time range for item %1 should be: before the start of reaction %2~%3; after start of reaction %4~%5.		El intervalo de tiempo de blanco para el artículo %1 debe ser: antes del inicio de la reacción %2~%3; después del inicio de la reacción %4~%5.	O intervalo de tempo em branco para o teste %1 deve ser: %2 a %3 antes do inicio da reação e %4 a %5 após o inicio da reação	La plage de temps à blanc d'item %1 doit être:%2~%3 avant le démarrage de la réaction et %4~%5 après le démarrage.	
1962	项目%1的空白终点不能大于或等于反应起点。	The blank end point for item %1 cannot be later than or equal to the reaction start point.		El punto final en blanco para el artículo %1 no puede ser posterior o igual al punto de inicio de la reacción.	O final em branco do teste %1 não pode ser maior ou igual ao ponto inicial da reação	Le point de fin du blanc d'item %1 ne peut pas être postérieur ou égal au point de départ de la réaction.	
1963	项目%1的空白终点的范围为%2到%3。	The range of blank end point for item %1 is %2~%3.		El rango del punto final de blanco para el artículo %1 será %2~%3	O intervalo de ponto final em branco para o teste %1 é %2~%3	La plage du point final du blanc d'item %1 est %2~%3.	
1964	项目%1的空白终点的范围应为%2到%3。	The range of blank end point for item %1 shall be %2~%3.		El rango del punto final de blanco para el artículo %1 será %2~%3	O ponto final em branco do teste %1 deve variar de %2 a %3	La plage du point final du blanc d'item %1 doit être %2~%3.	
1965	项目%1的空白终点的范围应为%2到%3或%4到%5。	The range of blank end point for item %1 shall be %2~%3 or %4~%5.		El rango del punto final de blanco para el artículo %1 será %2~%3 o %4~%5.	O ponto final em branco do teste %1 deve variar de %2 a %3 ou %4 a %5	La plage du point final du blanc de l'item %1 doit être de %2~%3 ou %4~%5.	
1966	项目%1的空白起点不能大于空白终点。	The blank start point for item %1 cannot be later than the blank end point.		El punto de inicio en blanco para el artículo %1 no puede ser posterior al punto final en blanco.	O ponto inicial em branco do teste %1 não pode ser maior que o ponto final em branco.	Le point de départ du blanc d'item %1 ne peut pas être postérieur au point de fin vide.	
1967	项目%1的空白起点的范围为%2到%3。	The range of blank start point for item %1 is %2~%3.		El rango del punto de inicio de blanco para el artículo %1 será %2~%3	O intervalo do ponto inicial em branco para o teste %1 é %2~%3	La plage de point de départ du blanc d'item %1 est %2~%3.	
1968	项目%1的空白起点的范围应为%2到%3。	The range of blank start point for item %1 shall be %2~%3.		El rango del punto de inicio de blanco para el artículo %1 será %2~%3	O ponto inicial em branco do teste %1 deve variar de %2 a %3	La plage de point de départ du blanc d'item %1 doit être %2~%3.	
1969	项目%1的空白起点的范围应为%2到%3或%4到%5。	The range of blank start point for item %1 shall be %2~%3 or %4~%5.		El rango del punto de inicio de blanco para el artículo %1 será %2~%3 o %4~%5.	O intervalo do ponto inicial em branco para o teste %1 deve ser %2 a %3 ou %4 a %5	La plage du point de départ du blanc de l'item %1 doit être de %2~%3 ou %4~%5.	
1970	项目%1的线性范围下限不能大于上限。	The lower limit of linear range for item %1 shall not be greater than the upper limit.		El límite inferior del rango lineal para el artículo %1 no será mayor que el límite superior.	O limite inferior da faixa linear para o teste %1 não deve ser maior que o limite superior	La limite inférieure de la plage linéaire d'item %1 ne doit pas être supérieure à la limite supérieure.	
1971	项目%1空白时间的上限不能为空。	The upper limit for item %1 blank time cannot be empty.		El límite superior para el artículo %1 tiempo en blanco no puede estar vacío.	O limite superior para o teste %1 tempo de branco não pode estar vazio	La limite supérieure du temps à vide de l'item %1 ne peut pas être vide.	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1972	项目%1空白时间的下限不能为空。	The lower limit for item %1 blank time cannot be empty.		El límite inferior para el artículo %1 tiempo en blanco no puede estar vacío.	O limite inferior para o teste %1 tempo de branco não pode estar vazio	La limite inférieure du temps à vide de l'item %1 ne peut pas être vide.	
1973	项目%1试剂1状态异常，重测失败！	Item %1 Reagent 1 in abnormal state, retest failed!		El reactivo 1 del artículo %1está en estado anormal, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 Reagente 1 está anormal, falha na reexecução	Item %1 R1 dans un état anormal, échec du retest !	
1974	项目%1试剂2状态异常，重测失败！	Item %1 Reagent 2 in abnormal state, retest failed!		El reactivo 2 del artículo %1está en estado anormal, ¡la nueva prueba falló!	Teste %1 Reagente 2 está anormal, falha na reexecução	Item %1 R2 dans un état anormal, échec du retest !	
1975	项目全称	FN/Ite	Full name of item	Nom.Com	N/C IT	Nom/Ite	
1976	项目全称	FN/Ite	Full name of item	Complet	N/C IT	Nom/Ite	
1977	项目全称	Full name of item		Nombre completo del artículo	N/C IT	Nom complet de l'item	
1978	项目全称不能为空！	The full name of item cannot be empty!		¡El nombre completo del artículo no puede estar vacío!	Nome completo não pode estar vazio!	Le nom complet de l'item ne peut pas être vide !	
1979	项目全称与已有项目重复！	The full name of item is a duplicate of the existing item!		¡El nombre completo del artículo es un duplicado del artículo existente!	Item nome completo já existente!	Le nom complet de l'item est un double de l'item existant !	
1980	项目列表	Item List		Lista de art.	Lista de Item	Liste d'item	
1981	项目列表	Item List		Lista de artículo	Lista de Item	Liste d'item	
1982	项目参数缺失：项目简称。	Item parameter missing: Item abbreviation.		Falta de parámetro del artículo %1: abreviatura del artículo	Parametro do teste ausente: abreviação do teste	Paramètre d'item perdu : abréviation de l'item.	
1983	项目参数错误：项目简称长度不能超过255个字符。	Item parameter error: The length of item abbreviation cannot exceed 255 characters.		Error de parámetro del artículo %1: la abreviatura del artículo no puede superar los 255 caracteres.	Erro de parâmetro do teste: o comprimento da abreviação do teste não pode exceder 255 caracteres	Erreur de paramètre d'item: la longueur de l'abréviation d'item ne peut pas dépasser 255 caractères.	
1984	项目可测数	Meas Ite	Number of measurable items	NºArtMe	Nro Ite	Item mes	
1985	项目名称	Item Name		Nombre.	Item	Item	
1986	项目名称	Item		Art.	Item	Item	
1987	项目名称：	Item:		Artículo:	Item:	Item :	
1988	项目名称不能为空。	Item name should not be empty.		El nombre del artículo no puede ser nulo.	Nome do teste não deve estar vazio.	Entrez le nom d'item.	
1989	项目名称不能为空！	Item cannot be empty!		¡El artículo no puede estar vacío!	Item não pode estar vazio!	L'item ne peut pas être vide!	
1990	项目名称与已有项目重复！	Item is a duplicate of an existing item!		¡El artículo es un duplicado de un artículo existente!	Nome do item existente!	Le nom de l'item est le même qu'un item existant!	
1991	项目属性	Ite Atrbt	Item attribute	ArtAtrb	Atriblte	Attribut	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
1992	项目打印顺序	Sequence		Secuencia	Sequenc	Séquence	
1993	项目打印顺序	Sequence		Orden	Sequenc	Séquence	
1994	项目排序	Item Seq.		Sec art	SeqItens	S d'item	
1995	项目排序	Sequence		Sec art	Sequenc	Séquence	
1996	项目无反应度数据，无法重算！	Item has no reactivity data and cannot be recalculated!		¡El artículo no tiene datos de reactividad y no se puede volver a calcular!	O item não tem dados de reatividade e não pode ser recalculado!	L'item n'a pas de données de réactivité, échec du recalcul !	
1997	项目未关联当前盘定标液	Item is not associated with current tray calibrator.		El artículo no está asociado con el calibrador de bandeja actual.	O teste não está associado ao calibrador do disco atual	L'item n'est pas associé au calibrateur de plateau actuel.	
1998	项目未关联当前质控品	Item is not associated with current QC		El artículo no está asociado con el Control de Calidad actual	O item não está associado ao QC atual	L'item n'est pas associé au CQ actuel	
1999	项目未关联质控液%1	Item not associated with QC %1		El artículo no está asociado con el Control de Calidad %1	Item não associado ao QC %1	L'item n'est pas associé au CQ %1	
2000	项目未装载同批试剂	Item is not loaded with same batch of reagents.		El artículo no se carga con el mismo lote de reactivos.	Item não está carregado com o mesmo lote de reagente	L'item n'est pas chargé avec le même lot de réactifs.	
2001	项目未装载试剂	Item is not loaded with reagents.		El artículo no está cargado con reactivos.	Item não carregado com reagente	L'item n'est pas chargé de réactifs.	
2002	项目未装载试剂1	Item is not loaded with Reagent 1.		El artículo no está cargado con el reactivo 1.	Item não está carregado com reagente 1	L'item n'est pas chargé avec le réactif 1.	
2003	项目未装载试剂2	Item is not loaded with Reagent 2.		El artículo no está cargado con el reactivo 2.	Item não está carregado com reagente 2	L'item n'est pas chargé avec le réactif 2.	
2004	项目未装载试剂或未定标	Item is not loaded with reagents or not calibrated.		El artículo no está cargado con reactivos o no está calibrado.	O teste não esta carregado com reagentes ou não esta calibrado	L'item n'est pas chargé de réactifs ou n'est pas calibré.	
2005	项目未设置均值和标准差	Item is not set with M and SD.		El artículo no está configurado con M y SD.	O item não esta definido com M e SD	L'item n'est pas défini avec M et SD.	
2006	项目未选择！	Item not selected!		¡Artículo no seleccionado!	Item Não selecionado!	Item non sélectionné!	
2007	项目正在测试，不可修改项目参数！	Item is under test. Item parameters cannot be modified!		El artículo está bajo prueba. ¡ Los parámetros del artículo no se pueden modificar!	Item em teste. Parametros não pode ser modificado!	L'item est en cours de test. Il ne permet pas de modifier les paramètres d'item !	
2008	项目正在测试，禁止删除！	The item is being tested and shall not be deleted!		El artículo se está probando y no se puede borrar.	O teste esta sendo executado e não deve ser apagado!	L'item en cours de test, il ne permet pas de le supprimer !	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
2009	项目没有可用默认定标参数	Item has no default calibration parameter available.		El artículo no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible.	Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível	L'item n'a aucun paramètre de calibration par défaut disponible.	
2010	项目没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数批号不匹配	Item has no default calibration parameter available or the default reagent does not match the batch number of the calibration parameter.		El artículo no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de lote del parámetro de calibración.	Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do lote do parâmetro de calibração	L'item n'a aucun paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de lot du paramètre de calibration.	
2011	项目没有可用默认定标参数或默认试剂与定标参数瓶号不匹配	Item has no default calibration parameter available or the default reagent does not match the vial number of the calibration parameter.		El artículo no tiene ningún parámetro de calibración predeterminado disponible o el reactivo predeterminado no coincide con el número de vial del parámetro de calibración.	Nenhum parâmetro de calibração padrão disponível ou o reagente padrão não corresponde ao número do frasco do parâmetro de calibração	L'item n'a aucun paramètre de calibration par défaut disponible ou le réactif par défaut ne correspond pas au N° de flacon du paramètre de calibration.	
2012	项目浓度修改未保存，是否保存？	Item concentration modification is not saved. Save?		La modificación de la concentración del artículo no se guarda. ¿Guardar?	A modificação da concentração do teste não foi salva.Salvar?	Modification de la concentration d'item non enregistrée. Enregistrer ?	
2013	项目申请列表	Item App. List	Item application list	ListaSoli.Art.	Lista item app	Ls d'apl d'ite	
2014	项目申请列表	Item App. List	Item application list	ListaSolArt.	Lista item app	Ls d'apl d'ite	
2015	项目简称	Ite Abb	Item abbreviation	Abrevia.	Ite abrv	Abv/Item	
2016	项目简称	Item abbreviation		Abrevia.	Ite abrv	Abréviation de l'item	
2017	项目简称不能为空！	Item abbreviation cannot be empty!		¡La abreviatura del artículo no puede estar vacía!	Abreviação não pode estar vazia!	L'abréviation de l'item ne peut pas être vide !	
2018	项目简称与已有项目重复！	Item abbreviation is a duplicate of an existing item!		¡La abreviatura del artículo es un duplicado de un artículo existente!	Item abreviação já existente!	L'abréviation d'item est un double d'un item existant !	
2019	项目设置	I. Setup	Item Setup	Artícul	Confíte	Cf/Ite	
2020	项目设置	Item Setup		Config de art	Confíte	Config. de l'item	
2021	项目试剂1状态异常	R1 is in abnormal state		R1 está en estado anormal	R1 está anormal	R1 dans un état anormal	
2022	项目试剂2状态异常	R2 is in abnormal state		R2 está en estado anormal	R2 está anormal	R2 dans un état anormal	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
2023	项目试剂定标类型	Item reagent calibration type		Tipo de calibración de reactivo de artículo	Tipo de calibração do teste	Type d'item de cal du réactif	
2024	项目还未测试，获取反应曲线数据失败！	The item has not been tested and the acquisition of the reaction curve data failed!		¡El artículo no ha sido probado y la adquisición de los datos de la curva de reacción falló!	O teste não foi executado e a aquisição da curva de reação falhou!	L'item n'a pas été testé. É chec d'obtention des données des courbes de réaction !	
2025	项目选项修改未保存，是否离开？	Item option changes are not saved. Leave?		Los cambios de opciones de artículos no se guardan. ¿Salir?	As alterações de opção de item não são salvas.Sair?	La modification des options d'item non enregistrée. Quitter ?	
2026	项目顺序	Sequence		Sec	Sequenc	Séquence	
2027	项目顺序未保存，是否切换？	Item sequence not saved. Switch?		Secuencia de artículos no guardada. ¿Cambiar?	Sequencia de item não salva. Mudar?	La séquence d'item non enregistrée. Continuer ?	
2028	项目：	Item:		Art.:	Item:	Item :	
2029	预置模板不存在！	The preset template does not exist!		¡La plantilla predeterminada no existe!	O modelo predefinido não existe!	Le modèle prédéfini n'existe pas!	
2030	预览	Preview		Previsto	Previa	Prévis.	
2031	高于危急值上限	Above UL of CV	Above the upper limit of critical value	Sup val crí	AC LM SU VC	> LS de VC	
2032	高于参考范围上限	Above UL of RR	Above the upper limit of reference range	Sup rang ref	AC LM SU IN	> LS de PDR	
2033	高温	High		Alto	Alta	Haut	
2034	高温阈值	High Temperature Threshold		Umbral de temp. alta	Limite de temp alta	Seuil de T°c élevé	
2035	高速模式下，不可做稀释申请！	Dilution application can not be made in high-speed mode!		La aplicación de dilución no se puede realizar en modo de alta velocidad.	A aplicação de diluição não pode ser feita no modo de alta velocidade!	L'application de la dilution ne peut pas être faite en mode haute vitesse !	
2036	高速模式下，不可对项目做稀释申请！	Dilution application for item can not be made in high-speed mode!		La solicitud de dilución del artículo no se puede realizar en modo de alta velocidad.	A aplicação de diluição para o item não pode ser feita no modo de alta velocidade!	Il ne permet pas d'effectuer l'application d'item en mode haute vitesse!	
2037	高速模式不能申请双试剂项目	Dual-reagent item may not be submitted in high-speed mode.		No se puede solicitar artículos de reactivo doble en modo de alta velocidad	Bireagente não pode ser executado no modo de alta velocidade	L'item à double réactifs ne peut pas être faite en mode haute vitesse !	
2038	高速模式不能申请双试剂项目！	Dual-reagent item may not be submitted in high-speed mode!		¡No se puede solicitar artículos de reactivo doble en modo de alta velocidad!	O item de reagente duplo não pode ser enviado no modo de alta velocidade	L'item à double réactifs ne peut pas être faite en mode haute vitesse !	
2039	黄疸 (I)	Icterus (I)		Icterus (I)	Icterícia(I)	Ictère (I)	
2040	黄疸 (I)	Icterus (I)		Icterus(I)	Icterícia(I)	Ictère (I)	
2041	默认	Default		Prede.	Padrão	P défaut	
2042	默认	Default		Predete.	Padrão	P défaut	

序号	中文	英语	英语(全写)	西班牙语	葡萄牙语	法语	俄语
2043	默认定标方式	Default Calibration Mode		Modo de cal. predeterminado	Met Calibracao padrao	Mode de calibrage par défaut	
2044	默认审核者	D. Reviewer	Default Reviewer	Insp. pred	Revi. Pad.	Réviseur pdt	
2045	默认审核者	Default Reviewer		InspectorPred	Revi. Pad.	Réviseur pdt	
2046	默认打印机	Default Printer		ImprePrede	Pad Imp	Imprmt rdt	
2047	默认打印模板未设置或文件丢失!	Default print template is not set or file missing!		La plantilla de impresión predeterminada no está configurada o se pierde un archivo.	O modelo de impressão padrão não está definido ou o arquivo está faltando!	Le modèle d'impression par défaut n'est pas défini ou le fichier est perdu !	
2048	默认样本类型	Default ST	Default sample type	Mues pred	Pad TP Am	Tp/éch pdt	
2049	默认检验医师	D. Exa Phys	Default examination physician	Exa. Pred.	Exam. Pad.	Méd exam pdt	
2050	默认检验者	Default Exa Phys		Examdr pred	Exam. Pad.	Méd exam pdt	
2051	默认测试方式	Default Test Mode		Modo de prueba predeterminado	Met Teste Padrao	Mode de test par défaut	
2052	默认结果	D. Res.	Default Results	Rdo Pre	Res Pad	RésIt PDT	
2053	默认结果	Default Results		Rdo prede	Res Pad	RésIt PDT	
2054	LIS主机通讯地址	LIS h Com. Add	LIS host com. Address	LIS h com.Dir.	EnCoHostLIS	LIS h Com. Add	
2055	LIS通讯处理	LIS Com. P	LIS com. Processing	Proc LIS	PrComLIS	Com./LIS	
2056	不发送超出线性范围的测试结果	TR beyond the linear range is not sent	Test result beyond the linear range is not sent	No envíe rdo pba más allá de rgo lin	Não env res de teste fora faixa lin	Rés. au-delà de plg liné. non envoyé	
2057	LIS发送	LIS	LIS Send	LIS	LIS	Envoyer LIS	