



Instalações de Oeiras



Laboratório de Metrologia



Relatório de Ensaio

Relatório N.º : EANL867/25

Página 1 de 1

Equipamento

Detetor de Gases Refrigerados

Marca: Testo
Modelo: 316-3
Nºident.: 631009934
Nº série: 1843 0929
Indicação: Luminosa e Sonora

Cliente

#ATM ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO SA

VIA NORTE TRADE CENTER AV DOM MENDO 132 SALA 204
4470-038

Data de Ensaio

2025/12/02

Condições Ambientais

Temperatura (°C): (22,5 ± 2,5) °C Humidade (%): (50 ± 20) %

Procedimento

PO.M - DM/GÁS 029, Rev 01 / Norma EN 14624 : 2020 (8.2 ; 8.3 e 8.5)

Rastreabilidade

Fuga de Referência ID. LA018, com certificado de calibração nº 18/25 rastreada a unidades do SI.
Fuga de Referência ID. LA019, com certificado de calibração nº 29/24 rastreada a unidades do SI.
Fuga de Referência ID. LA020, com certificado de calibração nº 39/24 rastreada a unidades do SI.
Termohigrobarómetro com nº Identificação LA042, rastreado ao ISQ-Labmetro.
Cronómetro com nº Identificação LA015, rastreado ao ISQ-Labmetro.
Braço deslizante com nº de identificação, LA081 rastreado ao ISQ-Labmetro

Local do Serviço

Laboratório de Metrologia - Oeiras

Estado do equipamento

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Resultados

Tempo de reação (s)	0,56 ± 0,14	Resultado Final	
Valor nominal (g/ano)		Ensaio Estático	Ensaio Dinâmico
3		Conforme	Conforme
5		Conforme	Conforme
10		Conforme	Conforme

Observações:

O valor nominal da fuga de referência cumpre os requerimentos da EN 14624.
As fugas de referência têm uma incerteza expandida de 3%.
O fluido frigorigéneo utilizado para a realização dos ensaios foi R-134a.
A incerteza expandida apresentada face ao tempo de reação está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão k=2,05, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%.

Elaborado por

Responsável pela validação