


### VISTA FRONTAL 2:1





### VISTA LATERAL (principal) 2:1




### CORTE B-B (plano medio) 2:1





### CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1





(se muestra sólo la parte superior)

### DETALLE C: RANURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1




corte a z = -14,7 en la ranura trasera del cable · la del gancho es igual
se cierra sola porque la funda abraza el equipo

### VISTA SUPERIOR 2:1




### TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

| Talle | Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda) |
|---|---|
| XS | Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere |
| S/M | Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000) |
| M/L Naída | Advanced Bionics Naída CI M90 |
| **M/L Sonnet** | **MED-EL SONNET 2** |

### NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana ePTFE o poliéster tratado en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (432 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca.
   Asoma por la boca (mm) · MED-EL SONNET 2: única 4,0
5. Colocación tipo media, con gancho y cable puestos: se pasa el gancho por su agujero (ranura corta) y se baja la boca sobre el procesador; el cable de la bobina entra por la ranura trasera. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

**GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA**

## FUNDA A · MALLA HIDROFÓBICA · TALLE M/L SONNET

| | |
|---|---|
| Referencia: MED-EL SONNET 2 | Masa: 2,63 g (silicona) |
| Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE | Fecha: 16/10/2026 |
| Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm | Hoja 4 de 5 |