

NÚCLEO: NUCEA

ÁREA: LABORATÓRIO DE
MEDIDAS ELÉTRICAS - LME

CC N.º: 10879/2015

1 de 3

Laboratório de calibração acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, Sob o N.º: 195

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N.º PROCESSO:	9722	ENTRADA/SAÍDA N.º:	4498
CLIENTE:	NUTEC		
ENDEREÇO DO CLIENTE:	Rua Professor Rômulo Proença, S/N – Fortaleza/CE		
NATUREZA DO SERVIÇO:	Calibração		
OBJETO DO SERVIÇO:	Década Resistiva		



1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO SERVIÇO

1.1 – DESCRIÇÃO

Instrumento: Década Resistiva
Modelo: 2793-01
Data da Calibração: 13/05/2015

Fabricante: Yokogawa
Nº Série: 51FT0026

Código: 1973

1.2 – CARACTERÍSTICAS

Instrumento analógico;
Funções: Resistência.

2 – CONDIÇÕES GERAIS

2.1 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura (°C): 23 ± 2 Umidade (%): 60 ± 20

2.2 – DESCRIÇÃO DO(S) PADRÃO(ÕES)

Instrumento	Marca	Modelo	Série	Certificado Nº	Validade
Multímetro Digital	Fluke	8508A	963156094	INMETRO/DIMCI-1092/14	Abr/16

2.3 – PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Nº(s): POT12 – LME/V14.

O instrumento foi calibrado através de medição direta (leitura direta) do(s) padrão(ões) de trabalho do NUTEC, o(s) qual(is) foi(ram) calibrado(s) pelo padrão de referência do NUTEC e rastreado aos padrões do INMETRO. Para cada ponto calibrado foram realizadas quatro medições obtidas no padrão.

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e aplicam-se tão somente ao objeto do serviço.

Sua reprodução para outros fins só poderá ser feita de forma integral, sem nenhuma alteração.

NÚCLEO: NUCEA

ÁREA: LABORATÓRIO DE
MEDIDAS ELÉTRICAS - LME

CC N.º: 10879/2015

2 de 3

Laboratório de calibração acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, Sob o N.º: 195

3 – RESULTADOS

Os resultados da calibração estão discriminados nas tabelas abaixo, apresentando a seguinte nomenclatura:

VI – Valor indicado pelo instrumento

VC – Valor convencional

A incerteza expandida de medição relatada “ $U_{95\%}$ ” é declarada como a incerteza padrão combinada multiplicada pelo fator de abrangência “ k ”, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos “ v_{eff} ” corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. As incertezas padrão de medição foram determinadas de acordo com o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição – GUM 2008”.

RESISTÊNCIA

FAIXA	VI (Ω)	VC (Ω)	$U_{95\%}(\Omega)$	k	v_{eff}
10 Ω	1	1,00118	0,00014	2,00	Infinito
	2	2,00214	0,00046	2,00	Infinito
	3	3,00161	0,00058	2,00	Infinito
	4	4,00099	0,00069	2,00	Infinito
	5	5,00077	0,00081	2,00	Infinito
	6	6,00077	0,00093	2,00	Infinito
	7	7,0006	0,0010	2,00	Infinito
	8	8,0010	0,0012	2,00	Infinito
	9	9,0012	0,0013	2,00	Infinito
	10	10,0013	0,0014	2,00	Infinito

FAIXA	VI (Ω)	VC (Ω)	$U_{95\%}(\Omega)$	k	v_{eff}
100 Ω	10,1	10,1027	0,0014	2,00	Infinito
	20,1	20,1037	0,0028	2,00	Infinito
	30,1	30,1043	0,0030	2,00	Infinito
	40,1	40,1047	0,0032	2,00	Infinito
	50,1	50,1033	0,0035	2,00	Infinito
	60,1	60,1040	0,0037	2,00	Infinito
	70,1	70,1003	0,0039	2,00	Infinito
	80,1	80,1014	0,0042	2,00	Infinito
	90,1	90,0989	0,0044	2,00	Infinito
	100,1	100,1002	0,0046	2,00	Infinito

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e aplicam-se tão somente ao objeto do serviço.

Sua reprodução para outros fins só poderá ser feita de forma integral, sem nenhuma alteração.

NÚCLEO: NUCEA

ÁREA: LABORATÓRIO DE
MEDIDAS ELÉTRICAS - LME

CC N.º: 10879/2015

3 de 3

Laboratório de calibração acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, Sob o N.º: 195

FAIXA	VI (Ω)	VC (Ω)	U _{95%} (Ω)	k	V _{eff}
1000 Ω	100,1	100,0976	0,0046	2,00	Infinito
	200,1	200,0939	0,0046	2,00	Infinito
	300,1	300,1209	0,0059	2,00	Infinito
	400,1	400,1183	0,0071	2,00	Infinito
	500,1	500,1300	0,0082	2,00	Infinito
	600,1	600,1234	0,0093	2,00	Infinito
	700,1	700,153	0,011	2,00	Infinito
	800,1	800,147	0,012	2,00	Infinito
	900,1	900,145	0,013	2,00	Infinito
	1000,1	1000,138	0,014	2,00	Infinito

Fortaleza, 13 de maio de 2015

Leo Fontoura Vidal
Técnico do Laboratório

Leo Fontoura Vidal
Engº. Eletricista
Lab. de Medidas Elétricas - LME
NUMEE/NUTEC

Ana Rosa
Responsável Técnico
ANA ROSA PONTE SALES
Engº. Eletricista - CREA 06009106-1
Lab. de Medidas Elétricas - LME
NUMEE / NUTEC

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e aplicam-se tão somente ao objeto do serviço.

Sua reprodução para outros fins só poderá ser feita de forma integral, sem nenhuma alteração.