TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DIMENSIONAL - RELÓGIO APALPADOR - Posição A

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de calibração

Condições Ambientais	**Nº Certificado:**
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Ciclo 1			Ciclo 1			Ciclo 1		
Testado	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 14

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( ) Rastreável

Padrões Utilizados:

☐ IP 91 - Calibrador de Relógio

Observações:	**Mês Preferencial definido pelo Cliente:**

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DIMENSIONAL - RELÓGIO APALPADOR - 0 - 0,14

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de calibração

Condições Ambientais	**Nº Certificado:**
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Ciclo 1			Ciclo 2			Ciclo 3		
Testado	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**
0.00			**0.00**			**0.00**		
0.02			**0.02**			**0.02**		
0.04			**0.04**			**0.04**		
0.06			**0.06**			**0.06**		
0.08			**0.08**			**0.08**		
0.10			**0.10**			**0.10**		
0.12			**0.12**			**0.12**		
0.14			**0.14**			**0.14**		

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 14

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( ) Rastreável

Padrões Utilizados:

☐ IP 91 - Calibrador de Relógio

Observações:	**Mês Preferencial definido pelo Cliente:**

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DIMENSIONAL - RELÓGIO APALPADOR - 0 - 0,2

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de calibração

Condições Ambientais	**Nº Certificado:**
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Ciclo 1			Ciclo 2			Ciclo 3		
Testado	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**	**Testado**	**Avanço**	**Retorno**
0.00			**0.00**			**0.00**		
0.02			**0.02**			**0.02**		
0.04			**0.04**			**0.04**		
0.06			**0.06**			**0.06**		
0.08			**0.08**			**0.08**		
0.10			**0.10**			**0.10**		
0.12			**0.12**			**0.12**		
0.14			**0.14**			**0.14**		
0.16			**0.16**			**0.16**		
0.18			**0.18**			**0.18**		
0.20			**0.20**			**0.20**		

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 14

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( ) Rastreável

Padrões Utilizados:

☐ IP 91 - Calibrador de Relógio

Observações:	**Mês Preferencial definido pelo Cliente:**

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DIMENSIONAL - RELÓGIO APALPADOR - 0 - 0,8

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de calibração

Condições Ambientais	**Nº Certificado:**
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Ciclo 1		
Testado	**Avanço**	**Retorno**
0.00		
0.10		
0.20		
0.30		
0.40		
0.50		
0.60		
0.70		
0.80		

Ciclo 2		
Testado	**Avanço**	**Retorno**
0.00		
0.10		
0.20		
0.30		
0.40		
0.50		
0.60		
0.70		
0.80		

Ciclo 3		
Testado	**Avanço**	**Retorno**
0.00		
0.10		
0.20		
0.30		
0.40		
0.50		
0.60		
0.70		
0.80		

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 14

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( ) Rastreável

Padrões Utilizados:

☐ IP 91 - Calibrador de Relógio

Observações:	**Mês Preferencial definido pelo Cliente:**