

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 15:50

Perdas de Fixação: 5/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 55

Erros Falsos POS: 28 % xx

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:48

Fóvea: OFF



4	5	4	9
5	5	4	4 4 3
6	5	5	6 4 2 4 4
8	5	5	6 5 4 3 2
6	5	5	5 5 2 3 2
4	4	3	4 3 2 3 4
5	4	4	3 3 2
6	6	6	8

-2	-1	-2	3
-1	-1	-1	-1 -2 -3
1	0	0	0 -2 -3 -2 -2
2	-1	-1	0 -1 -2 -2 -4
0	-1	-1	-1 -1 -4 -3 -4
-2	-2	-2	-1 -3 -4 -3 -2
0	-2	-1	-2 -3 -4
0	0	0	2

\*\*\* Excessive High False Positives \*\*\*

GHT


Alta Sensibilidade Anormal

VFI 99%


MD +4.31 dB

PSD 1.46 dB

Desvio Total



Modelo de Desvio



:: &lt; 5%

⊠ &lt; 2%

⊞ &lt; 1%

■ &lt; 0.5%