

### Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 30-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:41

Perdas de Fixação: 7/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 55

Erros Falsos POS: 54 % xx

Erros Falsos NEG: 20 %

Duração do Teste: 03:18

Fóvea: OFF



			3	4		7	8		
		20	4	4		6	5	7	
	19	17	16	6		6	5	6	7
14	14	15	17	17		6	5		7
3	17	15	15	17		4	4		6
	18	18	17	6		5	4	6	9
		14	4	3		3	3	8	
			2	2		2	2		

					-14	-14	-10	-9		
				3	-13	-13	-11	-12	-10	
		1	0	-1	-11		-11	-12	-12	-10
-3	-3	-2	0	0			-11	-12		-10
-14	0	-2	-2	-1			-13	-13		-11
	0	1	0	-11			-12	-13	-11	-8
		-3	-13	-14			-15	-15	-9	
				-15	-16		-15	-15		

\*\*\* Excessive High False Positives \*\*\*

GHT


Alta Sensibilidade Anormal

VFI 89%


MD +9.41 dB

PSD 6.27 dB P < 0.5%

Desvio Total



### Modelo de Desvio



:: < 5%  
 ▨ < 2%  
 ▩ < 1%  
 ■ < 0.5%