UCS-T-0121-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)* : **SAMPIERI Y FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address):* AV. 3H ENTRE CALLE 68 Y 70 EDIF. MACAME, PISO PB OF 69-61, SECTOR BELLA ARTE, MARACAIBO. ZULIA

Nota de Recepción (NDR): 0237-25 **Fecha de Recepción:** 2025-09-03
Receipt note *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: Calibrador de Temperatura (Bloque Seco)
Instrument to calibrate

Marca: DRUCK LIMITED
Manufacturer

Modelo: DBC650TC
Model

Serial: 40826
Serial number

Código: S/C
Code

Ubicación: No Aplica
Location

Rango: (122 a 1202) °F
Range

Clase de Exactitud: ± 0,9 °F
Accuracy

Valor de división/Resolución: 0,1 °F
Scale interval

Tipo de Sensor #1: RTD PT-100 (385)
Sensor Type #1

Serial: S/S
Serial

Código: S/C
Code

Tipo de Sensor #2:
Sensor Type #2

Serial:
Serial

Código:
Code

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

Fecha de Calibración: 2025-09-10
Date of calibration

Próxima Calibración: No aplica
Date of re-calibration

Lugar de Calibración: Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.
Place of calibration

UNITED CALIBRATION SERVICES RIF: J410799889

2025-09-11

Sello *Seal* | Fecha de Emisión *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-T-0121-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: CEM-TH-001, Edición Digital 2:2019.
Procedure/Method

Temperatura Ambiental: (25,4 ± 1 °C)
Ambient Temperature

Humedad Relativa: (43,6 ± 5 %HR)
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Termómetro Digital	UCS-2001/UCS-2002	MET-LT-CC 49302	2026-04-11
Termómetro Digital	UCS-2001/UCS-2003	MET-LT-CC 49303	2026-04-11

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Apto para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Especificaciones del fabricante
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros:
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-T-0121-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Lectura del Patron	Lectura del Termometro	Corrección	U (k=2)	Conformidad
°F	°F	°F	°F	
149,753	150,0	-0,247	0,185	cumple
299,594	300,0	-0,406	0,185	cumple
449,418	450,0	-0,582	0,259	cumple
748,632	750,0	-1,368	0,259	no cumple


Notas:

a) La corrección (C) viene dado por: $C=[(t_{p1}+t_{p2})/2]-t_x$

b) La lectura real del termómetro viene dada por: $t_r=t_x+C$

t_x= Media de las lectura del termómetro
t_{p1}= Media de las lecturas del Patrón #1
t_{p2}= Lectura del Patrón #2
t_r= Lectura real del termómetro
C= Corrección

Representación gráfica



Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.