INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327259001
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGÍA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-90 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 0261-7321343- 0424-6194440-0414-6720013
Email: invermulca14@gmail.com javierodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
sencamer

Certificado N° I-VA-23-003

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: pinza voltiamperimetra	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 337	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; 8-555725	**Fecha de calibración:** 07/10/2023	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** DESCALABRADO	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	10	18	 
Voltaje	12,8	17.6	
Continuidad	Aplica	Esta directa al encender	
Ohms	15	No registra	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se comportó y mostro varias desviaciones. Se recomienda enviar a reparar.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **NO APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA C.A. INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner