INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-CT-23-004

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 10/10/2023
Equipo: CALIBRADOR DE TEMPERATURA (Thermometer)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** DRUCK LIMITED
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir la temperatura	**Modelo:** DBC650	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 40826	**Fecha de calibración:** 10/10/2023	**Patrón de Referencia:** Termómetro WEKSLER Pirómetro: EXTECH
Tolerancia; +/- 2 °C	**Fecha Próxima Calibración:** 10/10/2024	
		Rango; -45 hasta 650 °C
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** No se Observo
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** No se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN °F	LECTURA DEL EQUIPO °F	FOTO DEL EQUIPO
Termómetro	205	205.1	
Termómetro	196	198.1	
Termómetro	166	166.9	
Termómetro	126	125.3	
Termómetro	100	100	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 424 -91 COVENIN 2254-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ASTM D3276, Núm. ref. 32145500-SP Revisión A

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

DBC SERIES

DBC 150/650 Series

Druck

Dry block temperature calibrators

- Ranges from -45 to 650°C
- Rapid heating, cooling and settling
- Reads set temperature and device output simultaneously
- Measures reference probe, RTD's, T/C's, mA, mV and ohms
- Switch test, ramp, step and preset functions
- Automated calibration via RS 232



INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner