INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

Certificado N° I-OSMUL-24-005

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 23/11/2024
Equipo: OSCILOSCOPIO - MULTÍMETRO 2C23T	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FNIRSI
Descripción del Equipo: actualización 50MHz osciloscopio Digital portátil multímetro generador de señal 3 en 1 herramientas automotrices de doble canal	**Modelo:** 2C23T 2C53	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; NO SE OBSERVO	**Fecha de calibración:** 23/11/2024	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; Varia en el rango donde este	**Fecha Próxima Calibración:** 23/11/2025	
		Rango; segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
El osciloscopio adopta la arquitectura de hardware FPGA + MCU + ADC, con una frecuencia de muestreo de 50 MS/s, ancho de banda analógico de 10MHz, módulo de protección de alto voltaje incorporado, medición máxima de apoyo de la Tensión de pico de ± 400V		APLICA	 
El multímetro tiene un valor efectivo verdadero de 4 dígitos 10000 puntos y admite voltaje AC/DC y medición de corriente, así como capacitancia, resistencia, diodo, encendido/apagado y otras funciones de medición		APLICA	 
Equipado con un generador de señal de función DDS incorporado, puede emitir 7 tipos de señales de función, con una salida máxima de 2MHz para todas las señales y un paso de 1Hz; la frecuencia de salida, la amplitud y el ciclo de trabajo son ajustables.		APLICA	

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 , ISO IV , especificaciones IEC-61935-1

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido. Estas instrucciones no sólo le indican el problema, sino que también identifican las acciones correctivas que sus técnicos de pruebas pueden tomar para resolver el problema rápidamente, Usando una pantalla de visualización de alta definición del LCD de la resolución de 2,8 inch 320*240 con una batería de litio recargable incorporada de 3000mAh, el tiempo espera puede alcanzar hasta 6 H.
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT
11/2 4/11/16

Escaneado con CamScanner