INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006

Certificado N° I-TQ-24-005

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. Rif:** J-070043482	**Fecha;** 17/10/2024
Equipo: TORQUIMETRO DE 3/4"	**Lugar de la Calibración;** LABORATORIO DE INVERMULCA	**Marca:** PROTUL
Descripción del Equipo: es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como ser tornillos, tuercas o pernos	**Modelo:** 991-0008	**Código Interno;** SFT-001
	Serial; No se Observo	**Temperatura;** 25°C
Apreciación; 1 FT-LB	**Fecha de calibración:** 17/10/2024	**Patrón de Referencia:** TORQUIMETRO ANGULAR PROTO
Rango; 50 A 300 FT-LB	**Fecha Próxima Calibración:** 17/10/2025	

INSPECCIÓN VISUAL

Carcasa: Acero de herramienta	**Funcionabilidad:** Apto	**Alarmas:** No pose
Pantalla; Nonio ajustable	**Estuche:** Si se Observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

PATRON FT-LB	Lectura N° 1	Lectura N° 2	DESVIACIÓN	CONDICIÓN
50	50	54	0,4	APTO
100	103	100	0,3	APTO
150	150	150	0	APTO






NORMAS INVOLUCRADA

Normas y Procedimientos de Inspección Invermulca: GOP-PR-I-IM-01, UNE-82317, COVENIN: 2425-2000 ASME B107.14M-1994

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Ing. Javier Rodriguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT