RENSER ORIENTE C.A.
J-31259448-9


Laboratorio de Calibracion de Renser Oriente, C.A.
Av. José Antonio Anzoátegui, Conjunto Industrial Don Juan, Galpón No. 9, Barcelona, Estado Anzoátegui Telf: (0281) 2770881 Fax: (0281) 2770125 Email: info@renseroriente.net Página web: www.renseroriente.net
Sucursal: Calle 23 de Enero sector la tropicana # 123 Ciudad Ojeda Estado Zulia Telf: 0414-0922018- Email: comercialesocc@renseroriente.com.ve

Constancia de Funcionabilidad del Equipo (Equipment Functionality Certificate)	Revisión 01	Vigencia 05-12-2025
	F-L-60	

No. de Certificado (Certificate number)	CFE-2025-0006	**Fecha de Emisión** (Emission Date)	8-12-2025
Solicitante/ Cliente (Applicant/ Client)	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**		

Datos del Equipo (Team Data)

Tipo de Equipo: (Equipment Type)	Detector de Gas (Monogas)
Marca: (Brand)	DILO
Serial o Codigo: (Serial Number)	4199
Modelo: Model	3-033-R002
Codigo Interno (Internal code)	NO APLICA
Ubicación (Location)	NO APLICA



Resultados de la Prueba (Test Results)

En la siguiente tabla se indican los Parametros de la prueba de Funcionabilidad del Detector Monogas perteneciente a la empresa SAMPIERI & FORTUNATO

Gas patron	Modulo	Concentracion del Gas patron	Valor en Pantalla	RESULTADOS
CH4 %LEL	N/A	44%LEL	NO APLICA	CONFORME
CH4 %LEL	N/A	50% LEL	NO APLICA	CONFORME

Durante la verificación realizada el día 08-12-2025, se empleó material de referencia de metano (CH_4). El detector monogas SF_6 marca DILO, modelo3-033-R002, número de serie 4199, respondió de manera adecuada a la exposición, activando las alarmas visuales y sonoras según lo esperado.

Se certifica que el equipo se encuentra en condiciones de funcionabilidad y apto para su uso, dejando constancia de la metodología aplicada.

Certificado del Gas Patron: WO476902-1 Fecha de vencimiento: Octubre 2026
WO488814-2 Fecha de vencimiento: Enero 2027

Autorizado por: Efrain Rodriguez **Cargo:** Gerente General

Scanned with CamScanner

RENSER ORIENTE C.A.
J-31259448-9

Laboratorio de Calibracion de Renser Oriente, C.A.
Av. José Antonio Anzoátegui, Conjunto Industrial Don Juan, Galpón No. 9, Barcelona, Estado Anzoátegui Telf: (0281) 2770881 Fax: (0281) 2770125 Email: info@renseroriente.net Página web: www.renseroriente.net
Sucursal: Calle 23 de Enero sector la tropicana # 123 Ciudad Ojeda Estado Zulia Telf: 0414-0922018- Email: comercialesocc@renseroriente.com.ve

Constancia de Funcionabilidad del Equipo (Equipment Functionality Certificate)	Revisión 01	Vigencia 05-12-2025
	F-L-60	

Verificación de Condiciones (Verification of Conditions)

Estructura (Structure)	CONFORME	Ajuste a Cero (Zero Adjustment)	CONFORME
Pantalla (Screen)	NO APLICA	Rotulacion (Lettering)	CONFORME
Estado de la Pintura Paint Condition	CONFORME	Alarmas Sonora y Visual (audible and visual alarm)	CONFORME

Observaciones (Observations)

Este documento certifica que el equipo arriba descrito ha sido Analizado de acuerdo a procedimientos establecidos y cumple con las especificaciones requeridas para su tipo.
(This document certify that the equipment above described has been calibrated according to the established procedures and fulfills the specifications required for its type).

Este Certificado tiene una validez de seis (06) meses a partir de su fecha de calibracion

(This certificate is valid for six (06) months from its calibration date)

Válido desde 8-12-2025 **hasta** 6-6-2026
Valid from *to*

RENSER ORIENTE RIF:J-31259448-9

Elaborado (Elaborated)
Nombre (name) JESUS BALZAN
Cargo (position) Tecnico de Calibracion

Aprobado (Approved)
Nombre (name) Veronice Mas y Rubi
Cargo (position) Lider de Calibracion

Scanned with CamScanner