Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3704
CALIBRATION DATE: 23-Feb-23

SBE 43 OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:
Soc = 0.4321
Voffset = -0.4814
Tau20 = 1.01

A = -4.0888e-003
B = 1.8360e-004
C = -2.8112e-006
E nominal = 0.036

NOMINAL DYNAMIC COEFFICIENTS
D1 = 1.92634e-4   H1 = -3.300000e-2
D2 = -4.64803e-2   H2 = 5.00000e+3
                    H3 = 1.45000e+3

BATH OXYGEN (ml/l)	BATH TEMPERATURE (° C)	BATH SALINITY (PSU)	INSTRUMENT OUTPUT (volts)	INSTRUMENT OXYGEN (ml/l)	RESIDUAL (ml/l)
1.17	2.00	0.00	0.764	1.17	0.00
1.18	6.00	0.00	0.800	1.18	-0.00
1.18	12.00	0.00	0.854	1.18	-0.00
1.20	20.00	0.00	0.931	1.20	-0.00
1.21	26.00	0.00	0.989	1.21	-0.00
1.21	30.00	0.00	1.028	1.21	0.00
3.97	2.00	0.00	1.439	3.97	0.00
3.98	6.00	0.00	1.561	3.99	0.00
4.01	12.00	0.00	1.746	4.01	0.00
4.04	20.00	0.00	1.998	4.04	-0.00
4.06	26.00	0.00	2.191	4.06	0.00
4.07	30.00	0.00	2.320	4.06	-0.01
6.81	2.00	0.00	2.120	6.80	-0.00
6.85	6.00	0.00	2.336	6.85	0.00
6.94	12.00	0.00	2.670	6.93	-0.00
7.00	30.00	0.00	3.652	7.01	0.00
7.02	20.00	0.00	3.116	7.02	-0.00
7.07	26.00	0.00	3.459	7.07	0.00

V = instrument output (volts);   T = temperature (°C);   S = salinity (PSU);   K = temperature (°K)

Oxsol(T,S) = oxygen saturation (ml/l);   P = pressure (dbar)

$$\text{Oxygen (ml/l)} = Soc * (V + Voffset) * (1.0 + A * T + B * T^2 + C * T^3) * Oxsol(T,S) * \exp(E * P / K)$$

Residual (ml/l) = instrument oxygen - bath oxygen

Date, Slope (ml/l)
● 23-Feb-23 1.0000

CALIBRATION AFTER MODIFICATIONS

1