

Auditoría de Cierre: Lab 3 (Precisión DC)[cite: 12]

Grupo: _____

Fecha: _____

Instrucción Oficial[cite: 12]

El Laboratorio 3 se cierra por **evidencia física y analítica**, no por tiempo de asistencia o simple montaje[cite: 12]. Identifique qué evidencia posee y complete únicamente la acción faltante[cite: 12]. *La participación física no equivale a la finalización*[cite: 12].

Matriz de Evidencia Mínima Significativa[cite: 12]

Evidencia Requerida	Sí	No	Evidencia / Referencia	Acción Pendiente
Circuito físico construido y verificado	☐	☐		
Predicción ideal registrada	☐	☐		
Medición <i>baseline</i> válida	☐	☐		
Discrepancia cuantificada	☐	☐		
Troubleshooting documentado	☐	☐		
Diagnóstico razonado	☐	☐		
Compensación/corrección aplicada	☐	☐		
Medición <i>before/after</i>	☐	☐		
Interpretación técnica	☐	☐		

Clasificación del Grupo y Plan de Acción[cite: 12]

- ☐ **Clase A (Evidencia suficiente):** No requiere más tiempo de Lab 3 en clase[cite: 12].
- ☐ **Clase B (Evidencia menor pendiente):** Solo debe completar la evidencia faltante listada arriba[cite: 12].
- ☐ **Clase C (Seguimiento físico requerido):** Necesita trabajo de banco específico fuera del bloque central de SR/GBW[cite: 12].

1. ¿Cuál es el primer ítem faltante? _____[cite: 12]
2. ¿Cuál es la siguiente acción medible? _____[cite: 12]
3. ¿Qué evidencia probará que se completó? _____[cite: 12]

Nota de Interpretación Conceptual[cite: 12]

Si una compensación de offset redujo el error de 22 mV a 5 mV bajo la misma condición, la evidencia demuestra **únicamente** que la corrección redujo el error medido. **No** demuestra automáticamente que todo el error inicial era causado por V_{OS} (podrían permanecer contribuciones de mismatch, I_B , error de fuente, instrumentación, etc.)[cite: 12].