Prefeitura do Município de Américo Brasiliense

1Doc

Proc. Administrativo 48- 2.110/2025

De: Gustavo B. - DESAU - Compras

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/04/2026 às 09:18:25

Setores envolvidos:

PGM - 3PROC, GABINETE, EDITAL, DECOL - Agente de contratação, PNCP, DECOL - DIRETORIA, DESAU - Compras, DESAU - Compras, DESAU -, DESAU - DIRETORIA, DECOL

PROCESSO LICITATÓRIO 219/2025 - PE 87/2025 - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos hospitalares

Prezado,

Segue o Termo de Referência retificado, com as devidas adequações realizadas.

_

Atenciosamente

Gustavo Taver Bruno

Agente de Serviços Diversos

Anexos:
TR_Material_Hospitalar.pdf

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos hospitalares, a fim de atender às eventuais necessidades das unidades de saúde do Departamento Municipal de Saúde.

2. DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit.	Total
01	ANDADOR ADULTO	UNID.	50	R$ 310,24	R$ 15.512,00
02	APARELHO BIPAP	UNID.	2	R$ 5.902,67	R$ 11.805,34
03	APARELHO DE OXIMETRIA NEONATAL	UNID.	5	R$ 2.302,91	R$ 11.514,55
04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICO	UNID.	12	R$ 2.975,00	R$ 35.700,00
05	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR	UNID.	1	R$ 245.478,22	R$ 245.478,22
06	CABO ECG 10 VIAS COM CLIP GARRA 3 METROS	UNID.	6	R$ 1.364,80	R$ 8.188,80
07	CADEIRA DE BANHO	UNID.	30	R$ 916,00	R$ 27.480,00
08	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS	UNID.	10	R$ 2.914,35	R$ 29.143,50
09	CADEIRA DE RODAS	UNID.	30	R$ 2.150,55	R$ 64.516,50
10	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	UNID.	10	R$ 3.444,67	R$ 34.446,70
11	CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS	UNID.	6	R$ 19.995,40	R$ 119.972,40

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

12	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	UNID.	10	R$ 7.993,35	R$ 79.933,50
13	ELETROCARDIOGRAFO	UNID.	5	R$ 8.902,00	R$ 44.510,00
14	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO ROSCA FEMEA	UNID.	30	R$ 81,58	R$ 2.447,40
15	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ROSCA FEMEA	UNID.	30	R$ 89,31	R$ 2.679,30
16	KIT LARINGOSCOPIO ADULTO CABO + 5 LÂMINAS CURVAS	UNID.	4	R$ 1.638,52	R$ 6.554,08
17	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO UNIVERSAL	UNID.	20	R$ 49,92	R$ 998,40
18	LANTERNA CLÍNICA DE LED	UNID.	8	R$ 32,66	R$ 261,28
19	LANTERNA DE LED POTENTE, LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA U	UNID.	10	R$ 183,22	R$ 1.832,20
20	MASCARA BIPAP E CPAP	UNID.	10	R$ 667,00	R$ 6.670,00
21	MONITOR 6 PARÂMETROS, TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL	UNID.	3	R$ 18.831,02	R$ 56.493,06
22	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12"	UNID.	6	R$ 16.378,94	R$ 98.273,64
23	MULETA	PAR	50	R$ 211,67	R$ 10.583,50

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

24	OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED FIBRA OPTICA COR PRETA	UNID.	10	R$ 688,44	R$ 6.884,40
25	SONAR FETAL DIGITAL	UNID.	5	R$ 796,67	R$ 3.983,35
26	SUPORTE DE SORO	UNID.	100	R$ 328,61	R$ 32.861,00
27	VACUOMETRO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VIDRO 500M	UNID.	10	R$ 419,16	R$ 4.191,60
28	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO 1 SAÍDA – RESGATE	UNID.	15	R$ 513,00	R$ 7.695,00
29	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO 1 SAÍDA – RESGATE	UNID.	15	R$ 540,86	R$ 8.112,90
30	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	UNID.	1	R$ 87.000,00	R$ 87.000,00
31	VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNID.	3	R$ 105.000,00	R$ 315.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 1.380.722,62					

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA

ANDADOR ADULTO: Andador articulado em alumínio anodizado reforçado com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura tubular com diâmetro entre 25-30mm e espessura mínima de 2,5mm, proporcionando estabilidade e alta resistência. Estrutura em formato retangular ou trapezoidal com largura interna entre 45-50cm e profundidade de 30-35cm para movimentação segura. Altura regulável através de sistema de pinos e botões de pressão em aço inoxidável, com ajuste entre 75-95cm do chão às empunhaduras, permitindo adaptação conforme estatura do

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

usuário. Empunhaduras anatômicas ergonômicas em material antiderrapante emborrachado ou PVC, posicionadas lateralmente para apoio adequado das mãos. Quatro ponteiras de borracha natural ou sintética antiderrapante nas extremidades inferiores, com diâmetro mínimo de 2,5cm e solado ranhurado para aderência em diferentes superfícies. Sistema de articulação dobrável com travas de segurança para modelos articulados, permitindo movimento alternado durante a marcha. Estrutura com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou anodização. Base de sustentação ampla garantindo estabilidade durante uso. Peso do equipamento entre 2-3kg para fácil manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos e hipoalergênicos. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

APARELHO BIPAP: Aparelho BIPAP destinado à ventilação não invasiva, com máscara facial em três tamanhos. Deve possuir modalidades de funcionamento S, T, S/T e AVAPS, com faixa de pressão ajustável de 4 a 30 cm H_2O, tempo de rampa programável de 0 a 45 minutos, e compensação automática de altitude. Alimentação elétrica bivolt (115/230V – 12VDC). Dimensões aproximadas: 24,7 × 16,8 × 11,1 cm. Equipamento leve, silencioso, de fácil operação, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual em português, registro na ANVISA. As peças e insumos necessários ao uso do equipamento deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade da assistência. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

APARELHO DE OXIMETRIA NEONATAL: Oxímetro de dedo pediátrico destinado à medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e da frequência cardíaca em pacientes neonatais e pediátricos. Deve apresentar faixa de medição de SpO_2 de 70% a 100% e faixa de frequência cardíaca de 30 a 250 bpm, com precisão de ±2 bpm (30–99 bpm) e ±2% (100–250 bpm). Equipamento com tela OLED colorida de fácil visualização, com curva pletismográfica. Possuir função de desligamento automático para economia de energia. Alimentação por 2 pilhas AAA. Dimensões aproximadas: 50 × 29 × 26 mm. Equipamento leve, portátil e de fácil manuseio, registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICO: Aspirador de secreção portátil elétrico, alimentação bivolt (110/220V); vazão mínima de 15 L/min; nível de vácuo ajustável até 550 mmHg; frasco coletor com capacidade mínima de 1 litro, confeccionado em material termorresistente e com válvula antitransbordamento; filtro bacteriológico; mangueiras em silicone ou PVC atóxico; baixo nível de ruído; estrutura ergonômica com alça para transporte; interruptor liga/desliga de fácil acesso; manual em português; conformidade com normas da ANVISA e normas técnicas de segurança elétrica vigentes. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante.

AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR: Autoclave para esterilização, tipo: horizontal de solo, funcionamento: pré vácuo, agente: vapor saturado sob pressão, capacidade: de 200 L, abastecimento de água: automático, ciclos mínimos: teste e básicos, painel controle: c/ visor e

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

ajuste digital, número de portas: 2 portas, componente: c/ dispositivos de segurança, registro do ciclo: c/ impressora integrada, sistema de portas volante central, modelo: de barreira, sistema de bomba de vácuo, sistema de osmose reversa, capacidade mínima exigida: 200 litros, aplicação: hospitalar. As peças e insumos necessários ao uso do equipamento deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade da assistência. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. Deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

CABO ECG 10 VIAS COM CLIP GARRA 3 METROS: Cabo de ECG de 10 vias com comprimento de 3 metros, compatível com eletrocardiógrafos padrão. Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento das derivações. Material biocompatível, evitando reações alérgicas ao paciente. Cabos flexíveis, duráveis e 100% livres de látex. Alta blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo o sinal de ECG de interferências externas. À prova de desfibrilação, garantindo segurança do equipamento. Atende ao padrão IEC. Conector tipo Grabber para paciente. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

CADEIRA DE BANHO: Cadeira de banho higiênica com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura em alumínio anodizado ou aço inoxidável com tratamento anticorrosivo, tubos com diâmetro entre 22-28mm e soldas reforçadas resistentes à umidade. Assento anatômico com largura mínima de 45cm e profundidade de 40cm, confeccionado em polipropileno injetado de

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

alta resistência ou material sintético impermeável, com abertura sanitária de no mínimo 20cm para higienização íntima. Encosto anatômico com altura mínima de 35cm em material impermeável e antiderrapante. Quatro pés com ponteiras de borracha antiderrapante com diâmetro mínimo de 3cm, reguláveis em altura entre 40-52cm para adaptação ao boxe ou uso externo. Apoios de braços fixos ou removíveis em material impermeável e resistente, com capacidade de suporte individual. Estrutura com tratamento anticorrosivo e resistente a produtos de limpeza, água sanitária e detergentes. Sistema de drenagem eficiente no assento para escoamento de água. Peso máximo do equipamento de 8kg para facilitar manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos, hipoalergênicos e de fácil higienização. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Design ergonômico que permite posicionamento adequado sobre vaso sanitário ou uso no boxe. Dimensões totais aproximadas: largura 55-60cm, profundidade 50-55cm, altura regulável conforme especificado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante..

CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS: Cadeira de banho higiênica para obesos com capacidade de suporte mínima de 200kg, estrutura em alumínio anodizado reforçado ou aço inoxidável com tratamento anticorrosivo, tubos com diâmetro entre 25-32mm e soldas reforçadas resistentes à umidade e corrosão. Assento anatômico reforçado com largura mínima de 50cm e profundidade de 45cm, confeccionado em polipropileno injetado de alta resistência ou material sintético impermeável de alta densidade, com abertura sanitária de no mínimo 22cm para higienização íntima. Encosto anatômico com altura mínima de 40cm em material impermeável, antiderrapante e de alta resistência. Quatro pés com ponteiras de borracha antiderrapante com diâmetro mínimo de 4cm, reguláveis em altura entre 40-52cm para adaptação ao boxe ou uso externo, com reforço estrutural nos pontos de apoio. Apoios de braços fixos ou removíveis em material impermeável e resistente, com capacidade de suporte individual adequada ao peso total. Estrutura com tratamento anticorrosivo e resistente a produtos de limpeza, água sanitária e detergentes. Sistema de drenagem eficiente no assento para escoamento de água. Peso máximo do equipamento de 10kg. Produto confeccionado em materiais atóxicos, hipoalergênicos e de fácil

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

higienização. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Design ergonômico que permite posicionamento adequado sobre vaso sanitário ou uso no boxe. Dimensões totais aproximadas: largura 60-65cm, profundidade 55-60cm, altura regulável conforme especificado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante..

CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura em aço carbono reforçado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi-pó, tubos com diâmetro entre 22-28mm e soldas reforçadas. Assento com largura mínima de 50cm e profundidade de 45cm, confeccionado em nylon reforçado de alta densidade ou estofado com densidade D40-D45, revestimento impermeável e respirável. Encosto regulável em altura com estofamento adequado. Rodas traseiras de 24 polegadas com aros de impulso em alumínio e rodas dianteiras giratórias de 8 polegadas, ambas com rolamentos e eixos reforçados, pneus maciços ou pneumáticos. Apoios de braços escamoteáveis ou removíveis com regulagem de altura e revestimento antiderrapante, apoios para pés removíveis e reguláveis com proteção. Sistema de freio bilateral de estacionamento com alavancas reforçadas e trava de segurança de fácil acionamento. Cinto de segurança pélvico ou tipo aviador, trava anti-recuo nas rodas dianteiras para maior estabilidade. Estrutura dobrável para facilitar transporte e armazenamento. Acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão e intempéries. Produto em conformidade com ABNT NBR ISO 7176, certificação INMETRO e registro ANVISA quando aplicável. Peso aproximado do equipamento entre 20-28kg. Dimensões totais aproximadas: largura 65-70cm, altura 90-95cm, altura do assento ao chão 48-52cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante..

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS: Cadeira de rodas para obesos com capacidade de suporte mínima de 200kg, estrutura em aço carbono reforçado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi-pó, tubos de diâmetro entre 25-32mm com soldas reforçadas em

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

pontos críticos. Assento com largura mínima de 55cm e profundidade de 45cm, confeccionado em nylon reforçado de alta densidade ou estofado com densidade D45-D50, revestimento impermeável e respirável. Encosto regulável em altura com estofamento firme. Rodas traseiras de 24 polegadas com aros de impulso e rodas dianteiras giratórias de 8 polegadas, ambas com rolamentos e eixos reforçados em aço tratado, pneus maciços ou pneumáticos anti-furo. Apoios de braços escamoteáveis ou removíveis com regulagem de altura, apoios para pés removíveis e reguláveis com proteção antiderrapante. Sistema de freio bilateral de estacionamento com alavancas reforçadas e trava de segurança. Cinto de segurança tipo aviador ou pélvico, trava anti-recuo nas rodas dianteiras e proteção lateral. Estrutura dobrável para facilitar transporte e armazenamento. Acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão. Produto em conformidade com ABNT NBR ISSO 7176, certificação INMETRO e registro ANVISA quando aplicável. Peso aproximado do equipamento entre 25-35kg. Dimensões totais aproximadas: largura 70-75cm, altura 90-95cm, altura do assento ao chão 48-52cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 300 a 400 LITROS: Câmara Vertical de Conservação de Vacinas, com capacidade útil entre 300 e 400 litros, adequada para armazenamento seguro de vacinas e insumos termossensíveis, operando com temperatura controlada de +2°C a +8°C, equipada com controle eletrônico com display digital e sensor em solução diatérmica, bateria de emergência com autonomia mínima de 72 horas, sistema de alarme sonoro e visual para temperaturas fora da faixa, porta aberta, falta de energia ou falha de bateria, degelo automático, monitoramento por memória criptografada com saída USB para download de dados, estrutura externa em aço inoxidável, porta frontal com vidro antiembaçante, sistema de circulação de ar interna para uniformidade térmica, garantia mínima de 12 meses, dimensões externas aproximadas de 208 cm (A) x 64 cm (L) x 71 cm (P), tensão bivolt 110/220 V 50/60 Hz, consumo de 4,3 A/h (110 V) e 2,15 A/h (220 V) e peso aproximado de 160 kg. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Equipamento portátil, compacto e microprocessado, destinado à análise automática do ritmo cardíaco e indicação de aplicação de choque em casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, mediante acionamento pelo operador, com sistema que impeça a liberação de descarga elétrica em situações não indicadas.

Deve possuir tecnologia de desfibrilação bifásica, com ajuste automático de energia conforme a impedância do paciente, adequado para atendimento de pacientes adultos e pediátricos, em conformidade com protocolos clínicos reconhecidos.

O equipamento deverá possuir interface de operação simples e intuitiva, com instruções ao usuário por meio de comandos de voz em língua portuguesa e/ou recursos visuais, orientando durante todas as etapas do atendimento, incluindo suporte às manobras de reanimação cardiopulmonar.

Deverá dispor de sistema de autoteste automático periódico, com verificação das condições de funcionamento do equipamento, incluindo bateria, circuitos internos e integridade dos eletrodos, com indicação clara de status operacional e alertas de falha.

A alimentação deverá ser por bateria interna, recarregável ou não, com autonomia compatível com uso hospitalar, permitindo a realização de múltiplos ciclos completos de operação, incluindo análise do ritmo, orientação de RCP e aplicação de choque, devendo possuir indicador de nível de carga e alerta de bateria baixa.

O equipamento deverá permitir utilização em pacientes adultos e pediátricos, por meio de eletrodos específicos ou modo pediátrico com atenuação de carga. Os eletrodos deverão ser autoadesivos, descartáveis, de fácil aplicação e conter indicação clara de posicionamento.

Deverá possuir memória interna para registro de dados dos atendimentos realizados, incluindo traçado eletrocardiográfico e eventos, com possibilidade de transferência das informações por interface compatível para análise posterior.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

O equipamento deverá possuir sinais visuais e/ou sonoros, botão de choque com indicação luminosa e gabinete resistente, adequado para uso hospitalar, com proteção compatível contra poeira e umidade.

Deverá possuir registro vigente na ANVISA e atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos.

Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento, incluindo eletrodos, bateria, cabos, manual de operação em língua portuguesa e estojo ou bolsa para transporte e armazenamento. As peças como cabos e insumos necessários ao uso do equipamento deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade da assistência. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

ELETROCARDIÓGRAFO: Eletrocardiógrafo digital portátil, com capacidade mínima para registro simultâneo de 12 derivações, destinado à realização de exames eletrocardiográficos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O equipamento deverá possuir impressora térmica integrada, com impressão mínima de 3 canais simultâneos, ou superior, permitindo a visualização e registro das derivações cardíacas em papel térmico apropriado. Deverá permitir aquisição simultânea das 12 derivações, com sistema de análise e interpretação automática do traçado eletrocardiográfico. Deve possuir filtros digitais para redução de interferências, incluindo filtro de rede elétrica e filtro de tremor muscular, bem como sistema de detecção de marcapasso. O equipamento deverá permitir ajuste de velocidade de registro e ganho, possibilitando diferentes configurações de visualização e impressão do exame. Deverá possuir interface de comunicação com computador por meio de conexão USB ou tecnologia superior, possibilitando transferência, armazenamento e análise dos exames em software dedicado. O equipamento deverá possuir bateria interna recarregável que permita funcionamento portátil, além de alimentação elétrica

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

bivolt automática (110/220 V – 50/60 Hz). Deverá acompanhar software para gerenciamento, armazenamento e análise dos exames eletrocardiográficos, compatível com ambiente computacional padrão. Deverá acompanhar cabos de paciente e acessórios necessários para pleno funcionamento do equipamento.As peças como cabos e insumos necessários ao uso do equipamento deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade da assistência. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO ROSCA FÊMEA: Fluxômetro para ar comprimido, com rosca fêmea e escala de 0 a 15 LPM, destinado ao controle preciso do fluxo de ar em sistemas hospitalares. Possui cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera em aço inoxidável e botão de ajuste de fluxo para regulagem suave e precisa. Corpo identificado na cor amarela, conforme padrão de gases medicinais, compatível com ar comprimido.

FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO ROSCA FÊMEA: Fluxômetro para oxigênio, com rosca fêmea e escala de 0 a 15 LPM, utilizado para controle preciso do fluxo de oxigênio em sistemas hospitalares. Fabricado com cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

em aço inoxidável e botão de ajuste de fluxo para regulagem suave e precisa. Corpo identificado na cor verde, conforme padrão de gases medicinais, compatível com oxigênio.

KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO CABO+5 LÂMINAS CURVAS 1 a 5: Kit de laringoscópio adulto composto por cabo metálico e cinco lâminas curvas nos tamanhos 1 a 5, indicado para procedimentos de intubação orotraqueal. Cabo em metal leve, resistente e à prova de ferrugem, com superfície recartilhada que proporciona melhor aderência e segurança durante o uso. Possui abertura na base para alimentação com duas pilhas médias tipo "C". As lâminas são esterilizáveis e autoclaváveis, garantindo higiene e durabilidade. Produto com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL: Lâmpada para laringoscópio universal, com tensão de 2,5 V e corrente de 500 mA, adequada para uso em cabos compatíveis com esse padrão. Proporciona iluminação clara e precisa durante os procedimentos, garantindo melhor visualização e segurança. Fabricada com materiais de alta durabilidade e qualidade, compatível com diversos modelos de laringoscópios disponíveis no mercado.

LANTERNA CLÍNICA DE LED: Lanterna clínica de LED, indicada para exames médicos e avaliações clínicas, proporcionando iluminação intensa, uniforme e de alta qualidade. Possui corpo leve, resistente e de fácil higienização, com design ergonômico que garante conforto e praticidade no manuseio. Conta com acionamento por botão, funcionamento com pilhas tipo AAA e baixo consumo de energia. Ideal para uso hospitalar, ambulatorial e em atendimentos de emergência, oferecendo luz forte e durável para inspeções precisas e seguras.

LANTERNA DE LED POTENTE, LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO: Lanterna de LED UV de alta potência, especialmente desenvolvida para detecção de escorpiões. Emite luz ultravioleta intensa que faz os escorpiões brilharem no escuro, facilitando sua localização em ambientes internos e externos. Possui foco ajustável com zoom regulável, corpo

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

resistente a impactos e à água, além de bateria recarregável de longa duração com carregamento via USB. Compacta, leve e portátil, ideal para uso em inspeções residenciais, jardins e áreas de risco.

MÁSCARA BIPAP E CPAP: Máscara facial total destinada ao uso em ventilação não invasiva, compatível com equipamentos dos tipos BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) e CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Confeccionada em material atóxico, hipoalergênico, transparente e resistente, proporciona vedação eficaz e confortável em todo o rosto do paciente, cobrindo a boca, o nariz e parte superior da face. Possui almofada de vedação em silicone macio ou gel anatômico, que garante conforto e mínima pressão sobre a pele, cúpula transparente que permite a visualização do paciente e facilita a higienização, além de sistema de fixação ajustável com arnês de tiras elásticas e fechos de velcro, possibilitando colocação e remoção rápidas. Conta com cotovelo rotativo de 360° com porta de exalação integrada e/ou válvula antiasfixiante, assegurando adequada eliminação do ar expirado. Apresenta conector padrão de 22 mm, compatível com os principais modelos de ventiladores e geradores de fluxo BiPAP e CPAP disponíveis no mercado, sendo isenta de látex. Disponível nos tamanhos pequeno, médio e grande, para melhor adaptação ao biotipo do paciente. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

MONITOR 6 PARÂMETROS, TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL: Monitor multiparamétrico portátil de 6 parâmetros, com tela TFT colorida de 12,1 polegadas e resolução de 800 x 600 pixels, permitindo visualização clara de até 8 formas de onda, com possibilidade de aumento via Tela Multiderivações. Indica alarmes, nível de alimentação, status da bateria, bip de QRS e alarme sonoro. Possui conexão com ou sem fio (wireless, opcional) à Central de Monitorização e bateria interna de lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, com autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, podendo atingir até 8 horas (opcional) e operação direta via cabo de energia. Mantém registro de tendências por até 120 horas. Parâmetros monitorados incluem ECG, respiração, SpO2, PNI, dois canais de temperatura, dois canais de pressão invasiva

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

(PI) e capnografia Sidestream. Equipamento de alta confiabilidade, com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante, indicado para uso em unidades de emergência, internação e transporte intra-hospitalar. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 12": Monitor multiparamétrico de 12" - ECG – eletrocardiograma (5 vias); SpO2 – saturação periférica de oxigênio; PNI – pressão não invasiva (sistólica, diastólica e média); temperatura (até 2 canais); respiração (por impedância torácica). Os módulos opcionais são conectáveis por encaixe rápido e reconhecidos automaticamente pelo sistema, permitindo upgrades futuros com facilidade, sem necessidade de reconfiguração técnica. Especificações técnicas principais: tela TFT colorida de 12” com alta resolução; faixas de uso: adulto, pediátrico e neonatal; alarmes sonoros e visuais programáveis para todos os parâmetros; memória interna para armazenamento de tendências e eventos; interfaces USB, RS-232, porta para impressora e comunicação com central de monitoramento; bateria interna recarregável com autonomia para operação durante transporte ou queda de energia de no mínimo 4 horas; atualizações via software permitindo customização de parâmetros e upgrades. Itens inclusos: 01 cabo ECG 5 vias; 01 sensor de SpO2; 01 manguito para PNI; 01 extensora para PNI; 01 sensor de temperatura; 01 cabo de alimentação elétrica AC. Diferenciais e benefícios: modularidade inteligente (expansão fácil com módulos plugáveis); múltiplas faixas etárias em um único equipamento. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças,

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

MULETA: Muleta axilar em alumínio anodizado reforçado com capacidade de suporte mínima de 130kg, estrutura tubular com diâmetro entre 22-25mm e espessura mínima de 2mm, proporcionando leveza e alta resistência. Haste principal regulável em altura através de sistema de pinos e botões de pressão em aço inoxidável, com graduação entre 120-150cm, permitindo ajuste conforme estatura do usuário. Apoio axilar anatômico em polipropileno injetado ou revestido com espuma de alta densidade EVA, com largura mínima de 10cm e comprimento de 25cm para distribuição adequada da pressão. Empunhadura anatômica ergonômica em material antiderrapante emborrachado ou PVC, regulável em altura independente da haste principal, com distância ajustável de 15-25cm do apoio axilar. Contera de borracha natural ou sintética antiderrapante na extremidade inferior, com diâmetro mínimo de 2cm e solado ranhurado para aderência em diferentes superfícies. Sistema de regulagem com múltiplas posições através de furos pré-estabelecidos e travas de segurança que impedem desajustes acidentais. Acabamento em pintura eletrostática ou anodização resistente à corrosão. Peso unitário máximo de 0,8kg para fácil manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos e hipoalergênicos. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança aplicáveis. Par de muletas para uso bilateral quando necessário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

OTOSCÓPIO PROFISSIONAL LED FIBRA ÓPTICA COR PRETA: Tecnologia de luz LED; tipo de alimentação baterias AA; tipo de lâmpadas LED; tipo de lente 3X; acessórios incluídos 9 espéculos e 1 case; quantidade de espéculos 10; digital não; com câmera não. Garantia

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

SONAR FETAL DIGITAL: Operação simples e intuitiva; proporciona excelente audição, com som de alta fidelidade; permite audição através do fone de ouvido (fone não incluso) ou alto-falante (embutido); transdutor de alta sensibilidade; display de LCD com iluminação de fundo; design exclusivo e ergonômico; frequência do ultrassom de 2MHz; ultrassom de baixa intensidade: <10mW/cm²; faixa de medida do BCF: 50~240bpm; resolução do BCF de 1 bpm; precisão do BCF de ±1bpm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

SUPORTE DE SORO: Suporte de soro confeccionado em tubo de aço inoxidável com base em ferro fundido equipada com quatro rodízios de 2" de diâmetro, proporcionando estabilidade e fácil mobilidade. Possui anel de regulagem de altura, permitindo ajuste conforme a necessidade do usuário. A haste superior em aço inox conta com quatro ganchos para suspensão de frascos ou bolsas de soro. Dimensões aproximadas: 150 cm de altura por 240 cm de largura, garantindo funcionalidade e resistência em ambientes hospitalares. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

VACUÔMETRO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VIDRO 500ML: Aspirador para rede canalizada (vacuômetro) com frasco coletor de vidro de 500 ml, destinado à aspiração de secreções e líquidos em redes de vácuo hospitalares, com tampa injetada em nylon e inserto metálico, manômetro calibrado de 0 a 30 Hg, botão de controle de fluxo de aspiração, bico de sucção compatível com conexões padrão ABNT NBR 11906, frasco coletor autoclavável e resistente a impactos, boia de segurança antitransbordamento, estrutura durável e de fácil higienização, registro ANVISA, compatível com pressão de funcionamento padrão de redes de vácuo hospitalares, garantindo segurança, durabilidade e operação confiável em ambientes

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

clínicos, hospitalares e de emergência. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a contratante.

VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO 1 SAÍDA – RESGATE: Válvula reguladora de ar comprimido para uso em resgate (modelo Aph), projetada para controlar a pressão de gases como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e nitrogênio. Suporta pressão de entrada de até 10 kgf/cm² e pressão de saída ajustável de 0 a 10 kgf/cm², com escala do manômetro correspondente. As conexões de entrada e saída seguem a norma ABNT NBR 11906. Corpo e câmara da válvula em alumínio anodizado, volante de regulagem em nylon e porcas de conexão borboleta em nylon com rosca em latão. Equipado com engates rápidos AFNOR e OHMEDA em latão cromado, manômetro em latão com capa preta e conexão de saída (niple) também em latão cromado, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e segurança operacional.

VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO 1 SAÍDA – RESGATE: Válvula reguladora de oxigênio com 1 saída, indicada para uso em resgate (modelo Aph), projetada para controlar a pressão de gases como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e gás carbônico. Suporta pressão de entrada de até 200 kgf/cm² para oxigênio e ar comprimido, e até 70 kgf/cm² para óxido nitroso e gás carbônico, com pressão de saída ajustável entre 3,5 e 4 kgf/cm². A válvula de segurança é calibrada para acionamento a 10 kgf/cm², e o manômetro possui escala de 0 a 315 kgf/cm². As conexões de entrada seguem a norma ABNT NBR 11725 e as de saída a ABNT NBR 11906. Composição robusta em latão cromado na válvula e volante de regulagem, câmara em alumínio anodizado e manômetro em latão com capa preta, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e operação segura.

VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE: Ventilador portátil médico eletrônico; modos de ventilação: ADULTO/PEDIÁTRICO: VCV controlado por assistência; PCV com controle assistido; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; SIMV (PCV) + PSV; MMV + PSV; PSV + volume corrente garantido; pressão bifásica (APRV); VNI. NEONATAL: VCV controlado por

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

assistência; PCV com controle assistido; PSV/CPAP; SIMV (PCV) + PSV; fluxo contínuo assistido/controlado; CPAP nasal. Ventilação backup disponível em todos os modos ventilatórios. Alarmes programáveis: pressão máxima, pressão mínima, volume corrente máximo, volume corrente mínimo, hora do alarme de apneia, frequência máxima. Alarmes não programáveis: inversão da relação I:E, PEEP, falha na alimentação de O2, ciclo interrompido. Controles/parâmetros programáveis: FiO2 50-100%; tempo de subida: 6 níveis; tempo de inalação: 0,1 - 30 seg; frequência: 1 – 180 cpm; volume corrente: 5 - 2500 ml; pressão inspiratória: -10 - 120 cmH2O; pressão de suporte: 0 - 80 cmH2O; PEEP: 0 - 50 cmH2O; compensação de altitude: 0 - 6000 msnm; pausa inspiratória 0,10 - 2 seg. Monitoramento /parâmetros de saída: pressão máxima das vias respiratórias, pressão média, volume corrente inspiratório, frequência, I:E, formas de onda pressão-tempo, entre outros. As peças e insumos necessários ao uso do respirador/ventilador pulmonar deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade da assistência. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO: Ventilador pulmonar microprocessado destinado à ventilação mecânica invasiva e não invasiva, indicado para atendimento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O equipamento deverá possuir tela colorida sensível ao toque (touchscreen), de no mínimo 12 polegadas, com interface gráfica intuitiva para operação e monitorização dos parâmetros ventilatórios. Deverá permitir monitorização contínua dos principais parâmetros ventilatórios, incluindo no mínimo pressão, volume, fluxo, frequência respiratória, volume minuto, relação inspiração/expiração, complacência e resistência pulmonar. Deverá permitir ajuste e controle dos principais parâmetros

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

ventilatórios, incluindo fração inspirada de oxigênio (FiO_2), frequência respiratória, tempo inspiratório, relação inspiração/expiração, volume corrente, pressão inspiratória, pressão de suporte, PEEP/CPAP e sensibilidade inspiratória por pressão ou fluxo, com ampla faixa de ajuste adequada ao atendimento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O equipamento deverá possuir modos ventilatórios controlados, assistidos e espontâneos, incluindo no mínimo ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação com pressão de suporte e ventilação não invasiva. Deverá possuir sistema de alarmes audiovisuais configuráveis para segurança do paciente, incluindo alarmes para pressão alta e baixa, volume minuto, apneia, desconexão, entre outros. Deverá possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas, garantindo funcionamento do equipamento em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica. O equipamento deverá permitir exportação ou registro de dados por meio de interface de comunicação, podendo ser USB ou tecnologia equivalente, bem como permitir visualização de curvas e gráficos ventilatórios em tempo real, incluindo no mínimo curvas de pressão, volume e fluxo. Deverá permitir oxigenoterapia de alto fluxo ou recurso equivalente, quando disponível no equipamento. Deverá acompanhar circuitos respiratórios compatíveis para pacientes adultos e pediátricos, bem como os acessórios necessários para pleno funcionamento do equipamento. As peças e insumos necessários ao uso do respirador/ventilador pulmonar deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional, não proprietários e amplamente disponíveis, de forma a não gerar dependência exclusiva de um único fabricante ou fornecedor, garantindo a continuidade e sustentabilidade da assistência. O equipamento deverá possuir registro ou cadastro válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, admitida garantia superior, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e assistência técnica, sem ônus adicional para a contratante. deverá estar incluso no fornecimento, igualmente sem ônus adicional para a contratante, a instalação completa do equipamento na unidade de saúde, com todos os acessórios, conexões, ajustes e configurações necessárias, deixando-o devidamente instalado e disponível para pleno funcionamento, bem como o treinamento dos colaboradores designados pela contratante para a correta operação do equipamento.

3. JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos médico-hospitalares,

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

mobiliários e acessórios especializados descritos neste Termo de Referência, destinados à estruturação, ampliação e qualificação da Rede Municipal de Saúde, com ênfase nas unidades de urgência e emergência, internação, atenção básica e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

Os itens previstos – tais como autoclave hospitalar de grande porte, ventiladores pulmonares de transporte e multiparamétricos (adulto, pediátrico e neonatal), monitores, aparelhos de suporte ventilatório, câmaras de conservação de vacinas, equipamentos de esterilização, cadeiras de rodas e de banho, aspiradores, fluxômetros, entre outros – são tecnicamente essenciais para assegurar:

1. **Segurança do paciente e qualidade assistencial**

   Os equipamentos descritos são diretamente relacionados a funções críticas de suporte à vida, monitorização, diagnóstico, esterilização de materiais e mobilidade de pacientes. A insuficiência, obsolescência ou falhas nesses equipamentos aumentam o risco de eventos adversos, infecções relacionadas à assistência à saúde, atrasos em diagnósticos e intervenções, além de comprometerem a integridade física de pacientes e profissionais.

2. **Adequação às normas técnicas, sanitárias e de segurança**

   A atualização e padronização do parque tecnológico médico-hospitalar são imprescindíveis para o atendimento às normas da ANVISA, às normas técnicas da ABNT e demais requisitos de segurança elétrica, mecânica e de biossegurança aplicáveis às unidades de saúde. A autoclave hospitalar, as câmaras de conservação de vacinas, os ventiladores pulmonares e demais equipamentos de maior complexidade exigem características construtivas, faixas de operação e sistemas de controle compatíveis com tais padrões, sob pena de inadequação sanitária e técnica dos serviços prestados.

3. **Modernização e padronização do parque de equipamentos**

   Parte significativa dos equipamentos atualmente em uso encontra-se em estágio avançado de desgaste, com alto índice de manutenção corretiva, indisponibilidade prolongada e dificuldades de reposição de peças, o que gera instabilidade na oferta de serviços e custos crescentes de conserto. A presente aquisição visa modernizar e padronizar os equipamentos, reduzindo a diversidade de modelos e fabricantes, facilitando a capacitação das equipes, a manutenção preventiva e a gestão de estoque de insumos e peças.

4. **Ampliação da capacidade instalada e resposta às demandas assistenciais**

   A evolução do perfil demográfico e epidemiológico, com aumento de casos crônicos, envelhecimento populacional e demanda crescente por atendimentos de urgência,

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

internações e procedimentos especializados, exige que o Município disponha de capacidade instalada compatível. Ventiladores pulmonares de transporte, equipamentos multiparâmetros, aparelhos de suporte ventilatório, mobiliário de apoio e dispositivos de esterilização mais eficientes são fundamentais para suportar o fluxo atual e projetado de atendimentos, evitando superlotação, transferências desnecessárias e interrupções de serviços.

5. **Garantia de continuidade dos serviços do SUS em nível local**

   A Rede Municipal de Saúde é responsável por ofertar, de forma contínua, ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. A indisponibilidade de equipamentos vitais, seja por obsolescência, seja por falhas recorrentes, implica risco de suspensão de procedimentos, incapacidade de atender urgências/emergências e necessidade de encaminhamento de pacientes para outros municípios, com impacto financeiro e social relevante. A contratação ora proposta constitui medida preventiva e estruturante, voltada à continuidade e à integralidade da assistência.

6. **Racionalidade econômica e redução de custos indiretos**

   Embora envolva investimento significativo, a aquisição planejada de equipamentos novos, com garantia e assistência técnica adequada, tende a reduzir custos indiretos associados a manutenções emergenciais, locações temporárias, retrabalho, perda de insumos (por esterilização inadequada ou conservação deficiente de vacinas, por exemplo) e necessidade de transferências de pacientes. Equipamentos mais eficientes também contribuem para o uso racional de energia elétrica, água e demais insumos, além de prolongarem a vida útil do parque tecnológico como um todo.

7. **Adequação ao planejamento e à programação municipal de saúde**

   A relação de itens, quantidades e especificações técnicas foi definida com base em levantamento prévio das necessidades do Departamento Municipal de Saúde, considerando inventário de equipamentos existentes, mapeamento de unidades de saúde, capacidade instalada, volume de procedimentos e prioridades assistenciais. A contratação, portanto, está alinhada ao planejamento anual da saúde e às metas de qualificação da rede, não se tratando de aquisição pontual ou dissociada da programação municipal.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

Diante do exposto, a contratação dos equipamentos descritos neste Termo de Referência mostra-se técnica e operacionalmente justificada, por ser condição necessária para garantir segurança e qualidade assistencial, cumprir normas sanitárias e técnicas, modernizar e padronizar o parque de equipamentos, ampliar a capacidade de resposta da Rede Municipal de Saúde e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, caso as condições e valores se mostrem vantajosos, nos termos do artigo 84, § único da Lei nº 14.133/21.

5. FUNDAMENTO LEGAL

Considerando que os serviços se caracterizam como **BENS COMUNS**, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, será adotada a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**.
Ademais, por se tratar de demandas eventuais relacionadas, opta-se pela adoção do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, consoante previsão do artigo 6 XIII, XLV, XLVI c/c artigo 28, I todos da Lei nº 14.133/21.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento das propostas será o de **menor preço por item**, considerando-se vencedora, para cada item do termo de referência, a licitante que apresentar o menor preço unitário, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, quantitativas e demais condições estabelecidas no instrumento convocatório.

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, mediante fornecimento, instalação (quando aplicável) e entrega definitiva dos equipamentos médico-hospitalares novos, de primeiro uso, nas quantidades previstas no Termo de Referência.

O pagamento será efetuado com base nos quantitativos efetivamente entregues, instalados (quando exigido) e recebidos pela Administração, após atestação do recebimento definitivo pela unidade requisitante, observados os preços unitários adjudicados para cada item.

A execução dar-se-á em entrega única, no prazo máximo a ser fixado no edital/contrato, admitindo-se, quando tecnicamente justificado pela Administração, entregas parciais por item, sem alteração do regime de empreitada por preço unitário, mantidos todos os demais encargos e responsabilidades do contratado.

8. PESQUISA DE PREÇOS

A estimativa de preços da presente contratação foi elaborada a partir de pesquisa de mercado realizada junto a bases oficiais de compras públicas, notadamente a Bolsa Nacional de Compras – BNC e o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, por meio da consulta a contratações recentes de objetos equivalentes. Foram identificados e analisados registros de preços e contratos vigentes com características semelhantes às deste Termo de Referência, tendo sido desconsiderados valores manifestamente destoantes da realidade de mercado (superestimados ou subestimados), de modo a evitar distorções.

A partir desse conjunto de referências, apurou-se o valor total estimado de R$ 1.380.722,62 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), que passa a servir como parâmetro para o planejamento da despesa e para a análise de vantajosidade das propostas, sem prejuízo da obtenção de preços inferiores por ocasião da disputa.

9. CRITÉRIO DE REAJUSTE

Os preços registrados serão reajustados, na hipótese de prorrogação da vigência da ata de registro de preços ou dos contratos dela decorrentes que ultrapassem o período de 12 (doze) meses

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

contado da data-limite para apresentação das propostas, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

O reajuste observará a periodicidade mínima anual, sendo vedada a aplicação de reajustes em intervalo inferior a 12 (doze) meses, e terá como data-base a data-limite para apresentação das propostas deste certame.

A previsão deste índice não afasta a possibilidade de revisão dos preços (reequilíbrio econômico-financeiro), nas hipóteses legais de comprovada ocorrência de fatos imprevisíveis, extraordinários ou de consequências incalculáveis, que alterem substancialmente as condições originalmente pactuadas.

10. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO

10.1. Habilitação Jurídica

10.1.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

10.1.2 - Em se tratando de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação, devidamente registrado na Junta Comercial;

10.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem supra;

11.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício;

10.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

10.1.6 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, comprovação de enquadramento por qualquer meio legal admitido.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

10.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista

10.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

10.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, nos casos compatíveis com a natureza da atividade;

10.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação das seguintes certidões:

10.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d", do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;

10.2.3.2 - Comprovações de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, nos casos compatíveis com a natureza da atividade; mediante a apresentação da certidão de Débitos Inscritos e Débitos Não Inscritos;

10.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

10.2.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tratando se de pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

10.2.3.5 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa (CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

10.3. Qualificação Econômico – Financeira

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

10.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do prestador de serviços – Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

10.4. Qualificação Técnica Operacional

Grupo / Parcela relevante	Item TR	Descrição resumida	Valor unitário (R$)	Relevância técnica
Esterilização de alta complexidade	5	Autoclave horizontal hospitalar, min. 200 L, com gerador elétrico acoplado, bomba de vácuo, instrumentos de controle	245.478,22	Equipamento central para CME/esterilização; falha compromete toda a cadeia de segurança e controle de infecção. Elevado valor e alta complexidade tecnológica.
Suporte ventilatório de transporte	30	Ventilador pulmonar de transporte, com múltiplos modos adulto/pediátrico/neonatal	87.000,00	Equipamento de suporte à vida, utilizado em situações críticas e de deslocamento intra/extra-hospitalar. Erros ou falhas têm impacto direto na vida do paciente.
Suporte ventilatório multiparamétrico	31	Ventilador pulmonar neonatal/pediátrico/adulto, tela 17", alto fluxo, ampla faixa de parâmetros	105.000,00	Equipamento multiprofissional de alta complexidade, com grande número de parâmetros e modos ventilatórios, usado em UTI/alto risco. Exige

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

Grupo / Parcela relevante	Item TR	Descrição resumida	Valor unitário (R$)	Relevância técnica
				experiência prévia real do fornecedor.

Considerando a natureza e a complexidade do objeto, bem como o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, são consideradas **parcelas de maior relevância**, para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, o fornecimento dos seguintes equipamentos:

a) autoclave horizontal hospitalar, com capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, com gerador elétrico acoplado, bomba de vácuo, instrumentos de controle e características equivalentes às do item 5 deste Termo de Referência;

b) ventilador pulmonar de transporte, com modos ventilatórios adulto/pediátrico/neonatal, parâmetros e recursos de monitorização equivalentes aos do item 30;

c) ventilador pulmonar neonatal/pediátrico/adulto, com tela sensível ao toque, oxigenoterapia de alto fluxo e parâmetros/módulos equivalentes aos do item 31.

Para cada uma dessas parcelas de maior relevância, a licitante deverá comprovar experiência anterior mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou, alternativamente, por meio de conjunto de documentos composto por contrato, nota fiscal e termo de recebimento/atesto, que demonstrem, de forma inequívoca, que já forneceu:

I – **pelo menos 01 (uma) unidade de autoclave hospitalar** de capacidade e complexidade compatíveis com o item 5;

II – **pelo menos 01 (uma) unidade de ventilador pulmonar de transporte** de natureza e complexidade equivalentes ao item 30;

III – **pelo menos 01 (uma) unidade de ventilador pulmonar neonatal/pediátrico/adulto** de natureza e complexidade equivalentes ao item 31.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

Os atestados ou documentos apresentados deverão indicar, no mínimo, o objeto fornecido, a quantidade, o período de execução, o local de instalação/utilização e a boa execução do fornecimento, admitindo-se a soma de diferentes documentos para comprovar as parcelas acima, desde que todos se refiram a produtos da mesma natureza e complexidade dos equipamentos licitados.

A exigência será aplicada a todas as licitantes em igualdade de condições, não se restringindo a fornecimentos à Administração Pública, admitidos atestados e documentos emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, desde que compatíveis com o objeto.

11. DA VISTORIA

11.1. A avaliação prévia do local de execução do objeto licitado é facultativa para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado.

11.2. Será assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09h às 16h.

11.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

11.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

12. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. Prazo para Entrega

12.1.1 A presente tabela tem por finalidade estabelecer os **prazos máximos de entrega dos itens**, classificados conforme o **grau de complexidade técnica e logística**, em observância à realidade

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

do mercado fornecedor de equipamentos médico-hospitalares e aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da competitividade.

Para os itens abaixo foi fixado prazo de entrega de até **10 (dez) dias úteis**, correspondem a materiais e equipamentos de uso comum, com ampla disponibilidade no mercado nacional e usualmente mantidos em estoque pelos fornecedores, não demandando processos de fabricação, calibração complexa ou logística especializada.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	ANDADOR ADULTO
7	CADEIRA DE BANHO
18	LANTERNA CLÍNICA DE LED
19	LANTERNA DE LED POTENTE / LUZ NEGRA
23	MULETA (PAR)
26	SUPORTE DE SORO
17	LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO
14	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO
15	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO
6	CABO ECG 10 VIAS
8	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS
9	CADEIRA DE RODAS
10	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS
16	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO
20	MÁSCARA BIPAP E CPAP
24	OTOSCÓPIO PROFISSIONAL LED
25	SONAR FETAL DIGITAL
27	VACUÔMETRO ASPIRADOR
28	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO
29	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

Para os itens abaixo, foi fixado prazo de entrega de até **30 (trinta) dias úteis**, compreendem equipamentos médico-hospitalares que podem envolver fabricação sob encomenda, importação, validação técnica, testes de desempenho, eventual treinamento operacional e logística especializada, sendo necessária a ampliação do prazo para assegurar a plena exequibilidade contratual.

ITEM	DESCRIÇÃO
2	APARELHO BIPAP
3	APARELHO DE OXIMETRIA NEONATAL
4	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICO
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR
11	CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS
12	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
13	ELETROCARDIÓGRAFO
21	MONITOR 6 PARÂMETROS PORTÁTIL
22	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
30	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE
31	VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO

Os prazos definidos nesta tabela constituem **prazos máximos**, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, podendo a entrega ocorrer em prazo inferior, a critério da contratada, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas e demais condições previstas neste Termo de Referência.

12.1.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas através do sistema eletrônico da Contratante, mediante prévio cadastro da contratada.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

12.1.3 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

12.2. Local de Entrega

12.2.1. Os deverão ser entregues no seguinte endereço: AVENIDA DOS MANACÁS 184, Jardim Primavera, Américo Brasiliense – SP.

12.3. Da gestão e fiscalização

12.3.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

12.3.2. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

12.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

12.4. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

12.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

12.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

12.7. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.8. O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.9. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

12.10. O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

12.11. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

12.13. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

12.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o gestor do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

12.15. A fiscalização poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

12.15.1. A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

12.4. Do Treinamento Operacional dos Equipamentos

12.4.1. Quando aplicável, o treinamento operacional dos equipamentos fornecidos deverá ser realizado preferencialmente de forma presencial, nas dependências da unidade de saúde onde o equipamento será instalado, no momento da entrega técnica e da instalação.

12.4.2. O treinamento deverá contemplar a correta operação do equipamento, orientações de uso seguro, configurações básicas e esclarecimento de dúvidas dos profissionais designados pela contratante.

12.4.3. Eventuais complementações, atualizações ou materiais de apoio poderão ser disponibilizados em formato remoto ou digital, desde que garantida a adequada capacitação dos profissionais responsáveis pela operação do equipamento.

13. DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. O objeto será recebido provisoriamente, no prazo de até 1 (um) dia útil, pelo fiscal, quando verificado o cumprimento das exigências estabelecidas.

13.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da entrega a que se refere a parcela a ser paga.

13.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

13.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

13.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

13.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

13.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

14. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

14.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para fins de pagamento.

14.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

14.2.1. O prazo de validade;

14.2.2. A data da emissão;

14.2.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

14.2.4. O período respectivo de execução do contrato;

14.2.5. O valor a pagar; e

14.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

14.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

14.5. A Administração deverá realizar consulta para:

a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que regularize sua situação.

14.7. Não havendo regularização ou sendo as justificativas consideradas improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

14.10. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da liquidação da despesa.

14.11. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

14.12. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

14.15. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15.1. São obrigações da Contratada:

15.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta e Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
15.1.2. Executar o objeto contratado, conforme especificações e prazo constantes do Aviso de Dispensa e seus Anexos;
15.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução contratual;
15.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos ou os serviços em desacordo com o previsto;
15.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega ou realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
15.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
15.1.8. A contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e maquinário necessário ao objeto contratado;
15.1.9. A contratada é a única responsável pelos serviços a serem executados ou bens fornecidos, ficando a contratante isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execução do objeto aqui discriminados e

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

contratados. O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não eximem a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados;

15.2. São obrigações da Contratante:

15.2.1. Realizar a fiscalização e acompanhamento da execução contratual, mediante a indicação de representante da CONTRATANTE, sendo admitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, o qual será anotado em registro próprio todas as ocorrências, bem como as notificações para regularização das falhas ou defeitos.
15.2.2. Receber o objeto contratual no prazo e condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.
15.2.3. Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens fornecidos e serviços prestados, recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta e Termo de Referência para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.2.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
15.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e forma estabelecidos no Instrumento Convocatório.

16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, em razão da prática das infrações previstas no artigo 155, sendo-lhe aplicadas as penas do artigo 156 e demais disposições no Título IV Capitulo I da Lei nº 14.133/21.

17. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

17.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
17.2. A Contratada não se escusará do cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD, Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
17.3. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas, de acordo com o que dispõe a Seção III, capítulo VI da LGPD.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A formalização dos atos relacionados à execução contratual dar-se-á por meio eletrônico, em sistema da Contratante, mediante o prévio cadastro da contratada, sendo que eventuais comunicações serão encaminhadas no email informado pela Contratada, sendo de sua inteira responsabilidade as notificações que não forem recebidas, por ausência de comunicação de sua alteração ou indisponibilidade.
18.2. Aplica-se, no que couber, todas as demais disposições da Lei nº 14.133/21, inclusive em relação à retenções e compensações e descontos no pagamento das Notas Fiscais, na hipótese da aplicação de multa contratual por inexecução ou prejuízos decorrentes da execução e devidamente comprovados e mensurados.

GUSTAVO TAVER BRUNO *Responsável Pela Elaboração*	***DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA*** *Diretora do Departamento de Saúde*

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A e informe o código 0E9E-8064-3037-A76A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E9E-8064-3037-A76A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO TAVER BRUNO (CPF 431.XXX.XXX-05) em 13/04/2026 09:19:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 13/04/2026 18:40:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/0E9E-8064-3037-A76A