

Specification مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		M7485	LIGHT, SURG, CEILING MTD, DUAL, EQUAL DIA HEADS

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
----------------------------------------	----------------------	--------------------

1	TYPE	Ceiling-suspended	
2	ARTICULATION	Double articulating arms	
3	MATERIAL AND FINISH	Resist scratches and chemicals	
4	LIGHT HEADS	2 equal	
5	INTENSITY OF LIGHT	120 K Lux for each light head	
6	INFRARED FILTER		
7	THE ARTICULATING ARM HAS FOUR SECTIONS	Flexible positioning	
8	STOP ARMS IMMEDIATELY WITH NO RIPPLES	Yes	
9	LIGHT SOURCES	LED light	
10	AUTOCLAVABLE LAMP HANDLE	Yes	
11	COLD LIGHT	Lowest heat radiation at 1 meter and 700 nm.	
12	DIMMER WITH REMOTE CONTROL	Yes	
13	THE COLOR RENDERING INDEX (CRI)	Not less than 90 RA for each head	
14	DEPTH OF ILLUMINATION	Not less than 900 mm for each head	
15	TOTAL RADIATED ENERGY (RE) WHERE THE ILLUMINATION REACHES MAX LEVEL	Not more 490 w/m2 for each head	
16	RADIATED UV ENERGY WITH WAVELENGTH LESS THAN 400NM	Not more 0.002 w/m2 for each head	
17	ELECTRICAL CONTROL OF THE ILLUMINATION	25-100 %	
18	LIGHT HEAD ROTATION	360° without stops	
19	THE LIFE TIME FOR LED	Not less than 30000 hours	
20	EVERY LAMP IS EQUIPPED WITH AN EMERGENCY BATTERY SET CONSISTING OF BATTERIES, BATTERY CHARGER AND ELECTRIC CIRCUIT.	Yes	
21	SUPPLIED WITH TVCC CAMERA	Yes	
	1 ZOOMING	Yes	
	2 IDEAL RESOLUTION	Yes	

Rev..08/2010 MB

Page 1 of 2

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن أوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.

Specification

مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		M7485	LIGHT, SURG, CEILING MTD, DUAL, EQUAL DIA HEADS

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
----------------------------------------	----------------------	--------------------

3	LIGHT SENSITIVITY COLOR	Yes	
4	FOCUS	Manual, Automatic	
22	WHITE BALANCE	Manual, Automatic	
23	LCD MEDICAL MONITOR	Not less than 19"	
24	OTHER SPECIFICATIONS		

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن أوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.