

Specification

مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. لمجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		DN003	AMALGAM SEPARATOR

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	TYPE	Wall-mounted or Unit-mounted	
2	REPLACEMENT CANISTER CAPACITY	Liters 1.5	
3	CLASSIFICATION	Type 2, Sedimentation System	
4	MAXIMUM TEMPERATURE	F (52° C) 120°	
5	MAXIMUM VACUUM	Hg (51 kPa) "15	
6	MAXIMUM FLOW RATE	liter per minute 1	
7	REPLACEMENT CANISTER	Yes	
8	RECYCLE KIT	Yes	
9	APPROXIMATE DIMENSIONS (MM)	W x 9.1" L x 28.4" H "12.7	
11	OTHER SPECIFICATION	Comes with Solid Amalgam Waste Disposal Bucket	

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن أوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكتالوج، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.