

Specification مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		A1120	COLUMN, SERVICE, PREFAB, SURGICAL, CEILING MOUNTED

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	APPLICATION	Service/ Monitors/ Surgical Equip	
2	COLUMN TYPE	Ceiling mounted	
3	PENDANT ARRANGEMENT	Single Pendant	
4	ARM ARRANGEMENT	Dual Arm	
5	ARTICULATION	Articulated	
6	SHAPE OF PENDANT	Vertical	
7	HEIGHT ADJUSTABILITY	Fixed	
8	ACCESSORIES	shelves 3	
9	COLUMN HEIGHT	Adjustable	
10	DEGREE OF ROTATION	360°	
11	OXYGEN OUTLET	3	
12	NITROUS OXIDE OUTLET	1	
13	COMPRESSED MEDICAL AIR OUTLET (5 BAR)	1	
14	EXHAUST ANESTHETIC GAS SCAVENGING OUTLET	1	
15	VACUUM OUTLET	3	
16	ELECTRICAL SOCKET	with face plate 12	
17	TOLERATION WEIGHT OF FIXATION	Specify	
18	OTHER SPECIFICATIONS		

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن أوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.