

Specification

مواصفات

GROUP NAME. اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند M8535	ITEM DESCRIPTION اسم البند MICROSCOPE, SURGICAL, OPHTHALMOLOGY مجهر جراحي للعمليات
-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل
--------------------------------	---------------------------------	------------------

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	APPLICATION	Ophthalmology	
2	MICROSCOPE		
1	Binocular Tube Configuration	Straight	
2	Interpupillary Distance	Adjustable	
1	Range, mm	Specify	
3	Eyepiece Power, 10x, 12.5x, Wide field	Specify	
4	Focal Length, mm		
1	Multiple, mm	200, 250, 300, 350, 400, Others specify	
1	Variable, mm	200-500 Approx.	
5	Optics Correction	Apochromatic	
6	Magnification		
1	Zoom	Yes	
2	Total Range	Specify	
7	Focusing		
1	Type	Power driven	
2	Range, mm	Specify	
3	Speed, mm/sec.	Specify	
7	X/Y Movement	Yes	
8	Handle with brake release button.	Yes	
9	Controls, Multifunction Footswitch	Yes	
10	Custom Sterile Cover	Yes	
3	ILLUMINATION	Fiber Optic	
1	Light Source, type	LED	
2	Field diameter, mm	Specify	
3	Emergency Back-up	Yes	
4	Filters, UV, IR	Yes, Others specify.	
5	Lamp Life Meter	Yes	
6	Lamp Power, w	300 approx.	
7	Light Intensity Control	Yes	
5	FOOTSWITCH, 12 FUNCTIONS	Yes	

Rev..06/2007-Eng.HR

Page 1/2

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن أوراق المنافسة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.

Specification

مواصفات

GROUP NAME. اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند M8535	ITEM DESCRIPTION اسم البند MICROSCOPE, SURGICAL, OPHTHALMOLOGY مجهر جراحي للعمليات

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	APPLICATION	Ophthalmology	
6	ACCESSORIES		
1	Coaxial Scope	Yes	
2	Twin Scope	Yes	
3	Video Adapter	Yes	
4	Beam Splitter	Yes	
5	Documentation	Yes	
	1 3 Chip video camera	Yes	
	2 CCU Unit	Yes	
	3 19" Monitor, HDTV	Yes	
	4 Camera mount	Yes	
7	FDA, CE, APPROVED	Yes	
8	POWER SUPPLY	220 Vac. – 60 Hz.	
9	OTHER SPECIFICATIONS	Moving in X.Y Z direction FDA, CE متوافق مع نظام غرف العمليات	

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المنافسة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.