

# Specification

# مواصفات

GROUP NAME. اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		NT021	OTO-ENDOSCOPE, RIGID

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر الموصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
---------------------------------------	----------------------	--------------------

1	DIRECTIONS OF VIEW	(0°, 30°, 45°, 70°), four telescopes	
2	MAKE	Autoclavable	
3	DIAMETER	4 mm	
4	LIGHT-GUIDE CABLE	Yes	
5	INSTRUMENT BASKET	Yes	
6	OUTPUT	High-Definition	
7	OTHER SPECIFICATIONS		

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر الموصافة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.