

Specification مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. لمجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		DN002	TANK, VACUUM SEPARATION

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	CAPACITY	Gallon 15	
2	FLOOR TO DRAIN CENTERLINE	(mm 203) "8	
3	TYPICAL NUMBER OF TREATMENT ROOMS	2	
4	CONNECTORS TO WASTE PIPING	Yes	
5	CONNECTORS TO OPERATORS	Yes	
6	CONNECTORS TO VACUUM UNIT	Yes	
7	APPROXIMATE DIMENSIONS	H(24") x W(25") x D(19")	
8	OTHER SPECIFICATION		

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.