

Specification

مواصفات

GROUP NAME اسم المجموعة	GROUP NO. المجموعة	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
		M5027	TABLE, MULTIPLE INSTRUMENT, OPHTHALMIC

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

1	TYPE	Mobile	
2	MAKE	Heavy gauge steel	
3	DESIGN		
	1 Mounted on twin swivel casters with bumper caps	Yes	
	2 Holding Capacity	3 ophthalmic equipment	
	3 ADJUSTABLE HEIGHT	Yes	
	4 HEIGHT RANGE	26" to 38" approx.	
4	WHEELCHAIR ACCESSIBILITY	Yes	
5	TABLE TOP	Resistant to chipping, scratching, and staining	
6	ELECTRICAL RECEPTACLES	Optional	
7	APPROXIMATE DIMENSIONS (mm)	W(1500) x D(710) x H(970)	
8	OTHER SPECIFICATIONS		

Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها محفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.