



EQUIPAMENT GENERAL DE LABORATORI



Agitador magnètic amb font de	P SELECTA AGIMATIC E-C
calor (2)	Iseline MS-H-S
	Potència d'agitació: 10L
	Velocitat: 0-1500 rpm
	Rang de temperatura: TA-340°C
Agitador orbital	Heidolph Titramax 100
	220x220mm , capacitat: 4 plaques microtiter
	Temporitzador 0-120 min/ funcionament
	continu
	Freqüencia: 150-1350 rpm
	Recorregut total/ orbita: 1.5mm
Agitador Vortex (velocitat fixa)	Phoenics instruments RS-VF10
	Velocitat: 2500 rpm
	Funcionament continu/ per contacte
Aigua desionitzada (Tipus 2)	Millipore Elix ® Essential 3
	Producció: 3L/h
	Resistivitat de l'aigua produïda: > 5 MΩ⋅cm
	at 25 °C, normalment 10-15 MΩ⋅cm





	Dipòsit de PE de 10L
Balança	DENVER INSTRUMENT SI-603
	Capacitat de pesada: 600g
	Llegibilitat: 0.001g
	Rang de tara (substractiu): 600g
	Mida plat pesada: 115mm diàmetre
	Calibratge intern automàtic
Fabricadora de gel granissat	Scotsman ® AF 80
	Producció màxima/24h: 75kg
	Capacitat contenidor: 25Kg
Forn	JOUAN, INNOVENS 55 EB1
	Capacitat: 55L
	Superfície estant: 455x451 mm
	• Rang: TA+5°C/75°C en passos de 0.1°C
Frigorífic	DAEWOO electronics ERF-386N
	Frigorífic: Temperatura: 2-4°C;
	Capacitat: 205L
	Congelador: Temperatura: -15°C
	Capacitat: 85L
Micropipetes	GILSON PIPETMAN® P
	• P10: 1-10µl
	• P20: 2-20 μl
	• P100: 20-100 μI
	• P1000: 200-1000 μl
Microscopi òptic de camp clar	Nikon ECLIPSE 50i
	Objectius:
	o Plan 4x/0.10
	o Plan 10x/0.25
	o Plan 40x/0.65
	o Plan 100x/1.25





Mini centrífuga	Spectrafuge C1301
	 Velocitat màxima: 6000 rpm/ 2000x g
	Capacitat:
	o 6 tubs x1.5/2ml, 0.5/0.4ml
	o 16 tubos de tira (strip)x0.2ml
pH metre	Crison BASIC 20
	Elèctrode de pH 5203 (fins a pH14)
	Resolució: 0.01
	• Tampons de calibració (a 25°C): pH4.01,
	pH7.00, pH9.21
	Agitador magnètic
Ultracongelador vertical (2)	REVCO ULT1786
	Temperatura -80°C
	4 prestatges d'acer inoxidable
	Capacitat màxima: 45kg/prestatge
Vitrina extractora de gasos	Burdinola V21-Space ST 1500
	Espai de treball: 1400x740x620mm
	Velocitat d'aspiració: 0.58m/s