Новые возможности

1. **Теперь отображаем причины недопуска работника на ПАК.** Если организация использует наши ПАК с принтером, по окончании осмотра работники получают талон с результатами. Там указано заключение медработника - допущен/недопущен, а также причины в случае недопуска. Если же ПАК используется без принтера, результаты отображаются работникам на самом ПАК спустя несколько минут после прохождения осмотра.
   a. **Раньше** мы показывали только заключение с результатом без подробностей. В случае недопуска работник не понимал причины - дело в его состоянии здоровья или технические, например, неправильное положение перед камерой.
   b. **Теперь** с новым релизом показываем на ПАК эти причины.



2. **Сделали подключение ПАК к серверу удобнее.**
   Перед началом работы в «боевом» режиме ПАК нужно подключить к серверу MedControl, чтобы проходить осмотры и получать заключения от медработников.
   a. **Раньше** это нужно было делать сразу вместе с остальными, предыдущими, настройками, и не для всех пользователей было удобно: процесс долгий и не всегда простой.
   b. **Сейчас** подключение к серверу можно отложить на следующий раз - после настроек отображаем сообщение с выбором: подключиться к серверу сразу или позже. Если подключение откладывается на потом, при повторном входе покажем экран с напоминанием.

3. **Добавили настройку перехода СМК в спящий режим.** ПАК состоит из нескольких составных частей, среди которых есть СМК (система медицинского контроля). Сюда входит медицинское оборудование, необходимое для прохождения осмотра: манжета для измерения давления, датчик температуры и алкотестер. Если не пользоваться ПАК более трёх минут, СМК автоматически переходит в спящий режим. Чтобы снова им пользоваться, СМК нужно вывести из спящего режима нажатием на отдельную кнопку.
   a. Так было **раньше**, и не всегда это было удобно.
   b. **В этом обновлении** мы добавили в сервисном меню настройку: можно выбрать, будет СМК «засыпать» спустя 3 минуты или нет.



Исправление ошибок

1. **При регистрации на ПАК корректно отображаем фото**. Встречалась неполадка, когда при регистрации работника на ПАК только что сделанное фото растягивалось по ширине при предпоказе. Настройку поправили, теперь фото сразу отображается в нужном разрешении.
2. **Починили ошибки с отправкой видео медработнику:**
   a. Сервисный осмотр после перезагрузки приложения снова отправляется медработнику. Сервисный осмотр нужен, чтобы перед началом работы с оборудованием проверить, корректно ли работает ПАК и можно ли успешно пройти все этапы осмотра.
      i. *Было*: если начать сервисный осмотр, перезагрузить ПАК (планшет или телефон) и снова пройти осмотр, он не отправится медработнику.
      ii. *Стало*: медработник успешно получает такой сервисный осмотр и обрабатывает его.
   b. Видео формируется и отправляется медработнику вовремя. Встречались случаи, когда после осмотра видео не успело формироваться, и медработник его не получал. С загрузкой разобрались, теперь медработник получает видео вовремя.