APM PM规则定中, 用户可以通过自定义json文件, 生成动态的设备检查表单, 效果图如下:



具体用法:

表单根结构:

{ title: '表单表头', groups: [] }

- **title**: 字符串, 显示表单的表头和名称, 长度18个中文字以内最佳, 否则在手机上显示会换行
- **groups**: 数组, 按照业务需要分隔表单数据项的区域

group元素:

{ title: '组标题', items: [] }

- **title**: 字符串, 显示分组区域的标题
- **items**: 数组, 数组元素定义用户输入或选择的数据项
- (可选) **checkbox**: 布尔型, true代表本组内容是多选组. (一个组只能表示一个多选问题, 可以包含多个相同key的item元素项)

items元素:

{ key: 'unique', label: '数据项名称', component: 'Text', options: [], rule: { required: true } }

- **key**: 不可重复的字符串, 英文/数字, 不要包含空格等特殊字符 (多选项, key必须一致)
- **label**: 字符串, 用户需录入数据项的文字描述及提示或要求等
- **component**: 指定字符串, 动态表单提供的不同类别, (默认值: Text)
  - Text: 单行文本框
  - TextArea: 多行文本框, 默认最大值200
  - Number: 单行数字输入框
  - Date: 日期选择框
  - DateTime: 日期+时间选择框
  - CheckBox: 多选框
  - Select: 下拉选项, 选项内容定义在options数组里面
  - Swtich: 开关选项, 用户只能选中, 或者不选中, 两种状态
- (可选) **options**: 数组, 定义下拉选项的具体内容. (在Select下拉选项中必须存在)
  - { key: 'a1', value: '选项1' }
  - key: 不可重复的字符串, 英文/数字, 不要包括空格等特殊字符
  - value: 字符串, 用户需选择的选项

- (可选) **props**: json对象, 高级选项, 指定动态表单用户输入项的特殊参数
    - maxLength: 数字, 最大输入长度 (文本框)
    - placeholder: 文字提示 (文本框)
- (可选) **rule**: json对象, 高级选项, 指定用户输入项的规则
    - required: 布尔型 是否必输
    - min: 数字 最小值
    - max: 数字 最大值
    - lt: 其他项的key, 要求小于另外一个输入项的值
    - gt: 其他项的key, 要求大于另外一个输入项的值

电气安全检测表示例

```
{
  "title": "医疗设备通用电气安全质量检测记录表",
  "groups": [
    {
      "title": "基础数据",
      "items": [
        {
          "key": "no",
          "label": "检测报告编号"
        },
        {
          "key": "num",
          "label": "检测流水号"
        }
      ]
    },
    {
      "title": "检测类型",
      "checkbox": true,
      "items": [
        {
          "key": "rule",
```

```
      "label": "验收",
      "component": "Checkbox",
      "value": "1"
    },
    {
      "key": "rule",
      "label": "稳定些检测",
      "component": "Checkbox",
      "value": "2"
    },
    {
      "key": "rule",
      "label": "定期检测",
      "component": "Checkbox",
      "value": "3"
    }
  ]
},
{
  "title": "环境条件",
  "items": [
    {
      "key": "temperature",
      "label": "温度 ℃",
      "component": "Number"
    },
    {
      "key": "humidity",
      "label": "湿度 %",
      "component": "Number"
    }
  ]
},
{
```

```
  "title": "定性检查 - 电源线",
  "items": [
   {
    "key": "cable01",
    "label": "网电源插头是否破损, 褪色, 插针有无变形",
    "component": "Switch"
   },
   {
    "key": "cable02",
    "label": "电源接口处是否接触良好",
    "component": "Switch"
   },
   {
    "key": "cable03",
    "label": "电源软电线是否老化, 变色",
    "component": "Switch"
   }
  ]
 },
 {
  "title": "定性检查 - 设备",
  "items": [
   {
    "key": "device01",
    "label": "设备外壳是否损坏",
    "component": "Switch"
   },
   {
    "key": "device02",
    "label": "设备部件如刻度盘, 开关等是否损坏或丢失",
    "component": "Switch"
   },
   {
    "key": "device03",
```

```
      "label": "设备表面是否有毛屑, 纤维等异物",
      "component": "Switch"
    },
    {
      "key": "device04",
      "label": "设备内部是否有异常响声",
      "component": "Switch"
    },
    {
      "key": "device05",
      "label": "是否有烧焦味儿, 设备局部是否已变色",
      "component": "Switch"
    },
    {
      "key": "device06",
      "label": "所有必备的标签是否清晰完整的在设备上黏贴",
      "component": "Switch"
    }
  ]
},
{
  "title": "定性检查 - 电池",
  "items": [
    {
      "key": "battery01",
      "label": "直流电池供电设备的电池充电是否正常",
      "component": "Switch"
    },
    {
      "key": "battery02",
      "label": "充电指示灯是否正常",
      "component": "Switch"
    }
  ]
```

```
},
{
  "title": "定量检查 - 电源部分",
  "items": [
    {
      "key": "power01",
      "label": "电源电压 (V)"
    },
    {
      "key": "power02",
      "label": "保护接地阻抗 (mΩ)"
    },
    {
      "key": "power03",
      "label": "绝缘阻抗(电源外壳) (MΩ)"
    }
  ]
},
{
  "title": "定量检查 - 电源部分 - 对地漏电流(μA)",
  "items": [
    {
      "key": "power07",
      "label": "对地漏电流(μA) 正常状态1"
    },
    {
      "key": "power08",
      "label": "对地漏电流(μA) 正常状态2"
    },
    {
      "key": "power11",
      "label": "对地漏电流(μA) 单一故障状态1"
    },
    {
```

```
      "key": "power12",
      "label": "对地漏电流(μA) 单一故障状态2"
    },
    {
      "key": "power13",
      "label": "对地漏电流(μA) 单一故障状态3"
    },
    {
      "key": "power14",
      "label": "对地漏电流(μA) 单一故障状态4"
    }
  ]
},
{
  "title": "定量检查 - 电源部分 - 外壳漏电流(μA)",
  "items": [
    {
      "key": "power05",
      "label": "外壳漏电流(μA) 正常状态1"
    },
    {
      "key": "power06",
      "label": "外壳漏电流(μA) 正常状态2"
    },
    {
      "key": "power21",
      "label": "外壳漏电流(μA) 单一故障状态1"
    },
    {
      "key": "power22",
      "label": "外壳漏电流(μA) 单一故障状态2"
    },
    {
      "key": "power23",
```

```
      "label": "外壳漏电流(μA) 单一故障状态3"
    },
    {
      "key": "power24",
      "label": "外壳漏电流(μA) 单一故障状态4"
    }
  ]
},
{
  "title": "定量检查 - 应用部分",
  "items": [
    {
      "key": "app01",
      "label": "绝缘阻抗类型",
      "component": "Select",
      "options": [
        {
          "key": "type-b",
          "value": "B型BF型"
        },
        {
          "key": "type-cf",
          "value": "CF型"
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "title": "定量检查 - 应用部分 - 患者漏电流(μA)",
  "items": [
    {
      "key": "patient07",
      "label": "患者漏电流(μA) 正常状态1"
```

```
    },
    {
      "key": "patient08",
      "label": "患者漏电流(μA) 正常状态2"
    },
    {
      "key": "patient11",
      "label": "患者漏电流(μA) 单一故障状态1"
    },
    {
      "key": "patient12",
      "label": "患者漏电流(μA) 单一故障状态2"
    },
    {
      "key": "patient13",
      "label": "患者漏电流(μA) 单一故障状态3"
    },
    {
      "key": "patient14",
      "label": "患者漏电流(μA) 单一故障状态4"
    }
  ]
},
{
  "title": "定量检查 - 应用部分 - 患者辅助漏电流(μA)",
  "items": [
    {
      "key": "assistent07",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 正常状态1"
    },
    {
      "key": "assistent08",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 正常状态2"
    },
```

```
    {
      "key": "assistent11",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 单一故障状态1"
    },
    {
      "key": "assistent12",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 单一故障状态2"
    },
    {
      "key": "assistent13",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 单一故障状态3"
    },
    {
      "key": "assistent14",
      "label": "患者辅助漏电流(μA) 单一故障状态4"
    }
  ]
},
{
  "title": "检测结果",
  "items": [
    {
      "key": "result01",
      "label": "是否合格",
      "component": "Select",
      "options": [
        {
          "key": "pass",
          "value": "合格"
        },
        {
          "key": "fail",
          "value": "不合格"
        }
```

```
        ]
      },
      {
        "key": "result02",
        "label": "检测说明",
        "component": "TextArea",
        "props": {
          "placeholder": "检测说明"
        }
      }
    ]
  }
 ]
}
```