

Titolo/Title	Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova
	<i>Requirements for the accreditation of testing laboratories</i>
Sigla/Reference	RT-08
Revisione/Revision	03
Data/Date	2015-10-27

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore del Dipartimento Laboratori di Prova	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	2016-01-01

INDICE

0.-INTRODUZIONE.....	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. TERMINI E DEFINIZIONI	4
3. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
4. REQUISITI GESTIONALI (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	7
4.1. ORGANIZZAZIONE	7
4.2. SISTEMA DI GESTIONE	7
4.3. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	8
4.4. RIESAME DELLE RICHIESTE, DELLE OFFERTE E DEI CONTRATTI	9
4.5. SUBAPPALTO DELLE PROVE E DELLE TARATURE	9
4.6. APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E DI FORNITURE	10
4.7. SERVIZI AL CLIENTE	10
4.8. RECLAMI	11
4.9. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PROVA E/O TARATURA NON CONFORMI	11
4.10. MIGLIORAMENTO	11
4.11. AZIONI CORRETTIVE	11
4.12. AZIONI PREVENTIVE	12
4.13. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI	12
4.14. AUDIT INTERNI	14
4.15. RIESAMI DA PARTE DELLA DIREZIONE	14
5. REQUISITI TECNICI (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	15
5.1. GENERALITÀ	15
5.2. PERSONALE	15
5.3. LUOGO DI LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI	15
5.4. METODI DI PROVA E TARATURA, VALIDAZIONE DEI METODI	16
5.5. APPARECCHIATURE	20
5.6. RIFERIBILITÀ DELLE MISURE	20
5.7. CAMPIONAMENTO	23
5.8. MANIPOLAZIONE DEGLI OGGETTI DA PROVARE E TARARE	23
5.9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI RISULTATI DI PROVA E TARATURA	24
5.10. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI	25
6. ULTERIORI REQUISITI ACCREDIA	27

0.-INTRODUZIONE

0.1. Generalità

0.1.1 Il presente documento definisce i criteri generali per l'accreditamento dei laboratori di prova da parte del Dipartimento Laboratori di prova di ACCREDIA (L'Ente Italiano di Accreditamento).

0.1.2 L'applicazione di tali criteri ha l'obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di prova dei laboratori accreditati nonché nell'imparzialità e nell'integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate. l'accreditamento ACCREDIA è concesso ai laboratori che risultano conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed a quanto prescritto dal presente documento e dagli altri documenti prescrittivi ACCREDIA.

0.1.3 Il presente documento fa riferimento alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "*Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura*". La numerazione dei paragrafi, per i capitoli 4 e 5, coincide con quelli della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In questi capitoli, e nel capitolo 6, sono inoltre riportate le precisazioni necessarie ACCREDIA ai requisiti della norma, talvolta coincidenti con le NOTE della norma stessa.

0.1.4 L'accreditamento dimostra la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate nel campo di accreditamento, e l'attuazione di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi della UNI EN ISO 9001 per le attività rientranti nel campo di accreditamento. I laboratori accreditati da ACCREDIA sono ritenuti competenti ad effettuare attività di prova a supporto anche dell'attività di certificazione e di ispezione degli organismi accreditati.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente documento specifica i requisiti generali, gestionali e di competenza tecnica per i laboratori di prova. ACCREDIA può prescrivere ai laboratori dei requisiti aggiuntivi, secondo i differenti settori di prova, le sedi in cui le prove sono effettuate, il tipo di utilizzo dei risultati delle prove.

1.2. Il presente documento è applicabile a tutti i laboratori che effettuano un servizio di prova. Vengono presi in considerazione sia i laboratori indipendenti sul piano organizzativo e commerciale, sia quelli dipendenti da una organizzazione più vasta (come aziende manifatturiere, organizzazioni pubbliche o private, centri di ricerca, ecc.).

1.3. I requisiti riportati in questo documento sono validi per qualunque settore e tipo di prove, accreditate sia in campo fisso che flessibile; specifici requisiti definiti dalla normativa cogente od a livello internazionale (EA, ILAC, ISO, EN, ecc.) o da ACCREDIA sono elencati nei documenti riportati come riferimento e/o sul sito web www.accredia.it.

1.4. Al fine di ottenere e mantenere l'accreditamento il laboratorio deve dimostrare di essere conforme a tutti i requisiti della norma, ad eccezione di quelli dichiarati - con adeguata motivazione - non applicabili, per tutte le attività di prova definite nel campo di applicazione dell'accreditamento; per le prove sotto accreditamento sarà inoltre verificata la competenza tecnica (formazione del personale, validazione dei metodi, riferibilità delle misure, ecc.).

NOTA: è acquisito anche nell'attività di verifica che tutte le attività organizzative del laboratorio ricadono nei requisiti del cap.4, mentre i soli processi di prova ed i risultati, riportati nella domanda di accreditamento, ricadono nel cap.5.

1.5. L'accREDITamento ottenuto dal laboratorio non comprende le attività relative alla formulazione di giudizi soggettivi od opinioni professionali, anche se fondati sui risultati oggettivi di prove accreditate.

1.6 Il laboratorio è tenuto al rispetto di quanto previsto dal documento ACCREDIA RG-09 relativamente all'uso del Marchio di accREDITamento.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Definizioni

Si applicano le definizioni delle norme di riferimento (UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI 70099, UNI CEI EN 45020) e del Regolamento (CE) N. 765/2008. Alcune definizioni sono riportate di seguito:

2.1.1 Laboratorio di prova: Laboratorio che esegue le prove. Il termine "laboratorio di prova" può essere impiegato per indicare un'entità legalmente riconosciuta o una semplice entità tecnica o una unità che ha entrambe le caratteristiche.

2.1.2 Cliente/Richiedente: Organizzazione o persona che riceve un prodotto. In questo contesto: Soggetto per il quale il laboratorio effettua le prove accreditate.

2.1.3. Prova: Determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità, secondo una procedura.

2.1.4. Fase di prova: Ogni singola parte in cui una prova può essere fisicamente scomposta. Ad es. in una prova chimica sono considerate fasi di prova il campionamento, il pretrattamento del campione, la dissoluzione, l'estrazione, la reazione, la misurazione finale, le prove di conferma.

2.1.5. Tecnica di prova: Tecnica che individua il principio su cui si fonda il metodo di prova.

2.1.6. Metodo di prova: Procedura tecnica specificata per eseguire una prova.

2.1.7. Norma: Documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.

2.1.8. Norma di prova: Norma che stabilisce e descrive i metodi di prova, talvolta accompagnati da disposizioni relative alle attività di prova, quali: campionatura, uso di metodi statistici, sequenze di prova.

2.1.9 Regola tecnica: Documento, emanato da una autorità, che riporta requisiti tecnici obbligatori o direttamente o tramite riferimenti, oppure incorporando il contenuto di una Norma.

2.1.10 Metodo di prova ufficiale: Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc. La qualifica di "ufficiale" è una proprietà trasversale indipendente dal grado di esaustività dei contenuti. Un metodo ufficiale può essere "normalizzato" o "non normalizzato".

NOTA: gli articoli pubblicati su riviste (es. pubblicati sul Journal AOAC, Bollettino dei Chimici Igienisti, ecc.) non possono essere considerati metodi ufficiali in quanto la responsabilità del metodo è degli autori, e non dell'editore.

2.1.11 Metodo di prova normalizzato: metodo approvato da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, UNICHIM, ASTM, AOAC, ecc) o da organismi pubblici autorevoli (es. USDA, FDA, EPA, NIOSH, IUPAC, APHA, OIV, OIE, WHO, APAT, CNR, IRSA, ISPRA, NMKL, ecc.).

2.1.12 Metodo di prova non normalizzato: metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali e metodo sviluppato da laboratori/centri di riferimento nazionali o comunitari o da centri di referenza nazionali accreditati. Elemento discriminante è che la responsabilità dei dati forniti è riferita non all'organizzazione che lo ha emesso, ma ai singoli autori.

2.1.13 Metodo di prova sviluppato dal laboratorio (interno): Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normalizzato o non normalizzato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

2.1.14 Procedura di prova: Documento nel quale vengono dettagliate le modalità esecutive adottate dal laboratorio non compiutamente descritte dal metodo di prova citato nell'elenco delle prove accreditate.

NOTA: tale procedura non deve costituire modifica del metodo di prova citato nell'elenco delle prove accreditate.

3. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Vengono di seguito riportati i principali documenti di riferimento; i requisiti riportati nelle guide e procedure ILAC ed EA per i laboratori, ove applicabili, devono essere soddisfatti.

Per i riferimenti riportanti la data di edizione, vale quella indicata; per i riferimenti senza data, si applica l'ultima edizione in vigore (incluso eventuali modifiche successive).

L'elenco completo dei documenti di riferimento (LS-04) è consultabile sul sito www.accredia.it.

E' responsabilità del Laboratorio verificare la vigenza dei documenti riportati.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
- UNI CEN/TS 15675: Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Applicazione della EN ISO/IEC 17025:2005 a misurazioni periodiche.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000: Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali.
- UNI CEI 70099: Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM).
- UNI CEI EN 45020: Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale.
- UNI 4546: Misure e misurazioni - Termini e definizioni fondamentali.
- UNI EN ISO 9000: Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario.
- UNI EN ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti.
- UNI EN ISO 10012: Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17043: Valutazione della conformità - Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio.
- JCGM 100: Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.
- ISO 21748: Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation.

- ISO/TS 19036: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations.
- UNI EN ISO 7218: Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Requisiti generali e guida per le analisi microbiologiche.
- ILAC G7: Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories.
- ILAC G8: Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification.
- ILAC G18 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories.
- ILAC G24: Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments.
- ILAC P9: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities.
- ILAC P10: ILAC Policy on Traceability of Measurement Results.
- EA-2/15: EA Requirements for the accreditation of flexible scopes.
- EA-4/02: Expression of the uncertainty of measurement in calibration.
- EA-4/09: Accreditation for sensory testing laboratories
- EA-4/15: Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing.
- EA-4/16: EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing.
- EA 4/18: Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation.
- EURACHEM Guide on Accreditation of Microbiological Laboratories.
- EURACHEM/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.
- EURACHEM Guide : The Fitness for Purpose of Analytical Methods.
- EURACHEM/CITAC Guide : Measurement Uncertainty arising from sampling.
- Rapporti Istisan 13/41 : Terminologia per le misurazioni analitiche : introduzione al VIM 3.
- REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2002 che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (2002/657/CE).
- REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 09 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
- Documento SANCO/12571/2013 "Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed" (e successive modifiche).

4. REQUISITI GESTIONALI (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

4.1. ORGANIZZAZIONE

4.1.1. Si applica il requisito di norma.

4.1.2. Si applica il requisito di norma.

4.1.3. Si applica il requisito di norma.

4.1.4. Si applica il requisito di norma, inclusi i requisiti riportati nelle NOTE 1 e 2, ove applicabili.

4.1.5. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve disporre di un organigramma gestito dal sistema qualità che rifletta chiaramente la sua organizzazione e le relazioni con eventuali altre funzioni che hanno influenza sull'operatività del laboratorio. Quando il laboratorio appartiene ad un'organizzazione più vasta deve inoltre esistere un organigramma generale nel quale sia riportata la posizione del laboratorio.

Inoltre il laboratorio deve disporre di documenti in cui siano descritti i compiti assegnati, le qualifiche, l'istruzione, l'esperienza, la formazione e l'addestramento relativi al ruolo ed agli incarichi ricoperti da tutto il personale; tali documenti devono:

- essere portati a conoscenza del personale in modo che lo stesso conosca l'estensione ed i limiti delle proprie responsabilità;
- essere a disposizione di ACCREDIA per il loro esame.

In particolare devono essere definite per iscritto le deleghe che riguardano la firma per l'emissione dei rapporti di prova, con riferimento a eventuali specifiche aree di pertinenza.

Il Laboratorio dovrà garantire che la funzione Responsabile Qualità sia in grado di presidiare adeguatamente in termini logistici e temporali il sistema di gestione, al fine di assicurare che sia attuato e seguito in ogni momento.

4.1.6. I processi di comunicazione devono essere documentati.

4.2. SISTEMA DI GESTIONE

4.2.1. Si applica il requisito di norma.

4.2.2. Si applica il requisito di norma.

4.2.3. Si applica il requisito di norma.

4.2.4. Si applica il requisito di norma.

4.2.5. Si applica il requisito di norma.

Il manuale della qualità deve comprendere sufficienti informazioni da permettere la comprensione di come il laboratorio opera per raggiungere e mantenere la conformità ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e di ACCREDIA.

Devono essere specificate le responsabilità relative alla definizione di politiche e procedure, alla loro attuazione ed alla predisposizione e conservazione delle relative registrazioni.

Il manuale deve contenere una sintetica descrizione delle modalità operative adottate dal Laboratorio, ed il rimando a procedure deve essere utilizzato solo per i dettagli.

Nel caso di laboratori multisito, o che operano in stazioni temporanee, il manuale deve precisare, ove applicabile, la sede di effettuazione delle attività descritte nel manuale.

Quando il laboratorio non effettui talune attività, od alcuni requisiti non siano applicati (vedi § 1.2 della norma), tali esclusioni devono essere dichiarate e motivate nel Manuale Qualità.

4.2.6. Si applica il requisito di norma.

Inoltre, il manuale della qualità del laboratorio può descrivere attività che non rientrano fra quelle interessate dall'accREDITAMENTO ACCREDIA (per esempio, laddove il laboratorio faccia parte di una struttura più vasta), purché le parti del manuale che riguardano l'accREDITAMENTO siano chiaramente distinguibili e, prese per loro conto, costituiscano un manuale della qualità completo, soddisfacente i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e del presente documento.

Il manuale della qualità deve inoltre contenere una tabella di correlazione tra i suoi paragrafi ed i paragrafi del presente documento.

4.2.7. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve definire in un documento di sistema le modalità e le responsabilità per la gestione del cambiamento.

4.3. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

4.3.1. Generalità

Si applica il requisito di norma.

Nel caso di aggiornamenti di documenti di origine esterna (es. norme, metodi, leggi, regolamenti), ove non diversamente indicato, il laboratorio è tenuto ad applicare le nuove versioni entro tre mesi dall'emissione.

4.3.2. Approvazione e diffusione dei documenti

4.3.2.1. Si applica il requisito di norma.

Inoltre, insieme alla Domanda di accREDITAMENTO, debitamente compilata, dovranno essere consegnati ad ACCREDIA i documenti indicati al punto 4 della DA-02.

Qualora nel manuale della qualità o in altri documenti inviati dal laboratorio ad ACCREDIA compaiano sigle o acronimi, il laboratorio dovrà fornire ad ACCREDIA un'indicazione scritta esplicita degli stessi.

Il laboratorio deve inviare ad ACCREDIA le revisioni del manuale della qualità e degli eventuali metodi sviluppati dal laboratorio (con le relative dichiarazioni di validazione). Altri documenti vanno inviati solo su eventuale esplicita richiesta di ACCREDIA.

4.3.2.2. Si applica il requisito di norma.

4.3.2.3. Si applica il requisito di norma.

4.3.3. Modifiche dei documenti

4.3.3.1. Si applica il requisito di norma.

4.3.3.2. Si applica il requisito di norma.

4.3.3.3. Si applica il requisito di norma.

Correzioni a mano sono permesse sulle istruzioni operative, qualora se ne ravvisi l'urgenza, e sui documenti di registrazione della qualità per uso interno. Le istruzioni modificate vanno tempestivamente aggiornate.

4.3.3.4. Si applica il requisito di norma.

Qualora il laboratorio utilizzi procedure informatiche (programmi software) per soddisfare i requisiti di conformità richiesti dalla norma, il laboratorio stesso dovrà rendere disponibili informazioni sulle correlazioni tra lo specifico software usato e i punti della norma governati dallo stesso

4.4. RIESAME DELLE RICHIESTE, DELLE OFFERTE E DEI CONTRATTI

4.4.1. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve informare il cliente sul significato dell'accreditamento e sull'accreditamento delle prove oggetto dell'offerta.

Il laboratorio deve definire, ove non esistano prescrizioni normative in merito, i tempi di conservazione dei campioni e delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate e renderli noti ai clienti, direttamente o tramite pubblica comunicazione. In sede di riesame del contratto con il cliente può avvenire anche la ridefinizione dei tempi stabiliti.

4.4.2. Si applica il requisito di norma.

Le registrazioni dei riesami devono essere conservate per un periodo di tempo appropriato (vedi 4.13).

4.4.3. Si applica il requisito di norma.

4.4.4. Si applica il requisito di norma.

4.4.5. Si applica il requisito di norma.

4.5. SUBAPPALTO DELLE PROVE E DELLE TARATURE

4.5.1. Si applica il requisito di norma.

L'accreditamento è concesso ad un laboratorio solamente per quelle attività di prova che effettua in proprio e per le quali ACCREDIA ne verifica la competenza; il subappalto di intere prove, in maniera continuativa, è quindi escluso dal campo dell'accreditamento.

L'accreditamento non può essere rilasciato per fasi di prova, eccetto per il campionamento, in quanto con il subappalto delle fasi non eseguite, verrebbe meno la validità analitica del risultato di prova e nel caso di controlli ufficiali verrebbe meno la validità giuridica del campione perché non sarebbe garantito il diritto alla difesa presso i due laboratori accreditati.

Il laboratorio non può escludere e/o subappaltare le fasi di conferma sia quando descritte nel metodo (es UNI EN ISO 6579: 2008) sia se richiamate nel metodo applicato (es AFNOR BIO 12/04-02/95). Fanno eccezione le fasi di conferma che richiedono prove su animali da laboratorio.

Se il laboratorio subappalta prove o campionamenti (accreditati o non accreditati), deve:

- informare preventivamente il cliente (vedi § 4.7), ed ottenerne il consenso scritto;

- verificare la competenza del laboratorio subappaltato nell'esecuzione della prova (l'accREDITamento del subcontraente da parte di Ente di accREDITamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC, per l'attività subappaltata ne dimostra la competenza);
- riportare sul rapporto di prova l'indicazione che la prova o il campionamento, è stata eseguita in subappalto.

Nel caso in cui la prova o il campionamento siano subappaltati a laboratori accREDITati per le specifiche attività oggetto di subappalto, non è necessario indicarli come non accREDITati, a condizione che sia indicato il numero di accREDITamento del laboratorio subappaltato e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell'Ente accREDITante.

Si rammenta che l'uso del marchio ACCREDIA (e/o il riferimento all'accREDITamento) sui rapporti di prova è ammesso solo se i rapporti di prova contengono risultati di prove accREDITate eseguite dal laboratorio.

Nel caso il laboratorio subappalti prove ad un soggetto che a sua volta le subappalta, non è possibile considerare tale attività come accREDITata.

Nel caso in cui un laboratorio non riporti su un proprio rapporto di prova i risultati forniti dal laboratorio subappaltato, ma fornisca direttamente il rapporto di prova del laboratorio subappaltato, è tenuto comunque a rispettare i requisiti in merito all'informazione al cliente e alla verifica di competenza del subappaltato.

4.5.2. Si applica il requisito di norma.

4.5.3. Si applica il requisito di norma.

4.5.4. Si applica il requisito di norma.

4.6. APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E DI FORNITURE

4.6.1. Si applica il requisito di norma.

4.6.2. Si applica il requisito di norma.

Devono esistere procedure e registrazioni per la verifica al ricevimento e per l'utilizzo, per quei prodotti che hanno una scadenza, o richiedono condizioni di conservazione particolari (per esempio, conservazione a bassa temperatura, al buio, ecc.).

4.6.3. Si applica il requisito di norma.

4.6.4. Si applica il requisito di norma.

4.7. SERVIZI AL CLIENTE

4.7.1. Si applica il requisito di norma.

Ove previsto dal metodo di prova o da requisiti cogenti, il laboratorio deve fornire al cliente, qualora questi effettui il campionamento, idonea assistenza (istruzioni per il campionamento e relative registrazioni, contenitori).

4.7.2. Si applica il requisito di norma.

4.8. RECLAMI

Si applica il requisito di norma.

4.9. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PROVA E/O TARATURA NON CONFORMI

4.9.1. Si applica il requisito di norma.

NOTA: in caso di attività di prova e/o taratura non conformi tali da sospendere l'attività di prova, il laboratorio deve darne comunicazione ad ACCREDIA.

4.9.2. Si applica il requisito di norma.

Qualora si verificano non conformità che potrebbero mettere in dubbio la validità dei risultati di prove accreditate (ad es. utilizzo di apparecchiature per le quali è scaduto il periodo di taratura/manutenzione previsto o per le quali le operazioni di taratura/manutenzione abbiano dato esito negativo, utilizzo di materiali di riferimento scaduti, ecc.) il laboratorio dovrà sospendere l'emissione di rapporti di prova recanti il Marchio ACCREDIA od altro riferimento all'accREDITAMENTO relativo a tali prove fino alla avvenuta verifica positiva delle azioni correttive intraprese.

A seguito di non conformità riscontrate, il laboratorio deve verificare le conseguenze sui risultati già forniti e ove ne risultino deve avvertire il cliente emettendo anche, se pertinente, rapporti di prova sostitutivi.

Nel caso di non conformità riscontrate sui rapporti di prova già emessi, che possano pregiudicare l'utilizzo dei risultati da parte dei clienti (es. non conformità di natura tecnica, oppure relative al riferimento all'accREDITAMENTO), il laboratorio deve individuare i rapporti di prova affetti dalla medesima non conformità ed avvertire i clienti emettendo rapporti di prova sostitutivi.

4.10. MIGLIORAMENTO

Si applica il requisito di norma.

4.11. AZIONI CORRETTIVE

4.11.1. Generalità

Si applica il requisito di norma.

Si rammenta che anche le azioni correttive pianificate e comunicate a seguito delle verifiche di seconda e terza parte (es. ACCREDIA) devono essere gestite nell'ambito del sistema di gestione del laboratorio.

4.11.2. Analisi delle cause

Si applica il requisito di norma.

4.11.3. Selezione ed attuazione delle azioni correttive

Si applica il requisito di norma.

4.11.4. Monitoraggio delle azioni correttive

Si applica il requisito di norma.

Si rammenta che la verifica dell'efficacia delle AC e AP è diversa dalla verifica della loro attuazione.

NOTA: è consigliabile la redazione di un piano delle AC (e AP) al fine di facilitare la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle stesse nei tempi stabiliti. E' altresì consigliabile stabilire, all'apertura dell'AC/AP, sia la data di verifica dell'attuazione, che quella di verifica dell'efficacia.

4.11.5. Audit supplementari

Si applica il requisito di norma.

4.12. AZIONI PREVENTIVE

4.12.1. Si applica il requisito di norma.

4.12.2. Si applica il requisito di norma.

4.13. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

4.13.1. Generalità

4.13.1.1. Si applica il requisito di norma.

Inoltre ACCREDIA tra i principali documenti di registrazione che devono essere gestiti dal sistema indica:

- * i rapporti di prova;
- * i quaderni di laboratorio (o fogli di lavoro) sia in formato cartaceo che elettronico;
- * gli eventuali verbali di campionamento;
- * i rapporti di taratura interni, i certificati di taratura esterni, i certificati di materiali di riferimento;
- * i contratti inerenti le attività di laboratorio;
- * le registrazioni ambientali ove richiesto dal metodo di prova;
- * i rapporti di non conformità;
- * le registrazioni relative alla validazione dei metodi e del software sviluppato dal laboratorio ed alla stima dell'incertezza di misura.

4.13.1.2. Si applica il requisito di norma.

In particolare tutte le registrazioni devono essere conservate per un periodo di tempo pari almeno a quello definito dalle legislazioni nazionali ed internazionali applicabili alle attività di prova oggetto di accreditamento. Laddove non siano definiti limiti temporali per la conservazione, ACCREDIA raccomanda, nel caso di prove per omologazione di prodotti, di conservare tutti gli atti relativi alle attività di prova svolte per almeno 10 anni, in linea con quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia di valutazione della conformità (vedi anche Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 218 del 13.08.2008]). Si raccomanda altresì di valutare l'applicabilità del D. Lgs. 206:2006 (Codice del Consumo).

Il laboratorio deve inoltre verificare le esigenze del cliente, adeguando il periodo di conservazione ad eventuali requisiti, volontari o cogenti, legati all'attività del cliente.

ACCREDIA ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni, ai soli fini delle verifiche ACCREDIA, quindi ove non esistano obblighi cogenti o contrattuali più onerosi:

	Tipologia dei documenti	Tempi minimi di conservazione
1.	Rapporti di audit interni	ultimi 48 mesi
2.	Riesami della Direzione	ultimi 48 mesi
3.	Rapporti di prova	ultimi 48 mesi
4.	Fogli di lavoro	ultimi 48 mesi
5.	Quaderni di Laboratorio	ultimi 48 mesi
6.	Verballi di campionamento	ultimi 48 mesi
7.	Rapporti di taratura	i due ultimi rapporti – ultimi 48 mesi
8.	Certificati di taratura	i due ultimi certificati – ultimi 48 mesi
9.	Controlli dello stato di taratura	ultimi 48 mesi
10.	Registrazioni ambientali	ultimi 48 mesi
11.	Rapporti di non conformità	ultimi 48 mesi
12.	Registrazioni strumentali	ultimi 48 mesi
13.	Contratti per attività e loro riesami	per il periodo di validità del contratto e 12 mesi dopo la scadenza

Ove siano indicati due intervalli diversi, si deve considerare il più esteso dei due.

I dati relativi alle tarature dovrebbero essere conservati per la vita dell'apparecchiatura di misura, in quanto in base a questi possono essere stabilite o modificate le frequenze di taratura.

4.13.1.3. Si applica il requisito di norma.

4.13.1.4. Si applica il requisito di norma.

In relazione all'estensione delle attività gestite con il sistema informatico tendenti ad assicurare i requisiti della norma, il laboratorio dovrà predisporre adeguate procedure atte a fornire sufficienti garanzie in merito alla gestione in sicurezza degli aspetti di Confidenzialità, Integrità ed Accessibilità delle registrazioni conservate su sistemi informatici. Si ricorda che il solo back-up dei dati non è sufficiente a garantire tale requisito.

4.13.2. Registrazioni tecniche

4.13.2.1. Si applica il requisito di norma.

4.13.2.2. Si applica il requisito di norma.

4.13.2.3. Si applica il requisito di norma.

In caso di correzione di dati, inoltre, ove dalle registrazioni non fosse desumibile la spiegazione, deve essere annotato il motivo della correzione.

4.14 AUDIT INTERNI

4.14.1. Si applica il requisito di norma.

La scelta dei valutatori e la conduzione degli audit devono assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica ispettiva interna.

Deve essere fornita evidenza (curricula ed attestati) della formazione, dell'addestramento e della esperienza dei valutatori, relativamente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed ai requisiti per l'accreditamento.

Gli audit interni possono essere effettuati, se non esistono risorse interne, da valutatori qualificati esterni al laboratorio.

Audit di seconda e terza parte non possono sostituire gli audit interni del laboratorio.

Il ciclo di audit deve essere completato in un anno.

NOTA: E' consigliabile nella pianificazione degli audit interni tenere conto delle carenze evidenziate nel corso degli audit precedenti.

4.14.2. Si applica il requisito di norma.

4.14.3. Si applica il requisito di norma.

4.14.4. Si applica il requisito di norma.

4.15 RIESAMI DA PARTE DELLA DIREZIONE

4.15.1. Si applica il requisito di norma.

Il responsabile qualità deve riferire periodicamente per iscritto alla Direzione, almeno annualmente, sull'andamento della qualità del laboratorio.

Il riesame deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Il laboratorio deve effettuare un riesame anche dopo le verifiche di parte seconda e terza (es. verifiche ACCREDIA), se da queste sono emersi rilievi ed il laboratorio deve pianificare azioni correttive, azioni preventive e di miglioramento, investimenti, ecc.

4.15.2. Si applica il requisito di norma.

5. REQUISITI TECNICI (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

5.1. GENERALITÀ

5.1.1. Si applica il requisito di norma.

5.1.2. Si applica il requisito di norma.

5.2. PERSONALE

5.2.1. Si applica il requisito di norma.

Nel caso in cui il laboratorio esegua prove per cui è richiesta la certificazione del personale (per esempio prove non distruttive) ACCREDIA richiede che il personale che esegue tali prove sia certificato da un organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA (o da organismi in mutuo riconoscimento con ACCREDIA).

5.2.2. Si applica il requisito di norma.

5.2.3. Si applica il requisito di norma.

5.2.4. Si applica il requisito di norma; il contenuto minimo dei mansionari deve riportare quanto definito nella NOTA.

A fronte del mansionario, dovranno esistere registrazioni sul personale che diano evidenza della competenza per lo svolgimento dei compiti assegnati (per esempio un elenco delle prove con indicate le persone abilitate ad eseguirle, ovvero registrazione dell'abilitazione all'esecuzione delle prove e delle tarature interne, attestati di partecipazione a corsi, verbali di formazione e/o addestramento, CV).

5.2.5. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve effettuare valutazioni e mantenere registrazioni dell'efficacia della formazione e dell'addestramento erogati. La norma richiede inoltre il mantenimento delle registrazioni relative alla conferma delle autorizzazioni e/o competenze, quindi il laboratorio deve definire i criteri e le frequenze delle verifiche per il mantenimento della qualifica del personale.

5.3. LUOGO DI LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI

5.3.1. Si applica il requisito di norma.

Si rammenta che esistono norme e guide per la gestione del laboratorio in alcuni settori specifici (es. ISO 7218, Guida Eurachem "Accreditation for Microbiological Laboratories" per le analisi microbiologiche, EA-4/09 per le analisi sensoriali, ecc.), e che le norme di prova ed i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature contengono requisiti relativi alle condizioni ambientali e di alimentazione che devono essere soddisfatti.

5.3.2. Si applica il requisito di norma.

5.3.3. Si applica il requisito di norma.

5.3.4. Si applica il requisito di norma.

5.3.5. Si applica il requisito di norma.

5.4. METODI DI PROVA E TARATURA, VALIDAZIONE DEI METODI

5.4.1. Generalità

Si applica il requisito di norma.

Se le modifiche apportate ad un metodo ufficiale/normalizzato/non normalizzato sono tali da migliorarne le prestazioni senza snaturarne il principio (es. impiego di apparecchiatura con migliore risoluzione e stabilità, materiali di riferimento e reagenti di più elevata purezza) il metodo può essere indicato nell'elenco prove mantenendo i riferimenti originali.

Altri scostamenti dai metodi, quali:

- impiego fuori dal campo di misura o di applicazione indicato, se assimilabile,
- estensioni e/o modifiche rispetto al protocollo consentono di mantenere i riferimenti al metodo originario, purché tali modifiche siano soggette a validazione.

Scostamenti occasionali dal metodo di prova, connesse con la natura particolare di un campione, devono essere riportate sul rapporto di prova. Modifiche sostanziali del metodo ufficiale, normalizzato o non normalizzato ne comportano la trasformazione in metodo sviluppato dal laboratorio.

Con riferimento alla NOTA è sconsigliato trascrivere i metodi normalizzati come metodi sviluppati dal laboratorio; eventuali dettagli possono essere riportati in procedure di prova.

Si rammenta che i laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono tenuti a verificare che tutti i parametri dei metodi di prova siano conformi a quanto stabilito nelle specifiche Direttive/Regolamenti in vigore.

5.4.2. Scelta dei metodi

Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve, ove possibile, utilizzare metodi ufficiali in vigore, metodi definiti da regole tecniche o norme. I laboratori, addetti al controllo ufficiale, devono utilizzare i metodi indicati dalla normativa cogente, ovvero altri metodi che abbiano prestazioni equivalenti a quelli indicati nella normativa cogente.

I progetti di norma ISO (FDIS), IEC (FDIS), CEN e CENELEC (prEN e prENV)¹ ed ETSI (Final Draft prETS) nella forma sottoposta al voto finale possono essere citati come norme nell'elenco prove accreditate, solo se previsto obbligatoriamente. Dopo l'approvazione, tali progetti di norma devono essere sostituiti dalla norma corrispondente.

Le edizioni non più in vigore di norme o metodi di prova ufficiali, insieme con i progetti di norma non ancora nella forma sottoposta al voto finale, sono classificati tra i metodi di prova sviluppati dal laboratorio. Fanno eccezione le edizioni superate di norme ed i progetti di norma quando sono richiamati da disposizioni cogenti o da norme per la certificazione di prodotto, in vigore, o richiesti da organismi notificati. Inoltre è ammesso mantenere nell'elenco delle prove accreditate norme superate, solo nel caso di esplicita e motivata richiesta del cliente, a condizione che nell'elenco delle prove accreditate deve essere presente anche la rispettiva norma aggiornata.

Qualora la norma sia stata successivamente integrata o modificata da fogli di aggiornamento e/o errata corrige, il laboratorio li deve riportare nella domanda di accreditamento e sui rapporti di prova.

ACCREDIA non riconosce come metodi normalizzati articoli pubblicati su riviste (es. pubblicati sul Journal AOAC) o istruzioni dei fornitori delle apparecchiature, eccetto quando richiamate espressamente dalla normativa cogente.

Nel caso in cui il laboratorio richieda l'accREDITAMENTO per prove eseguite secondo metodi emessi da organizzazioni diverse dagli enti di nazionali o internazionali di normazione, il laboratorio è tenuto ad inviare, su

eventuale richiesta di ACCREDIA, i documenti di riferimento utilizzati per l'esecuzione delle prove. In caso contrario, le prove non possono essere accreditate.

I metodi devono essere ben documentati: se il laboratorio redige procedure di dettaglio, per esempio per definire le condizioni strumentali ottimali per le proprie apparecchiature, tali documenti aggiuntivi, contenenti dettagli supplementari per garantire la corretta applicazione della norma, vengono definiti da ACCREDIA "procedure di prova" (vedi 3.1.14). Esse devono contenere almeno tutti gli elementi indicati nella nota al punto 5.4.4 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, se non già presenti nel metodo.

Devono inoltre essere predisposte dal laboratorio adeguate istruzioni per le fasi di prova preliminari, ad esempio per preparazione dei campioni, disaggregazione, estrazione in chimica, diluizioni seriali per microbiologia, condizionamento dei provini per prove meccaniche, ecc., ove non presenti nei metodi di prova.

Non è ammesso fare riferimento alla sola normativa cogente quando questa contiene indicazioni incomplete che, ad esempio, si riferiscono soltanto alla tecnica di prova e non dettagliano completamente le modalità di esecuzione; in tali casi il laboratorio indicherà, nella domanda di accreditamento e sui rapporti di prova, il riferimento alla normativa cogente e ad un metodo normalizzato, non normalizzato o sviluppato dal laboratorio che contiene tutte le informazioni necessarie (vedi 5.4.4.).

Quando un metodo normalizzato o ufficiale indica la ripetibilità e l'accuratezza, il laboratorio è tenuto a verificare che, in condizioni di ripetibilità, le prestazioni del laboratorio siano compatibili con quelle indicate. Ove manchino tali informazioni, il laboratorio deve determinarle.

In entrambi i casi il laboratorio deve verificare di mantenere nel tempo tali parametri.

Il laboratorio deve dare evidenza, ove necessario, della verifica dell'idoneità del metodo in relazione alle esigenze del cliente.

5.4.3. Metodi sviluppati dal laboratorio

Si applica il requisito di norma.

L'eliminazione di fasi di prova, l'impiego di apparecchiature con prestazioni inferiori a quelle previste o che si basano su principi differenti, l'applicazione a materiali o prodotti non indicati nel campo di applicazione del metodo, normalizzato o ufficiale, e non assimilabili richiedono la trasformazione in metodo sviluppato dal laboratorio.

Il laboratorio che richiede l'accREDITAMENTO di prove eseguite secondo metodi di prova sviluppati dal laboratorio deve inviare ad ACCREDIA copia di tali metodi, accompagnati dalla dichiarazione di validazione e idoneità (sintesi di quanto descritto al punto 5.4.5.3 della norma). Qualora il laboratorio non faccia pervenire ad ACCREDIA tale documentazione, le relative prove sono escluse dall'accREDITAMENTO.

I metodi sviluppati dal laboratorio devono essere redatti seguendo lo schema riportato nella NOTA al punto 5.4.4 della norma e validati secondo i requisiti del punto 5.4.5 della norma. I metodi sviluppati dal laboratorio devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della prova: il riferimento ad altri documenti del laboratorio (es. procedura per la preparazione del campione) non è accettabile.

5.4.4. Metodi non normalizzati

Si applica il requisito di norma.

I metodi non normalizzati ancorché pubblicati da autorevoli istituzioni e le norme di prova prodotte da industrie, istruzioni del produttore, devono essere validati dal laboratorio, che li può indicare nella domanda di accREDITAMENTO e sui rapporti di prova come riferimento. Sono comunque accettabili le dichiarazioni di validazione AOAC, NORDVAL, o di organismi di certificazione di prodotto accreditati (es. AFNOR).

Si precisa che, quando un metodo non normalizzato indica la ripetibilità e l'accuratezza, il laboratorio è tenuto anche a verificare che, in condizioni di ripetibilità, le proprie prestazioni siano compatibili con quelle indicate. Ove manchino tali informazioni, il laboratorio nella validazione deve determinarle; in entrambi i casi il laboratorio deve verificare di mantenere nel tempo tali parametri.

I metodi validati da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari accreditati o da Centri di Riferenza Nazionali accreditati e riconosciuti dall'Autorità centrale, possono essere utilizzati da altri laboratori senza ulteriore validazione purché:

- tali metodi rientrino nel campo di accreditamento del laboratorio che li ha validati;
- contengano almeno i limiti di ripetibilità e riproducibilità (o ripetibilità intermedia);
- siano messi a disposizione dal laboratorio di riferimento, nella versione in vigore, sul proprio sito web, corredati dalla dichiarazione di validazione;
- la dichiarazione di validazione del laboratorio di riferimento sia aggiornata (data di emissione non superiore a 3 anni);
- il laboratorio che li applica abbia verificato di saperli eseguire nel proprio laboratorio ottenendo risultati rientranti nei limiti definiti dal metodo (dati di precisione);
- il laboratorio che li applica abbia verificato che le caratteristiche prestazionali che dipendono dal laboratorio e non dal metodo (come ad es. quelle che dipendono dal tipo e condizione della apparecchiatura che il laboratorio utilizza, abilità del personale autorizzato ad eseguire la prova, condizioni ambientali del laboratorio, qualità dei reattivi e materiali che il laboratorio utilizza, procedura di prova definita dal laboratorio) siano compatibili con quelle ottenute durante la validazione del metodo.

5.4.5. Validazione dei metodi

5.4.5.1. Si applica il requisito di norma.

5.4.5.2. Si applica il requisito di norma.

Se il metodo comprende campionamento, manipolazione, trasporto, la validazione deve comprendere anche queste fasi. L'influenza di cambiamenti nei metodi non normalizzati utilizzati dal laboratorio o sviluppati dallo stesso e validati, o dell'introduzione di nuove apparecchiature deve essere verificata e, se necessario, deve essere eseguita una nuova validazione.

La dichiarazione di validazione del metodo dovrà contenere in sintesi i dati indicati al punto 5.4.5.3 della norma.

Se le procedure di taratura utilizzate dal laboratorio sono di origine esterna (fornita da Centri di taratura accreditati da organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA o ILAC, dal produttore dell'apparecchiatura, norme, guide) non è necessaria la loro validazione. Le procedure di taratura sviluppate autonomamente dal laboratorio devono essere validate.

5.4.5.3. Si applica il requisito di norma.

Documenti guida per la validazione dei metodi sono stati pubblicati ad esempio da EURACHEM e da altre organizzazioni; si possono reperire ulteriori informazioni sul sito web www.accredia.it.

Inoltre per i laboratori che operano nell'ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari esistono specifiche disposizioni comunitarie quali ad esempio la Decisione della Commissione 2002/657/CE. Il laboratorio deve definire i criteri per il riesame periodico della validazione dei metodi (es. risultanze positive da prove valutative, conferme da prove su materiali di riferimento), sia in termini di frequenza che di compatibilità dei risultati ottenuti.

5.4.6. Stima dell'incertezza di misura

5.4.6.1. Si applica il requisito di norma.

Se il laboratorio effettua tarature interne, l'incertezza deve essere determinata in accordo alla guida JCGM 100, ovvero alla Guida EA-4/02, o secondo procedure equivalenti. ACCREDIA ha pubblicato la traduzione in italiano (DT-05-DT) della guida; inoltre le note tecniche di ACCREDIA (scaricabili dal sito www.accredia.it) forniscono linee guida per la redazione delle procedure di taratura e per la stima dei contributi all'incertezza.

5.4.6.2. Si applica il requisito di norma, inclusi i requisiti riportati nella NOTA 1.

Quando un metodo non sviluppato dal laboratorio riporta i parametri statistici della validazione (scarto tipo di ripetibilità e scarto tipo di riproducibilità), una stima dell'incertezza di misura è convenientemente ricavata dallo scarto tipo di riproducibilità (moltiplicato per un opportuno fattore di copertura), se il laboratorio verifica che le proprie prestazioni sono compatibili con quelle indicate (scarto tipo di ripetibilità).

NOTA: questo approccio viene utilizzato, in alcuni casi, dalla normativa cogente per il confronto con i limiti (es. D.M. 10 febbraio 2000: Metodiche per il controllo del tenore in benzene ed idrocarburi aromatici totali nelle benzine, fa riferimento alla ISO 4259; il Regolamento CE 273/2008, tiene conto degli scarti tipo di ripetibilità e riproducibilità dei metodi per stimare l'incertezza estesa ed usarla nel confronto con i limiti).

E' importante verificare che il livello di concentrazione per cui viene riportata la riproducibilità sia prossimo al risultato della prova, in quanto l'incertezza (e la riproducibilità che ne fornisce una stima) è funzione non lineare della concentrazione (vedi legge di Horwitz); è quindi errato esprimere l'incertezza in termini relativi su tutto il campo di applicazione di un metodo quando questa è stata determinata solo su un valore di concentrazione.

Nell'ambito delle prove microbiologiche, questa limitazione non è applicabile poiché la ISO/TS 19036 per la stima dell'incertezza permette l'uso dei dati di riproducibilità indipendentemente dai livelli di concentrazione batterica: tali livelli dovrebbero comunque essere realistici.

Il laboratorio deve controllare che l'incertezza da associare al risultato sia stata stimata a livelli significativi per il cliente (limiti di legge) e inoltre deve confrontare il limite di ripetibilità, del metodo o calcolato dal laboratorio, con il valore dell'incertezza di misura ($2U > r$).

E' importante inoltre verificare che l'incertezza stimata sia congruente con i dati prestazionali disponibili in letteratura, ove esistenti (es. riportati nel metodo, ricavati dalla partecipazione a confronti interlaboratorio, ecc.)

5.4.6.3. Si applica il requisito di norma.

La stima dell'incertezza di misura dovrà tenere in considerazione, ove applicabili, anche eventuali contributi dovuti al campionamento. Documenti guida per la stima di tali contributi sono stati pubblicati da EURACHEM e da altre organizzazioni.

I documenti di riferimento sono la Guida BIPM JCGM 100 relativa all'espressione dell'incertezza di misura, le Guide EURACHEM-CITAC e ISO 21748.

Altri documenti e guide sono elencati alla sezione 3.2 e sul sito www.accredia.it

5.4.7. Controllo dei dati

5.4.7.1. Si applica il requisito di norma.

5.4.7.2. Si applica il requisito di norma.

Con riferimento all'utilizzo di fogli elettronici o di altri programmi di calcolo commerciali, le applicazioni sviluppate dal laboratorio (formule, macro) devono essere documentate e validate.

Si rammenta inoltre che è stato accertato che alcune versioni di fogli elettronici forniscono funzioni che utilizzano algoritmi non corretti, o che arrotondano i risultati in modo non corretto.

Per i software commerciali sviluppati e/o personalizzati per il laboratorio, deve essere fornita dichiarazione di validazione dal produttore, ed i fogli devono essere protetti per impedirne l'involontaria alterazione.

5.5. APPARECCHIATURE

5.5.1. Si applica il requisito di norma.

In particolare se le apparecchiature utilizzate per prove accreditate non sono di proprietà del laboratorio, queste devono essere cedute in utilizzo esclusivo al laboratorio, il quale deve avere la piena disponibilità dell'apparecchiatura e della relativa documentazione. Queste condizioni devono essere documentate in un contratto, sottoscritto dal proprietario dell'apparecchiatura, della durata minima di un anno.

5.5.2. Si applica il requisito di norma.

Ove siano influenti sui risultati delle prove, anche per gli strumenti di monitoraggio ambientale devono essere definiti programmi di taratura e procedure di conferma metrologica.

5.5.3. Si applica il requisito di norma.

Devono esistere registrazioni relative alle autorizzazioni per l'uso delle apparecchiature.

5.5.4. Si applica il requisito di norma.

5.5.5. Si applica il requisito di norma.

5.5.6. Si applica il requisito di norma.

Relativamente alla manutenzione, le procedure devono indicare:

- * le modalità di registrazione delle manutenzioni;
- * le modalità di gestione delle apparecchiature che hanno subito danni;
- * le modalità di identificazione/segregazione delle apparecchiature fuori servizio;
- * le modalità di valutazione dei risultati delle precedenti tarature/verifiche per evidenziare tendenze e definire interventi di manutenzione (es. uso di carte di controllo).

Nota: si fa presente che il laboratorio, per la manutenzione, può affidarsi ai manuali d'uso delle apparecchiature, solo se in questi si precisa quali operazioni effettuare (tutte, solo alcune) e con quale frequenza (es. manutenzione preventiva, periodica, al bisogno).

5.5.7. Si applica il requisito di norma.

5.5.8. Si applica il requisito di norma.

Le apparecchiature che devono essere tarate prima dell'uso devono essere identificate come tali.

5.5.9. Si applica il requisito di norma.

5.5.10. Si applica il requisito di norma.

5.5.11. Si applica il requisito di norma.

5.5.12. Si applica il requisito di norma.

5.6. RIFERIBILITÀ DELLE MISURE

5.6.1. Generalità

Si applica il requisito di norma.

Tutte le tarature devono essere riferibili a campioni primari realizzati da Istituti Metrologici Primari ed effettuate da centri di taratura accreditati per le grandezze di interesse da organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA o ILAC. Se il laboratorio effettua in proprio le tarature, deve possedere campioni di prima linea riferibili.

Il programma di taratura deve essere documentato ed includere:

- * lo scadenziario per le tarature ad intervalli regolari;
- * le istruzioni per l'apposizione di etichette od altra identificazione dello stato di taratura;
- * il riferimento alle procedure di taratura;
- * le responsabilità.

Le procedure di taratura, oltre alle istruzioni relative alle operazioni di taratura, devono contenere le istruzioni per:

- * la protezione di eventuali regolazioni che possono essere manomesse;
- * la compilazione dei rapporti di taratura;
- * la valutazione dei risultati (criteri di accettabilità) e le azioni da intraprendere in caso di risultati non conformi alle specifiche;
- * la descrizione di eventuali riparazioni o aggiustamenti.

5.6.2. Requisiti specifici

5.6.2.1. Attività di taratura

5.6.2.1.1. Questo paragrafo è applicabile ai laboratori che effettuano tarature interne. In questo caso i laboratori devono possedere i campioni di riferimento necessari, operare a fronte di idonee procedure tecniche documentate e avvalersi di personale qualificato. È considerata taratura interna anche quella effettuata da personale esterno al laboratorio, purché il laboratorio possieda i campioni di riferimento ed abbia recepito nel proprio sistema di gestione le procedure di taratura utilizzate.

In accordo a quanto previsto dal documento ILAC P10, la riferibilità metrologica deve essere garantita impiegando apparecchiature, strumenti e campioni di misura tarati da Organismi competenti che rispondano alle seguenti caratteristiche:

1 - Istituti Metrologici Nazionali e Istituti Designati (NMI) i cui servizi sono idonei e coperti dall'accordo CIPM-MRA nei limiti delle capacità metrologiche (CMC) internazionalmente accettate e pubblicate nel KCDB dal BIPM. Il marchio CIPM MRA dimostra tale afferenza, ma il suo uso non è obbligatorio, quindi, quando mancasse, il Laboratorio deve verificare le CMC sul sito web del BIPM all'indirizzo: <http://www.bipm.org/en/cipm-mra/participation/signatories.html>.

2 - Laboratori di taratura accreditati i cui servizi sono idonei e il cui accreditamento è rilasciato da Organismi di accreditamento (ABs) firmatari dell'accordo EA-MLA o ILAC-MRA per lo scopo "taratura" (calibration) nel quadro e nei limiti previsti dalle CMC pubblicate dagli ABs.

L'impiego di Certificati di taratura emessi nel quadro di queste due possibilità è da ritenersi di pari validità, fermo restando il diverso valore delle incertezze di taratura che deve essere adeguato alle necessità del Laboratorio.

Qualora non sia possibile ottenere la riferibilità metrologica da nessuno dei due casi sopra riportati, sono accettabili le seguenti alternative, purché siano disponibili evidenze appropriate sulla competenza del fornitore e particolarmente sulla riferibilità e sull'incertezza di misura delle tarature oggetto di fornitura:

3a - NMI i cui servizi sono idonei ma non coperti dall'accordo CIPM-MRA. Questo caso non dovrebbe essere scelto sulla base di motivazioni puramente economiche o logistiche, ma dovrebbe essere considerato come ultima risorsa quando i casi 1 e 2 non siano disponibili.

3b - Laboratori di taratura i cui servizi sono idonei, ma non coperti da accordi ILAC o da accordi regionali riconosciuti da ILAC. Tale opzione deve essere scelta solo nel caso in cui i fornitori di tipo 1, 2 e 3a non sono disponibili.

5.6.2.1.2. Si applica il requisito di norma.

5.6.2.2. Attività di prova

5.6.2.2.1. Si applica il requisito di norma.

Con riferimento alla NOTA riportata nella norma, il laboratorio deve definire, in funzione delle specifiche delle prove/tarature che dovrà effettuare, i requisiti ed i criteri di accettazione relativi a scostamenti, incertezze, ecc. sia per le tarature interne che per quelle affidate a centri esterni. Le tarature effettuate dal produttore dell'apparecchiatura o da altri laboratori non accreditati per le specifiche tarature non sono accettate.

La riferibilità deve essere garantita in accordo a quanto previsto dal documento ILAC P10 ed esplicitato nel paragrafo precedente.

NOTA: Relativamente ad apparecchiature quali incubatori, stufe, camere climatiche, dovrà essere tarato il termometro/data logger che è presente all'interno dell'apparecchiatura. Inoltre, si rammenta che la verifica della omogeneità della temperatura all'interno dell'apparecchiatura è una valutazione preliminare da effettuarsi per stabilire se lo strumento mantiene la temperatura di interesse entro i limiti indicati dal metodo.

Per apparecchiature complesse, quali spettrofotometri, GC, HPLC, spettrometri di massa, la taratura si effettua utilizzando idonei materiali di riferimento. Per gli spettrofotometri, la verifica di lunghezza d'onda e accuratezza fotometrica sono richieste dai metodi. Le verifiche di temperature, pressioni, portate ecc. fanno parte della conferma metrologica dell'apparecchio, e tali misure non devono necessariamente essere riferibili.

5.6.2.2.2. Si applica il requisito di norma.

5.6.3. Campioni di riferimento e materiali di riferimento

5.6.3.1. Campioni di riferimento

I campioni di riferimento devono essere tarati da un Istituto Metrologico Primario o da un centro di taratura accreditato da un organismo firmatario del mutuo riconoscimento EA o ILAC, per le grandezze di interesse, per campi di misura ed incertezze appropriati.

I campioni di riferimento devono essere utilizzati solamente per le tarature e per i controlli intermedi dello stato di taratura.

Ove possibile, i campioni di riferimento devono essere etichettati per identificarne lo stato di taratura.

5.6.3.2. Materiali di riferimento

Si applica il requisito di norma.

Ulteriori informazioni per la scelta e l'impiego dei materiali di riferimento commerciali sono riportati nel Manuale UNICHIM 197.

5.6.3.3. Controlli intermedi

Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve gestire le scadenze dei materiali di riferimento e dei reagenti critici, definendole ove non indicate dal fornitore. A questo riguardo, si chiarisce che ogni laboratorio deve avere dei criteri per la definizione delle date di scadenza delle confezioni aperte di materiali di riferimento e reagenti: in sede di visita l'ispettore tecnico deve valutare l'idoneità di tali criteri. Si ricorda comunque che, a tal proposito, ci sono dati di letteratura. Inoltre, il laboratorio può definire procedure ai fini della rivalidazione dopo la scadenza dei materiali di riferimento, verificando se i valori rimangono stabili e all'interno dell'incertezza accettabile per lo scopo d'utilizzo.

5.6.3.4. Trasporto ed immagazzinamento

Si applica il requisito di norma.

5.7. CAMPIONAMENTO

5.7.1. È opportuno distinguere, nella terminologia utilizzata nel sistema di gestione, le attività di semplice ritiro di campioni da quelle di campionamento (significativo rispetto ad un lotto o partita di prodotto ad esempio).

E' possibile richiedere l'accreditamento del solo campionamento a condizione che le modalità siano specificate in un metodo normalizzato o ufficiale diverso da quello per la determinazione (ad es. ISO 18593); il laboratorio dovrà avere una procedura per la stima dell'incertezza di misura associata al campionamento.

Nel caso il metodo comprenda sia il campionamento che la determinazione, il laboratorio può richiedere l'accreditamento:

- a) del campionamento e della determinazione delle grandezze di interesse sia secondo metodi normalizzati o ufficiali sia secondo metodi sviluppati dal laboratorio.
- b) della determinazione escludendo il campionamento sia secondo metodi normalizzati o ufficiali sia secondo metodi sviluppati dal laboratorio. In tal caso il laboratorio dovrà riportare sul rapporto di prova l'esclusione del campionamento dall'accreditamento e specificare chi ha eseguito il campionamento.

Quando il campionamento comporti effettuazione di misure (es. di volume, portata, superficie, ecc.), il laboratorio deve esprimere i risultati in unità di misura di cui può garantire la riferibilità, ovvero senza tener conto delle misure effettuate in fase di campionamento (es. mg e non mg/m³, UFC e non UFC/m², ecc.), ed identificare correttamente il campione accettato (es. fiala, filtro, ecc. e non ambiente di lavoro).

È accettabile l'espressione dei risultati anche nelle unità di misura richieste, purché:

- A) il laboratorio provveda, in fase di ricezione del campione, ad acquisire la dichiarazione di chi ha eseguito il campionamento, sottoscritta dallo stesso, delle misure effettuate in fase di campionamento (es. Superficie che ha campionato);
- B) nel rapporto di prova sia chiaramente indicato che:
 - il campionamento non è accreditato;
 - chi ha effettuato il campionamento;
 - il risultato, così come espresso in unità di misura (es. Superficie), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (es. Area) espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento.

5.7.2. Si applica il requisito di norma.

5.7.3. Si applica il requisito di norma.

5.8. MANIPOLAZIONE DEGLI OGGETTI DA PROVARE E TARARE

5.8.1. Si applica il requisito di norma.

5.8.2. Si applica il requisito di norma.

5.8.3. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve disporre di adeguate aree di segregazione per conservare i campioni non idonei.

5.8.4. Si applica il requisito di norma.

Il laboratorio deve conservare i campioni sui quali ha eseguito la prova e/o eventuali controcampioni e le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate (vedere 4.4.1), per il tempo concordato con il richiedente in sede di riesame del contratto o definito dalla legge.

Se non è stato comunicato preventivamente al cliente, il tempo di conservazione del campione e delle registrazioni tecniche deve essere riportato sul rapporto di prova.

5.9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI RISULTATI DI PROVA E TARATURA

5.9.1. Si applica il requisito di norma.

L'attività del laboratorio relativa a questo requisito deve essere descritta nel manuale qualità e, se necessario, in altro documento del laboratorio, in particolare relativamente a pianificazione, effettuazione delle prove, valutazione dei risultati, azioni correttive, documentazione e conservazione delle registrazioni.

Si rammenta che l'attività di assicurazione della qualità non si deve limitare alla sola partecipazione a proficiency test ma può essere rafforzata, ove applicabile, con le attività elencate al 5.9.1 della norma o con altre possibili attività individuate dal Laboratorio. Nel pianificare tali attività, il Laboratorio deve utilizzare i dati ottenuti per una ricerca continua delle linee di tendenza al fine di prevenire il verificarsi di potenziali non conformità.

Il laboratorio deve, ove possibile, rivolgersi ad organizzazioni di confronti interlaboratorio che operino in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 (per esempio rivolgendosi ad organizzazioni accreditate per tale attività oppure che dichiarino di operare in conformità alla suddetta norma). I laboratori devono comunicare ad ACCREDIA la loro partecipazione a confronti interlaboratorio; inoltre devono tenere a disposizione degli ispettori, ed inviare su richiesta di ACCREDIA, una sintesi dei risultati forniti, i valori di riferimento ed i criteri di valutazione dell'organismo organizzatore del circuito – vedi RT-24.

La partecipazione a circuiti interlaboratorio può essere richiesta da ACCREDIA a laboratori in corso di accreditamento o già accreditati, come elemento di valutazione per la concessione o il mantenimento dello stesso. Le risultanze dei circuiti interlaboratorio si affiancano alle risultanze delle visite di valutazione di ACCREDIA e contribuiscono alla verifica della competenza tecnica dei laboratori accreditati e della loro conformità ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in quanto forniscono indicazioni aggiuntive sulla competenza del laboratorio nella effettuazione di specifici tipi di prove.

Nel caso di risultati ottenuti da un laboratorio accreditato non rientranti nei criteri di accettabilità previsti dal programma del circuito, il laboratorio deve fornire evidenza di avere indagato sulle cause ed attuato idonee azioni correttive. Nei casi di gravi non conformità ACCREDIA può decidere se:

- a) far partecipare il laboratorio ad un nuovo ciclo di prove di confronto;
- b) far effettuare una visita di valutazione suppletiva;
- c) notificare al laboratorio provvedimenti di sospensione dell'accREDITAMENTO per le prove in oggetto.

Nell'ultimo caso, il ripristino dello status di laboratorio accreditato per le prove in oggetto è subordinato agli esiti positivi di una nuova visita di valutazione e/o alla partecipazione ad un idoneo circuito interlaboratorio.

5.9.2. Si applica il requisito di norma.

I risultati dei confronti interlaboratorio periodici o delle prove su materiali di riferimento devono essere gestiti con carte di controllo per verificare eventuali tendenze e l'efficacia delle azioni correttive/preventive eventualmente attuate. Si rammenta inoltre che le altre attività elencate al punto 5.9 della norma, che devono essere effettuate con opportuna frequenza, possono essere gestite con carte di controllo.

5.10. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

5.10.1. Generalità

Si applica il requisito di norma.

Nel caso di rapporti di prova semplificati, il laboratorio è tenuto ad indicare *“il/i nome/i, la/e funzione/i e la/e firma/e o identificazione equivalente”* della/e persona/e che autorizza/autorizzano l'emissione del rapporto di prova”

5.10.2. Rapporti di prova e certificati di taratura

Si applica il requisito di norma.

Devono inoltre essere applicati i requisiti riportati nelle note (numerazione delle pagine e numero totale di pagine, vincoli per la riproduzione del rapporto).

Sul rapporto di prova devono essere riportate la data di accettazione del campione e la data di emissione del rapporto di prova e preferibilmente la data di inizio e fine di ciascuna prova.

Inoltre, nel caso di rapporti di prova che contengono più prove di cui alcune non accreditate, il laboratorio dovrà evidenziare in maniera non ambigua quali sono le prove non accreditate (vedi documento ACCREDIA RG-09). Eventuali prove subappaltate dovranno essere indicate come non accreditate, salvo i casi descritti al p.to 4.5.1 e dovranno essere chiaramente identificate con l'annotazione “prova subappaltata” (o indicazione analoga).

Il rapporto di prova deve, inoltre, contenere una dichiarazione secondo la quale esso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio, ed una dichiarazione secondo la quale i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

L'identificazione del metodo usato comprende sigla, numero ed anno di edizione; per i metodi sviluppati dal laboratorio deve essere riportato sigla, indice di revisione ed anno. Le indicazioni delle proprietà misurate e dei metodi devono essere coerenti con quanto riportato nell'elenco prove accreditate (vedi documento ACCREDIA RT-23).

Eventuali procedure di prova possono essere indicate tra parentesi dopo la sigla del metodo normalizzato; nel caso di impiego di metodi sviluppati dal laboratorio, si può indicare, tra parentesi, la fonte (rif. Bibliografico, norma modificata, norma superata, con chiare identificazioni).

Nel caso manchino prescrizioni normative o un accordo tra laboratorio e richiedente, deve essere riportato il tempo di conservazione presso il laboratorio del campione sul quale è stata eseguita la prova e di eventuali contro campioni (vedi punto 5.8.4 del presente Regolamento Tecnico).

Nel caso di laboratori che effettuano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura analitica prevede concentrazione/purificazione degli analiti, deve essere anche indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (si rammenta che alcune disposizioni cogenti richiedono la correzione per il recupero dei risultati e pertanto si raccomanda di applicare le prescrizioni stabilite dalle disposizioni cogenti in vigore).

I risultati possono essere riportati con una unità di misura diversa da quella indicata dal metodo, qualora lo richiedano la normativa cogente o gli accordi con il cliente.

Le prove vanno indicate in modo coerente a quanto riportato nell'elenco prove accreditate, a meno che non sia richiesta diversa indicazione dalla normativa applicabile o dal cliente.

Nel caso di rapporti di prova semplificati (che non riportano tutte le informazioni richieste dalla norma, solo per uso interno alla stessa organizzazione) il laboratorio deve indicare sul rapporto di prova che tale documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno della medesima organizzazione.

5.10.3. Rapporti di prova

5.10.3.1. Si applica il requisito di norma, con l'esclusione dall'accreditamento di pareri ed interpretazioni (vedi 5.10.5).

I risultati vanno espressi con il numero di cifre significative indicato dal metodo e comunque compatibile con quello dell'incertezza estesa stimata (vedi EA-4/16), qualora la normativa cogente non dia indicazioni diverse.

Quando viene riportata l'incertezza di misura, questa deve essere espressa come incertezza estesa (U) nelle stesse unità di misura del risultato della prova, salvo il caso in cui sia previsto diversamente dalla norma di prova o da documenti guida di settore (es. prove di compatibilità elettromagnetica). E' generalmente accettato usare un fattore di copertura $k=2$. L'incertezza deve essere espressa normalmente con livello di fiducia 95%.

In alcuni casi, l'incertezza può essere espressa come intervallo di fiducia (limiti inferiore e superiore), come, per esempio, nella determinazione della tossicità nell'acqua secondo la UNI EN ISO 6341, la ISO 8199 per la determinazione dei microrganismi nelle acque e nella determinazione dell'amianto secondo l'allegato 2 del DM 06/09/1994.

Con riferimento al documento EA-4/16, sul rapporto di prova deve essere riportata una dichiarazione relativa al livello di fiducia ed al fattore di copertura utilizzato.

Per i rapporti inerenti prove accreditate ACCREDIA il laboratorio potrà riportare il Marchio ACCREDIA o altro riferimento all'accREDITAMENTO in conformità al documento ACCREDIA RG-09.

Qualora il laboratorio riporti dichiarazioni di conformità a requisiti o specifiche o indichi dei limiti di riferimento, deve assicurare di riferirsi a documenti vigenti (il riferimento può essere a requisiti cogenti oppure contrattuali) e ne deve riportare i riferimenti sul rapporto di prova; deve, inoltre, garantire di avere preso in considerazione tutti i requisiti applicabili al campione in esame, o fare esplicito riferimento a quelli non applicati. Si vedano a titolo di esempio i documenti ILAC G8 e EURACHEM/CITAC.

Si rammenta che i risultati di prova devono essere corredati dalle relative incertezze quando queste influenzano la valutazione della conformità con i limiti.

Il laboratorio che emette giudizi di conformità deve definire, nei propri documenti, i criteri per la loro emissione, tenendo conto o meno dell'incertezza di misura.

5.10.3.2. Si applica il requisito di norma.

Se il campionamento è effettuato dal cliente o da terzi, questo deve essere indicato sul rapporto di prova.

Se il campionamento è eseguito dal laboratorio, è raccomandato riportare sul rapporto di prova il riferimento al verbale di campionamento, ove applicabile.

Se il laboratorio esegue il campionamento, ma questo è escluso dall'accREDITAMENTO, il rapporto di prova deve riportare questa esclusione ed il campionamento deve essere indicato come non oggetto di accREDITAMENTO.

Quando rilevante per l'interpretazione dei risultati, oltre alla data deve essere riportata l'ora del campionamento.

5.10.4. Certificati di taratura

5.10.4.1. Si applica il requisito di norma.

5.10.4.2. Si applica il requisito di norma.

5.10.4.3. Si applica il requisito di norma.

5.10.4.4. Si applica il requisito di norma.

Per le tarature effettuate da centri esterni, il laboratorio deve definire le scadenze ed indicarle sulle etichette di taratura (vedi punto 5.5.8 della norma).

5.10.5. Pareri ed interpretazioni

Pareri ed interpretazioni diversi da dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto di prova che si deve intitolare: "Pareri ed interpretazioni – non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA".

5.10.6 Risultati di prova e taratura ottenuti da laboratori subappaltati

Si applica il requisito di norma. Vedi punto 4.5 e 5.10.2.

5.10.7 Trasmissione elettronica dei risultati

Si applica il requisito di norma.

5.10.8 Formato dei rapporti e dei certificati

Si applica il requisito di norma.

Se il rapporto di prova o altro documento recante risultati di prove sotto accREDITAMENTO, non riporta il Marchio ACCREDIA, od altro riferimento all'accREDITAMENTO, non devono essere evidenziate le prove non accreditate.

5.10.9 Modifiche ai rapporti di prova ed ai certificati di taratura

Si applica il requisito di norma.

I rapporti di prova devono essere corretti e rimessi in caso di:

- utilizzo scorretto o ingannevole del Marchio ACCREDIA o del riferimento all'accREDITAMENTO;
- errori nei risultati di prova;
- ogni altra carenza o errore che possa comportare il cattivo utilizzo del rapporto di prova da parte del cliente o di una parte terza, o compromettere la corretta comprensione dei risultati di prova da parte del cliente, di una parte terza o dell'autorità.

Quando viene individuato un rapporto di prova contenente questo tipo di carenze, il laboratorio deve prevedere, nell'ambito della gestione dell'attività non conforme di riesaminare tutti i rapporti di prova emessi, rintracciare, correggere e rimettere tutti quelli affetti dalle medesime carenze.

Sia i supplementi ai rapporti di prova, sia i rapporti di prova emessi in sostituzione di rapporti errati devono essere identificati univocamente (per esempio con un nuovo numero) e riportare i riferimenti al rapporto modificato/sostituito. Quando viene emesso un nuovo rapporto di prova che sostituisce quello precedentemente consegnato al cliente, il laboratorio non è obbligato a richiedere la restituzione di quello errato mentre è opportuno che richieda evidenza al cliente della ricezione del rapporto o documento emesso in sostituzione.

6. ULTERIORI REQUISITI ACCREDIA

6.1. Il laboratorio che richiede l'accREDITAMENTO da parte di ACCREDIA deve dimostrare di essere conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed a quelli specificati da questo documento.

6.2. Il laboratorio accreditato deve impegnarsi ad offrire ai propri clienti, per tutte le prove accreditate, un servizio conforme a quanto prescritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e in questo documento, al regolamento ACCREDIA RG-02 ed a qualsiasi altro criterio prescritto dal Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO di ACCREDIA.

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte durante tutto il periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

6.3. Il laboratorio deve impegnarsi a pubblicizzare l'avvenuto accREDITAMENTO soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso.

6.4. Il laboratorio deve usare il Marchio ACCREDIA e/o fare riferimento all'accREDITamento, in accordo a quanto prescritto nel documento ACCREDIA RG-09.

Nel caso di emissione di Rapporti di Prova senza il Marchio ACCREDIA e/o il riferimento all'accREDITamento, ma contenenti prove accreditate, il laboratorio deve assicurare che le prove stesse siano svolte in conformità a quanto prescritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nel presente documento, nel regolamento ACCREDIA RG-02 e nel metodo di prova stesso.

6.5. Il laboratorio deve informare prontamente ACCREDIA di ogni cambiamento nella propria struttura che possa influenzare il mantenimento della conformità ai requisiti prescritti da ACCREDIA. Quando avvengono cambiamenti di tale genere, ACCREDIA si riserva il diritto di sottoporre il laboratorio ad una valutazione supplementare e, se del caso, di ridurre o sospendere l'accREDITamento.

6.6. Il laboratorio deve possedere i documenti di guida all'applicazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riportati nel sito web www.accredia.it, pertinenti al proprio settore tecnico. Tali documenti, se non indicato esplicitamente, non costituiscono requisiti aggiuntivi ma aiutano nell'applicazione/interpretazione coerente di quanto già richiesto; tuttavia, qualora il laboratorio decidesse di non applicare quanto in essi riportato, dovrà dimostrare la validità ed adeguatezza allo scopo del proprio operato.

Per particolari settori esistono inoltre norme generali, elencate dai metodi di prova (es. ISO 7218 Microbiology - General rules for microbiological examinations) o indicate da ACCREDIA nel sito web, che contengono ulteriori requisiti o disposizioni cogenti, ove applicabili.

6.7. Il laboratorio deve assicurare che le proprie procedure gestionali e tecniche siano applicate e verificate anche per le prove eseguite al di fuori della stazione permanente.

6.8. Il laboratorio che richiede l'accREDITamento è responsabile della corretta identificazione delle prove. ACCREDIA, nel corso della procedura di accREDITamento, può richiedere la revisione dell'elenco delle prove facente parte della domanda di accREDITamento.

6.9. Le prove oggetto dell'accREDITamento debbono essere riportate, numerate progressivamente, in un elenco prove facente parte della domanda di accREDITamento e devono essere definite compiutamente, affinché gli utenti possano identificarle senza ambiguità.

Una prova s'intende compiutamente identificata quando sono chiaramente precisati nell'elenco prove:

- Materiale/Prodotto/Matrici da sottoporre a prova;
- Misurandi, proprietà da misurare (oggetto della misurazione);
- Tecnica di prova
- Campo di misura o sensibilità del metodo (va obbligatoriamente indicato qualora sia limitato rispetto a quanto riportato nella norma, oppure nel caso di metodi sviluppati dal laboratorio);
- Codice identificativo del metodo di prova dichiarato (norma, regola tecnica, metodo sviluppato dal laboratorio o altro documento di riferimento) ed il relativo anno di emissione (inoltre, per i metodi sviluppati dal laboratorio, l'indice di revisione);
- Categoria di prova.

Per la compilazione degli elenchi prove da allegare alla domanda di accREDITamento, fare riferimento al documento ACCREDIA RT-23, disponibile on-line sul sito web www.accredia.it.

6.10. Le procedure di prova (vedi 3.1.14) messe a punto dal laboratorio non devono essere indicate nella domanda di accREDITamento (ma possono essere indicate tra parentesi nei rapporti di prova) ferma restando la facoltà di ACCREDIA di richiedere tali procedure in sede di esame della documentazione e degli ispettori ACCREDIA di visionarle nel corso della visita di valutazione.

6.11. Qualora il laboratorio richieda l'accreditamento per prove di categorie diverse, deve includere nella domanda di accreditamento gli elenchi delle stazioni temporanee e mobili, e delle attrezzature ivi collocate, connesse con le prove in accreditamento di categoria I e II. Il laboratorio deve includere nella domanda di accreditamento l'elenco delle attrezzature utilizzate per prove fuori stazione. Il laboratorio deve mantenere la rintracciabilità dei siti in cui sono state eseguite le prove di categoria I, II, III.

6.12. Eventuali inapplicabilità di un requisito normativo devono essere chiaramente definite nella documentazione da inviare ad ACCREDIA per l'accreditamento e ne devono essere indicate le precise motivazioni, ferma restando la facoltà di ACCREDIA di valutarle in sede di esame della documentazione richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni, e degli ispettori ACCREDIA di verificarne la fattibilità nel corso della visita di valutazione.

6.13 In occasione delle visite di valutazione di sorveglianza, estensione e/o rinnovo, il laboratorio deve rendere disponibile il numero dei rapporti di prova emessi nell'anno solare precedente con e senza marchio ACCREDIA (e/o riferimento all'accreditamento).