

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Phosphor anorg. (PO4) — 15 Tage – 1 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:38:09 · n = 528 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Phosphor anorg. (PO4) — 15 Tage – 1 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Phosphor anorg. (PO4) — 15 Tage – 1 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	528
Minimum	0,60 mmol/l
Maximum	3,80 mmol/l
Median	1,90 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	1,94 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,29 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	14,89 %
Anpassungsgüte (R^2)	97.7%
Verwendeter Bereich	476 von 528 Werten (4.9 % – 95.1 %)


Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
1,37 – 2,50
mmol/l

Regression: $z = 3,46843 \cdot x - 6,71390$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Phosphor anorg. (PO4) — 15 Tage — 1 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.