

Dal Post-processing all'Analisi dell'Immagine - Sintesi

Tre Livelli di Analisi

- **Qualitativa:** descrittiva, osservazione visiva (es. “ventricolo di normali dimensioni”)
- **Semi-quantitativa:** classificazione per classi (severo/medio/lieve/assente)
- **Quantitativa:** indici numerici estratti da algoritmi (es. “VTD 66 ml/m²”)
 - Maggiore oggettività e precisione
 - Valori tradotti in classi secondo linee guida

Cambio di Paradigma

- Alcune acquisizioni destinate **solo all'elaborazione** (non esame visivo)
 - Immagini PC (Phase Contrast): velocità flusso
 - Immagini T1/T2/T2* multiecho: caratterizzazione tessuti
- Terminologia moderna: **Medical Image Analysis**
- Software di elaborazione = **parte strutturale** del processo diagnostico

Normativa Dispositivi Medici

D.Lgs 37/2010 (direttiva UE 93/42/CEE):

- Software elaborazione immagini diagnostiche = **dispositivo medico**
- Richiede certificazione CE

Tipologie software:

1. **Stand-alone:** programmi elaborazione (autonomi)
2. **Integrati:** in dispositivi di acquisizione

Nota: software cartella clinica $\neq$ dispositivo medico