

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA

HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)

Equipo PRUEBA DE ESFUERZO **Activo** 0631 Marca GIMNASIO DE MÁQUINAS **SCIFIT** Ubicación Modelo RST7000 Sede SAN FERNANDO 2 Serie 150008244 Clasificación REHABILITACIÓN Reg. Sanitario 2013DM-0010013 Riesgo **MODERADO - CLASE IIA** Adquisición 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Planificación de mantenimiento preventivo:TRIMESTRALPlanificación de calibración:NO APLICAPersonal especializado para su operación:PERSONAL ASISTENCIALPersonal responsable del mantenimiento:ELECTROMÉDICO

		DEFINICIÓN		
	SISTEMA APLICADO EN EL I	PACIENTE PARA DETERN	MINAR EL ESFUERZO FÍSICO	
		ARACTERÍSTICAS TÉCNIC	205	
VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA	
VARIABLE	IVIEDIDA	UIROS	WIEDIDA	
Tensión	120 V	Fuente	NA V	
Corriente	8 A	Batería	NA V	
Potencia	100 W	Fusible Int	NA A	
Resistencia	7 Ω	Fusible Ext	NA A	
Frecuencia	60 Hz	_		
N° de Fases	L1,N			
077000	UINAINIO IDENITIEIGA DOCTOCO		OTDAS CARACTERÍCTICAS	
OTROSS	UMINO IDENTIFICADOSTROS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Agua	NA Lts	Temperatura	NA °C	
Agua Aire	NA Lts	Humedad	NA % Relativa	
02	NA Libras	Peso	NA Kg	
Vacio	NA CmH2O	Presión	NA PSI	
Vacio	NA CIIII20	Velocidad	NA RPM	
		Velocidad		
	TEC	NOLOGÍA PREDOMINA	NTE	
Eléctrico	Х	Hidráulico	NA	
Mecánico	X	Neumático	NA NA	
Electrónico	X	Auto/Semiauto	NA NA	
Software	NA	Otros	NA	
	ACCE	SORIOS Y/O COMPONE	ENTES	
	Descripción	,	Observaciones	
SILLA				
ADAPTADOR				
		OBSERVACIONES		
			nificado, es de suma importancia	
para el bienest	ar del paciente y de la vida útil	del equipo.		
			PÁGINA	1 DF