

**CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA****HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)**

<b>Equipo</b>	GRÚA	<b>Activo</b>	0758
<b>Marca</b>	JAGUAR	<b>Ubicación</b>	GIMNASIO DE MÁQUINAS
<b>Modelo</b>	HR250	<b>Sede</b>	SAN FERNANDO 2
<b>Serie</b>	NO IDENTIFICADO	<b>Clasificación</b>	NO APLICA
<b>Reg. Sanitario</b>	NO APLICA	<b>Riesgo</b>	NO APLICA
<b>Adquisición</b>	23 DE FEBRERO DE 2011		

<b>Planificación de mantenimiento preventivo:</b>	TRIMESTRAL
<b>Planificación de calibración:</b>	NO APLICA
<b>Personal especializado para su operación:</b>	PERSONAL ASISTENCIAL
<b>Personal responsable del mantenimiento:</b>	ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN			
EQUIPO PARA MONTACARGA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA
Tensión	120 V	Fuente	NA V
Corriente	2 A	Batería	NA V
Potencia	80 W	Fusible Int	NA A
Resistencia	1.02 $\Omega$	Fusible Ext	NA A
Frecuencia	60 Hz		
N° de Fases	L1,N		
OTROS SUMINO IDENTIFICADOS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Agua	NA Lts	Temperatura	NA °C
Aire	NA Lts	Humedad	NA % Relativa
O2	NA Libras	Peso	NA Kg
Vacio	NA CmH2O	Presión	NA PSI
		Velocidad	NA RPM
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
Eléctrico	X	Hidráulico	NA
Mecánico	X	Neumático	NA
Electrónico	NA	Auto/Semiauto	NA
Software	NA	Otros	NA
ACCESORIOS Y/O COMPONENTES			
Descripción	Observaciones		
GUAYA			
POLEAS			
OBSERVACIONES			
Incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo y planificado, es de suma importancia para el bienestar del paciente y de la vida útil del equipo.			