

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA

HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)

Equipo PULSOXÍMETRO Activo NO IDENTIFICADO Marca SAFE HEART Ubicación PRIMEROS AUXILIOS Modelo SHO-1002 Sede SEDE GUADALUPE Serie 012012042406384 Clasificación TTO Y MTTO A LA VIDA Reg. Sanitario NO IDENTIFICADO Riesgo ALTO - CLASE IIB Adquisición

Planificación de mantenimiento preventivo:TRIMESTRALPlanificación de calibración:ANUALPersonal especializado para su operación:PERSONAL ASISTENCIALPersonal responsable del mantenimiento:ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN						
EQUIPO QUE MIDE LA SATURACIÓN DE OXIGENO Y LA FRECUENCIA CARDIÁCA DE FORMA NO INVASIVA						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
VARIABLE		MEDIDA	OTROS		MEDIDA	
Tensión	NA	v	Fuente	NA	V	
Corriente	NA	Α	Batería	6	V	
Potencia	NA	W	Fusible Int	NA	A	
Resistencia	NA	Ω	Fusible Ext	NA	A	
Frecuencia	NA	Hz			_	
N° de Fases	NA					
OTROS SUMINO IDENTIFICADOSTROS				OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Agua	NA	Lts	Temperatura	NA	 ℃	
Aire	NA	Lts	Humedad	NA	% Relativa	
O2	NA	Libras	Peso	NA	Kg	
Vacio	NA	CmH2O	Presión	NA	PSI	
		_	Velocidad	NA	RPM	
		TEC	NOLOGÍA PREDOMII	NANTF		
		120	HOLOGIA I REDOMIN	MICIE		
Eléctrico	NA	٦	Hidráulico	NA	コ	
Mecánico	NA	┥	Neumático	NA	⊣	
Electrónico	X	┥	Auto/Semiauto	NA NA	⊣	
Software	NA	1	Otros	NA	7	
		_	•		_	
		ACCE	SORIOS Y/O COMPO	NENTES		
	Descripci	ión		Observaciones		
			OBSERVACIONES			
				planificado, es	de suma importancia	
para el bienesta	ar del pacient	e y de la vida útil	del equipo.			
					PÁGINA 1 DE 1	