

Medidea Srls

Via Canelli, 21 – 00166 Roma (RM)

P.Iva: 17349711006

amministrazione@medidea.it

service@medidea.it

INTERVENTO N° 1212DL	DEL 12/12/25
----------------------	--------------

CLIENTE: CLINICA PIO XI VIA AURELIA 559 ROMA INDIRIZZO: GLOBAL SERVICE: SI* NO *SPECIFICARE CLIENTE FINALE	CLIENTE FINALE: INDIRIZZO:
--	-----------------------------------

REPARTO RIANIMAZIONE

RICHIESTA: EMAIL	DEL: 03/12/25
PREVENTIVO: 266	DEL: 05/12/25
ORDINE: EMAIL	DEL:
CONTRATTO MANUTENZIONE N°	DEL:

MODELLO APPARECCHIATURA	INVENTARIO	NUMERO DI SERIE
POMPA PLUM 360		20967578
POMPA PLUM 360		20967911

GUASTO SEGNALATO	GUASTO BATTERIA/POMPA
------------------	-----------------------

intervento in garanzia	
intervento in contratto	
intervento fuori contratto	x
Supporto casa madre	
Supporto vendite	

Tavolo operatorio		Arredi	
Stativo Pensile		Monitor	
Lampada Scialitica		EM Generico	x
Letto degenza		Elettrocardiografo	
Defibrillatore		Ventilatore	


Meccanico		Software	
Elettronico	x	Aggiornamento	
Componenti	x	Altro	
Formazione		Verifiche elettr	
		Funzionali	

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ESEGUITA DIAGNOSI TECNICA, ESEGUITI TEST DI SISTEMA
E CONTROLLO FUNZIONI, SOSTITUZIONE BATTERIE E
TEST FUNZIONALI

COD. RICAMBI	DESCRIZIONE	SERIALE
BT-6CK	BATTERIA RICARICABILE PLUM360	
BT-6CK	BATTERIA RICARICABILE PLUM360	

ORE LAVORO: 2 ORE VIAGGIO: INTERVENTO CHIUSO: SI ☒ NO ☐

NOME TECNICO: LUCA DATOLA	NOME REFERENTE:
FIRMA TECNICO: 	FIRMA REFERENTE: