PROJECT GUIDE · v1.0

ল্যাব ইনফরমেশন সিস্টেম (LIS)

Analyzer → Middleware → Oracle Database → Oracle APEX

আপনার ল্যাবের মেশিন (Sysmex, Mindray, Roche, Abbott) থেকে রিপোর্ট সরাসরি Oracle ডেটাবেসে আনার সম্পূর্ণ সমাধান — কোড, আর্কিটেকচার, সেটআপ, টেস্ট আর troubleshooting সহ।

স্তর	বিস্তারিত
Frontend	Oracle APEX — রিপোর্ট, ড্যাশবোর্ড, critical alert
Database	Oracle 19c / 21c / 23ai — thin mode, কোনো Oracle Client দরকার নেই
Middleware	Python 3.10+ — ASTM ও HL7 parser, TCP ও Serial listener
Analyzer	Sysmex XN (ASTM/TCP), Mindray BS-240 (HL7/TCP), Roche Cobas (ASTM/Serial)
ডেমো	ব্রাউজারে চলা mock analyzer — real machine ছাড়াই পুরো flow টেস্ট করা যায়

এই ডকুমেন্টে যা পাবেন
1) কেন middleware লাগে 2) পুরো আর্কিটেকচার 3) ফাইল ও কোড 4) ডেটাবেস স্কিমা 5) APEX রিপোর্ট 6) সেটআপ ধাপে ধাপে 7) টেস্ট ও মক অ্যানালাইজার 8) ডিপ্লয়মেন্ট 9) সমস্যা ও সমাধান 10) চেকলিস্ট

সূচিপত্র

#	বিভাগ	কী আছে
১	কেন মিডলওয়্যার দরকার	Mirth নাকি নিজের কোড — সিদ্ধান্তের ভিত্তি
২	আর্কিটেকচার	পাঁচ স্তর, প্রতিটির দায়িত্ব
৩	কোড	ASTM/HL7 ফরম্যাট, pipeline, ACK, ডুপ্লিকেট
৪	ডেটাবেস স্কিমা	টেবিল, ইনডেক্স, APEX ভিউ
৫	Oracle APEX	রিপোর্ট, ফর্ম, critical alert
৬	সেটআপ	স্কিমা → config → রান → মেশিন সেটিং
৭	টেস্ট	৩৬টি ইউনিট টেস্ট, মক অ্যানালাইজার, ব্রাউজার ডেমো
৮	ডিপ্লয়মেন্ট	Windows সার্ভিস, Linux systemd
৯	সমস্যা ও সমাধান	লক্ষণ → কারণ → সমাধান
১০	চেকলিস্ট	প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে

গুরুত্বপূর্ণ: এই সফটওয়্যার রেজাল্ট শুধু পরিবহন ও সংরক্ষণ করে — কোনো ভ্যালু নিজে হিসাব করে না। প্রতিটি analyzer-এর manual আর ল্যাবের SOP অনুযায়ী validation করুন, তারপর প্রোডাকশনে দিন।

বিভাগ ১

কেন মিডলওয়্যার দরকার

ল্যাব অ্যানালাইজার Oracle ডেটাবেস চেনে না। মেশিন একটা সিরিয়াল কেবল বা LAN কেবল দিয়ে শুধু **টেক্সট** পাঠায় — ASTM (E1394) অথবা HL7 v2। Oracle চায় **SQL INSERT**। দুই ভাষার মাঝখানে যে অনুবাদক বসে, সেটাই মিডলওয়্যার।

একই রেজাল্ট, দুই রকম ফরম্যাট

```
ASTM (মেশিন যা পাঠায়)                    SQL (ডেটাবেস যা বোঝে)
--------------------------------------      --------------------------------
H|\^&|||Sysmex^XN-1000|||||||...            INSERT INTO lab_results (
P|1||2024001234||Karim, Ahmed||19850615|M       sample_id, test_code,
O|1|SAMPLE-0001||^^^CBC|R                      result_value, result_unit
R|1|^^^WBC^6690-2|7.5|10*3/uL|4.0-11.0|N|F   ) VALUES (
L|1|N                                          'SAMPLE-0001', 'WBC', 7.5, '10*3/uL'
                                           );
```

১.১ তিনটি পথ — কোনটা আপনার জন্য

বিকল্প	সুবিধা	অসুবিধা	কখন ভালো
Mirth Connect	ফ্রি কোর, HL7+MLLP নেটিভ, GUI	ASTM E1394/E1381 আলাদা কমার্শিয়াল এক্সটেনশন; Java দরকার	HL7-ভাষী analyzer, একাধিক মেশিন
নিজের কোড (এই প্রজেক্ট)	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, কোনো লাইসেন্স নেই, Oracle-native	নিজে মেইনটেইন করতে হবে	১-৩টি analyzer, কোড শেখার ইচ্ছা
Vendor middleware	ভেন্ডর সাপোর্ট	ব্যয়বহুল, একই ব্র্যান্ডে সীমাবদ্ধ	এন্টারপ্রাইজ, বাজেট আছে

> **সিদ্ধান্ত**
> আপনি নিজের কোড চেয়েছেন — তাই এই প্রজেক্টে **সম্পূর্ণ Python middleware** বানানো হয়েছে। Mirth-এর মতোই কাজ করে, কিন্তু কোনো তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর নেই।

বিভাগ ২

আর্কিটেকচার

পাঁচটি স্তর। প্রতিটি স্তরের কাজ আলাদা ফাইলে, তাই একটা বদলালে বাকিগুলো ভাঙে না।

ডেটা প্রবাহ (এক দিক) + ACK (ফেরত পথ)

```
MACHINES                          PROTOCOL / PORT
  Sysmex XN-1000                  ASTM over TCP  :6661
  Mindray BS-240                  HL7 over TCP   :6662
  Roche Cobas c311                ASTM / RS-232  COM3
      |  raw text payload (ASTM or HL7)
      v
LIS MIDDLEWARE (this project)
  1 listener   accept, strip MLLP/ASTM framing, one task per analyzer
  2 parser     text -> structured result dicts (ASTM / HL7)
  3 validator  required fields, flags, test-code mapping
  4 db writer  duplicate check, INSERT, raw archive
  5 ack        reply so the machine keeps sending
      |  SQL (python-oracledb, thin mode)
      v
ORACLE DATABASE   lis_raw_messages  +  lab_results
      |  SELECT / views
      v
ORACLE APEX       reports, dashboard, critical alerts
```

২.১ প্রতিটি স্তর কী করে

স্তর	ফাইল	দায়িত্ব
Listener	listeners/tcp_listener.py listeners/serial_listener.py	পোর্ট খোলা রাখা, একাধিক মেশিন একসাথে সামলানো, MLLP/ASTM ফ্রেমিং ভাঙা, ACK পাঠানো
Parser	parsers/astm_parser.py parsers/hl7_parser.py	টেক্সট → স্ট্রাকচার্ড dict: sample, patient, test code, value, unit, range, flag
Validator	core/validator.py	বাধ্যতামূলক ফিল্ড, flag ঠিক করা (H/L/HH/LL), critical শনাক্ত, test code mapping
Writer	database/db_writer.py	ডুপ্লিকেট চেক করে INSERT, raw message সংরক্ষণ, audit log
Engine	core/engine.py	উপরের সব ধাপ সঠিক ক্রমে সাজানো — একমাত্র জায়গা যেখানে order বোঝা যায়

> **নকশার মূল সিদ্ধান্ত**
> **raw message আগে সংরক্ষণ, তারপর parse।** কোনো কারণে parser ব্যর্থ হলে ডেটা হারায় না — পরে tools/replay.py দিয়ে একই মেসেজ আবার প্রসেস করা যায়।

বিভাগ ৩

কোড — ফাইল ধরে ধরে

৩.১ প্রজেক্ট স্ট্রাকচার

```
lis-middleware/
├── main.py                  # entry point: start every listener
├── config/config.yaml       # DB password, analyzer list, code map
├── core/
│   ├── engine.py            # raw → parse → validate → insert → ACK
│   ├── parser_factory.py    # protocol sniff + parser selection
│   ├── validator.py         # rules + normalisation
│   └── ack_handler.py       # ASTM 0x06 ACK / MLLP ACK builder
├── parsers/{astm_parser,hl7_parser}.py
├── listeners/{tcp_listener,serial_listener}.py
├── database/{db_connection,db_writer,memory_store}.py + schema.sql
├── demo/app.py             # browser demo (same engine)
├── tools/{mock_analyzer,replay}.py
├── samples/messages.yaml   # real-shaped ASTM / HL7 payloads
└── tests/test_pipeline.py  # 26 tests, no Oracle needed
```

৩.২ ASTM মানে কী — এক নজরে

ASTM E1394 মেসেজের প্রতিটি লাইন একেকটা **record**। প্রথম অক্ষরই বলে দেয় এটা কী:

Record	অর্থ	আমাদের দরকার?
H	Header — মেশিনের নাম, সময়	হ্যাঁ (instrument, timestamp)
P	Patient — রোগীর আইডি, নাম, বয়স	হ্যাঁ
O	Order — স্যাম্পল আইডি, কোন টেস্ট	হ্যাঁ
R	Result — টেস্ট কোড, ভ্যালু, ইউনিট, রেঞ্জ, flag	হ্যাঁ — মূল ডেটা
C / L	Comment / Terminator	না

একটা R লাইন ভেঙে দেখলে:

ASTM R record-এর ফিল্ড ম্যাপিং

```
R|1|^^^WBC^6690-2|7.5|10*3/uL|4.0-11.0|N||F
| | |            |   |        |        | |  └─ F = final
| | |            |   |        |        | └──── abnormal flag (N/H/L/HH/LL)
| | |            |   |        |        └─────── reference range
| | |            |   |        └──────────────── unit
| | |            |   └───────────────────────── value
| | |            └───────────────────────────── ^^^TEST^LOINC  (কোড ৪র্থ অংশে)
| | └──────────────────────────────────────────── record serial
| └──────────────────────────────────────────────── record type
└──────────────────────────────────────────────────
```

৩.৩ HL7 মানে কী

HL7 v2 হলো segment-ভিত্তিক: প্রতিটি লাইন `SEG|field1|field2...`। রেজাল্ট থাকে **OBX**-এ, রোগীর তথ্য **PID**-এ, স্যাম্পল **OBR**-এ। MSH দিয়ে শুরু, তাই MSH-1 ফিল্ডটাই separator — এখানেই বেশিরভাগ মানুষ এক ঘর করে ভুল করে।

```
MSH|^~\&|MINDRAY|BS240|LISMW|HOSPITAL|20240115110000||ORU^R01|MSG00042|P|2.5.1
PID|1||2024009012||Akter^Fatema||19780311|F          ← রোগী
OBR|1||SAMPLE-0003|CHEM7                             ← স্যাম্পল
OBX|1|NM|GLU^Glucose^2345-7||5.4|mmol/L|3.9-5.5|N|||F
               |  |     |       |   |      |       └─ flag
               |  |     |       |   |      └──────── range
               |  |     |       |   └─────────────── unit
               |  |     |       └─────────────────── value
               |  └─────┴──────────────────────────── CODE^TEXT^LOINC
               └─────────────────────────────────────── value type (NM/ST/TX)
```

৩.৪ Pipeline — core/engine.py

পুরো সিস্টেমের হৃদয়। ছয়টি ধাপ, প্রতিটির আগে-পরে লগ থাকে:

৬ ধাপের পাইপলাইন — ব্যর্থ হলেও raw ডেটা থাকে

```
def process(self, raw, analyzer, peer="n/a"):
    message_id = self.store.log_raw_message(...)   # 1. keep raw payload
    protocol   = sniff_protocol(raw)               # 2. ASTM or HL7?
    parsed     = parse_message(raw, ...)           # 3. text -> dicts
    validated  = self.validator.validate(parsed)   # 4. apply rules
    stored     = self.store.insert_results(...)    # 5. dedupe + INSERT
    ack        = self.ack.build(ok)                # 6. reply to analyzer
    return {...}
```

৩.৫ কেন ACK এত গুরুত্বপূর্ণ

বেশিরভাগ অ্যানালাইজার ACK না পেলে **পরের স্যাম্পল পাঠায় না** — মেশিন আটকে যায়। দুই রকম ACK আছে, analyzer-এর manual দেখে বেছে নিতে হয়:

Mode	কী পাঠাতে হয়	config
ASTM (E1381)	এক বাইট: 0x06 (ACK) বা 0x15 (NAK)	app.ack_mode: ASTM
HL7 MLLP	পূর্ণ MSA সেগমেন্ট সহ একটা মেসেজ, \x0b...\x1c\r	app.ack_mode: MLLP

৩.৬ ডুপ্লিকেট কেন হয়, কীভাবে থামে

মেশিন একই রেজাল্ট দুইবার পাঠায় — নেটওয়ার্ক টাইমআউট হলে, বা অপারেটর আবার স্যাম্পল চালালে। তিন স্তরে সুরক্ষা: **INSERT-এর আগে COUNT চেক**, **UNIQUE constraint** (sample_id, test_code, analyzer_name, result_value),

আর **raw status = DUPLICATE**।

database/db_writer.py — is_duplicate()

```
SELECT COUNT(*) FROM lab_results
 WHERE sample_id = :sid AND test_code = :tc
   AND analyzer_name = :an AND result_value = :val;
-- when count > 0: log a warning, skip the INSERT
```

বিভাগ ৪

ডেটাবেস স্কিমা

তিনটি টেবিল + একটি status টেবিল। সবকিছু `database/schema.sql`-এ আছে, একবার চালালেই তৈরি হয়ে যায়।

৪.১ lis_raw_messages — কাঁচা মেসেজ

```
CREATE TABLE lis_raw_messages (
  message_id    NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  analyzer_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
  protocol      VARCHAR2(10),          -- ASTM / HL7
  peer          VARCHAR2(100),         -- 192.168.1.50:51244
  raw_message   CLOB,
  received_at   TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
  status        VARCHAR2(20),          -- RECEIVED/PARSED/DUPLICATE/ERROR
  note          VARCHAR2(500)
);
```

এই টেবিল কখনো খালি করবেন না — parser-এ বাগ ঠিক করার পর পুরনো মেসেজ এখান থেকেই আবার প্রসেস হয়।

৪.২ lab_results — রিপোর্টের মূল টেবিল

```
CREATE TABLE lab_results (
  result_id       NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  sample_id       VARCHAR2(50)  NOT NULL,
  patient_id      VARCHAR2(50),
  patient_name    VARCHAR2(150),
  test_code       VARCHAR2(30)  NOT NULL,   -- WBC, HGB, GLU ...
  result_value    NUMBER,                   -- numeric হিসাবের জন্য
  result_text     VARCHAR2(100),            -- '<150', 'Positive' ইত্যাদি
  result_unit     VARCHAR2(30),
  ref_range       VARCHAR2(50),
  abnormal_flag   VARCHAR2(5),              -- N/H/L/HH/LL/C
  is_abnormal     CHAR(1),                  -- APEX-এ ফিল্টার সহজ করতে
  is_critical     CHAR(1),
  analyzer_name   VARCHAR2(100) NOT NULL,
  result_datetime TIMESTAMP,
  received_at     TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_result UNIQUE (sample_id, test_code, analyzer_name, result_value)
);
```

৪.৩ APEX-এর জন্য ভিউ

ভিউ	কী দেয়	APEX-এ কোথায়
v_sample_results	প্রতি স্যাম্পলের সারসংক্ষেপ + abnormal সংখ্যা	Result Entry পেজের রিপোর্ট
v_critical_results	শুধু critical রেজাল্ট, নতুন আগে	ড্যাশবোর্ড, auto-refresh

ভিউ	কী দেয়	APEX-এ কোথায়
v_analyzer_throughput	ঘণ্টাভিত্তিক মেশিনভেদে রেজাল্ট সংখ্যা	Monitoring পেজ

বিভাগ ৫

Oracle APEX রিপোর্ট

Middleware ডেটা ঢোকানোর পর APEX-এ মাত্র তিনটি জিনিস বানালেই পুরো সিস্টেম ব্যবহারযোগ্য:

1. **Interactive Report** — source হিসেবে `SELECT * FROM v_sample_results` (বা lab_results)। samp_id-এ লিংক দিয়ে ডিটেইল পেজে যাবে।
2. **Form পেজ** — রোগী/স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন, বিক্রয় বা বারকোড স্ক্যান। এখানে যা সেভ হবে সেই sample_id-ই মেশিন থেকে ফিরে আসবে।
3. **Classic Report + Alert** — `v_critical_results` উপর ভিত্তি করে; রিফ্রেশ ৩০ সেকেন্ড, নতুন critical এলে লাল ব্যাজ।

```
-- one patient: every result, sorted by test code
SELECT test_code, result_value, result_unit, ref_range, abnormal_flag
  FROM lab_results
 WHERE sample_id = :P10_SAMPLE_ID
 ORDER BY test_code;

-- is data still arriving? (quick health check per analyzer)
SELECT analyzer_name, MAX(received_at) AS last_seen,
       COUNT(*) AS results_today
  FROM lab_results
 WHERE received_at >= TRUNC(SYSDATE)
 GROUP BY analyzer_name;
```

> **ছোট টিপস**
> APEX-এ রিপোর্ট পেজে **Pagination → 50** আর **Column → result_value → Number format** দিয়ে দিলে ল্যাবের লোকজন সহজে পড়তে পারবে। abnormal_flag-এ Highlight রঙ দিলে H/L চোখে পড়ে।

বিভাগ ৬

সেটআপ — ধাপে ধাপে

৬.১ ধাপ ১ — Oracle স্কিমা তৈরি

```
# Oracle schema (use your own service name)
sqlplus lis_user/password@//192.168.1.100:1521/ORCL @database/schema.sql

# or run schema.sql from SQL Developer / SQLcl
```

৬.২ ধাপ ২ — config.yaml পূরণ

config/config.yaml — সংযোগ ও মেশিন

```
database:
  host: "192.168.1.100"      # DB server IP
  port: 1521
  service_name: "ORCL"       # XEPDB1 / FREEPDB1 / ORCL
  username: "lis_user"
  password: "CHANGE_ME"
analyzers:
  - name: "Sysmex_XN_1000"
    protocol: "ASTM"
    connection_type: "TCP"
    port: 6661
    enabled: true
```

৬.৩ ধাপ ৩ — ইনস্টল ও প্রথম রান

```
cd lis-middleware
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# test the Oracle connection only
python -m database.db_connection

# run without analyzers (results kept in memory)
python main.py --dry-run

# the real thing
python main.py
```

৬.৪ ধাপ ৪ — মেশিনে সেটিং

analyzer-এর **Host Communication / LIS Connection** পেজে গিয়ে বসান:

ফিল্ড	মান
Host / IP	যে পিসিতে middleware চলছে তার আইপি
Port	6661 (hematology) / 6662 (chemistry) — config অনুযায়ী
Protocol	ASTM (Sysmex, Roche) / HL7 (Mindray)
Data bits / Parity / Stop	RS-232 হলে 7-E-1, TCP হলে 8-N-1
Sample ID	যে বারকোড APEX-এ স্ক্যান করেছেন, সেটাই

> **Firewall**
> Windows-এ পোর্ট খুলতে ভুলবেন না:`New-NetFirewallRule -DisplayName "LIS 6661" -Direction Inbound -LocalPort 6661 -Protocol TCP -Action Allow`

বিভাগ ৭

টেস্ট ও মক অ্যানালাইজার

আসল মেশিন ছাড়া টেস্ট করা যায় দুইভাবে — দুটোই প্রজেক্টে আছে।

৭.১ ইউনিট টেস্ট — Oracle ছাড়াই

```
python -m unittest discover -s tests -v
# 36 tests — ASTM, HL7, E1381 framing, validator, dedupe, ACK
```

টেস্টগুলো আসল ফরম্যাটের নমুনা দিয়ে চলে (samples/messages.yaml), তাই parser বদলালে সাথে সাথেই বোঝা যায় কিছু ভেঙেছে কি না।

৭.২ মক অ্যানালাইজার — মেশিনের অভিনয়

```
# list scenarios
python tools/mock_analyzer.py --list

# pretend to be a Sysmex: one CBC message
python tools/mock_analyzer.py -s astm_cbc_normal -p 6661

# pretend to be a Mindray: HL7, 5x every 10s (load test)
python tools/mock_analyzer.py -s hl7_biochem -p 6662 --repeat 5 --interval 10

# serial port (use a com0com virtual pair to test)
python tools/mock_analyzer.py -s astm_cbc_normal --serial COM4
```

৭.৩ ব্রাউজার ডেমো

```
python -m demo.app        # http://localhost:8080
```

একই pipeline HTTP দিয়ে চালায় — মেসেজ পাঠানো, ACK দেখা, raw মেসেজ, parsed রেজাল্ট, ডুপ্লিকেট টেস্ট — সব ব্রাউজারে। মেসেজ এডিট করে ইচ্ছাকৃত ভাঙলে error path-ও দেখা যায়।

৭.৪ আসল মেশিনের অনুভূতি — E1381 ওয়্যার লেভেল

ব্রাউজার ডেমো একটা HTTP ফর্ম — আসল অ্যানালাইজার তা নয়। আসল মেশিন ASTM E1381 হ্যান্ডশেক করে: **ENQ → ACK → STX⟨নম্বর⟩ডেটা⟨ETX⟩⟨চেকসাম⟩ → ACK … → EOT**। চেকসাম ভুল হলে মেশিন NAK পায় এবং একই ব্লক আবার পাঠায়। এই লেয়ারটা `core/e1381.py`-তে আছে এবং ৮টি টেস্টে যাচাই করা।

একই কথোপকথন যেটা কেবলে ঘটে — ডেমো ফর্মে দেখা যায় না

```
analyzer                          middleware
  ENQ  (0x05)  -------------->  "আমার পাঠানোর আছে"
               <--------------  ACK  (0x06)
  STX 1 <records> ETX <cs> -->  ফ্রেম নম্বর + ডেটা + চেকসাম
               <--------------  ACK / NAK  (NAK হলে মেশিন রিপিট করে)
  EOT  (0x04)  -------------->  শেষ; এখন পুরো মেসেজ প্রসেস হয়
```

tools/device_sim.py — ওয়্যার-লেভেল সিমুলেটর

```
python main.py --dry-run                                    # টার্মিনাল ১
python tools/device_sim.py -s astm_cbc_normal -p 6661 --trace  # টার্মিনাল ২

# কেবল-এর সমস্যা বানিয়ে দেখা
python tools/device_sim.py -s astm_cbc_normal --fault checksum --fault-rate 0.4
python tools/device_sim.py -s astm_cbc_normal --fault noise    --fault-rate 0.4
python tools/device_sim.py -s astm_cbc_normal --fault drop     --fault-rate 0.25
python tools/device_sim.py -s hl7_critical   -p 6662 --trace
```

৭.৫ আসল মেশিনের ডেটা ধরা ও রিপ্লে

সিমুলেটর যতই ভালো হোক, আপনার Sysmex-এর ফিল্ড ম্যাপিং সে জানে না। একবার আসল ক্যাপচার নিলে সেটাই চিরকালের রেফারেন্স:

```
# সিরিয়াল ট্যাপ (RS-232): মেশিন → sniff_com → middleware
python tools/sniff_com.py --port COM4 --baud 9600 --parity EVEN \
    --tap 127.0.0.1:6661 --out logs/capture.jsonl

# TCP ট্যাপ: মেশিনের Host সেটিং-এ পোর্ট 6663 দিন
python tools/sniff_com.py --listen 0.0.0.0:6663 --tap 127.0.0.1:6661

# পরে যতবার চান রিপ্লে করুন (parser বদলালে এটাই রিগ্রেশন টেস্ট)
python tools/replay_capture.py logs/capture.jsonl --list
python tools/replay_capture.py logs/capture.jsonl --port 6661 --timing
```

> **সৎ কথা**
> ডেমো ডেটা দিয়ে শুধু পাইপলাইন প্রমাণ হয়, আপনার মেশিনের ফরম্যাট নয়। তাই আসল মেশিনে যাওয়ার আগে অন্তত একবার `sniff_com` দিয়ে ক্যাপচার নিন এবং সেই সেশন `replay_capture` দিয়ে চালান। বিস্তারিত: `docs/REAL_DEVICE.md`।

সিনারিও	কী পরীক্ষা হয়
astm_cbc_normal	সাধারণ ৪-টেস্ট CBC, patient/sample লিংক
astm_cbc_abnormal	H / L / LL flag, critical শনাক্তকরণ
hl7_biochem	HL7 ORU^R01, OBX পার্সিং
hl7_critical	HH flag → is_critical = Y
astm_merged_unit	ভ্যালু ও ইউনিট একই ফিল্ডে ('5,8 mmol/L')
broken_message	ভাঙা মেসেজ — NAK, কিন্তু raw সংরক্ষিত

বিভাগ ৮

ডিপ্লয়মেন্ট

> **পাসওয়ার্ড ও সিকিউরিটি**
> `config.yaml`-এ প্লেইন পাসওয়ার্ড রাখবেন না — প্রোডাকশনে `LIS_DB_PASSWORD` এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করুন (db_connection.py এটি আগে দেখে)। ফাইল পারমিশন সীমিত রাখুন, এবং ডেটাবেস ইউজারকে শুধু প্রয়োজনীয় টেবিলের ইনসার্ট/সিলেক্ট দিন।

ল্যাবে সাধারণত একটা ছোট পিসি বা সার্ভার ২৪ ঘণ্টা চলে। তাই middleware-ক **সার্ভিস** হিসেবে বসাতে হবে — কেউ লগআউট করলেও চলবে।

৮.১ Windows — সার্ভিস হিসেবে

```
# with NSSM (easiest)
nssm install LISMiddleware "C:\Python311\python.exe" "C:\lis\lis-middleware\main.py"
nssm set LISMiddleware AppDirectory "C:\lis\lis-middleware"
nssm set LISMiddleware AppStdout "C:\lis\logs\stdout.log"
nssm start LISMiddleware

# or with Task Scheduler:
#   Trigger: At startup
#   Action:  python.exe main.py  (Start in: C:\lis\lis-middleware)
```

৮.২ Linux — systemd

```
# /etc/systemd/system/lis-middleware.service
[Unit]
Description=LIS Middleware (ASTM/HL7 to Oracle)
After=network.target

[Service]
User=lis
WorkingDirectory=/opt/lis-middleware
ExecStart=/opt/lis-middleware/.venv/bin/python main.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now lis-middleware
journalctl -u lis-middleware -f
```

প্রোডাকশনের আগে

১) `--dry-run` দিয়ে অন্তত একদিন চালান। ২) লগ ফাইল ঘুরছে কি না দেখুন (RotatingFileHandler, ৫ MB × ৫)। ৩) ডেটাবেস ব্যাকআপ রাখুন। ৪) `tools/replay.py --status ERROR` দিয়ে ব্যর্থ মেসেজ দেখুন।

বিভাগ ৯

সমস্যা ও সমাধান

লক্ষণ	কারণ	সমাধান
connection refused	middleware চলছে না বা পোর্ট আলাদা	লগে 'listening on' লাইন দেখুন, config মেলান
ORA-12541 (no listener)	host/port/service_name ভুল	python -m database.db_connection দিয়ে টেস্ট
ORA-01017 (invalid login)	ইউজারনেম/পাসওয়ার্ড ভুল	config.yaml ঠিক করুন
no results parsed	protocol ভুল লেবেল	protocol: AUTO দিন, লগে detected_protocol দেখুন
সিরিয়ালে আজেবাজে অক্ষর	baud/parity মেলেনি	9600 7E1, তারপর 9600 8N1 চেষ্টা করুন
মেশিন কিছু পাঠাচ্ছেই না	ACK-এর অপেক্ষায় আছে	HL7 হলে app.ack_mode: MLLP দিন
একই রেজাল্ট দুইবার	মেশিন পুনরায় পাঠাচ্ছে (স্বাভাবিক)	ডুপ্লিকেট আটকায়; lis_raw_messages-এ DUPLICATE
QC নমুনা রিপোর্টে ঢুকছে	quality-control স্যাম্পল আসল রোগীর মতোই আসে	validation.ignore_sample_prefixes-এ QC/CTRL/CAL দিন → status IGNORED
পোর্ট ইতিমধ্যে ব্যবহৃত	অন্য প্রোগ্রাম	netstat -ano | findstr 6661 → PID বন্ধ করুন
লগে checksum mismatch	কেবলের নয়েজ বা parity ভুল	লিসেনার NAK দেয়, মেশিন আবার পাঠায় — 7E1 মিলিয়ে নিন
মেশিন মাঝপথে থেমে যায়	ব্লকের ACK-এর অপেক্ষায়	লগে bad block → NAK দেখুন; এটাই রিট্রাই পথ

৯.১ লগ পড়ার নিয়ম

সুস্থ সিস্টেমের লগ — প্রথম লাইন থেকেই বোঝা যায় কোথায় আটকেছে

```
2026-11-04 10:30:01 | INFO  | LIS.DB   | Oracle DB connected: 192.168.1.100:1521/ORCL
2026-11-04 10:30:01 | INFO  | LIS.TCP  | Sysmex_XN_1000 | TCP | listening on 0.0.0.0:6661
2026-11-04 10:30:12 | INFO  | LIS.TCP  | Sysmex_XN_1000: received 412 bytes from 192.168.1.50
2026-11-04 10:30:12 | INFO  | LIS.ASTM | ASTM: parsed 4 result(s) from Sysmex_XN_1000
2026-11-04 10:30:12 | INFO  | LIS.DBW  | inserted SAMPLE-0001 / WBC = 7.5 10*3/uL
2026-11-04 10:30:12 | WARN | LIS.DBW  | duplicate skipped: SAMPLE-0001 / RBC
```

বিভাগ ১০

শেষ চেকলিস্ট

১০.১ ডেটাবেস

- schema.sql চালানো হয়েছে, TEAM লিস্টে `lis_user` আছে
- `python -m database.db_connection` → OK
- ইনডেক্স আছে (sample_id, received_at, is_critical)
- ব্যাকআপ শিডিউল করা আছে

১০.২ Middleware

- `python -m unittest discover -s tests` → সব পাস
- `--dry-run` দিয়ে একদিন চলেছে
- সার্ভিস হিসেবে ইনস্টল করা (Windows NSSM / Linux systemd)
- লগ রোটেট হচ্ছে, ডিস্ক ভরছে না
- সার্ভার রিস্টার্ট হলে নিজে থেকে চালু হয়

১০.৩ মেশিন

- প্রতিটি analyzer-এর IP, পোর্ট, প্রোটোকল কাগজে লিখে রাখা
- ACK mode (ASTM / MLLP) মিলিয়ে দেখা
- একটা আসল স্যাম্পল দিয়ে end-to-end টেস্ট
- বারকোড স্ক্যান → মেশিন → APEX — পুরো পথে ভ্যালু মিলেছে
- আসল মেশিনের এক ক্যাপচার নেওয়া হয়েছে এবং সেটি রিপ্লে করে দেখা গেছে

১০.৪ APEX

- Interactive Report + Form পেজ তৈরি
- critical রেজাল্টের জন্য আলাদা রিপোর্ট/অ্যালার্ট
- অ্যাবনর্মাল ফ্ল্যাগে রঙ হাইলাইট
- ইউজার পারমিশন (ল্যাব টেকনিশিয়ান vs ডক্টর)

> **শেষ কথা**
> মিডলওয়্যার শুধু অনুবাদক — মেশিন যা মাপে, তাই ডেটাবেসে পৌঁছায়, কিছু বাড়ে না কমে না। তাই প্রতিটি নতুন মেশিন যোগ করার সময় একটা ম্যানুয়াল রেজাল্টের সাথে মিলিয়ে নিন।