

Buenas prácticas para epochs y baseline correction

Duración de época

1-4 s; frecuente: 2 s

Solapamiento

0 % o 50 % según el análisis

Filtrado previo

pasa-altos suave para controlar deriva

Artefactos

inspección visual y/o detección automática

Consistencia

mismos parámetros entre sujetos/sesiones