

NOTAT

Projekt: Deling af EKG'er

Emne: XDS-metadata attributter for deling af MedCom's standard: EKG Recording

Dato: 15. januar 2026

1 FORMÅL

Formålet med dette notat er at give en struktureret og praktisk vejledning i angivelsen af de nødvendige XDS-metadata. Notatet gennemgår samtlige relevante attributter, som hver især er beskrevet i detaljer og suppleret med konkrete eksempler, for at sikre korrekt forståelse og anvendelse.

2 XDS METADATA

I den nedenstående tabel beskrives de dataelementer, som et kildesystem skal indsætte som XDS-metadata. Samtlige relevante attributter er gennemgået og beskrevet, og hver attribut er knyttet til konkrete eksempler med henblik på at understøtte korrekt forståelse og implementering.

Der forekommer enkelte afvigelser i forhold til materialet fra afklaringsfasen. Disse afvigelser er tydeligt markeret og uddybet med **OBS!** i form af kommentarer under de tilhørende eksempler.

Betydningen af optionality for de enkelte dataelementer, som anvendes med følgende klassifikation:

- **R (Mandatory):** Dataelementet er obligatorisk og skal altid angives.
- **R2 (Required when known):** Dataelementet skal angives, hvis oplysningerne er tilgængelige i kildesystemet.
- **O (Optional):** Dataelementet er valgfrit og kan angives efter behov.

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
author	R		
author.authorInstitution	R	Den sundhedsorganisation der er ansvarlig for dokumentet. Det er obligatorisk at kildesystemet indsætter en SOR-kode, OID og navn på organisationen. SOR-koden skal angives for den organisatoriske enhed, der udfører sundhedsydelsen.	authorInstitution.code: 486081000016003 authorInstitution.name: Lægehus Test authorInstitution.codeScheme: 1.2.208.176.1.1
author.authorPerson	R2	AuthorPerson.name kan være navnet på forfatteren af dokumentet eller navnet på EKG apparatet. Oplysningen skal indsættes hvis den er kendt.	authorPerson: Læge, Henrik Olsen
availabilityStatus	R	Ved publicering af et nyt dokument skal kildesystemet altid indsætte værdien.	availabilityStatus: Approved availabilityStatus: Deprecated
classCode	R	Kildesystemet skal altid indsættes værdien "Klinisk rapport"	code: 001 name: Klinisk rapport codeScheme: 1.2.208.184.100.9
comments		Denne attribut anvendes ikke den danske XDS metadata profil.	OBS! Anvendes ikke i "Deling af EKG-optagelser"
confidentialityCode	R	Kildesystemet skal altid indsættes værdien "N" (Normal).	code: N name: Normal codeScheme: 2.16.840.1.113883.5.25 OBS! Tidligere materiale har fejlagtigt gengivet "Name: N".

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
creationTime	R	Kildesystemet skal indsætte tidspunktet for bygning af dokumentet. OBS! Tidsangivelser i XDS er altid i ZULU/GMT tid.	creationTime: 2021-06-25T10:29:38.000Z
entryUUID	R	Kildesystemet genererer værdien for attributten og lagrer værdien i det lokale fagsystem. Anvendes hvis dokumentet skal ugyldiggøres.	entryUUID: urn:uuid:32c4bf66-e5e4-4a14-b88f-38e081ac486c
eventCodeList	R2	Denne liste af koder repræsenterer de vigtigste kliniske handlinger, der er dokumenteret i forbindelse med patientkontakten. Koder der anvendes fremgår af Metadata valueset.	OBS! Anvendes ikke i "Deling af EKG-optagelser"
formatCode	R	Der skal indsættes navn og version af den indholdsmæssige standard for deling af EKG'er.	code: urn:ad:dk:medcom:ekg-v1.0:full name: DK EKG schema OBS! Tidligere materiale har ikke kendt den korrekte formatCode.
hash	R2	Efterlades tomt Sættes af infrastrukturen	OBS! Ikke relevant for on-demand dokumenter
healthcareFacilityTypeCode	R	Kildesystemet skal indsættes værdien for denne attribut. Værdien skal udvælges fra godkendte værdier for DK XDS valuesets. Attributten angiver den organisatoriske enhed for den sundhedsfaglige handling.	code: 394761003 name: lægepraksis codeScheme: 2.16.840.1.113883.6.96

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
homeCommunityId	R	Værdi der indikerer hvilket registry information om dokumentet ligger.	SDS-test2 = urn:oid:1.2.208.176.43210.8.10 SDS-test2 = urn:oid:1.2.208.176.43210.8.20 SDS-prod = urn:oid:1.2.208.176.8.1 PLSP-test1= urn:oid:1.2.208.192.100 PLSP-test2= urn:oid:1.2.208.192.100 PLSP-prod = urn:oid:1.2.208.193.100 OBS! Tidligere materiale har nævnt denne attribut tildeles automatisk af SDS patientindekset. Det er ikke korrekt.
languageCode	R	Kildesystemet skal indsættes værdien for denne attribut. Dokumentet, der deles, vil oftest være på dansk og her skal der indsættes værdien "da-DK"	"da-DK"
legalAuthenticator	R2	Repræsenterer en deltager under authorInstitution, som juridisk har autentificeret eller attesteret dokumentet.	OBS! Anvendes ikke i "Deling af EKG-optagelser"
contentType	R		application/fhir+json application/fhir+xml
objectType	R	Beskriver om dokumentet er on-demand eller stable.	Stable DocumentEntry urn:uuid:7edca82f-054d-47f2-a032-9b2a5b5186c1 On-Demand DocumentEntry urn:uuid:34268e47-fdf5-41a6-ba33-82133c465248 OBS!

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
			Tidligere materiale har fejlagtigt gengivet at denne ikke skal sættes.
patientId	R	Kildesystemet skal indsætte værdien som et gyldigt cpr-nummer.	code: 0104909995 codeScheme: 1.2.208.176.1.2
practiceSettingCode	R	Kildesystemet skal indsætte værdien for denne attribut. Værdien skal udvælges fra godkendte værdier for DK XDS valuesets. Attributten angiver det sundhedsfaglige speciale.	Regioner code: 394579002 name: Kardiologi codeScheme: 2.16.840.1.113883.6.96 PLSP PLSP indsætter indsætte klinikkens speciale jf. DK XDS valuesets. Eksempel: code: 408443003 name: almen medicin codeScheme: 2.16.840.1.113883.6.96
referenceIdList	O	Denne attribut anvendes ikke den danske XDS metadata profil.	OBS! Anvendes ikke i "Deling af EKG-optagelser"
repositoryUniqueId	R	Sættes af infrastrukturens repositories.	
serviceStartTime	R2	Kildesystemet skal indsætte tidspunktet for start af optagelse af EKG'et. Hvis statstidspunkt ikke kendes, sættes sluttidspunktet istedet. OBS! Hvis tidspunkt ikke kendes, sættes klokkeslæt til 00:00:00 dansk tid (svarende til hhv. 22:00 og 23:00 ZULU/GMT tid afhængig af sommer/vintertid.	serviceStartTime: 2026-05-15T11:31:25.000Z Ved ukendt klokkeslæt: serviceStartTime: 2026-05-14T22:00:00.000Z serviceStartTime: 2026-02-04T23:00:00.000Z

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
		OBS! Tidsangivelser i XDS er altid i ZULU/GMT tid.	
serviceStopTime	R2	Kildesystemet skal indsætte tidspunktet for slut af optagelse af EKG'et. OBS! Hvis tidspunkt ikke kendes, sættes klokkeslæt til 00:00:00 dansk tid (svarende til hhv. 22:00 og 23:00 ZULU/GMT tid afhængig af sommer/vintertid). OBS! Tidsangivelser i XDS er altid i ZULU/GMT tid.	serviceStopTime: 2026-05-15T11:31:25.000Z Ved ukendt klokkeslæt: serviceStopTime: 2026-05-14T22:00:00.000Z serviceStopTime: 2026-02-04T23:00:00.000Z
size	R2	Efterlades tomt Sættes af infrastrukturen Ikke relevant for on-demand	
sourcePatientId	R	Kildesystemet skal indsætte værdien som et gyldigt cpr-nummer. EKG'er optaget på e-CPR-numre må ikke indsendes.	code: 0104909995 codeScheme: 1.2.208.176.1.2
sourcePatientInfo	R	Kildesystemet skal indsætte oplysninger om patients navn, køn og fødselsdato.	name: Sverre Test Mosebryggeren gender: M birthTime: 1990-04-01
submissionTime	R	Kildesystemet skal indsætte tidspunktet for hvornår dokumentet sendes til infrastrukturen. OBS! Tidsangivelser i XDS er altid i ZULU/GMT tid.	submissionTime: 2026-05-15T11:31:25.000Z

IHE-XDS metadata	Opt.	Beskrivelse	Eksempel
title	R	Kildesystemet skal indsætte en prædefineret tekst for et EKG.	title: Elektrokardiogram-12-aflednings OBS! Tidligere materiale har fejlagtigt gengivet "EKG optagelse".
typeCode	R	Kildesystemet skal indsætte værdien for denne attribut. Værdien er inkluderet i godkendte værdier for DK XDS valuesets. Attributten angiver typen af et dokument der indeholder et EKG i pdf-format.	code: 11524-6 name: EKG study OBS! Tidligere materiale har ikke kendt den korrekte typeCode.
uniqueId	R	Kildesystemet skal indsættes id'et for dokumentet. Regioner: Feltet skal genereres og opbevares af den enkelte region, og indberettes gennem DROS. Formatet skal være UUID, version 4. PLSP: uniqueID dannes af PLSP ved on-demand.	uniqueId: 1.2.208.177^6440262f-56a6-409c-8392- dac74f25d965
URI	O		OBS! Anvendes ikke i "Deling af EKG-optagelser"