



TÜRKAK BDS NO
K-D7C7-7725

0066K-1025-00331

KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi:

Customer / Address:

İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

TOSB OTOMOTİV (OSB) MAH.13. SOKAK NO: 5-1 ŞEKERPINAR / İSTANBUL

İstek Numarası:

Order No:

T-25-02236 / 1

Makina / Cihaz:

Instrument / Device:

TERAZİ

İmalatçı:

Manufacturer:

CAS

Tip:

Type:

AC-100

Seri Numarası / Kod:

Serial No / Code:

- / C564

Bulunduğu Yer:

Location:

YARI MAMUL DEPO

Kalibrasyon Tarihi:

Date of Calibration:

03.10.2025

Sertifikanın Sayfa Sayısı:

Number of Pages:

3

ONAYLANDI

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren SMS KALİBRASYON ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ., TÜRKAK'tan AB-0066-K dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardına göre akredite edilmiştir.

SMS KALİBRASYON ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0066-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as calibration laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Mühür / Kaşe

Seal



Yayın Tarihi

Publication Date

11.10.2025

Kalibrasyonu Yapan

Calibrated by

SAMED SOLAKOĞLU
KALİBRASYON PERSONELİ



e-imzalıdır

Onaylayan / Tarih

Approval / Date

ABDULSAMET DOĞAN / 11.10.2025
ŞİRKET MÜDÜRÜ



e-imzalıdır



SMSKalibrasyon

Sayfa No : 2 / 3

Page Number

**SMS KALİBRASYON ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

0066K-0925-00331

1. KALİBRE EDİLEN CİHAZ

DEVICE TO BE CALIBRATED

Cihaz : Elektronik Terazı
Bulunduğu yer : YARI MAMUL DEPO
Kapasitesi : 100 kg
Çözünürlük : 0,02 kg

Seri Numarası : -
Envanter No : C564
Üretici : CAS
Model : AC

2. KALİBRASYONDA KULLANILAN REFERANSLAR

REFERENCES USED IN CALIBRATION

Sınıf	Kod	Üretici	Seri No	İzlenebilirlik	Sertifika No	Sertifika Tarihi
F1	SMS-K-002	BAYKON	F08-142	AB-0184-K	25.1633	7.04.2025
M1	SMS-K-051/1-10	DEMİRKOL	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	AB-0066-K	0066K-0725-02829	24.07.2025

3. ORTAM ŞARTLARI

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Başlangıç Sıcaklığı: 24,1 °C Bitiş Sıcaklığı: 24,2 °C

4. YÖNTEM / PROSEDÜR

METHOD / PROCEDURE

Kalibrasyon Euromet/cg-18/v.04'de belirtilen yöntem ve prosedürlere uygun olarak, referans kütlelerle karşılaştırma yöntemine dayanarak yapılmıştır.

5. AÇIKLAMALAR

COMMENTS

Cihaz kodunda * bulunan cihazlar bir seri grubunu ifade etmektedir. Serinin içerdiği her bir cihazın seri numarası ve sertifika numarası farklıdır.

6. BİLGİLENDİRME NOTLARI

INFORMATIVE NOTES

Bu kalibrasyon sonuçları sadece - seri numaralı ve **0066K-0925-0033** kodlu cihaza ait olup kalibrasyon tarihinden itibaren ve sertifikada belirtilmiş olan şartlar altında geçerlidir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve gelecek kalibrasyon tarihinin belirlenmesinden kullanıcı sorumludur.
Calibration results are only for the device with serial number - and code **0066K-0925-00331** and valid from the calibration date and under the conditions defined in the certificate .The user is responsible from the usage in required enviromental conditions for the performance of the device and determination of next calibration date.

7. SEMBOLLER

SYMBOLS

e : Muayene sabiti
L : Uygulanan yük (Referans değer)
I : Gösterge değeri (Cihazda okunan)
E : Gösterge hatası
U : Genişletilmiş ölçüm belirsizliği

Ayar Öncesi Değerleri :

Kalibrasyon Ayarı Yapıldımı :

Ayar Değeri	-	kg
Ayar Öncesi	-	kg
Ayar Sonrası	-	kg

Evet	Hayır
-	+

UYGUNLUK BEYANI

STATEMENT OF COMPLIANCE

-

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.



SONUÇLAR

RESULTS

Tekrarlanabilirlik

Uygulanan Yük (L)	Gösterge Değeri (I)
kg	kg
100,00	100,10
	100,10
	100,10

Merkez Dışı Yükleme

Uygulanan Yük (L)	Gösterge Değeri (I)
kg	kg
50,00	50,02
50,00	50,02
50,00	50,02
50,00	50,02
50,00	50,02
50,00	50,02

Gösterge Hatası ve Ölçüm Belirsizliği

Uygulanan Yük (L)	Gösterge Değeri (I)	Sapma	Ölçüm Belirsizliği
kg	kg	kg	± kg
2,00	2,00	0,00	0,0163
5,00	5,00	0,00	0,0163
8,00	8,00	0,00	0,0163
10,00	10,00	0,00	0,0163
20,00	20,00	0,00	0,0164
30,00	40,20	10,20	0,0164
40,00	50,02	10,02	0,0165
50,00	60,04	10,04	0,0166
60,00	70,04	10,04	0,0168
80,00	80,06	0,06	0,0171
100,00	100,10	0,10	0,0175

Kalibrasyondaki belirsizlik EA-4/02 dökümanına uygun olarak hesaplanmıştır. Kalibrasyonun toplam belirsizliği genişletilmiş belirsizlik olup, standart belirsizlikten kapsam faktörü $k=2.0$ kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir.

Calibration uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 document. Total uncertainty of calibration is expanded uncertainty which is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$ providing a level of confidence 95%.

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.