

TECHNICAL DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONFORMIDADE

Declaration regarding the technical specifications and regulatory compliance of Fentex Surgical Container Systems.

Declaração sobre as especificações técnicas e conformidade regulatória dos Sistemas de Contêineres Cirúrgicos Fentex.

10 de março de 2026

Fentex Medical Instruments, located in the USA, hereby declares that its Surgical Container Systems, are manufactured in accordance with the highest quality standards and comply with all applicable technical and regulatory requirements for their intended use in the processing and storage of surgical instruments.

A Fentex Medical Instruments, sediada nos EUA, declara por meio deste que seus Sistemas de Contêineres Cirúrgicos, são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e em conformidade com todos os requisitos técnicos e regulatórios aplicáveis para seu uso pretendido no processamento e armazenamento de instrumentos cirúrgicos.

1. Product Identification / Identificação do Produto

Fentex Surgical Container Systems are designed for the safe and effective containment, protection, and transport of medical devices during sterilization, storage, and distribution. Each container is identified by a unique Model, Series, and a Unique Device Identification (UDI) code, ensuring full traceability throughout its lifecycle.

Os Sistemas de Contêineres Cirúrgicos Fentex são projetados para a contenção, proteção e transporte seguros e eficazes de dispositivos médicos durante a esterilização, armazenamento e distribuição. Cada contêiner é identificado por um Modelo, Série e um código de Identificação Única de Dispositivo (UDI), garantindo rastreabilidade completa ao longo de seu ciclo de vida.

2. Performance & Lifespan / Desempenho e Vida Útil

Fentex Surgical Container Systems are validated for a minimum lifespan of 5,000 sterilization cycles. This validation is achieved through rigorous accelerated aging and microbial challenge tests, demonstrating the sustained integrity of the Sterile Barrier System (SBS) over time. The design and materials ensure compliance with the essential requirements of ISO 11607-1/2 for packaging for terminally sterilized medical devices.

Os Sistemas de Contêineres Cirúrgicos Fentex são validados para uma vida útil mínima de 5.000 ciclos de esterilização. Esta validação é alcançada através de rigorosos testes de envelhecimento

acelerado e desafio microbiano, demonstrando a integridade sustentada do Sistema de Barreira Estéril (SBS) ao longo do tempo. O design e os materiais garantem a conformidade com os requisitos essenciais da ISO 11607-1/2 para embalagens de dispositivos médicos esterilizados terminalmente.

3. Structural Integrity / Integridade Estrutural

The containers are constructed from high-grade Medical Grade Anodized Aluminum, providing exceptional durability, corrosion resistance, and thermal stability. The innovative no-screw design enhances structural integrity and facilitates cleaning. Ergonomic handles ensure safe and comfortable handling. Lids, when applicable, are made from Polyphenylsulfone (PPSU), a high-performance polymer known for its excellent chemical and thermal resistance.

Os contêineres são construídos em Alumínio Anodizado de Grau Médico de alta qualidade, proporcionando durabilidade excepcional, resistência à corrosão e estabilidade térmica. O design inovador sem parafusos aumenta a integridade estrutural e facilita a limpeza. Alças ergonômicas garantem manuseio seguro e confortável. As tampas, quando aplicável, são fabricadas em Polifenilsulfona (PPSU), um polímero de alto desempenho conhecido por sua excelente resistência química e térmica.

4. Sealing System / Sistema de Vedação

The sealing system incorporates long-lasting silicone gaskets, ensuring a hermetic closure that maintains the sterility of the contents post-sterilization. The design of the sealing mechanism is optimized to prevent microbial ingress and maintain the integrity of the Sterile Barrier System (SBS) throughout storage and transport, in accordance with EN 868-8.

O sistema de vedação incorpora gaxetas de silicone de longa duração, garantindo um fechamento hermético que mantém a esterilidade do conteúdo pós-esterilização. O design do mecanismo de vedação é otimizado para prevenir a entrada microbiana e manter a integridade do Sistema de Barreira Estéril (SBS) durante o armazenamento e transporte, em conformidade com a EN 868-8.

5. Sterilization Compatibility / Compatibilidade de Esterilização

Fentex Surgical Container Systems are fully compatible with the following sterilization methods, validated according to international standards, including AAMI ST79:

- Pre-vacuum Steam Sterilization: (Autoclave) at 121°C (250°F) and 134°C (273°F).
- Ethylene Oxide (EO) Sterilization: (Gas) under validated cycles.
- Hydrogen Peroxide (H2O2) Plasma Sterilization: (Vaporized H2O2) under validated cycles.

Os Sistemas de Contêineres Cirúrgicos Fentex são totalmente compatíveis com os seguintes métodos de esterilização, validados de acordo com padrões internacionais, incluindo AAMI ST79:

- Esterilização a Vapor por Pré-vácuo: (Autoclave) a 121°C (250°F) e 134°C (273°F).
- Esterilização por Óxido de Etileno (OE): (Gás) sob ciclos validados.
- Esterilização por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (H2O2): (H2O2 Vaporizado) sob ciclos validados.

6. Baskets & Organization / Cestos e Organização

Internal baskets are manufactured from Stainless Steel AISI 304, ensuring compatibility with sterilization processes and resistance to corrosion. The design facilitates organized placement of instruments and allows for aseptic removal, minimizing the risk of contamination during handling.

Os cestos internos são fabricados em Aço Inoxidável AISI 304, garantindo compatibilidade com os processos de esterilização e resistência à corrosão. O design facilita a organização dos instrumentos e permite a remoção asséptica, minimizando o risco de contaminação durante o manuseio.

7. Traceability / Rastreabilidade

Each Fentex Surgical Container System features permanent laser marking, including the manufacturer's name, model, serial number, and UDI (Unique Device Identification) code. This ensures comprehensive traceability from manufacturing through end-use, facilitating inventory management, recall procedures, and regulatory compliance.

Cada Sistema de Contêiner Cirúrgico Fentex possui marcação a laser permanente, incluindo o nome do fabricante, modelo, número de série e código UDI (Unique Device Identification). Isso garante rastreabilidade abrangente desde a fabricação até o uso final, facilitando o gerenciamento de estoque, procedimentos de recall e conformidade regulatória.

8. General Conformity / Conformidade Geral

Fentex Medical Instruments declares that its Surgical Container Systems comply with the essential requirements of relevant international standards and regulations, including but not limited to:

- FDA (Food and Drug Administration) regulations for medical devices in the USA.
- ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) regulations for medical devices in Brazil.
- CE Marking requirements for medical devices in the European Union.
- ISO 13485:2016 (Quality Management Systems for Medical Devices).
- ISO 11607-1:2019 (Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems).
- ISO 11607-2:2019 (Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes).

- EN 868-8:2018 (Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 8: Reusable sterilization containers for medical devices, requirements and test methods).
- AAMI ST79:2017 (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities).

A Fentex Medical Instruments declara que seus Sistemas de Contêineres Cirúrgicos estão em conformidade com os requisitos essenciais das normas e regulamentos internacionais relevantes, incluindo, mas não se limitando a:

- Regulamentos da FDA (Food and Drug Administration) para dispositivos médicos nos EUA.
- Regulamentos da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para dispositivos médicos no Brasil.
- Requisitos da Marcação CE para dispositivos médicos na União Europeia.
- ISO 13485:2016 (Sistemas de Gestão da Qualidade para Dispositivos Médicos).
- ISO 11607-1:2019 (Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente – Parte 1: Requisitos para materiais, sistemas de barreira estéril e sistemas de embalagem).
- ISO 11607-2:2019 (Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente – Parte 2: Requisitos de validação para processos de formação, selagem e montagem).
- EN 868-8:2018 (Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente – Parte 8: Contêineres de esterilização reutilizáveis para dispositivos médicos, requisitos e métodos de teste).
- AAMI ST79:2017 (Guia abrangente para esterilização a vapor e garantia de esterilidade em instalações de saúde).

In witness whereof, this declaration is issued for all legal purposes and to attest to the quality and compliance of Fentex Medical Instruments' Surgical Container Systems.

Por ser expressão da verdade, a presente declaração é emitida para todos os fins legais e para atestar a qualidade e conformidade dos Sistemas de Contêineres Cirúrgicos da Fentex Medical Instruments.



Irina Olivo

Quality and Regulatory Affairs Director

Fentex Medical Instruments (USA)

Local and Date: Florida, March 10th 2026, 10 de março de 2026