

Trata-se de pedido de esclarecimentos enviado pela empresa CMETK Soluções Hospitalares Ltda. ao Pregão Eletrônico 2042/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de Serviço de Locação de Caixas de Instrumental Cirúrgico para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Acerca do primeiro esclarecimento:

- 1) Itens constam no TR (item 9.1.23), mas não constam na Tabela 1 do Edital (páginas 14, 15 e 16) Na Tabela 1 – Itens do Edital (págs. 14 a 16), não identificamos os seguintes itens que constam no Termo de Referência – item 9.1.23:

- Instrumentais Avulsos – Cirurgia Neurologia
- Instrumentais Avulsos – Cirurgia Ortopédica
- Instrumentais Avulsos – Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia
- Instrumentais Avulsos – Cirurgia Cardíaca

Solicitamos esclarecer se tais itens integram o escopo do objeto licitado. Em caso afirmativo, solicitamos informar se haverá retificação/errata para inclusão na Tabela 1, de modo a manter consistência documental.

Conforme consta na Tabela 1 – dos itens do Termo de Referência: “descrição dos itens que compõe as caixas e instrumentais avulsos constam no Termo de Referência.”

No detalhamento do termo de referência, a partir do item 9.1.23 são informados os componentes de cada caixa, bem como os instrumentais avulsos.

Para a Cirurgia Neurológica os instrumentais avulsos estão descritos no item 9.1.23.34 do termo de referência, sendo:

9.1.23.34. Instrumentais Avulsos: Cirurgia Neurológica:

- 9.1.23.34.1. Conjunto Caspar para Lombar. O conjunto deverá conter:
- 9.1.23.34.2. 1- Retrator Caspar Afastador, medindo
- 9.1.23.34.3. 60mm x 105mm x 100 mm. Deverá conter 6 lâminas com tamanhos de 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm e 60 mm;
- 9.1.23.34.4. 1-Afastador Caspar para lombar, tipo espéculo, cônico, com 40 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.5. 1-Afastador Caspar para lombar, tipo espéculo, cônico, com 50 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.6. 1-Afastador Caspar para lombar, tipo espéculo, cônico, com 60 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.7. 1- Chave para retirada de lâmina, medindo 8mm, compatível com as lâminas do conjunto;
- 9.1.23.34.8. 2- Lâminas laterais para o Afastador Caspar de 40 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.9. 2- Lâminas laterais para o Afastador Caspar de 50 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.10. 2- Lâminas laterais para o Afastador Caspar de 60 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.11. 2- Lâminas laterais para o Afastador Caspar de 70 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.12. 2- Lâminas laterais para o Afastador Caspar de 80 mm de comprimento;
- 9.1.23.34.13. 1- Container sólido, com tampa de barreira, para armazenamento de todo conjunto dos instrumentais. Os instrumentais poderão ter variação de +/- 5mm e ter revestimento em preto.
- 9.1.23.34.14. Quantidade: 1 conjunto

Assim para o Serviço de Locação de Instrumentais para Cirurgia Neurológica (item 5 da Tabela 1), a elaboração da proposta deve considerar os itens que compõe cada caixa e os itens avulsos descritos no termo de referência.

Para a Cirurgia Ortopédica os instrumentais avulsos estão descritos do item 9.1.23.35 a 9.1.23.37.2 do termo de referência, sendo:

9.1.23.35. Instrumentais Avulsos: Cirurgia Ortopédicas:

9.1.23.36. Alicate Steinmann 30 cm:

9.1.23.36.1. Alicate tipo Steinmann. Produto confeccionado em aço inoxidável, com medida de 30 cm de comprimento, para fios de até 4 mm de diâmetros, reprocessável, autoclavável.

9.1.23.36.2. Quantidade: 5 unidades.

9.1.23.37. Alicate Steinmann 60 cm:

9.1.23.37.1. Alicate tipo Steinmann. Produto confeccionado em aço inoxidável, com medida de 60 cm de comprimento, para fios de até 6 mm de diâmetros, reprocessável, autoclavável.

9.1.23.37.2. Quantidade: 5 unidades.

Assim para o Serviço de Locação de Instrumentais para Cirurgia ortopédica (item 14 da Tabela 1), a elaboração da proposta deve considerar os itens que compõe cada caixa e os itens avulsos descritos no termo de referência.

Para a Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia os instrumentais avulsos estão descritos no item 9.1.23.38 do termo de referência, sendo:

9.1.23.38. Instrumentais Avulsos: Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia:

9.1.23.38.1. Afastador Balfour, completo, curvo, Tamanho P:

9.1.23.38.2. Afastador Cirúrgico, tipo Balfour Completo, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, composto por duas lâminas laterais, uma válvula curva, tamanho "P", com dimensões de 20 mm x 25 mm.

9.1.23.38.3. Quantidade: 1 unidade.

9.1.23.38.4. Afastador Balfour, completo, curvo, tamanho M:

9.1.23.38.5. Afastador Cirúrgico, tipo Balfour Completo, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, composto por duas lâminas laterais, uma válvula curva, tamanho "M", com dimensões de 45 mm x 80 mm.

9.1.23.38.6. Quantidade: 1 unidade.

9.1.23.38.7. Afastador Balfour, completo, reto, tamanho G:

9.1.23.38.8. Afastador Cirúrgico, tipo Balfour Completo, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, composto por duas lâminas laterais, uma válvula curva, tamanho "G", com dimensões de 70 mm x 100 mm.

9.1.23.38.9. Quantidade: 1 unidade.

Assim para o Serviço de Locação de Instrumentais para Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia (item 8 da Tabela 1), a elaboração da proposta deve considerar os itens que compõe cada caixa e o itens avulsos descritos no termo de referência.

Para a Cirurgia Cardíaca os instrumentais avulsos estão descritos no item 9.1.23.39 do termo de referência, sendo:

9.1.23.39. Instrumentais Avulsos: Cirurgia Cardíaca:

- 9.1.23.39.1. Pinça Debakey 16cm-2,7mm:
- 9.1.23.39.2. Pinça de dissecação tipo Debakey, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, com medida de 16 cm de comprimento (+/-1cm) e diâmetro de 2,7 mm de ponta.
- 9.1.23.39.3. Quantidade: 4 unidades.
- 9.1.23.39.4. Afastador Ankeney médio:
- 9.1.23.39.5. Afastador cirúrgico, tipo Ankeney, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, tamanho médio, com quatro válvulas. Deverá ter lâminas de 3,5 mm à 4,0 mm, com abertura entre 134 à 150 mm.
- 9.1.23.39.6. Quantidade: 1 unidades.
- 9.1.23.39.7. Pinça Debakey 20cm-2mm:
- 9.1.23.39.8. Pinça de dissecação, tipo Debakey, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, com medida de 20 cm de comprimento (+/-1cm) e diâmetro de 2 mm.
- 9.1.23.39.9. Quantidade: 4 unidades.
- 9.1.23.39.10. Pinça Debakey 24cm-2,7mm:
- 9.1.23.39.11. Pinça de dissecação tipo Debakey, reprocessável, autoclavável. Produto confeccionado em aço inoxidável, com medida de 24 cm de comprimento (+/-1cm) e diâmetro de 2,7 mm de ponta.
- 9.1.23.39.12. Quantidade: 3 unidades.
- 9.1.23.39.13. Punch Aórtico nº 4.0 mm:
- 9.1.23.39.14. Punch Aórtico 4.0 mm, reutilizável. Produto confeccionado em aço inoxidável, apresentando perfurador e vazador, com formato de corte redondo e tamanho com 4.0 mm de diâmetro.
- 9.1.23.39.15. Quantidade: 3 unidades.
- 9.1.23.39.16. Punch Aórtico nº 4.5 mm:
- 9.1.23.39.17. Punch Aórtico 4.5 mm, reutilizável. Produto confeccionado em aço inoxidável, apresentando perfurador e vazador, com formato de corte redondo e tamanho com 4.5 mm de diâmetro.
- 9.1.23.39.18. Quantidade: 3 unidades.
- 9.1.23.39.19. Ponta de aspirador de CEC:
- 9.1.23.39.20. Ponta de aspirador para CEC, reprocessável, autoclavável. do tipo angulada com ponta multiperfurada para ADULTOS. Produto confeccionado em aço inoxidável, comprimento de 255 a 265 mm, diâmetro de 1/4" (0,6 mm), ponta multiperfurada que possibilite a desmontagem.
- 9.1.23.39.21. Quantidade: 3 unidades.

Assim para o Serviço de Locação de Instrumentais para Cirurgia Cardíaca (item 1 da Tabela 1), a elaboração da proposta deve considerar os itens que compõe cada caixa e o itens avulsos descritos no termo de referência.

Diante do exposto, o detalhamento de instrumentais que compõe as caixas e o detalhamento dos instrumentais avulsos está descritos no item 9.1.23 do termo de referência, devendo ser considerados para elaboração da proposta da empresa.

No que se refere ao segundo esclarecimento, identificamos que a minuta do contrato anexada ao edital, não é a versão final elaborada pelo Setor de Contratos,

assim, solicito ao setor de licitação que seja anexada ao edital a minuta do contrato que consta às fls. 770 a 821 do processo.

Contudo, esclareço que **o item caixa de rinoplastia consta na Tabela 1 – dos itens (item 4 – Tabela 1) e item 9.1.23.11** do termo de referência. **Os demais itens mencionados não fazem parte deste processo** (Caixa para Adenoamigdalectomia, Caixa para Timpanoplastia e Estapedotomia, Caixa para Base de Crânio (Otorrino, Caixa para Cirurgia de Urologia Infantil, Caixa Cirúrgica Básica para Urologia, Caixa para Perineoplastia).

Isto posto, informo que para a elaboração da proposta de cada um dos itens constantes na Tabela 1 – Dos itens, a empresa deve considerar o detalhamento das caixas e instrumentais avulsos constantes no item 9.1.23 do Termo de Referência.

Solicito ao Setor de Licitação a inserção como anexo do edital da última versão da minuta do contrato que consta às fls. 770 a 821 do processo.

Karine D. Byhain Souza

Gestão de Suprimentos e Serviços HUOP

Documento: **EsclarecimentosCMETK.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Karine Daniele Byhain de Souza (XXX.331.609-XX)** em 19/02/2026 14:10 Local: UNIOESTE/H88.

Inserido ao protocolo **23.808.471-7** por: **Karine Daniele Byhain de Souza** em: 19/02/2026 14:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: