



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

1. **Nº de Certificado** : SMM-015e/26-30
Calibration Report
2. **Nombre de Solicitante** : Termoencogibles S.A de C.V.
Customer Name
3. **Dirección de Solicitante** : CALLE ANT. CUSCATLAN, BLOCK C, LOTE #2 ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA.
Customer Address
4. **Descripción de Instrumento** : Juego de Pesas
Instrument Description
5. **Fabricante** : TROEMNER
Manufacturer
6. **Rango de Pesas** : 10 g a 1 kg
Range
7. **Material** : Acero Inoxidable
Material
8. **Clase según Fabricante** : 7
Accuracy Class
9. **Número de Serie** : 159052
Serial Number
10. **Código Interno** : M-COF-02
Internal Code
11. **Número de Piezas** : 9
12. **Ubicación** : No Disponible
Location
13. **Fecha de Recepción** : 2026/08/20
Calibration Place
14. **Fecha de Calibración** : 2026/09/07
Calibration Date
15. **Fecha Emisión de Certificado** : 2026/09/07
Certificate Issue Date
16. **Próxima Calibración** : 2027/09
Calibration Date
17. **Condiciones Ambientales Durante la Calibración** :
Enviroments Conditions During Calibration
Temperatura (23.1 ± 0.2) °C
Humedad relativa (51.8 ± 4) %
Presión atmosférica (914.6 ± 20) hPa
18. **Patrones de Calibración** :
Calibration Standards
Descripción: Juego de pesas 1 mg a 2 kg
Código: AV-PS-JP-020
Nº Certificado: 23000319
19. **Incertidumbre** : Indicada en Ítem 25 y se calcula con un factor de cobertura de k=2
Uncertainty
para un nivel de confianza del 95,45% y es calculada según la "Guide to the Uncertainty in Measurement" JCGM100:2008 del BIPM
20. **Procedimiento de Calibración** : P-PTM-035 Procedimiento para la Calibración de Pesas por el método ABBA rev.0
Procedure Used
21. **Trazabilidad** : INSCO METROLOGY INC. y MET-CAL Cuya Trazabilidad es dada al NIST
Traceability
de los Estados Unidos de Norteamérica
22. **Método de Calibración** : Método de Sustitución Doble (ABBA)
Calibration Method
23. **Notas** :
Notes
- Los resultados aquí presentados son válidos únicamente para el momento de la calibración, esto implica que el manejo y cuido posterior a la calibración del instrumento es responsabilidad de la empresa solicitante.
- Este Certificado reúne los requisitos establecidos en la Norma Nacional NTS 03.00.07:17 (ISO/IEC 17025:2017)
- Cualquier alteración o cambio invalidan el presente certificado de calibración
- Este Documento sólo puede ser reproducido de forma completa.

Continúa en Página 02 de 02

Aragón Valencia & Asociados S.A. de C.V.
Col. Lomas de San Francisco Casa 2A, Calle 1
Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2248-1359; Tel.: (503) 2248-1358
Tel.: (503) 2273-1157

Aragón Valencia & Asociados S.A. de C.V.
1º Calle 22-04 Z-15 Vista Hermosa II,
Ciudad de Guatemala, Guatemala,
Teléfono (502) 5294-2894 Tel.: (502) 2369-2946

Aragón Valencia & Asociados S.A. de C.V.
Barrio los Andes, 9º calle A, 12 y 13 Av. # 1221,
San Pedro Sula, Honduras
Tel: (504) 2516-1049; Tel: (504) 2505-8052





24. **Nº de Certificado** : SMM-015e/26-30
Calibration Report
25. **Nombre de Solicitante** : Termoencogibles S.A de C.V.
Customer Name
26. **Resultado de Calibración** :
Calibration Results

Número de serie/ Identificación	Valor Nominal de Masa	Valor Convencional de Masa (g)	Corrección de Valor de Masa Convencional (mg)	Incertidumbre Expandida (mg)
*	10 g	10.016911	16.911	±0.022
	20 g	20.011673	11.673	±0.021
	20 g	20.004490	4.490	±0.027
	50 g	50.030783	30.783	±0.045
	100 g	100.03924	39.24	±0.11
*	200 g	200.03141	31.41	±0.19
	200 g	200.02571	25.71	±0.19
	500 g	500.00876	8.76	±1.1
	1,000 g	1,000.16859	168.59	±1.4

27. **Observaciones:**
Observations

Realizado por:
Calibrated by


Hector Garcia
Ingeniero Metrólogo

Aprobado por:
Approved by


Piero Salguero
Jefe de Laboratorio

Fin de Documento