



Análisis medidas de pieza por Angel Samaniego



Medidas obtenidas del primer .STL original: prusaprinters.org, "3D printed circuit splitter and flow restriction devices for multiple patient lung ventilation"

- Diferente diámetro, existe un ángulo de entrada para las mangueras




Medidas obtenidas del primer STL original:

- Diferente diámetro, existe un Angulo de entrada para las mangueras



Tamaño Correcto 22.37 mm



Tamaño Correcto 21.87 mm

