

Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки"

628609 Российская Федерация Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.о Нижневартовск, г Нижневартовск, ул. Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.314356

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № 12/042/25

Термопреобразователь сопротивления Rosemount 0065

наименование, тип (согласно Государственного реестра СИ РФ), если в составе средств измерений входит несколько автономных блоков, то привести их перечень

53211-13

номер по Государственному реестру СИ РФ

Заводской номер (номера): 2330280
Год выпуска: 2016
Принадлежащее: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» ИНН 8901001822
Нормативный документ на методику поверки: ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

Технические характеристики:
Верхний предел измерения, T_{max} (°C) 450
Установленный диапазон измерений: входной измеряемой величины (°C) -50...+ 450
Условия поверки: Температура окружающей среды, °C 24,3 °C
Относительная влажность окружающей среды, % 34,0 %
Атмосферное давление, кПа 100,4 кПа

Средства поверки: 65779.16.4P.00169310; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 4P;
Эталон 4-го разряда; (свидетельство о поверке №С-ВЯ/26-12-2024/401323955 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)
65779.16.3P.01236513; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 3P; Эталон 3-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке №С-ВЯ/26-12-2024/400729988 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)

Проведение поверки

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 10.1 подраздела ГОСТ 8.461-2009
2. Проверка сопротивления изоляции: соответствует/не соответствует п. 10.2 подраздела ГОСТ 8.461-2009
3. Определение отклонения сопротивления в соответствии с п.10.3; 10.4 подраздела ГОСТ 8.461-2009

№ изме- рения	Заданная температура	Расчетный сигнал преобразователя	Измеренная температура	Выходной сигнал преобразователя	Погрешность преобразователя	Допустимая погрешность
	°C	Ом	°C	Ом	Ом	Ом
1	0,00	100,00	0,046	100,018	0,018	0,06
2			0,007	100,003	0,003	
3			0,045	100,018	0,018	
4			0,003	100,001	0,001	
ср. знач.				0,025	100,010	
1	100	138,51	100,029	138,516	0,030	0,13
2			100,092	138,540	0,002	
3			100,017	138,512	-0,004	
4			100,002	138,506	0,009	
ср. знач.				100,035	138,519	
полученное отклонение R0, %			0,010	допустимое отклонение R0, %		0,05
полученное отклонение W100			1,38505	допустимое отклонение W100		1,3850

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 01.12.2025 г.

Поверитель:  Чупин А.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)