

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

Протокол периодической поверки

№: 12/081/25 от 02.12.2025

1. Наименование, тип, модификация: Газоанализатор оптический СГОЭС - М11
2. Заводской номер СИ: 2411
3. Дата выпуска: 2014
4. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 55450-13
5. Принадлежность: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» ИНН 8901001822
6. Наименование нормативного документа по поверке: МП-242-1561-2013 ГСОЕИ
«Газоанализаторы СГОЭС-М11. Методика поверки»

7. Средства поверки/номера паспортов ГС: Стандартный образец утвержденного типа (метан),
паспорт № 01670-25, действителен до 17.02.2027
Стандартный образец утвержденного типа (метан), паспорт № 01668-25, действителен до 17.02.2027
Азот газообразный особой чистоты марки 5.0, № 04991-25, действителен до 11.04.2027

Условия поверки:

Температура окружающей среды, °C 20,1
Относительная влажность окружающей среды, % 30,0
Атмосферное давление, кПа 100,9

8. Проведение поверки:

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 6.1 методики поверки МП-242-1561-2013
2. Результат опробования: соответствует/не соответствует п. 6.2 методики поверки МП-242-1561-2013
3. Подтверждение соответствия программного обеспечения: соответствует/не соответствует п. 6.3 методики поверки МП-242-1561-2013

Подтверждение соответствия ПО:

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
SGO	V 7.47	38753500008	CRC 32

4. Определение основной погрешности в соответствии с п. 6.4 методики поверки МП-242-1561-2013:

Диапазон измерений массовой концентрации НКПР	Погрешность измерения массовой концентрации (объемной доли) НКПР в ГС		Действительное значение массовой концентрации НКПР	Измеренное значение массовой концентрации (объемной доли) метана при подаче i-й ГС, НКПР)
	абсолютной	относительной		
Метан CH ₄ (0-100)% НКПР	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,99	1,95	50,91	51,90
	0,88	0,92	95,00	95,88
	1,20	2,35	50,91	52,11
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,56	0,59	95,00	95,56

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 2 декабря 2025 г.

Поверитель: :


Чупин А.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)