

Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки"

628609 Российская Федерация Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.о Нижневартовск, г Нижневартовск,
ул. Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № 12/087/25

Уровнемеры поплавковые ДУУ10

наименование, тип (согласно Государственного реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень

56503-14

номер по Государственному реестру СИ РФ

Заводской номер (номера): 1816

Год выпуска: 2021

Принадлежащее: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» ИНН 8901001822

Нормативный документ на методику поверки: УНКР.407631.005 МП

Технические характеристики:

Установленный диапазон измерений:

(0 - 3,3) м

Предел допускаемого значения основной погрешности

±1 мм

Условия поверки: Температура окружающей среды, °C

20,1 °C

Относительная влажность окружающей среды, %

30,0 %

Атмосферное давление, кПа

100,9 кПа

Средства поверки: 73828.19.1P.00156416; 73828-19; Калибраторы многофункциональные; ЭЛМЕТРО-

Паскаль-03-0,005; № 0050; 2020 г.; 1P; Эталон 1-го разряда; Приказ Росстандарта от 01.10.2018

№2091;(свидетельство о поверке №С-ВЯ/15-01-2025/402190260, от 15.01.2025 г.,

действительно до 14.01.2026 г.).

60606.15.2P.01255669; 60606-15; Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности; модификации; Р30Н2К;

зав.№ 20286; (свидетельство о поверке №С-ВЯ/21-02-2025/411403960 от 21.02.2025г, действительно до 20.02.2026г.)

Проведение поверки

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 5.1 методики поверки
УНКР.407631.005 МП

2. Опробование: соответствует/не соответствует п. 5.2 методики поверки
УНКР.407631.005 МП

3. Определение метрологических характеристик: соответствует/не соответствует п. 5.3 методики поверки
УНКР.407631.005 МП

Измеренное значение СИ, мм		Основная погрешность	
Поверяемое	Эталонное	Действительная	Допускаемая
150,0	150,6	-0,6 мм	±1 мм
850,0	850,7	-0,7 мм	
1700,0	1700,2	-0,2 мм	
3200,0	3200,7	-0,7 мм	

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 02.12.2025 г.

Поверитель:

(подпись)

Чупин А.А.
(фамилия, инициалы)