Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

ПРОТОКОЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ №06/146/25

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ; ДМ8008-Вуф Кс

наименование, тип (согласно Гос. реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень

60168-15

номер по Государственному реестру СИ РФ

736105140A05

заводской номер (все цифры и буквы заводского номера)

Год выпуска: 2024

Принадлежащее: ООО "РИ-ИНВЕСТ" , ИНН 7705551779

наименование юридического/ фамилия имя и отчество физического лица- владельца средства измерений, ИНН/КПП

Документ на методику поверки: МП 4212-114-64115539-2022 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры,

наименование и номер документа

напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ. Методика поверки»

Средства поверки: 77090.19.1Р.00761951; 77090-19; Преобразователи давления эталонные; ЭЛМЕТРО-Паскаль-04,

Указываются эталоны единиц величин, обеспечивающие передачу размера единицы величины в соответствии с поверочной схемой,

Паскаль-04; 1М-0,01-Т35; 3127; 2020; 1Р; Эталон 1-го разряда; Приказ Росстандарта № 2653 от 20 октября 2022 г.;

номер (все цифры и буквы регистрационного номера)

свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-01-2025/402123271; действительно до 14.01.2026;

Условия поверки: температура окружающего воздуха 21,6°С относительная влажность 39%

Указываются влияющие факторы, нормированные в НД на методику поверки, с указанием конкретных показателей (значений)

атмосферное давление 101,5 кПа

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 6 методики поверки
2. Результат опробования: соответствует/не соответствует п. 7 методики поверки
3. Определение основной погрешности в соответствии с п. 8.2 методики поверки

Показания поверяемого СИ		**Показания эталона**		**Приведенная погрешность, %**		**Допустимая приведенная погрешность, %**	**Вариация показаний, %**	**Допустимая вариация, %**
МПа		**МПа**						
прямой ход	**обратный ход**	**прямой ход**	**обратный ход**	**прямой ход**	**обратный ход**			
0,00	0,00	0,000	0,000	0,08	0,04	1,00	-	-
0,56	0,56	0,571	0,571	-0,30	-0,22	1,00	-0,07	1,00
1,13	1,12	1,143	1,143	-0,35	-0,45	1,00	0,10	1,00
1,69	1,70	1,714	1,714	-0,52	-0,39	1,00	-0,13	1,00
2,30	2,31	2,286	2,286	0,23	0,54	1,00	-0,30	1,00
2,84	2,84	2,857	2,857	-0,40	-0,41	1,00	0,01	1,00
3,44	3,45	3,429	3,429	0,21	0,48	1,00	-0,27	1,00
3,98	3,97	4,000	4,000	-0,47	-0,68	1,00	-	-

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 05.06.2025

Указывается дата поверки в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Поверитель: Большаков С.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)