Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

# ПРОТОКОЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ №06/095/25

Манометры деформационные с трубчатой пружиной серии 2; 213.53.063

наименование, тип (согласно Гос. реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень

55984-13

номер по Государственному реестру СИ РФ

03009

заводской номер (все цифры и буквы заводского номера)

Год выпуска: 2013

Принадлежащее: ООО "РИ-ИНВЕСТ" , ИНН 7705551779

наименование юридического/ фамилия имя и отчество физического лица- владельца средства измерений, ИНН/КПП

Документ на методику поверки: МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры,

наименование и номер документа

тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки»

Средства поверки: 77090.19.2Р.00761953; 77090-19; Преобразователи давления эталонные; ЭЛМЕТРО-Паскаль-04,

Указываются эталоны единиц величин, обеспечивающие передачу размера единицы величины в соответствии с поверочной схемой,

Паскаль-04; 160КР-0,02-Т35; 3124; 2020; 2Р; Эталон 2-го разряда; Приказ Росстандарта № 2653 от 20 октября 2022 г.;

номер (все цифры и буквы регистрационного номера)

свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-01-2025/402123270; действительно до 14.01.2026;

Условия поверки: температура окружающего воздуха 22,4°С относительная влажность 40%

Указываются влияющие факторы, нормированные в НД на методику поверки, с указанием конкретных показателей (значений)

атмосферное давление 101,3 кПа

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 5.1 методики поверки
2. Результат опробования: соответствует/не соответствует п. 5.2.3 методики поверки
3. Определение основной погрешности в соответствии с п. 5.3 методики поверки

| **Показания поверяемого СИ** | | **Показания эталона** | | **Приведенная погрешность, %** | | **Допустимая приведенная погрешность, %** | **Вариация показаний, %** | **Допустимая вариация, %** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **bar** | | **bar** | | | | | | |
| **прямой ход** | **обратный ход** | **прямой ход** | **обратный ход** | **прямой ход** | **обратный ход** | | | |
| 0,01 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 1,02 | 0,87 | 1,60 | - | - |
| 0,08 | 0,08 | 0,086 | 0,086 | -0,95 | -1,10 | 1,60 | 0,15 | 1,60 |
| 0,17 | 0,17 | 0,171 | 0,171 | 0,04 | 0,02 | 1,60 | 0,02 | 1,60 |
| 0,25 | 0,25 | 0,257 | 0,257 | -0,98 | -0,41 | 1,60 | -0,58 | 1,60 |
| 0,34 | 0,34 | 0,343 | 0,343 | -0,51 | -0,79 | 1,60 | 0,28 | 1,60 |
| 0,43 | 0,43 | 0,429 | 0,429 | 0,60 | 0,67 | 1,60 | -0,07 | 1,60 |
| 0,52 | 0,52 | 0,514 | 0,514 | 0,86 | 0,67 | 1,60 | 0,18 | 1,60 |
| 0,59 | 0,60 | 0,600 | 0,600 | -0,96 | -0,29 | 1,60 | - | - |

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 06.06.2025

Указывается дата поверки в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Поверитель: Большаков С.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)