Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

ПРОТОКОЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ №06/000/25

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У и МВП-У; МП4-УУ2

наименование, тип (согласно Гос. реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень

10135-10

номер по Государственному реестру СИ РФ

01748

заводской номер (все цифры и буквы заводского номера)

Год выпуска: 2014

Принадлежащее: ООО "РИ-ИНВЕСТ" , ИНН 7705551779

наименование юридического/ фамилия имя и отчество физического лица- владельца средства измерений, ИНН/КПП

Документ на методику поверки: МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры,

наименование и номер документа

тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки»

Средства поверки: 77090.19.1Р.00761951; 77090-19; Преобразователи давления эталонные; ЭЛМЕТРО-Паскаль-04,

Указываются эталоны единиц величин, обеспечивающие передачу размера единицы величины в соответствии с поверочной схемой,

Паскаль-04; 1М-0,01-Т35; 3127; 2020; 1Р; Эталон 1-го разряда; Приказ Росстандарта № 2653 от 20 октября 2022 г.;

номер (все цифры и буквы регистрационного номера)

свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-01-2025/402123271; действительно до 14.01.2026;

Условия поверки: температура окружающего воздуха 23,4°С относительная влажность 38%

Указываются влияющие факторы, нормированные в НД на методику поверки, с указанием конкретных показателей (значений)

атмосферное давление 100,5 кПа

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 5.1 методики поверки
2. Результат опробования: соответствует/не соответствует п. 5.2.3 методики поверки
3. Определение основной погрешности в соответствии с п. 5.3 методики поверки

Показания поверяемого СИ		**Показания эталона**		**Приведенная погрешность, %**		**Допустимая приведенная погрешность, %**	**Вариация показаний, %**	**Допустимая вариация, %**
кгс/см²		**кгс/см²**						
прямой ход	**обратный ход**	**прямой ход**	**обратный ход**	**прямой ход**	**обратный ход**			
0,02	0,03	0,000	0,000	0,25	0,27	1,50	-	-
1,43	1,39	1,429	1,429	0,03	-0,42	1,50	0,45	1,50
2,89	2,90	2,857	2,857	0,31	0,44	1,50	-0,13	1,50
4,19	4,23	4,286	4,286	-0,95	-0,54	1,50	-0,41	1,50
5,64	5,68	5,714	5,714	-0,77	-0,32	1,50	-0,45	1,50
7,18	7,12	7,143	7,143	0,39	-0,22	1,50	0,61	1,50
8,61	8,58	8,571	8,571	0,43	0,09	1,50	0,35	1,50
9,95	9,97	10,000	10,000	-0,51	-0,34	1,50	-	-

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 10.06.2025

Указывается дата поверки в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Поверитель: Большаков С.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)