Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356

# ПРОТОКОЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ №06/000/25

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У и МВП-У; МП4-УУ2

наименование, тип (согласно Гос. реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень

10135-10

номер по Государственному реестру СИ РФ

Р00497

заводской номер (все цифры и буквы заводского номера)

Год выпуска: 2010

Принадлежащее: ООО "РИ-ИНВЕСТ" , ИНН 7705551779

наименование юридического/ фамилия имя и отчество физического лица- владельца средства измерений, ИНН/КПП

Документ на методику поверки: МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры,

наименование и номер документа

тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки»

Средства поверки: 77090.19.2Р.00761950; 77090-19; Преобразователи давления эталонные; ЭЛМЕТРО-Паскаль-04,

Указываются эталоны единиц величин, обеспечивающие передачу размера единицы величины в соответствии с поверочной схемой,

Паскаль-04; 7М-0,02-Т35; 3110; 2020; 2Р; Эталон 2-го разряда; Приказ Росстандарта № 2653 от 20 октября 2022 г.;

номер (все цифры и буквы регистрационного номера)

свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-01-2025/402123272; действительно до 14.01.2026;

Условия поверки: температура окружающего воздуха 21,8°С относительная влажность 37%

Указываются влияющие факторы, нормированные в НД на методику поверки, с указанием конкретных показателей (значений)

атмосферное давление 98,6 кПа

1. Результат внешнего осмотра: соответствует/не соответствует п. 5.1 методики поверки
2. Результат опробования: соответствует/не соответствует п. 5.2.3 методики поверки
3. Определение основной погрешности в соответствии с п. 5.3 методики поверки

| **Показания поверяемого СИ** | | **Показания эталона** | | **Приведенная погрешность, %** | | **Допустимая приведенная погрешность, %** | **Вариация показаний, %** | **Допустимая вариация, %** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **кгс/см²** | | **кгс/см²** | | | | | | |
| **прямой ход** | **обратный ход** | **прямой ход** | **обратный ход** | **прямой ход** | **обратный ход** | | | |
| 0,09 | 0,16 | 0,000 | 0,000 | 0,56 | 1,03 | 1,50 | - | - |
| 2,20 | 2,28 | 2,286 | 2,286 | -0,56 | -0,03 | 1,50 | -0,53 | 1,50 |
| 4,53 | 4,50 | 4,571 | 4,571 | -0,25 | -0,45 | 1,50 | 0,20 | 1,50 |
| 6,92 | 7,00 | 6,857 | 6,857 | 0,37 | 0,87 | 1,50 | -0,49 | 1,50 |
| 9,20 | 9,14 | 9,143 | 9,143 | 0,36 | -0,03 | 1,50 | 0,39 | 1,50 |
| 11,29 | 11,35 | 11,429 | 11,429 | -0,85 | -0,49 | 1,50 | -0,36 | 1,50 |
| 13,56 | 13,60 | 13,714 | 13,714 | -0,95 | -0,71 | 1,50 | -0,24 | 1,50 |
| 15,97 | 15,90 | 16,000 | 16,000 | -0,18 | -0,65 | 1,50 | - | - |

Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению

Дата поверки: 11.06.2025

Указывается дата поверки в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Поверитель: Большаков С.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)